

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «03» февраля 2022 г. № 265

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон единицы индуктивности 2 разряда в диапазоне номинальных значений от 1 мкГн до 1 Гн	Меры индуктивности Р596, зав. № 2, 19, 31, 69, 45, 72, 111, 134, 139, 99, 152, 178, 209, 190, 199, 244, 250, 262, 284, 297, 307, 327, 349, 362, 379.	3.1.ZБУ.0702.2022	12	ПрС- 3.1.ZБУ.0702.2022	ФБУ «Калужский ЦСМ», ИНН 4027005028

¹ МАИ – межаттестационный интервал