

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «09» февраля 2022 г. № 312

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон 2 разряда единицы удельной активности радионуклидов Cs-137, K-40, Ra-226, Ra-226(дочерний) и Th-232 с номинальными значениями $1,38 \cdot 10^3$ Бк/кг; $1,49 \cdot 10^3$ Бк/кг; $9,00 \cdot 10^2$ Бк/кг; $9,04 \cdot 10^2$ Бк/кг и $7,60 \cdot 10^2$ Бк/кг	Объемный сыпучий источник гамма-излучения типа ОИСН с радионуклидами Tb-232; Cs-137; Ra-226; K-40, зав. № 50.15А	3.1.ЗБН.2916.2022	24	ПрС- 3.1.ЗБН.2916.2022	ФБУ «Нижегородский ЦСМ», ИНН 5262006584

¹ МАИ – межаттестационный интервал