

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «09» февраля 2022 г. № 314

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон 2-го разряда единиц мощности амбиентного эквивалента дозы в диапазоне от $5,06 \cdot 10^{-7}$ до $8,95 \cdot 10^{-4}$ Зв/ч и мощности поглощенной дозы в воздухе в диапазоне от $4,11 \cdot 10^{-7}$ до $7,26 \cdot 10^{-4}$ Гр/ч гамма- излучения	• Установка поверочная, УПДГ-1, зав. № 2; • Закрытый радионуклидный источник гамма- излучения, ИГИ-Ц-3-11, зав. № К80; • Закрытый радионуклидный источник гамма- излучения, ИГИ-Ц-3-4, зав. № Н25	3.1.ZBB.0501.2022	36	ПрС- 3.1.ZBB.0501.2022	ФБУ «Архангельский ЦСМ», ИНН 2901062951

¹ МАИ – межаттестационный интервал