

Приложение  
к приказу Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии

от «09» февраля 2022 г. № 315

**Перечень утверждаемых эталонов единиц величин**

| №<br>п/п | Наименование эталона<br>единицы величины и его<br>обязательные и<br>метрологические требования<br>(характеристики)                                                                                                                                                                        | Состав эталона                                                                                                                                                                                                                | Регистрационный<br>номер эталона<br>единицы<br>величины | МАИ <sup>1</sup> ,<br>месяцы | Правила<br>содержания и<br>применения | Место содержания и<br>применения эталона<br>единицы величины<br>(наименование<br>организации-держателя<br>эталона, ИНН) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                       | 5                            | 6                                     | 7                                                                                                                       |
| 1        | Рабочий эталон 2-го разряда<br>единиц мощности<br>амбиентного эквивалента<br>дозы в диапазоне от $7,14 \cdot 10^{-4}$<br>до $2,64 \cdot 10^{-2}$ Зв/ч и мощности<br>поглощенной дозы в воздухе<br>в диапазоне от $6,49 \cdot 10^{-4}$ до<br>$2,38 \cdot 10^{-2}$ Гр/ч гамма-<br>излучения | <ul style="list-style-type: none"><li>• Поверочная<br/>дозиметрическая<br/>установка, ПРХМ-1М,<br/>зав. № 30077;</li><li>• Закрытый<br/>радионуклидный<br/>источник гамма-<br/>излучения, ИГИ-Ц-4-5,<br/>зав. № 5С5</li></ul> | 3.1.ZBB.0500.2022                                       | 36                           | ПрС-<br>3.1.ZBB.0500.2022             | ФБУ «Архангельский<br>ЦСМ»,<br>ИНН 2901062951                                                                           |

<sup>1</sup> МАИ – межаттестационный интервал