

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «09» февраля 2022 г. № 319

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный вторичный эталон единицы спектрального коэффициента направленного пропускания в диапазоне значений от 0,01 до 0,95 в диапазоне длин волн от 0,2 до 2,5 мкм	• Спектрофотометр прецизионный Lambda 1050, зав. № 1060L2105261; • Набор мер коэффициентов пропускания и оптической плотности КНФ-1, зав. № 235; • Комплект светофильтров КС-100, зав. № 820023; • Тонкоструктурный абсорбционный светофильтр ТАС-1, зав. № 001.	2.1.ZAШ.1200.2022	12	ПрС- 2.1.ZAШ.1200.2022	ФБУ «Красноярский ЦСМ», ИНН 2464019742

¹ МАИ – межаттестационный интервал