

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от «10» февраля 2022 г. № 336

Сведения  
о признании результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки средств измерений,  
в части вносимых изменений

| №<br>п/п | Наименование типа                                                                 | Обозначение<br>типа | Регистрационн<br>ый номер | Изготовитель                                                                                                           | Методика<br>поверки                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Интервал между<br>поверками | Организация, проводящая<br>первичную поверку | Форма знака<br>поверки      | Описание<br>типа                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                 | 3                   | 4                         | 5                                                                                                                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                           | 8                                            | 9                           | 10                                           |
| 1.       | Счетчики газа<br>двухкамерные с<br>механическим<br>температурным<br>компенсатором | СГМН-МТ             | 80261-20                  | Открытое акционерное<br>общество<br>«Новогрудский завод<br>газовой аппаратуры»<br>(ОАО «НЗГА»),<br>Республика Беларусь | для исполнений<br>СГМН-МТ-G6,<br>СГМН-МТ1-G6,<br>СГМН-МТ1-G4<br>-первичная<br>поверка по СТБ<br>8011-99,<br>периодическая<br>по ГОСТ 8.324-<br>2002; для<br>исполнений<br>СГМН-МТИ-G6,<br>СГМН-МТИ1-<br>G6, СГМН-<br>МТИ1-G4 -<br>первичная и<br>периодическая<br>поверка по МРБ<br>МП.3092-2021 с<br>изменением №1 | 10 лет                      | Изменению не подлежит                        | Изменению<br>не<br>подлежит | Согласно<br>приложению<br>№ 1.1 к<br>приказу |