

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «15» февраля 2022 г. № 356

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Вторичный эталон единиц массы и объема жидкости в потоке в диапазоне значений от 0,04 до 4 т (м³), единиц массового и объемного расходов жидкости в диапазоне значений от 3,5 до 432 т/ч (м³/ч)	Установка поверочная ФСР-7.1.5, зав.№ F-26428, включающая: • весовое устройство DMP40, зав. № E-3264-1; • весовое устройство DMP40, зав. № E-3264-2.	2.7.АИА.0004.2022	12	ПрС- 2.7.АИА.0004.2022	ООО «Эндресс+Хаузер», ИНН 7718245754

¹ МАИ – межаттестационный интервал