

Приложение  
к приказу Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии

от «15» февраля 2022 г. № 357

**Перечень утверждаемых эталонов единиц величин**

| №<br>п/п | Наименование эталона<br>единицы величины и его<br>обязательные и<br>метрологические требования<br>(характеристики)                                                                                                  | Состав эталона                                                                                                | Регистрационный<br>номер эталона<br>единицы<br>величины | МАИ <sup>1</sup> ,<br>месяцы | Правила<br>содержания и<br>применения | Место содержания и<br>применения эталона<br>единицы величины<br>(наименование<br>организации-держателя<br>эталона, ИНН) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                             | 4                                                       | 5                            | 6                                     | 7                                                                                                                       |
| 1        | Вторичный эталон единиц<br>массы и объема жидкости в<br>потоке в диапазоне значений<br>от 0,02 до 0,4 т (м³), единиц<br>массового и объемного<br>расходов жидкости в<br>диапазоне значений от 1 до<br>40 т/ч (м³/ч) | Установка поверочная<br>ФСР-8.4, зав.№ F-27205,<br>включающая:<br>• весовое устройство<br>DMP40, зав. № 3718. | 2.7.АИА.0003.2022                                       | 12                           | ПрС-<br>2.7.АИА.0003.2022             | ООО<br>«Эндресс+Хаузер»,<br>ИНН 7718245754                                                                              |

<sup>1</sup> МАИ – межаттестационный интервал