

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «16» февраля 2022 г. № 363

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы объемного расхода жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 400 м ³ /ч, единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 400 м ³	Установка поверочная ВПУ-Энерго-0400-ВУ- ОР, зав. № 0300.17.04, вкл: - Расходомер электромагнитный Promag 53W, DN15, зав. № M1055E19000; - Расходомер электромагнитный Promag 53W, DN32, зав. № M105A119000; - Расходомер электромагнитный Promag 53W, DN65, зав. № M4141319000; - Расходомер электромагнитный Promag 53W, DN200, зав. № M1053F19000	3.7.АИБ.0001.2022	12	ПрС- 3.7.АИБ.0001.2022	АО «НАК «АЗОТ», ИНН 7116000066

¹ МАИ – межаттестационный интервал