

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «16» февраля 2022 г. № 368

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 1,7 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 360 т/ч (м ³ /ч)	Установка расходомерная массовая УРМ Теплоком- 150-0,1/0,05, зав.№ 032, включающая: • весы электронные специального назначения ВСН-15/1-3, зав. № 1249; • весы электронные специального назначения ВСН-2000/200-12, зав. № 1007K7594.	3.7.АБЗ.0002.2022	12	ПрС- 3.7.АБЗ.0002.2022	ООО «Территория Теплоучета», ИНН 1841006115

¹ МАИ – межаттестационный интервал