

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «16» февраля 2022 г. № 370

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный вторичный эталон единицы плотности в диапазоне значений от 650 до 2000 кг/м ³	- Установка гидростатического взвешивания, УГВ-1, зав. № 17008; - Эталонные меры плотности жидкости, зав. № 140415, зав. № 150818, зав. № 180801; - Термометр сопротивления платиновый вибропрочный, ПТСВ, модификация ПТСВ-1-2, зав. № 2130; - Прибор вторичный цифровой, серия 1500, модификация 1529, зав. № А72448; - Весы неавтоматического действия НТ, мод. НТ- 224RCE, зав. № 171986001; - Набор гирь (1 мг – 100 г) класса точности E₂, зав. № 37825172	2.1.ZСП.1608.2022	24	ПрС- 2.1.ZСП.1608.2022	ФБУ «Тест-С.- Петербург», ИНН 7809018702

¹ МАИ – межаттестационный интервал