Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «17» февраля 2022 г. № 388

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ[1], месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон аудиометрических шкал при воздушном звукопроведении в диапазоне частот от 125 Гц до 16 кГц и костном звукопроведении в диапазоне частот от 250 Гц до 8 кГц	• Ухо искусственное 4152 с капсюлем конденсаторным микрофонным 4144, зав. № 2721204/2702583; • Ухо искусственное 4153 с капсюлем конденсаторным микрофонным 4192, зав. № 2700729/2729243; • Мастоид искусственный 4930, зав. № 2733779; • Шумомер, анализатор спектра, виброметр типа 2250, зав. № 2736269; • Лабораторный термогигрометр UNITESS THB1, зав. № 170197.	3.1.ZTT.0038.2022	12	ПрС-3.1.ZTT.0038.2022	ФБУ «Ростест-Москва», ИНН 7727061249

[1] МАИ – межаттестационный интервал