

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «22» февраля 2022 г. № 447

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный вторичный эталон единицы скорости воздушного потока в диапазоне значений от 0,1 до 75,0 м/с	Установка аэродинамическая АДТ, зав.№ 10а, включающая: • термоанемометрический измеритель скорости воздушного потока «Aerolab Wind Tunnel Hot Wire Anemometer» TSI Model 8455-12, зав. № 7012006; • пневмометрический измеритель скорости воздушного потока «Wind Tunnel Pitot Static Probe» AL-US001, зав. № 2051; • прецизионный датчик дифференциального давления CPT6100, зав. № 41000VIM.	2.1.БАГ.0012.2022	24	ПрС- 2.1.БАГ.0012.2022	ФГБУ «ГТО им. А.И. Воейкова», ИНН 7802031003

¹ МАИ – межаттестационный интервал