

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «01» марта 2022 г. № 514

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Вторичный эталон единиц массы и объема жидкости в потоке в диапазоне значений от 0,0005 до 0,4 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости в диапазоне значений от 0,0018 до 40 т/ч (м ³ /ч)	Установка поверочная «ФСР-6.8», зав. № F-26737 включающая: • весовое устройство DMP40, зав. № E-4572; • установка трубопоршневая (Прувер), зав. № E-3620.	2.7.АИА.0009.2022	12	ПрС- 2.7.АИА.0009.2022	ООО «Эндресс+Хаузер», ИНН 7718245754

¹ МАИ – межаттестационный интервал