

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «01» марта 2022 г. № 518

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Вторичный эталон единиц массы и объема жидкости в потоке в диапазоне значений от 0,0005 до 0,4 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости в диапазоне значений от 0,0018 до 40 т/ч (м ³ /ч)	Установка поверочная «ФСР-6.12», зав. № F-31937 включающая: • весовое устройство DMP41, зав. № E-6511; • установка трубопоршневая (прувер), зав. № E-2295.	2.7.АИА.0007.2022	12	ПрС- 2.7.АИА.0007.2022	ООО «Эндресс+Хаузер», ИНН 7718245754

¹ МАИ – межаттестационный интервал