

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «01» марта 2022 г. № 519

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Вторичный эталон единиц массы и объема жидкости в потоке в диапазоне значений от 0,04 до 50 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости в диапазоне значений от 4 до 2000 т/ч (м ³ /ч)	Установка поверочная «FCP-7.2», зав. № F-26035 включающая: • весовое устройство DMP40, зав. № E-2168-1; • весовое устройство DMP40, зав. № E-2168-2; • весовое устройство DMP40, зав. № E-2168-3.	2.7.АИА.0006.2022	12	ПрС- 2.7.АИА.0006.2022	ООО «Эндресс+Хаузер», ИНН 7718245754

¹ МАИ – межаттестационный интервал