

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «11» марта 2022 г. № 605

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный вторичный эталон единицы плотности в диапазоне значений от 650 до 2000 кг/м ³	• Установка гидро статического взвешивания УГВ, зав. № 3; • Эталонная мера плотности, зав. № 7; • Эталонная мера плотности, зав. № 8; • Эталонная мера плотности, зав. № 201106; • Весы неавтоматического действия МСЕ мод. 324S-2ORU, зав. № 0041904517; • Набор гирь (1 мг – 500 г) класса точности E₂, зав. № 17625933; • Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный ПТСВ-1-2, зав. № 773; • Измеритель температуры многоканальный прецизионный МИТ 8 мод. МИТ 8.10, зав. № 619.	2.1.ZБН.2921.2022	24	ПрС- 2.1.ZБН.2921.2022	ФБУ «Нижегородский ЦСМ», ИНН 5262006584

¹ МАИ – межаттестационный интервал