

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «11» марта 2022 г. № 616

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон единицы средней скорости водного потока в диапазоне значений от 0,06 до 2,50 м/с	• Установка компараторная для поверки гидрометрических вертушек УКПГВ, зав. № 023; • Измеритель скорости водного потока ИСВП- ГР-21М1, зав. № 254; • Измеритель скорости водного потока ИСВП- ГР-21М1, зав. № 0157.	3.1.ВАМ.0001.2022	24	ПрС- 3.1.ВАМ.0001.2022	ФГБУ «УГМС Республики Татарстан», ИНН 1654005351

¹ МАИ – межаттестационный интервал