

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «18» марта 2022 г. № 677

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 18 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 2500 т/ч (м ³ /ч), единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 2500 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,3 до 2500 м ³ /ч	Установка поверочная «ВЗЛЕТ ПУ», зав.№ 2000001, включающая: • весы лабораторные электронные WLC20/F2, зав. № 585416; • весовое устройство ВУ-1,5Т, зав. № 134879; • весовое устройство ВУ-5Т, зав. № В8477977130; • весовое устройство ВУ-18Т, зав. № В847797129; • расходомер-счетчик	3.7.АИМ.0001.2022	12	ПрС- 3.7.АИМ.0001.2022	АО «Взлет», ИНН: 7826013976

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		электромагнитный «ВЗЛЕТ ТЭР», зав. № 1900176; •расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ТЭР», зав. № 1900156; •расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ТЭР», зав. № 1900260; •расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ТЭР», зав. № 1900213; •расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ТЭР», зав. № 1900197.				
--	--	---	--	--	--	--