

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «18» марта 2022 г. № 682

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 50 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 1,0 до 50 т/ч (м ³ /ч), единиц массы и объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,04 до 0,4 т (м ³), единиц массового и объемного	Установка поверочная РУ-50- 04, зав. № 007 включающая: • весовое устройство на базе датчиков весоизмерительных тензорезисторных НВМ, НПВ 400 кг, зав. № 31657395, 31657336, 31664669; • счетчик-расходомер массовый кориолисовый Rotamass RCCT34, DN25,	3.7.BBV.0011.2022	12	ПрС- 3.7.BBV.0011.2022	НГДУ «Быстринскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз», ИНН: 8602060555

¹ МАИ – межаттестационный интервал

	расходов жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,2 до 50 т/ч (м ³ /ч)	зав. № D1T202071; • счетчик-расходомер массовый кориолисовый Rotamass RCCT38, DN50, зав. № D1T202072				
--	---	--	--	--	--	--