

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «21» марта 2022 г. № 694

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный вторичный эталон единиц комплексных коэффициентов отражения и передачи в коаксиальных волноводах в диапазоне частот от 10 МГц до 26,5 ГГц	Набор мер коэффициентов передачи и отражения 85053В, зав.№ 2815А02116, включающий: • аттенюатор 20 дБ, зав. № 03365; • аттенюатор 40 дБ, зав. № 03311; • отрезок воздушной линии 50 Ом, зав. № 02613; • отрезок воздушной линии 25 Ом, зав. № 02256.	2.7.АИН.0001.2022	12	ПрС- 2.7.АИН.0001.2022	АО «НПП «Исток» им. А.И.Шокина», ИНН: 5050108496

¹ МАИ – межаттестационный интервал