

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «21» марта 2022 г. № 696

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы длины в диапазоне значений от 0 до 25 мм	Приспособление с микрометрической головкой для поверки индикаторов часового типа, зав. № 1649	3.7.АИР.0001.2022	12	ПрС- 3.7.АИР.0001.2022	ПАО «НПО «Алмаз», ИНН 7712040285

¹ МАИ – межаттестационный интервал