

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «23» марта 2022 г. № 727

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон единиц: виброускорения в диапазоне значений от $1 \cdot 10^{-1}$ до 5000 м/с ² , виброскорости в диапазоне значений от $1 \cdot 10^{-4}$ до 5 м/с, виброперемещения в диапазоне значений от $1 \cdot 10^{-6}$ до $20 \cdot 10^{-3}$ м в диапазоне частот от 3 до 2000 Гц	• Акселерометр пьезоэлектрический 4371, зав. № 1229121; • Система управления виброиспытаниями ВС-301, зав. № 301000053	3.1.ZB3.1004.2022	12	ПрС- 3.1.ZB3.1004.2022	ФБУ «Омский ЦСМ», ИНН: 5502029980

¹ МАИ – межаттестационный интервал