

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «24» марта 2022 г. № 758

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный вторичный эталон единицы электрического напряжения в диапазоне значений от 10 мВ до 1000 В в диапазоне частот от 10 Гц до 1 МГц	Преобразователь переменного напряжения прецизионный 792A, Fluke 792A, зав. № 3266002	2.1.ZGA.1713.2022	12	ПрС- 2.1.ZGA.1713.2022	ФБУ «Челябинский ЦСМ», ИНН: 7453042996

¹ МАИ – межаттестационный интервал