

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «24» марта 2022 г. № 767

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 3,1 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 400 т/ч (м ³ /ч), единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 520 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 520 м ³ /ч	Установка поверочная «Тайфун», зав. № 030 включающая: • весы электронные GP- 30K, НПВ 22 кг, зав. № 14738084; • весы неавтоматического действия HW-200KV- WP, НПВ 200 кг, зав. № N1804084; • весы электронные платформенные ВП,	3.7.АИЩ.0001.2022	12	ПрС- 3.7.АИЩ.0001.2022	ООО «РИМЕЙК», ИНН: 2511073926

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		НПВ 3100 кг, зав. № 61936, зав. № 61937; • расходомер электромагнитный OPTIFLUX 5300 C, DN6, зав. № A21022739; • расходомер электромагнитный OPTIFLUX 5300 C, DN25, зав. № A21022736; • расходомер электромагнитный OPTIFLUX 5300 C, DN100, зав. № A21020073; • расходомер электромагнитный OPTIFLUX 5300 C, DN100, зав. № A21020060				
--	--	--	--	--	--	--