

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «24» марта 2022 г. № 768

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы объемного расхода газа 1 разряда в диапазоне значений от 0,13 до 2500 м ³ /ч	Установка для градуировки и поверки счетчиков газа и пара «УПСГ-5000» («DYMETIC- 7821»), зав. № 02 включающая: • Сопло-рабочий эталон расхода газа СЭ018, зав. № 201; • Сопло-рабочий эталон расхода газа СЭ024, зав. № 202; • Сопло-рабочий эталон расхода газа СЭ032, зав. № 203; • Сопло-рабочий эталон расхода газа СЭ048, зав. № 204; • Сопло-рабочий эталон расхода газа СЭ063, зав. № 205;	3.7.АИШ.0001.2022	24	ПрС- 3.7.АИШ.0001.2022	АО «Томскнефть» ВНК, ИНН: 7022000310

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		• Сопло-рабочий эталон расхода газа СТ094, зав. № 206; • Сопло-рабочий эталон расхода газа СТ128, зав. № 208; • Набор сопел критических 0,125-Д2, 0,25-Д2, 0,5-Д2, 1-Д2, 2-Д2, 4-Д2, 8-Д2, 8-Д3, 8-Д4; • Преобразователь измерительный влажности и температуры ДВ2ТС-А, зав. № 6961; • Преобразователь давления измерительный EJX, мод.EJX 110А, зав. № 91Н215526; • Преобразователь давления измерительный EJX, мод.EJX 110А, зав. № 91GA37910; • Преобразователь давления измерительный EJX, мод.EJX 110А, зав. № 91L440124; • Преобразователь давления измерительный RPT-410F, зав. № 2742430; • Преобразователь измерительный контроллеров, программируемых I-7000, мод I-7080, зав. № I7080CR00007EDD00066; • Вакуумметр показывающий ВП4-У, зав. № 002				
--	--	---	--	--	--	--