

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «04» апреля 2022 г. № 827

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон 1 разряда единицы плоского угла в диапазоне значений от 0' до 10'	Автоколлиматор унифицированный АКУ- 0,2, зав. № 0066	3.1.ZБУ.0703.2022	12	ПрС- 3.1.ZБУ.0703.2022	ФБУ «Калужский ЦСМ», ИНН: 4027005028

¹ МАИ – межаттестационный интервал