

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «07» апреля 2022 г. № 873

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон 1-го разряда единиц мощности амбиентного эквивалента дозы в диапазоне от $4,50 \cdot 10^{-7}$ до $5,18 \cdot 10^{-4}$ Зв/ч и мощности поглощенной дозы в воздухе в диапазоне от $3,66 \cdot 10^{-7}$ до $4,20 \cdot 10^{-4}$ Гр/ч гамма-излучения	• Установка для поверки дозиметров гамма- излучения переносная УПГ- П, зав. № 26; • Закрытый радионуклидный источник гамма-излучения ИГИ-Ц-1-3, зав. № СРО; • Закрытый радионуклидный источник ИГИ-Ц-3-8, зав. № 069; • Закрытый радионуклидный источник гамма-излучения ИГИА-5, зав. № 340.	3.1.ЗБН.2924.2022	36	ПрС- 3.1.ЗБН.2924.2022	ФБУ «Нижегородский ЦСМ», ИНН: 5262006584

¹ МАИ – межаттестационный интервал