

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «07» апреля 2022 г. №874

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон 1-го разряда единицы мощности амбиентного эквивалента дозы в диапазоне от $1,0 \cdot 10^{-7}$ до $1,1 \cdot 10^{-3}$ Зв/ч, мощности индивидуального эквивалента дозы в диапазоне от $1,0 \cdot 10^{-7}$ до $1,1 \cdot 10^{-3}$ Зв/ч и мощности поглощенной дозы в воздухе в диапазоне от $1,0 \cdot 10^{-7}$ до $9,0 \cdot 10^{-4}$ Гр/ч гамма- излучения	• Установка для поверки и градуировки дозиметрических и радиометрических приборов УПГД-1М, зав. № 33; • Закрытый радионуклидный источник гамма-излучения ГИК-2-5, зав. № 022; • Закрытый радионуклидный источник гамма-излучения ГИК-2-16, зав. № 810; • Закрытый радионуклидный источник гамма-излучения ГИК-2-9, зав. № 281; • Закрытый радионуклидный источник гамма-излучения КМЗ-5, зав. № 608.	3.1.ЗБН.2925.2022	36	ПрС- 3.1.ЗБН.2925.2022	ФБУ «Нижегородский ЦСМ», ИНН: 5262006584

¹ МАИ – межаттестационный интервал