

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «07» апреля 2022 г. №878

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон 1 разряда единицы молярной доли компонентов природного газа в диапазоне значений от 0,0005 % до 99,3 %	• Комплекс хроматографический газовый «Хромос ГХ- 1000», зав. № 1606; • Комплекс хроматографический газовый «Хромос ГХ- 1000», зав. № 1613.	3.7.EEE.0012.2022	12	ПрС- 3.7.EEE.0012.2022	ООО «Газпром трансгаз Саратов», ИНН: 6453010110

¹ МАИ – межаттестационный интервал