

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «07» апреля 2022 г. № 893

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон единицы спектрального коэффициента направленного пропускания в диапазоне значений от 0,380 до 0,835 на длине волны 560 нм и в диапазоне значений от 0,270 до 0,740 на длине волны 900 нм	Комплект светофильтров M90, зав. № 120	3.1.ZBЧ.0701.2022	12	ПрС- 3.1.ZBЧ.0701.2022	ФБУ «Смоленский ЦСМ», ИНН: 6731019167

¹ МАИ – межаттестационный интервал