

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «08» апреля 2022 г. № 905

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон единиц электрического напряжения 1 разряда в диапазоне значений от 0,5 до 750 В в диапазоне частот от 40 Гц до 20 кГц и силы переменного электрического тока 1 разряда в диапазоне значений от 4 мА до 10 А в диапазоне частот от 40 Гц до 20 кГц	Комплект поверочный переносной КПП-1, зав. № 22	3.1.ZGA.1714.2022	24	ПрС- 3.1.ZGA.1714.2022	ФБУ «Челябинский ЦСМ», ИНН: 7453042996

¹ МАИ – межаттестационный интервал