

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «08» апреля 2022 г. № 908

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон единицы средней скорости водного потока в диапазоне значений от 0,06 до 2,5 м/с	• Установка компараторная для поверки гидрометрических вертушек УКПГВ, зав. № 008; • Измеритель скорости водного потока ИСВП-ГР-21М1, зав. № 256; • Измеритель скорости ИСВП-ГР-21М1, зав. № 0790.	3.1.ГОУ.0050.2022	24	ПрС- 3.1.ГОУ.0050.2022	ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», ИНН: 5504233490

¹ МАИ – межаттестационный интервал