

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «12» апреля 2022 г. № 935

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон единицы объемного расхода газа 1 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 40 м ³ /ч	Установка поверочная для счетчиков газа УПСГ-БП-40-АС, зав.№ 181	3.1.ZAB.1715.2022	24	ПрС- 3.1.ZAB.1715.2022	ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан», ИНН: 0278002498

¹ МАИ – межаттестационный интервал