

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «12» апреля 2022 г. № 937

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон единицы скорости распространения ультразвуковых волн в твердых средах 3 разряда в диапазоне значений от 2150 до 6450 м/с, единицы длины 2 разряда в диапазоне значений от 0,2 до 500,0 мм	• Комплект ультразвуковых стандартных образцов толщины КУСОТ-180, набор № 3, зав. № 61; • Комплект ультразвуковых стандартных образцов толщины КУСОТ-180, набор № 4, зав. № 61; • Комплект ультразвуковых стандартных образцов толщины КУСОТ-180, набор № 4, зав. № 30; • Комплект ультразвуковых стандартных образцов толщины (вспомогательное техническое средство) КУСОТ-180, набор № 5, зав. № 61; • Комплект ультразвуковых стандартных образцов толщины (вспомогательное техническое средство) КУСОТ-180, набор № 6, зав. № 61; • Комплект ультразвуковых стандартных образцов толщины (вспомогательное техническое средство)	3.1.ZCE.1537.2022	36	ПрС- 3.1.ZCE.1537.2022	ФБУ «УРАЛТЕСТ», ИНН: 6662005668

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		КУСОТ-180, набор № 7, зав. № 29; • Комплект образцовых ультразвуковых мер толщины КМТ176М-1, набор № 2, зав. № 119; • Комплект образцовых ультразвуковых мер толщины КМТ176М-1, набор № 3, зав. № 119; • Комплект ультразвуковых стандартных образцов толщины плоскопараллельных КУСОТ-180, зав. № 42; • Меры эквивалентной ультразвуковой толщины МТ, зав. № 2021210064.				
--	--	---	--	--	--	--