

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «13» апреля 2022 г. № 959

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный вторичный эталон единицы силы электрического тока в диапазоне значений от 1 мА до 100 А в диапазоне частот от 20 Гц до 100 кГц	Комплект преобразователей тока, ПТТ-36, зав. № 000.18	2.1.ZBH.2927.2022	12	ПрС- 2.1.ZBH.2927.2022	ФБУ «Нижегородский ЦСМ», ИНН: 5262006584

¹ МАИ – межаттестационный интервал