

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «13» апреля 2022 г. № 967

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон единицы массы 2 разряда в диапазоне номинальных значений от 1 до 130 кг	• Набор гирь (1 – 10) кг класса точности F₁, зав. № 22025783; • Гиря 20 кг класса точности F₁, зав. № 28826026; • Гиря ГО-П-20 кг Р класса точности F₁, зав. № 11; • Гиря ГО-П-20 кг Р класса точности F₁, зав. № 49; • Гиря ГО-П-20 кг Р класса точности F₁, зав. № 50; • Гиря ГО-П-20 кг Р класса точности F₁, зав. № 51; • Гиря ГО-П-10 кг Р класса точности F₁, зав. № 2; • Гиря ГО-П-5 кг Р класса точности F₁, зав. № 2; • Гиря ГО-П-2 кг Р класса точности F₁, зав. № 2; • Гиря ГО-П-2 кг Р класса точности F₁, зав. № 3; • Весы электронные КА50-2/Т, зав. № 2335105; • Компаратор массы XPE155KSC, зав. № B929958713; • Кран консольный на колонне свободностоящий с ручным поворотом консоли, зав. № 18724; • Электротельфер цепного типа В103М, зав. № 1500111; • Подвес для компарирования	3.1.ZZB.0416.2022	24	ПрС- 3.1.ZZB.0416.2022	ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (ВНИИР – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»), ИНН: 7809022120

¹ МАИ – межаттестационный интервал