

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «14» апреля 2022 г. № 973

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон 2 разряда единицы активности радионуклидов Ra-226 и Ra-226d с номинальными значениями $8,70 \cdot 10^3$ и $8,57 \cdot 10^3$ Бк	Источник гамма-излучения с радионуклидом Ra-226, зав. № 01.15А	3.1.ZBH.2928.2022	24	ПрС- 3.1.ZBH.2928.2022	ФБУ «Нижегородский ЦСМ», ИНН: 5262006584

¹ МАИ – межаттестационный интервал