

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «15» апреля 2022 г. № 982

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц массового и объёмного расходов жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 200 т/ч (м ³ /ч), единиц массы и объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,0008 до 2 т (м ³), единицы объёмного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 200 м ³ /ч, единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,0008 до 200 м ³	Установка поверочная расходомерная «Поток ПУ-200-ЭВ» зав. № 003 включающая: • весы лабораторные электронные SG16001, НПВ 16 кг, зав. № 1116233031; • весы товарные HW-200- KV-WP, НПВ 200 кг, зав. № N1802323; • весы платформенные противоударные ВПП-1- 1, НПВ 1000 кг, зав. № 08-24186;	3.7.АКВ.0001.2022	12	ПрС- 3.7.АКВ.0001.2022	Филиал №8 «Мичуринский» ООО «ЭнергоМонтаж», ИНН: 2366029894

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		• весы платформенные противоударные ВПП-1-1, НПВ 1000 кг, зав. № 09-25499; • электромагнитный преобразователь расхода MAG1100/6000, от 0,03 до 1,0 м³/ч, зав. № 7ME611063512N107/7ME692080515N127; • электромагнитный преобразователь расхода MAG1100/6000, от 0,9 до 17 м³/ч, зав. № 7ME611035312N077/7ME692080715N077; • электромагнитный преобразователь расхода MAG1100/6000, от 16 до 200 м³/ч, зав. № 7ME611043412N087/7ME692066014N087				
--	--	---	--	--	--	--