

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «15» апреля 2022 г. № 984

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон единицы индуктивности 1 разряда в диапазоне значений от 1 Гн до 10000 Гн и единицы электрической добротности 1 разряда в диапазоне значений от 1 до 100	Многозначная эталонная мера индуктивности и добротности, LQ-2408-3, зав. № 20	3.1.ZAШ.1202.2022	12	ПрС- 3.1.ZAШ.1202.2022	ФБУ «Красноярский ЦСМ», ИНН: 2464019742

¹ МАИ – межаттестационный интервал