

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «22» апреля 2022 г. № 1045

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон единицы температуры 1 разряда в диапазоне значений от 0 °С до 60 °С	• Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный ПТСВ-2К-1, зав. № 155; • Измеритель температуры многоканальный прецизионный МИТ 8.15, зав. № 150.	3.1.ZZB.0417.2022	12	ПрС- 3.1.ZZB.0417.2022	ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» (ВНИИР – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»), ИНН: 7809022120

¹ МАИ – межаттестационный интервал