

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «25» апреля 2022 г. № 1057

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 540 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 540 м ³ /ч, единицы объемного расхода жидкости 3 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 0,0099 м ³ /ч	• Расходомер-счетчик электромагнитный «OPTIFLUX» 4300C» Ду 4 мм, зав. № R19614136; • Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ТЭР» Ду 10 мм, зав. № 1601153; • Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ТЭР» Ду 32 мм, зав. № 1601161; • Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ТЭР» Ду 50 мм, зав. № 1700393; • Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ТЭР» Ду 150 мм, зав. № 1700394	3.7.АКД.0001.2022	12	ПрС- 3.7.АКД.0001.2022	ИП Сагдиев Руслан Газинурович, ИНН: 161500467491

¹ МАИ – межаттестационный интервал