

Приложение  
к приказу Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии

от «27» апреля 2022 г. № 1078

**Перечень утверждаемых эталонов единиц величин**

| №<br>п/п | Наименование эталона<br>единицы величины и его<br>обязательные и<br>метрологические<br>требования<br>(характеристики)                                                                                                             | Состав эталона                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Регистрационный<br>номер эталона<br>единицы<br>величины | МАИ <sup>1</sup> ,<br>месяцы | Правила содержания и<br>применения | Место содержания и<br>применения эталона<br>единицы величины<br>(наименование<br>организации-держателя<br>эталона, ИНН) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                       | 5                            | 6                                  | 7                                                                                                                       |
| 1        | Государственный рабочий эталон 2 разряда единиц кермы в воздухе, мощности кермы в воздухе, экспозиционной дозы, мощности экспозиционной дозы, амбиентного эквивалента дозы, мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Установка для массовой градуировки дозиметров УМГД-1, зав. № 02;</li> <li>• Источник гамма-излучения на основе радионуклида <sup>60</sup>Со ГИК-2-18, зав. № К01;</li> <li>• Источник гамма-излучения на основе радионуклида <sup>60</sup>Со ГИК-2-17, зав. № Е15.</li> </ul> | 3.1.ЗБЯ.1513.2022                                       | 36                           | ПрС-<br>3.1.ЗБЯ.1513.2022          | Сызранский филиал<br>ФБУ «Самарский ЦСМ»,<br>ИНН: 6311012306                                                            |

<sup>1</sup> МАИ – межаттестационный интервал