

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «27» апреля 2022 г. № 1080

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон 2 разряда единицы удельной активности радионуклидов на основе Cs-137, Ra-226, Th-232+228, K-40	• Источник гамма-излучения с радионуклидом Cs-137 ОИСН, зав. № 018.22А; • Источник гамма-излучения с радионуклидами и Th-232+Th-228, Ra-226, K-40 ОИСН, зав. № 06.17А.	3.7.АВЧ.0003.2022	24	ПрС- 3.7.АВЧ.0003.2022	ООО «НТЦ Амплитуда», ИНН: 7735092057

¹ МАИ – межаттестационный интервал