

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «29» августа 2022 г. № 2150

Сведения
об утвержденном типе средства измерений, подлежащие изменению
в части конструктивных изменений, влияющих на метрологические характеристики средства измерений

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Заводской номер	Регистраци- онный номер в ФИФ	Правообла- датель	Методики поверки для СИ, находящихся в эксплуатации	Методики поверки для СИ, изготовленных после даты издания настоящего приказа	Добавляемый изготовитель	Дата утверж- дения акта испыта- ний	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Расходомеры- счетчики электромагнитные	ПИТЕРФЛОУ	К-30-30-С1-С-1,6- IP66 – зав. №253313, РС-32- 30-А1-С-1,6- IP66 – зав. № 253311, РС-32-30-И1-С- 1,6- IP66 – зав. №253305, РС-150- 630-И-В1-ФЕ-2,5- IP66 – зав.№252760, Л- 150-630-А1-ФЕ- 2,5- IP66 – зав. №252762, РС-150- 630-С1-ФЕ-2,5- IP66	66324-16	-	МП 0470-1- 2016, МП 208-018- 2022	МП 208-018-2022	-	20.04. 2022	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМОТРОНИК» (ООО «ТЕРМОТРОНИК»), г. Санкт-Петербург	ФГБУ «ВНИИМС», г. Москва