

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «22» декабря 2022 г. № 3238

Сведения
о признании результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки средств измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Регистрац ионный номер	Изготовитель	Методика поверки	Интервал между поверками	Юридическое лицо, выдавшее заключение по результатам метрологической экспертизы	Прилагаемые документы	Организация, проводящая первичную поверку	Срок действия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Спектрометры	МКГ-АТ1321	87793-22	Научно- производственное унитарное предприятие "АТОМТЕХ" открытого акционерного общества "МНИПИ" (УП "АТОМТЕХ"), Республика Беларусь	МРБ МП.2264-2012 в редакции изменения № 5	1 год	ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", г. Санкт-Петербург	Согласно приложению № 1.1 к приказу	РУП "БелГИМ", Республика Беларусь	31.05.2027
2.	Спектрометры	МКС- АТ6101	87794-22	Научно- производственное унитарное предприятие "АТОМТЕХ" открытого акционерного общества "МНИПИ" (УП "АТОМТЕХ"), Республика Беларусь	МРБ МП.3348-2022	1 год	ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", г. Санкт-Петербург	Согласно приложению № 1.2 к приказу	РУП "БелГИМ", Республика Беларусь	04.08.2027

3.	Барометры сетевые вибрационно- частотные	БАРС-1, БАРС-1М, БАРС-1М-1	87795-22	ТОО "Сигард- Групп", Республика Казахстан	Барометры сетевые вибрационно- частотные БАРС-1, БАРС-1М, БАРС-1М-1, производства ТОО "Сигард-Групп", Республика Казахстан. Методика поверки	1 год	ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", г. Санкт-Петербург	Согласно приложению № 1.3 к приказу	ТОО "Scientia Kazakhstan", Республика Казахстан	22.10.2025
4.	Регистраторы автоматические температуры вспышки нефтепродуктов	"Вспышка- А"	87796-22	Закрытое акционерное общество "БМЦ" (ЗАО "БМЦ"), Республика Беларусь	МП.МН 63-95 в редакции извещения №6 об изменении	1 год	ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", г. Санкт-Петербург	Согласно приложению № 1.4 к приказу	РУП "БелГИМ", Республика Беларусь	26.06.2025
5.	Трансформаторы напряжения емкостные	ЕТН-35, ЕТН-110, ЕТН-220, ЕТН-330, ЕТН-400, ЕТН-500	87797-22	Товарищество с ограниченной ответственностью "Усть- Каменогорский конденсаторный завод", Республика Казахстан	ГОСТ 8.216-2011	8 лет; 4 года - для трансфор- маторов с классом точности 0,1	ФГБУ "ВНИИМС", г. Москва	Согласно приложению № 1.5 к приказу	Товарищество с ограниченной ответственностью "Усть- Каменогорский конденсаторный завод", Республика Казахстан	18.08.2027
6.	Термопреобразова- тели сопротивления	ТСП-1199, ТСМ-1199	87798-22	Научно- производственное общество с ограниченной ответственностью "Энергоприбор" (НП ООО "Энергоприбор"), Республика Беларусь	МРБ МП.3307-2022	2 года	ФГБУ "ВНИИМС", г. Москва	Согласно приложению № 1.6 к приказу	РУП "БелГИМ", Республика Беларусь и НП ООО "Энергоприбор", Республика Беларусь	23.05.2027