

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «22» декабря 2022 г. № 3246

Сведения
об утвержденном типе средства измерений, подлежащие изменению
в части конструктивных изменений, влияющих на метрологические характеристики средства измерений

№ п/п	Наименование типа	Обозначен ие типа	Заводской номер	Регистраци- онный номер в ФИФ	Правообла- датель	Отменяемая методика поверки	Действие методики поверки сохраняется	Устанавлива- емая методика поверки	Добав- ляемый изгото- витель	Интервал между поверками	Дата утверж- дения акта испыта- ний	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Счетчики электроэнергии трехфазные интеллектуальные	НАРТИС- И300	023220083642, 023220083638	86200-22	Общество с ограниченной ответственностью «Завод НАРТИС» (ООО «Завод НАРТИС»), Вологодская обл., г. Череповец	НРДЛ.4111 52.303 МП	-	РТ-МП-1168- 551-2022	-	для классов точности 0,5S - 10 лет; для классов точности 1 – 16 лет	05.12. 2022	Общество с ограниченной ответственностью «Завод НАРТИС» (ООО «Завод НАРТИС»), Вологодская обл., г. Череповец	ФБУ «Ростест- Москва», г. Москва