

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «27» декабря 2022 г. № 3290

**Сведения
об утвержденных типах средств измерений**

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Код характера производства	Рег. Номер	Зав. номер(а) *	Изготовители	Правообладатель	Код идентификации продукции	Методика поверки	Интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытание	Дата утверждения акта
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Акселерометры промышленные	AP15XX	C	87823-22	AP1584-A1 зав. № 22004, AP1585-A3 зав. № 22002, AP1585-MB4 зав. № 22001, AP1586-A2 зав. № 22012, AP1587-C3 зав. № 22011, AP1588-B5 зав. № 22007, AP1589-C6 зав. № 22006	Общество с ограниченной ответственностью "ГлобалТест" (ООО "ГлобалТест"), Нижегородская обл., г. Саров	Общество с ограниченной ответственностью "ГлобалТест" (ООО "ГлобалТест"), Нижегородская обл., г. Саров	ОС	МП А3009.0451-2022	3 года	Общество с ограниченной ответственностью "ГлобалТест" (ООО "ГлобалТест"), Нижегородская обл., г. Саров	ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", Нижегородская обл., г. Саров	21.09.2022
2.	Машины испытательные универсальные	WAW-1000	E	87824-22	18065, 18117, 18118, 18119, 18120, 18121	Фирма "Changzhou Chazruitong Machinery CO LTD", Китай	Фирма "Changzhou Chazruitong Machinery CO LTD", Китай	ОС	МП 1600-078-22	1 год	Общество с ограниченной ответственностью "НГЭС-Эксперт" (ООО "НГЭС-Эксперт"),	ФБУ "Нижегородский ЦСМ", г. Нижний Новгород	29.07.2022

3.	Манометры технические водолазные	МТВ	С	87825-22	00001, 00002, 00003	Общество ограни- ченной ответ- ственностью "Манометр" (ООО "Манометр"), Саратов- ская обл., г. Энгельс	Общество ограни- ченной ответ- ственностью "Манометр" (ООО "Манометр"), Саратов- ская обл., г. Энгельс	ОС	МИ 2124-90	1 год	г. Нижний Новгород	ООО "ИНЭКС СЕРТ", г. Москва	19.08.2022
4.	Осциллографы цифровые	АКИП-4136	С	87826-22	мод. АКИП-4136/2А: зав. № 2134063	Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co., Ltd., Китай	Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co., Ltd., Китай	ОС	МП-ПР-14-2022	1 год	Акционерное общество "Приборы, Сервис, Торговля" (АО "ПриСТ"), г. Москва	АО "ПриСТ", г. Москва	19.10.2022
5.	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические с понтоном	РВСПК-20000	Е	87827-22	7319.1, 7320	Акционерное общество "Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций имени Н.Е.Крюкова" (АО "НЗРМК им. Н.Е.Крюкова"), г. Новокузнецк	Акционерное общество "Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций имени Н.Е.Крюкова" (АО "НЗРМК им. Н.Е.Крюкова"), г. Новокузнецк	ОС	ГОСТ 8.570-2000	5 лет	Общество с ограниченной ответственностью "Арслан" (ООО "Арслан"), Республика Татарстан, г. Альметьевск	ФБУ "Нижегородский ЦСМ", г. Нижний Новгород	26.10.2022
6.	Меры электрического сопротивления	Обозначение отсутствует	Е	87828-22	1, 2	Федеральное государственное унитарное предприятие "Все-российский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева" (ФГУП	Федеральное государственное унитарное предприятие "Все-российский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева" (ФГУП	ОС	ГОСТ 8.237-2003	2 года	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева"	ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", г. Санкт-Петербург	18.08.2022

7.	Меры электрического сопротивления постоянного тока	933	E	87829-22	9336 зав. № 73717, 73761, 73719, 73720; 9337 зав. № 73712, 73713	Guidline Instruments Limited, Канада	Guidline Instruments Limited, Канада	ОС	МП 2202-0085-2022	2 года	(ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"), г. Санкт-Петербург	ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", г. Санкт-Петербург	18.08.2022
8.	Меры электрического сопротивления постоянного тока	МП 9210	E	87830-22	МП 9210А зав. № 1103350, 1104747; МП 9210В зав. № 1101507, 1101512, 1101513, 1104488	Measurement International Limited (Measurement International), Канада	Measurement International Limited (Measurement International), Канада	ОС	МП 2202-0084-2022	2 года	(ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"), г. Санкт-Петербург	ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", г. Санкт-Петербург	18.08.2022
9.	Меры электрического сопротивления постоянного	МП 9331	E	87831-22	МП 9331 зав. № 1104753, 1104755; 1104793, 1104794; МП 9331R зав. №	Measurement International Limited (Measurement International), Канада	Measurement International Limited (Measurement International), Канада	ОС	МП 2202-0086-2022	2 года	(ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"), г. Санкт-Петербург	ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", г. Санкт-Петербург	18.08.2022

ного тока						1104603, 1104604; 1104600, 1104601; 1103672, 1103997; 1103814, 1103999; 1104618, 1104619; 1104004, 1104006; 1104613, 1104614; 1104011, 1104012; 1104404, 1104405; МП 9331G зав. № 1104469, 1104470; 1104677, 1104688	ational), Канада	ational), Канада				"Всероссий- ский научно- исследователь- ский институт метрологии им. Д.И. Мен- делеева" (ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделе- ева"), г. Санкт- Петербург	Петербург	
10. Меры элек- трического сопротивле- ния одно- значные	МС3011	E	87832-22			зав. №№ 001; 003 (1 Ом); 001; 002 (10 Ом); 001; 003 (100 Ом); 001; 002 (1 кОм); 001; 003 (10 кОм); 001; 002 (100 кОм)	Общество с ограниченной ответственно- стью предприя- тия "ЗИП- Научприбор" (ООО предприя- тия "ЗИП- Научприбор"), г. Краснодар	Общество с ограниченной ответственно- стью предприя- тия "ЗИП- Научприбор" (ООО предприя- тия "ЗИП- Научприбор"), г. Краснодар	ОС	ГОСТ 8.237-2003	2 года	Федеральное государствен- ное унитарное предприятие "Всероссий- ский научно- исследователь- ский институт метрологии им. Д.И. Мен- делеева" (ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделе- ева"), г. Санкт- Петербург	ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделе- ева", г. Санкт- Петербург	18.08.2022
11. Мост- компаратор постоянного тока для из- мерения электриче- ского сопро- тивления автоматиче- ский 6622А с расширите- лем 6623А- 10	6622А и 6623А	E	87833-22			Мост-компаратор 6622А-ХРР зав. № 73741; расшири- тель 6623А-10 зав. № 73839	Guildline Instruments Limited, Канада	Guildline Instruments Limited, Канада	ОС	МП 2202- 0087-2022	1 год	Федеральное государствен- ное унитарное предприятие "Всероссий- ский научно- исследователь- ский институт метрологии им. Д.И. Мен- делеева" (ФГУП "ВНИИМ им.	ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделе- ева", г. Санкт- Петербург	18.08.2022

измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Московской ЖД - филиала ОАО "РЖД"						"РЖД"), г. Москва				ком"), г. Москва		
15. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Восточно-Сибирской ЖД - филиала ОАО "РЖД"	Е	87837-22	01-В-СИБ-2022	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"), г. Москва	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"), г. Москва	ОС	МП 206.1-096-2022	4 года	Акционерное общество "Трансэнерком" (АО "Трансэнерком"), г. Москва	ФГБУ "ВНИИМС", г. Москва	14.11.2022	
16. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС	Е	87838-22	01-СВЕРД-2022	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"), г. Москва	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"), г. Москва	ОС	МП 206.1-098-2022	4 года	Акционерное общество "Трансэнерком" (АО "Трансэнерком"), г. Москва	ФГБУ "ВНИИМС", г. Москва	07.11.2022	

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «27» декабря 2022 г. № 3290

Регистрационный № 87831-22

Лист № 1
Всего листов 6

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Меры электрического сопротивления постоянного тока МІ 9331

Назначение средства измерений

Меры электрического сопротивления постоянного тока МІ 9331 (далее по тексту - меры МІ 9331) предназначены для воспроизведения, хранения и передачи единицы электрического сопротивления в цепях постоянного тока.

Меры МІ 9331 соответствуют обязательным метрологическим требованиям к вторичным (рабочим) эталонам, установленным Государственной поверочной схемой для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока, утвержденной приказом Росстандарта от 30.12.2019 г. № 3456.

Описание средства измерений

К настоящему типу средств измерений относятся меры электрического сопротивления постоянного тока следующих модификаций МІ 9331, МІ 9331R, МІ 9331G, которые отличаются друг от друга номинальными значениями электрического сопротивления, типом подключения в измерительную схему.

К мерам сопротивления данного типа относятся модификация МІ 9331 зав. № 1104753, 1104755 (0,001 Ом); 1104793, 1104794 (0,01 Ом); модификация МІ 9331R зав. № 1104603, 1104604 (0,1 Ом); 1104600, 1104601 (1 Ом); 1103672, 1103997 (10 Ом); 1103814, 1103999 (100 Ом); 1104618, 1104619 (1 кОм); 1104004, 1104006 (10 кОм); 1104613, 1104614 (100 кОм); 1104011, 1104012 (1 МОм); 1104404, 1104405 (10 МОм); модификация МІ 9331G зав. № 1104469, 1104470 (100 МОм); 1104677, 1104688 (1 ГОм). Номинальное значение каждой меры указано на верхней части меры после указания типа через дробь.

Принцип действия мер МІ 9331 заключается в воспроизведении значений сопротивления с помощью резистивного элемента. Резистивный элемент размещен в прямоугольном металлическом корпусе. Конструкция предусматривает минимальное механическое воздействие на резистивный элемент при его креплении в корпусе. У модификаций МІ 9331 и МІ 9331R четыре клеммы (две токовых и две потенциальных) и клемма для подключения к шине заземления «Shield» расположены в верхней части меры. Подвижные части токовых и потенциальных клемм (гайка) модификации МІ 9331 выполнены с применением пластикового покрытия, а модификации МІ 9331R – золоченого или никелированного покрытия. У модификации МІ 9331G на верхней части мер размещены два разъема типа N, клемма для подключения к шине заземления «Shield» и две клеммы для обеспечения отдельного экранирования высоко- и низкпотенциального выводов резистивного элемента «Guard».

Маркировка мер МІ 9331 выполнена типографским способом, наносится на верхнюю часть меры и содержит: наименование и фирменный знак предприятия-изготовителя; модификацию с указанием номинального значения, например «9331/10MΩ». Заводской номер по принятой нумерации предприятия-изготовителя в виде цифрового обозначения наносится на боковую часть меры в виде наклейки.

Нанесение знака поверки и знака утверждения типа не предусмотрено.

Общий вид мер МІ 9331 представлен на рисунках 1 - 3.

Для предотвращения от несанкционированного проникновения внутрь мер применяются одноразовые разрушающиеся наклейки-пломбы, приклеенные на боковую часть меры. Схема пломбировки представлена на рисунке 4.



Рисунок 1 – Общий вид мер МІ 9331 модификации МІ 9331



Рисунок 2 – Общий вид мер МІ 9331 модификации МІ 9331R



Рисунок 3 – Общий вид мер МІ 9331 модификации МІ 9331G с указанием места нанесения заводского номера



Рисунок 4 - Общий вид мер MI 9331 с указанием места пломбировки

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Номинальные значения электрического сопротивления, Ом MI9331 MI9331R MI9331G	$1 \cdot 10^{-3}$; $1 \cdot 10^{-2}$ 0,1; 1; 10; 100; $1 \cdot 10^3$; $1 \cdot 10^4$; $1 \cdot 10^5$; $1 \cdot 10^6$; $1 \cdot 10^7$ $1 \cdot 10^8$; $1 \cdot 10^9$
Среднее квадратическое отклонение суммарной погрешности, не более 1 МОм; 10 МОм 100 МОм 1 Ом 10 Ом 100 Ом; 1 кОм 10 кОм; 100 кОм 1 МОм; 10 МОм; 100 МОм; 1 ГОм	$2 \cdot 10^{-7}$ $1 \cdot 10^{-7}$ $0,5 \cdot 10^{-7}$ $1 \cdot 10^{-7}$ $1,5 \cdot 10^{-7}$ $2 \cdot 10^{-7}$ $7 \cdot 10^{-7}$
Относительная нестабильность сопротивления за год, не более 1 МОм; 10 МОм 100 МОм 1 Ом 10 Ом; 100 Ом 1 кОм 10 кОм; 100 кОм 1 МОм; 10 МОм; 100 МОм 1 ГОм	$20 \cdot 10^{-7}$ $10 \cdot 10^{-7}$ $5 \cdot 10^{-7}$ $10 \cdot 10^{-7}$ $15 \cdot 10^{-7}$ $20 \cdot 10^{-7}$ $40 \cdot 10^{-7}$ $60 \cdot 10^{-7}$
Температурный коэффициент сопротивления, K^{-1} , не более 1 МОм; 10 МОм 100 МОм; 1 Ом; 10 Ом; 100 Ом; 1 кОм; 10 кОм; 100 кОм 1 МОм 10 МОм; 100 МОм; 1 ГОм	$\pm 8 \cdot 10^{-6}$ $\pm 50 \cdot 10^{-6}$ $\pm 0,1 \cdot 10^{-6}$ $\pm 0,2 \cdot 10^{-6}$ $\pm 5 \cdot 10^{-6}$

Наименование характеристики	Значение
Предельное значение силы постоянного электрического тока, подаваемой на меру, А	
1 мОм	6
10 мОм	3
100 мОм	1
1 Ом	0,316
10 Ом	0,1
100 Ом	0,031
1 кОм	0,01
10 кОм	0,003
100 кОм	0,001
1 МОм	0,0003
10 МОм	0,0001
Предельное значение напряжения постоянного тока, подаваемого на меру, В	
1 мОм	0,006
10 мОм	0,03
100 мОм	0,1
1 Ом	0,32
10 Ом	1
100 Ом	3,16
1 кОм	10
10 кОм	31,62
100 кОм	100
1 МОм	300
10 МОм	1000
100 МОм	1000
1 ГОм	1000
Нормальные условия измерений: - диапазон температуры окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, %, не более - атмосферное давление, кПа	от +15 до +25 80 от 84 до 106,7

Таблица 2 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Габаритные размеры (Длина×Ширина×Высота), мм, не более	
MI9331	200×100×81
MI9331R	200×100×81
MI9331G	200×100×81
Масса, кг, не более	1
Условия эксплуатации: - диапазон температуры окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, %, не более - атмосферное давление, кПа	от +15 до +25 80 от 84 до 106,7
Наработка до отказа, ч, не менее	20000
Средний срок службы, лет	15

Знак утверждения типа наносится
типографским способом на титульный лист паспорта.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 - Комплектность мер МІ 9331

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
Меры электрического сопротивления постоянного тока	МІ 9331 (0,001 Ом) зав. № 1104753, 1104755, (0,01 Ом) зав. № 1104793, 1104794	4
Меры электрического сопротивления постоянного тока	МІ 9331R (0,1 Ом) зав. № 1104603, 1104604, (1 Ом) зав. № 1104600, 1104601, (10 Ом) зав. № 1103672, 1103997, (100 Ом) зав. № 1103814, 1103999, (1 кОм) зав. № 1104618, 1104619, (10 кОм) зав. № 1104004, 1104006, (100 кОм) зав. № 1104613, 1104614, (1 МОм) зав. № 1104011, 1104012, (10 МОм) зав. № 1104404, 1104405	18
Меры электрического сопротивления постоянного тока	МІ 9331G (100 МОм) зав. № 1104469, 1104470, (1 ГОм) зав. № 1104677, 1104688	4
Паспорт	-	26
Методика поверки	-	1

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Меры электрического сопротивления постоянного тока МІ 9331, МІ 9331R, МІ 9331G. Паспорт».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 23737-79 Меры электрического сопротивления. Общие технические условия;
ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;

Государственная поверочная схема для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока, утвержденная приказом Росстандарта от 30 декабря 2019 г. № 3456.

Правообладатель


Measurement International Limited (Measurement International), Канада
Адрес: PO Box 2359, 118 Commerce Drive Prescott, Ontario, Canada K0E 1T0
Адрес для корреспонденции: PO Box 2359, 118 Commerce Drive Prescott, Ontario, Canada K0E 1T0
Телефон: (613) 925-5934
E-mail: sales@mintl.com
Web-сайт: www. mintl.com

Изготовитель

Measurement International Limited (Measurement International), Канада
Адрес: PO Box 2359, 118 Commerce Drive Prescott, Ontario, Canada K0E 1T0
Адрес для корреспонденции: PO Box 2359, 118 Commerce Drive Prescott, Ontario, Canada K0E 1T0
Телефон: (613) 925-5934
E-mail: sales@mintl.com
Web-сайт: www.mintl.com

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И.Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»)
Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 19
Телефон: (812) 251-76-01, факс: (812) 713-01-14
Web-сайт: www.vniim.ru
E-mail: info@vniim.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311541



УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «27» декабря 2022 г. № 3290

Регистрационный № 87832-22

Лист № 1
Всего листов 4

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Меры электрического сопротивления однозначные МС3011

Назначение средства измерений

Меры электрического сопротивления однозначные МС3011 (далее по тексту – меры МС3011) предназначены для воспроизведения, хранения и передачи единицы электрического сопротивления в цепях постоянного и переменного тока.

Меры соответствуют обязательным метрологическим требованиям к рабочему эталону единицы электрического сопротивления 1 разряда, установленным Государственной поверочной схемой для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока, утвержденной приказом Росстандарта от 30.12.2019 г. № 3456.

Описание средства измерений

К настоящему типу средств измерений относятся меры электрического сопротивления однозначные МС3011 зав. №№ 001; 003 (1 Ом); 001; 002 (10 Ом); 001; 003 (100 Ом); 001; 002 (1 кОм); 001; 003 (10 кОм); 001; 002 (100 кОм).

Принцип действия мер МС3011 заключается в воспроизведении значений электрического сопротивления с помощью резистивного элемента. Резистивные элементы мер изготовлены из тонкой ленты резистивного сплава. Сам резистивный элемент имеет сложную форму (типа меандр), которая позволяет осуществить подгонку сопротивления к номинальному значению посредством удаления перемычек между различными участками резистивного элемента. Конструкция предусматривает минимальное механическое воздействие на резистивный элемент при его креплении в корпусе. Четыре клеммы (две токовых и две потенциальных) расположены в верхней части меры на изоляционной подложке и клемма для подключения к шине заземления «», расположена в торцевой части меры. Подвижные части токовых и потенциальных клемм (гайка), шина заземления выполнены с применением пластикового покрытия.

Маркировка мер МС3011 выполнена методом металлографии, наносится на верхнюю часть меры и содержит: наименование предприятия-изготовителя; тип с указанием номинального значения, номинальное и предельное значение мощности рассеивания и постоянной времени.

Заводские номера нанесены в виде цифрового обозначения, ударным способом, по принятой нумерации предприятия-изготовителя на шильд мер, что обеспечивает их идентификацию.

Нанесение знака поверки и знака утверждения типа не предусмотрено.

Общий вид мер МС3011 представлен на рисунке 1.

Конструкцией мер не предусмотрено применение средств для предотвращения от несанкционированного проникновения внутрь.




Рисунок 1 - Общий вид мер MC3011 с указанием мест нанесения заводского номера

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Номинальное значение электрического сопротивления, Ом	1; 10; 100; $1 \cdot 10^3$; $1 \cdot 10^4$; $1 \cdot 10^5$
Максимальная рабочая частота, Гц	1000
Доверительная относительная погрешность при доверительной вероятности 0,95, 10^{-5} , не более	
1 Ом	1
10 Ом	0,5
100 Ом	0,2
1 кОм	0,2
10 кОм	0,2
100 кОм	0,5
Относительная нестабильность сопротивления за год, не более	$1 \cdot 10^{-5}$
Температурный коэффициент сопротивления (α), $1/K$, не более	
1 Ом	$1,7 \cdot 10^{-6}$
10 Ом	$1,1 \cdot 10^{-6}$
100 Ом	$1,0 \cdot 10^{-6}$
1 кОм	$1,1 \cdot 10^{-6}$
10 кОм	$1,1 \cdot 10^{-6}$
100 кОм	$1,4 \cdot 10^{-6}$
Температурный коэффициент сопротивления, (β), $1/K^2$, не более	$-0,1 \cdot 10^{-6}$
Мощность рассеивания, мВт, не более	
- номинальная	10
- предельная	20
Предельное значение постоянной времени, нс, не более	
от 1 Ом до 1 кОм	30
10 кОм	40
100 кОм	400
Нормальные условия применения:	
диапазон температуры окружающего воздуха, °C	от +15 до +25
относительная влажность воздуха, %, не более	80
диапазон атмосферного давления, кПа	от 84 до 106,7

Таблица 2 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Габаритные размеры (Длина×Ширина×Высота), мм, не более	60×60×90
Масса, кг, не более	0,5
Условия эксплуатации: диапазон температуры окружающего воздуха, °С относительная влажность воздуха, %, не более диапазон атмосферного давления, кПа	от +15 до +25 80 от 84 до 106,7
Наработка до отказа, ч, не менее	10000
Средний срок службы, лет	15

Знак утверждения типа наносится

типографским способом на титульный лист формуляра.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 - Комплектность мер

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
Меры электрического сопротивления однозначные	МС3011 (1 Ом) зав. № 001; 003; (10 Ом) зав. № 001; 002; (100 Ом) зав. № 001; 003; (1 кОм) зав. № 001; 002; (10 кОм) зав. № 001; 003; (100 кОм) зав. № 001; 002	12
Формуляр	ЗИУСИ.425.003 ФО	12

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе ЗИУСИ.425.003 ФО «Мера электрического сопротивления однозначная МС 3011. Формуляр».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 23737-79 Меры электрического сопротивления. Общие технические условия;
ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;

ГОСТ 8.237-2003 ГСИ. Меры электрического сопротивления однозначные. Методика поверки;

Государственная поверочная схема для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока, утвержденная приказом Росстандарта от 30 декабря 2019 г. №3456.

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью предприятие «ЗИП-Научприбор»
(ООО предприятие «ЗИП-Научприбор»)
ИНН 2310012810

Адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, д. 5, литер Ц1

Телефон (факс): (861) 252-29-40, (861)-232-32-20

Web-сайт www.znp.ru


E-mail znp@znp.ru

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью предприятие «ЗИП-Научприбор»
(ООО предприятие «ЗИП-Научприбор»)
ИНН 2310012810
Адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, д. 5, литер Ц1
Телефон (факс): (861) 252-29-40, (861)-232-32-20
Web-сайт www.znp.ru
E-mail znp@znp.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И.Менделеева»
(ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»)
Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19
Телефон: (812) 251-76-01, факс: (812) 713-01-14
Web-сайт: www.vniim.ru
E-mail: info@vniim.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311541.



УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «27» декабря 2022 г. № 3290

Регистрационный № 87833-22

Лист № 1
Всего листов 6

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Мост–компаратор постоянного тока для измерения электрического сопротивления автоматический 6622А с расширителем 6623А-10

Назначение средства измерений

Мост–компаратор постоянного тока для измерения электрического сопротивления автоматический 6622А (далее по тексту – мост-компаратор) с расширителем 6623А-10 (далее по тексту – расширитель) предназначен для компарирования двух мер сопротивления и передачи единицы электрического сопротивления в цепях постоянного тока.

Мост-компаратор соответствует обязательным метрологическим требованиям к вторичным (рабочим) эталонам, установленным Государственной поверочной схемой для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока, утвержденной приказом Росстандарта от 30.12.2019 г. № 3456.

Описание средства измерений

К настоящему типу средств измерений относятся мост – компаратор постоянного тока для измерения электрического сопротивления автоматический 6622А по госреестру № 61103-15 (модификации 6622А-ХРР) с расширителем 6623А-10 следующей модификации 6622А-ХРР с расширителем модификации 6623А-10.

К мосту-компаратору с расширителем данного типа относятся 6622А-ХРР зав. № 73741 и 6623А-10 зав. № 73839.

Принцип действия мостов-компараторов основан на достижении равенства ампер-витков, протекающими через обмотки измерительного трансформатора и через компарируемые сопротивления при равенстве напряжения на их потенциальных зажимах. Мост-компаратор имеет микропроцессорную 16-битовую технологию, которая разработана для измерения и отображения двух сопротивлений с точностью лучше, чем 0,05 мкОм/Ом. Отношение двух сопротивлений определяется из прямых измерений напряжения разбаланса, которое поддерживается ампер-витковым балансом.

В приборе поддерживается полная электрическая изоляция между протекающими токами путем использования оптоволоконной технологии. Для передачи данных между каждым функциональным компонентом и встроенным микроконтроллером также используется оптоволоконная связь.

Мост-компаратор и расширитель размещены в металлическом корпусе каждый с пластмассовыми панелями с каждой стороны для защиты от механических воздействий. Конструкция предусматривает минимальное механическое воздействие на внутренние органы управления моста-компаратора и расширителя при их креплении в корпусе.

На передней панели моста-компаратора располагаются: вакуумный флуоресцентный дисплей, для вывода отображения измерительной информации; входные клеммы «С1», «С2» (токовые выходы), «Р1», «Р2» (потенциальные выходы) (общее обозначение Rs), с низкой термо-ЭДС, для подключения резистивного элемента по 4-х проводной схеме подключения; входные клеммы «С1», «С2» (токовые выходы), «Р1», «Р2» (потенциальные выходы) (общее обозначение Rx), с низкой термо-ЭДС, для подключения резистивного

элемента по 4-х проводной схеме подключения; клемма защиты активной цепи «Guard» связанная с низким уровнем сигнала, «C1» («Guard» никогда не должна соединяться с клеммой «Ground», расположенной на задней панели моста-компаратора); клемма «Common», которая используется для диагностики моста-компаратора; числовая клавиатура с набором кнопок для управления процессом измерения моста-компаратора.

На задней панели моста-компаратора располагаются: IEEE-488 интерфейс; входной разъем сетевого питания с выключателем «ON/OFF» и селектором выбора напряжения питающей сети с предохранителем; клемма заземления общей цепи «Ground»; 6-ти штырьковый круглый разъем «EXTENDER» для подключения расширителя 6623A-10.

На передней панели расширителя располагается: светодиодная лампочка, для индикации работоспособности расширителя.

На задней панели расширителя располагаются: клеммы «C1» и «C2» для подключения к токовым выводам резистивных элементов в диапазоне от 1 мОм до 0,08 Ом; разъем «BRIDGE» для подключения моста-компаратора; разъем сетевого питания с выключателем «ON/OFF» и селектором выбора напряжения питающей сети с предохранителем; клемма заземления общей цепи «Ground»; разъем «CASCADE» для подключения расширителя.

Маркировка моста-компаратора и расширителя выполнена типографским способом, наносится на переднюю панель и содержит: наименование и фирменный знак предприятия-изготовителя. Модификация, заводской номер по принятой нумерации 73XXX предприятия-изготовителя наносится на заднюю панель в виде наклейки.

Нанесение знака поверки и знака утверждения типа на мост-компаратор с расширителем не предусмотрено.

Общий вид моста-компаратора и расширителя представлены на рисунках 1 и 2.

Для предотвращения от несанкционированного проникновения внутрь моста-компаратора и расширителя применяются одноразовые разрушающиеся наклейки-пломбы, приклеенные на заднюю панель моста-компаратора и расширителя. Схема пломбировки представлена на рисунке 2.




Рисунок 1 - Общий вид лицевой панели моста-компаратора 6622A (нижний прибор) с расширителем 6623A (верхний прибор)



Рисунок 2 - Общий вид задней панели моста-компаратора 6622А (нижний прибор) с расширителем 6623А (верхний прибор) с указанием места пломбировки и заводского номера

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) состоит из встроенного ПО и автономного ПО.

Встроенное ПО является метрологически значимым, устанавливается в мост-компаратор с расширителем при его производстве и является неотъемлемой его частью. Встроенное ПО осуществляет функции сбора, передачи, обработки и представления измерительной информации.

Влияние встроенного ПО учтено при нормировании метрологических характеристик.

Автономное ПО является метрологически незначимым, устанавливается на персональный компьютер (ПК). Автономное ПО позволяет производить настройку моста-компаратора с расширителем, отображать в цифровом и графическом видах результаты измерений, сохранять и обрабатывать их.

Уровень защиты программного обеспечения от преднамеренных или непреднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» по Р 50.2.077-2014.

Таблица 1 – Идентификационные данные (признаки) ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение	
	встроенное	автономное
Тип ПО	6622A-XPR	Установка 6625A
Идентификационное наименование ПО		
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	Z	22.08
Цифровой идентификатор ПО	-	-

Метрологические и технические характеристики

Метрологические характеристики моста-компаратора с расширителем представлены в таблице 2. Технические характеристики представлены в таблице 3.

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики		Значение
Диапазон измерений электрического сопротивления		от 1 мОм до 100 МОм включ.
Относительное среднее квадратическое отклонение суммарной погрешности, не более, мкОм/Ом		
плечо моста-компаратора Rs	плечо моста-компаратора Rx	
1 Ом	от 1 мОм до 0,08 Ом включ.	0,2
	св. 0,08 до 6,3 Ом включ.	0,05
	св. 6,3 до 13,4 Ом включ.	0,05
	св. 13,4 до 107 Ом включ.	0,1
10 Ом	от 1 до 8 Ом включ.	0,4
	св. 8 до 63 Ом включ.	0,05
	св. 63 до 134 Ом включ.	0,05
	св. 134 до 1075 Ом включ.	0,05
100 Ом	от 10 до 80 Ом включ.	0,4
	св. 80 до 630 Ом включ.	0,05
	св. 630 до 1340 Ом включ.	0,05
	св. 1,34 до 10,75 кОм включ.	0,1
1 кОм	от 100 до 800 Ом включ.	0,4
	св. 800 Ом до 6,3 кОм включ.	0,05
	св. 6,3 до 13,4 кОм включ.	0,05
	св. 13,4 до 107,5 кОм включ.	0,5
10 кОм	от 1 до 8 кОм включ.	0,4
	св. 8 до 63 кОм включ.	0,05
	св. 63 до 134 кОм включ.	0,15
	св. 134 кОм до 1,075 МОм включ.	1
100 кОм	от 10 до 80 кОм включ.	0,7
	св. 80 до 630 кОм включ.	0,2
	св. 630 кОм до 1,34 МОм включ.	0,3
	св. 1,34 до 10,75 МОм включ.	3
1 МОм	св. 100 до 800 кОм включ.	1,5
	св. 800 кОм до 6,3 МОм включ.	0,4
	св. 6,3 до 13,4 МОм включ.	0,6
	св. 13,4 до 107,5 МОм включ.	6
10 МОм	от 1 до 8 МОм включ.	6
	св. 8 до 63 МОм включ.	0,7
	св. 63 до 134 МОм включ.	0,7
Нормальные условия измерений:		
- диапазон температуры окружающего воздуха, °С		от +15 до +25
- относительная влажность воздуха, %, не более		80
- атмосферное давление, кПа		от 96 до 106,7

Таблица 2 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Значение испытательного напряжения, В	от 1 до 100 включ.
Измерительный ток	от 0,002 мА до 10 А
Отношение сопротивлений (Rx:Rs)	от 0,08:1 до 1000:1
Коэффициенты отношений расширителя	20:1 и 100:1
Время реверсирования тока, с	от 4 до 1637
Линейность, мкОм/Ом	0,01
Габаритные размеры, (ширина x толщина x высота), мм, не более мост-компаратор 6622А расширитель 6623А	441x525x230 440x516x145
Масса, кг, не более мост-компаратор 6622А расширитель 6623А	25 10,4
Условия эксплуатации: - диапазон температуры окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, %, не более - атмосферное давление, кПа	от +15 до +25 80 от 84 до 106,7
Источник питания	от 100 до 240 В, 50/60 Гц
Наработка до отказа, ч, не менее	10000
Срок службы, лет, не менее	10

Знак утверждения типа наносится

типографским способом на титульный лист на руководство по эксплуатации.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность моста-компаратора с расширителем

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
Мост-компаратор	6622А-ХРР зав. № 73741 и	1
Расширитель	6623-10 зав. № 73839	1
Кабель питания	-	2
Соединительный кабель 6622А с 6623А	-	1
Заглушка «CASCADE»	-	1
Комплект измерительных кабелей	-	5
Комплект предохранителей	-	1
Руководство по эксплуатации	-	1
Руководство оператора	Хд 1.706.101 ПОЗ4	1
Методика поверки	-	1

Сведения о методиках (методах) измерений

Приведены в разделе 3 руководства по эксплуатации на мост-компаратор «Мост – компаратор постоянного тока для измерения электрического сопротивления автоматический 6622А с расширителем 6623-10. Руководство по эксплуатации».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;

Государственная поверочная схема для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока, утвержденная приказом Росстандарта от 30 декабря 2019 г. № 3456.

Правообладатель


Guildline Instruments Limited, Канада
Адрес: 21 Gilroy St, Smiths Falls, ON, Canada, K7A 5B7
Адрес для корреспонденции: P.O. Box 99, Smiths Falls, ON, Canada, K7A 4S9
Телефон: (613) 283-3000
E-mail: sales@guildline.ca
Web-сайт: www.guildline.com

Изготовитель

Guildline Instruments Limited, Канада
Адрес: 21 Gilroy St, Smiths Falls, ON, Canada, K7A 5B7
Адрес для корреспонденции: P.O. Box 99, Smiths Falls, ON, Canada, K7A 4S9
Телефон: (613) 283-3000
E-mail: sales@guildline.ca
Web-сайт: www.guildline.com

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И.Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»)
Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 19
Телефон: (812) 251-76-01, факс: (812) 713-01-14
Web-сайт: www.vniim.ru
E-mail: info@vniim.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311541



УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «27» декабря 2022 г. № 3290

Регистрационный № 87834-22

Лист № 1
Всего листов 7

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Установка для измерения сопротивления постоянного тока 6625А

Назначение средства измерений

Установка для измерения сопротивления постоянного тока 6625А (далее по тексту – установка) предназначена для компарирования мер сопротивления и передачи единицы электрического сопротивления в цепях постоянного тока.

Описание средства измерений

К настоящему типу средств измерений относятся установка для измерения сопротивления постоянного тока 6625А в составе с мостом-компаратором 6622А по госреестру № 61103-15 (модификации 6622А-ХРР), расширителем 6623А-10, 8-и канальным сканером 6664С, ноутбуком следующих модификаций мост-компаратор 6622А-ХРР.

К мосту-компаратору с расширителем данного типа относятся модификация 6622А-ХРР зав. № 73920, 6623А-10 зав. № 73249, сканер 6664С зав. № 1529.

Принцип действия установки основан на достижении равенства ампер-витков, протекающими через обмотки измерительного трансформатора и через компарируемые сопротивления при равенстве напряжения на их потенциальных зажимах. Установка имеет микропроцессорную 16-битовую технологию, которая разработана для измерения и отображения двух сопротивлений с точностью лучше, чем 0,05 мкОм/Ом. Отношение двух сопротивлений определяется из прямых измерений напряжения разбаланса, которое поддерживается ампер-витковым балансом.

В установке поддерживается полная электрическая изоляция между протекающими токами путем использования оптоволоконной технологии. Для передачи данных между каждым функциональным компонентом и встроенным микроконтроллером также используется оптоволоконная связь.

Установка представляет собой экранированный металлический ящик с встроенными металлическими полками для размещения моста-компаратора 6622А, расширителя 6623А, сканера 6664С и выдвижной полкой для ноутбука. Задняя сторона установки оснащена заземляющей шиной и набором розеток для подключения встроенных средств измерений в электрическую сеть.

Мост-компаратор, расширитель, сканер размещены в металлическом корпусе каждый для защиты от механических воздействий и помех различного рода. Конструкция предусматривает минимальное механическое воздействие на внутренние органы управления моста-компаратора, расширителя, сканера при их креплении в корпусе.

На передней панели моста-компаратора располагаются: вакуумный флуоресцентный дисплей, для вывода отображения измерительной информации; входные клеммы «С1», «С2» (токовые выходы), «Р1», «Р2» (потенциальные выходы) (общее обозначение Rs), с низкой термо-ЭДС, для подключения резистивного элемента по 4-х проводной схеме подключения; входные клеммы «С1», «С2» (токовые выходы), «Р1», «Р2» (потенциальные

выходы) (общее обозначение Rx), с низкой термо-ЭДС, для подключения резистивного элемента по 4-х проводной схеме подключения; клемма защиты активной цепи «Guard» связанная с низким уровнем сигнала, «C1» («Guard» никогда не должна соединяться с клеммой «Ground», расположенной на задней панели моста-компаратора); клемма «Common», которая используется для диагностики моста-компаратора; числовая клавиатура с набором кнопок для управления процессом измерения моста-компаратора.

На задней панели моста-компаратора располагаются: IEEE-488 интерфейс; входной разъем сетевого питания с выключателем «ON/OFF» и селектором выбора напряжения питающей сети с предохранителем; клемма заземления общей цепи «Ground»; 6-ти штырьковый круглый разъем «EXTENDER» для подключения расширителя 6623A-10.

На передней панели расширителя располагается: светодиодная лампочка, для индикации работоспособности расширителя.

На задней панели расширителя располагаются: клеммы «C1» и «C2» для подключения к токовым выводам резистивных элементов в диапазоне от 1 МОм до 0,08 Ом; разъем «BRIDGE» для подключения моста-компаратора; разъем сетевого питания с выключателем «ON/OFF» и селектором выбора напряжения питающей сети с предохранителем; клемма заземления общей цепи «Ground»; разъем «CASCADE» для подключения расширителя.

На передней панели сканера располагаются светодиодные лампы, сигнализирующие о работе сканера в ручном или автоматическом режиме; набор из 32 светодиодных ламп, сигнализирующих о работе выходных каналов сканера; набор кнопок для переключения и фиксации определенного канала сканера при его работе; тумблер включения питания сканера.

На задней панели сканера располагаются IEEE-488 интерфейс; разъем для подключения 5 В источника питания; восемь выходов для подключения по 4-х проводной схеме мер сопротивления при их компарировании; два выхода по 4-х проводной схеме для соединения с мостом-компаратором 6622A.

Установка соответствует обязательным метрологическим требованиям к вторичным (рабочим) эталонам, установленным Государственной поверочной схемой для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока, утвержденной приказом Росстандарта от 30.12.2019 г. № 3456.

Маркировка проводится на каждую единицу из установки выполнена типографским способом, наносится на переднюю панель и содержит: наименование и фирменный знак предприятия-изготовителя. Модификация, заводской номер по принятой нумерации предприятия-изготовителя наносится на заднюю панель в виде наклейки.

Нанесение знака поверки и знака утверждения типа на установку не предусмотрено.

Общий вид установки представлены на рисунке 1.

Для предотвращения от несанкционированного проникновения внутрь встроенных средств измерений в установке применяются одноразовые разрушающиеся наклейки-пломбы, приклеенные на заднюю панель моста-компаратора и расширителя. Схема пломбировки представлена на рисунке 2.



Рисунок 1 - Общий вид лицевой и задней панели установки 6625А с мостом-компаратор 6622А (средний прибор), с расширителем 6623А (верхний прибор), со сканером 6664С (нижний прибор)




Рисунок 2 – Место нанесения пломб в виде наклеек и место нанесения заводских номеров

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) состоит из встроенного ПО и автономного ПО.

Встроенное ПО является метрологически значимым, устанавливается в установку при его производстве и является неотъемлемой его частью. Встроенное ПО осуществляет функции сбора, передачи, обработки и представления измерительной информации.

Влияние встроенного ПО учтено при нормировании метрологических характеристик.

Автономное ПО является метрологически незначимым, устанавливается на персональный компьютер (ПК). Автономное ПО позволяет производить настройку установки, отображать в цифровом и графическом видах результаты измерений, сохранять и обрабатывать их.

Уровень защиты программного обеспечения от преднамеренных или непреднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» по Р 50.2.077-2014.

Таблица 1 – Идентификационные данные (признаки) ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение	
	встроенное	автономное
Идентификационное наименование ПО	6622A-XPR	Установка 6625A
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	Z	22.08
Цифровой идентификатор ПО	-	-

Метрологические и технические характеристики

Метрологические характеристики моста-компаратора с расширителем представлены в таблице 2. Технические характеристики представлены в таблице 3.

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики		Значение
Диапазон измерений		от 1 мОм до 100 МОм включ.
Относительное среднее квадратическое отклонение суммарной погрешности, не более, мкОм/Ом		
плечо моста-компаратора Rs	плечо моста-компаратора Rx	
1 Ом	от 1 мОм до 0,08 Ом включ.	0,2
	св. 0,08 до 6,3 Ом включ.	0,05
	св. 6,3 до 13,4 Ом включ.	0,05
	св. 13,4 до 107 Ом включ.	0,1
10 Ом	от 1 до 8 Ом включ.	0,4
	св. 8 до 63 Ом включ.	0,05
	св. 63 до 134 Ом включ.	0,05
	св. 134 до 1075 Ом включ.	0,05
100 Ом	от 10 до 80 Ом включ.	0,4
	св. 80 до 630 Ом включ.	0,05
	св. 630 до 1340 Ом включ.	0,05
	св. 1,34 до 10,75 кОм включ.	0,1
1 кОм	от 100 до 800 Ом включ.	0,4
	св. 800 Ом до 6,3 кОм включ.	0,05
	св. 6,3 до 13,4 кОм включ.	0,05
	св. 13,4 до 107,5 кОм включ.	0,5
10 кОм	от 1 до 8 кОм включ.	0,4
	св. 8 до 63 кОм включ.	0,05
	св. 63 до 134 кОм включ.	0,15
	св. 134 кОм до 1,075 МОм включ.	1

Наименование характеристики		Значение
100 кОм	от 10 до 80 кОм включ.	0,7
	св. 80 до 630 кОм включ.	0,2
	св. 630 кОм до 1,34 МОм включ.	0,3
	св. 1,34 до 10,75 МОм включ.	3
1 МОм	св. 100 до 800 кОм включ.	1,5
	св. 800 кОм до 6,3 МОм включ.	0,4
	св. 6,3 до 13,4 МОм включ.	0,6
	св. 13,4 до 107,5 МОм включ.	6
10 МОм	от 1 до 8 МОм включ.	6
	св. 8 до 63 МОм включ.	0,7
	св. 63 до 134 МОм включ.	0,7
Нормальные условия измерений: - диапазон температуры окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, %, не более - атмосферное давление, кПа		от +19 до +21 80 от 84 до 106,7

Таблица 2 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Значение испытательного напряжения, В	от 1 до 100 включ.
Измерительный ток	от 0,002 мА до 10 А
Отношение сопротивлений (Rx:Rs)	от 0,08:1 до 1000:1
Коэффициенты отношений расширителя	20:1 и 100:1
Время реверсирования тока, с	от 4 до 1637
Линейность, мкОм/Ом	0,01
Количество каналов для подключения мер сопротивления, шт.	8
Габаритные размеры, (ширина x толщина x высота), мм, не более	960x600x820
Масса (со встроенными средствами измерений), кг, не более	94,4
Условия эксплуатации: - диапазон температуры окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, %, не более - атмосферное давление, кПа	от +19 до +21 80 от 84 до 106,7
Источник питания	от 100 до 240 В 50/60 Гц
Наработка до отказа, ч, не менее	10000
Срок службы, лет, не менее	10

Знак утверждения типа наносится

типографским способом на титульный лист на руководство по эксплуатации.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность моста-компаратора с расширителем

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
Установка 6625А	6625А	1
Кабель питания	-	5
Соединительный кабель 6622А с 6623А	-	1
Заглушка «CASCADE»	-	1
Комплект измерительных кабелей	-	12
Комплект предохранителей	-	1
Руководство по эксплуатации	-	1
Руководство оператора	-	1
Методика поверки	-	1

Сведения о методиках (методах) измерений

Приведены в разделе 3 руководства по эксплуатации на мост-компаратор «установка 6625А для измерения электрического сопротивления постоянного тока. Руководство по эксплуатации».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;

Государственная поверочная схема для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока, утвержденная приказом Росстандарта от 30 декабря 2019 г. № 3456.

Правообладатель

Guildline Instruments Limited, Канада
Адрес: 21 Gilroy St, Smiths Falls, ON, Canada, K7A 5B7
Адрес для корреспонденции: P.O. Box 99, Smiths Falls, ON, Canada, K7A 4S9
Телефон: (613) 283-3000
E-mail: sales@guildline.ca
Web-сайт: www.guildline.com

Изготовитель

Guildline Instruments Limited, Канада
Адрес: 21 Gilroy St, Smiths Falls, ON, Canada, K7A 5B7
Адрес для корреспонденции: P.O. Box 99, Smiths Falls, ON, Canada, K7A 4S9
Телефон: (613) 283-3000
E-mail: sales@guildline.ca
Web-сайт: www.guildline.com

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И.Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»)


Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 19

Телефон: (812) 251-76-01, факс: (812) 713-01-14

Web-сайт: www.vniim.ru

E-mail: info@vniim.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311541.



УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «27» декабря 2022 г. № 3290

Регистрационный № 87835-22

Лист № 1
Всего листов 13

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) ООО «Энермет» (Потребитель АО «ЧМЗ»)

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) ООО «Энермет» (Потребитель АО «ЧМЗ») (далее – АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электрической энергии и мощности, потребленной (переданной) за установленные интервалы времени отдельными технологическими объектами, сбора, обработки, хранения, формирования отчетных документов и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерений.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-й уровень – измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ), трансформаторы напряжения (ТН) и счетчики активной и реактивной электрической энергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

2-й уровень – информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД) СИКОН С70 и каналобразующую аппаратуру.

3-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя сервер АИИС КУЭ, устройство синхронизации системного времени (УССВ) на базе ГЛОНАСС-приемника типа УСВ-3, каналобразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ) и программное обеспечение (ПО) «Пирамида 2000».

Первичные фазные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются усредненные значения активной мощности и среднеквадратические значения напряжения и тока за период 0,02 с. По вычисленным среднеквадратическим значениям тока и напряжения производится вычисление полной мощности за период. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Для измерительных каналов (ИК) в состав которых входит УСПД цифровой сигнал с выходов счетчиков поступает на входы УСПД, где осуществляется обработка измерительной информации, в частности вычисление электрической энергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, ее накопление и передача накопленных данных на верхний уровень системы.

Для ИК в состав которых не входит УСПД цифровой сигнал с выходов счетчиков поступает на верхний уровень системы, где осуществляется обработка измерительной информации, в частности вычисление электрической энергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН.

На верхнем – третьем уровне системы выполняется дальнейшая обработка измерительной информации, в частности хранение измерительной информации, ее накопление и передача, оформление отчетных документов, отображение информации на мониторах АРМ и передача данных в организации – участники оптового рынка электрической энергии и мощности, в том числе в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам, через каналы связи в виде XML-файлов, установленных форматов, в соответствии с Приложением 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности с использованием электронной подписи субъекта рынка. Передача результатов измерений и информации о состоянии средств измерений по группам точек поставки производится с 3-го уровня настоящей системы.

АИИС КУЭ имеет возможность принимать измерительную информацию от других смежных АИИС КУЭ, зарегистрированных в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (СОЕВ). СОЕВ предусматривает поддержание шкалы всемирного координированного времени на всех уровнях системы (ИИК и ИВК). АИИС КУЭ оснащена УССВ, синхронизирующим собственную шкалу времени со шкалой всемирного координированного времени Российской Федерации UTC(SU) по сигналам глобальной навигационной системы ГЛОНАСС, получаемых от ГЛОНАСС-приемника.

Сравнение шкалы времени сервера АИИС КУЭ со шкалой времени УССВ осуществляется во время сеанса связи с УССВ. При наличии расхождения сервер АИИС КУЭ производит синхронизацию собственной шкалы времени со шкалой времени УССВ.

Сравнение шкалы времени УСПД со шкалой времени сервера АИИС КУЭ осуществляется во время сеанса связи с УСПД. При наличии расхождения шкалы времени УСПД со шкалой времени сервера АИИС КУЭ производится синхронизация шкалы времени УСПД.

Сравнение шкалы времени счетчиков со шкалой времени УСПД осуществляется во время сеанса связи со счетчиками. При обнаружении расхождения шкалы времени счетчика со шкалой времени УСПД производится синхронизация шкалы времени счетчика.

Сравнение шкалы времени счетчиков со шкалой времени сервера АИИС КУЭ осуществляется во время сеанса связи со счетчиками. При наличии расхождения шкалы времени счетчика со шкалой времени сервера АИИС КУЭ производится синхронизация шкалы времени счетчика.

Факты синхронизации времени с обязательной фиксацией времени (дата, часы, минуты, секунды) до и после синхронизации или величины синхронизации времени, на которую были скорректированы указанные устройства, отражаются в журналах событий счетчика, УСПД и сервера АИИС КУЭ.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Заводской номер 002 указывается в формуляре на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) ООО «Энермет» (Потребитель АО «ЧМЗ»).

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется ПО «Пирамида 2000». Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений предусматривает ведение журналов фиксации ошибок, фиксации изменений параметров, проверку прав пользователей и входа с помощью пароля, защиту передачи данных с помощью контрольных сумм, что соответствует уровню – «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014. Идентификационные данные метрологически значимой части ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	«Пирамида 2000»
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 3.0
Наименование программного модуля ПО	CalcClients.dll
Цифровой идентификатор ПО	e55712d0b1b219065d63da949114dae4
Наименование программного модуля ПО	CalcLeakage.dll
Цифровой идентификатор ПО	b1959ff70be1eb17c83f7b0f6d4a132f
Наименование программного модуля ПО	CalcLosses.dll
Цифровой идентификатор ПО	d79874d10fc2b156a0fdc27e1ca480ac
Наименование программного модуля ПО	Metrology.dll
Цифровой идентификатор ПО	52e28d7b608799bb3ccea41b548d2c83
Наименование программного модуля ПО	ParseBin.dll
Цифровой идентификатор ПО	6f557f885b737261328cd77805bd1ba7
Наименование программного модуля ПО	ParseIEC.dll
Цифровой идентификатор ПО	48e73a9283d1e66494521f63d00b0d9f
Наименование программного модуля ПО	ParseModbus.dll
Цифровой идентификатор ПО	c391d64271acf4055bb2a4d3fe1f8f48
Наименование программного модуля ПО	ParsePiramida.dll
Цифровой идентификатор ПО	ecf532935ca1a3fd3215049af1fd979f
Наименование программного модуля ПО	SynchroNSI.dll
Цифровой идентификатор ПО	530d9b0126f7cdc23ecd814c4eb7ca09
Наименование программного модуля ПО	VerifyTime.dll
Цифровой идентификатор ПО	1ea5429b261fb0e2884f5b356a1d1e75
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD5

Метрологические и технические характеристики

Состав ИК АИИС КУЭ и их основные метрологические характеристики приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 – Состав ИК АИИС КУЭ

Номер ИК	Наименование ИК	ТТ	ТН	Счетчик	УСПД/УССВ/Сервер	Вид электрической энергии и мощности
1	2	3	4	5	6	7
1	ПС 110 кВ ЧМЗ, ЗРУ 35 кВ, Ввод 35 кВ от Т-1	ТПЛ-35 400/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 21253-01	НАМИ-35 УХЛ1 35000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 19813-00	СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17	УСПД: СИКОН С70 Рег. № 28822-05 УССВ: УСВ-3 Рег. № 84823-22 сервер АИИС КУЭ: Промышленный компьютер	активная
2	ПС 110 кВ ЧМЗ, ЗРУ 35 кВ, Ввод 1 35 кВ	ТПЛ-35 300/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 21253-06		СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17		реактивная
3	ПС 110 кВ ЧМЗ, ЗРУ 6 кВ, Ввод 6 кВ от Т-1	ТЛШ10 3000/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 11077-89	НАМИТ-10 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 16687-02	СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17		активная
4	ПС 110 кВ ЧМЗ, ЗРУ 35 кВ, Ввод 35 кВ от Т-2	ТПЛ-35 400/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 21253-01		СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17		реактивная
5	ПС 110 кВ ЧМЗ, ЗРУ 35 кВ, Ввод 2 35 кВ	ТПЛ-35 300/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 21253-06	НАМИ-35 УХЛ1 35000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 19813-00	СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17		активная
6	ПС 110 кВ ЧМЗ, ЗРУ 6 кВ, Ввод 6 кВ от Т-2	ТЛШ10 3000/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 11077-89	НАМИТ-10 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 16687-02	СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17		реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
7	ПС 110 кВ ГПП-2 Рессорная, ЗРУ-6 кВ, Ввод 1 6 кВ	ТЛШ 1500/5 Кл. т. 0,2S Рег. № 64182-16	НАМИТ-10 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 16687-02	СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17	УСПД: СИКОН С70 Рег. № 28822-05 УССВ: УСВ-3 Рег. № 84823-22 сервер АИИС КУЭ: Промышленный компьютер	активная реактивная
8	ПС 110 кВ ГПП-2 Рессорная, ЗРУ-6 кВ, Ввод 2 6 кВ	ТЛШ 1500/5 Кл. т. 0,2S Рег. № 64182-16	НАМИТ-10 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 16687-02	СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17		активная реактивная
9	ПС 110 кВ ГПП-2 Рессорная, ЗРУ-6 кВ, Ввод 3 6 кВ	ТЛШ 1500/5 Кл. т. 0,2S Рег. № 64182-16	НАМИТ-10 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 16687-02	СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17		активная реактивная
10	ПС 110 кВ ГПП-2 Рессорная, ЗРУ-6 кВ, Ввод 4 6 кВ	ТЛШ 1500/5 Кл. т. 0,2S Рег. № 64182-16	НАМИТ-10 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 16687-02	СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17		активная реактивная
11	ПС 110 кВ ЧМЗ, ЗРУ 6 кВ, КЛ 6 кВ Насосная	ТПОЛ 100/5 Кл. т. 0,2S Рег. № 47958-16	НАМИТ-10 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 16687-02	СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17		активная реактивная
12	ПС 35 кВ ЦРП-1, ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, КЛ-6 кВ Центральная бойлерная к. 1	ТПОЛ 10 100/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 1261-02	НАМИТ-10 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 16687-02	СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17		активная реактивная
13	ПС 35 кВ ЦРП-1, ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, КЛ-6 кВ Центральная бойлерная к. 2	ТПОЛ 10 100/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 1261-02	НАМИТ-10 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 16687-02	СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
14	ПС 35 кВ Молокозавод, КРУН-6 кВ, КЛ-6 кВ на ТП 6 кВ УПШ	ТОЛ10 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 7069-02	ЗНОЛ.06 6000/√3:100/√3 Кл. т. 0,5 Рег. № 3344-04	СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17	УССВ: УСВ-3 Рег. № 84823-22 сервер АИИС КУЭ: Промышленный компьютер	активная реактивная
15	ПС 6 кВ № 7, РУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, КЛ-6 кВ Повысительная насосная к. 1	ТОЛ-10-1 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 15128-07	ЗНОЛ.06 6000/√3:100/√3 Кл. т. 0,5 Рег. № 3344-04	СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17		активная реактивная
16	ПС 6 кВ № 7, РУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, КЛ-6 кВ Повысительная насосная к. 2	ТОЛ-10-1 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 15128-07	ЗНОЛ.06 6000/√3:100/√3 Кл. т. 0,5 Рег. № 3344-04	СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17		активная реактивная
17	РУ-0,4 кВ, 9-ти этажного здания, пом. 104, АО «ЧМЗ», КЛ-0,22 кВ	–	–	СЭБ-1ТМ.02Д Кл. т. 1 Рег. № 39617-09		активная реактивная
18	РУ-0,4 кВ, 9-ти этажного здания, пом. 104, АО «ЧМЗ», КЛ-0,38 кВ, Дом быта - Ритм	ТОП 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 47959-16	–	СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17		активная реактивная
19	КТП-6 кВ, Ввод 0,4 кВ Т-1	ТШП 300/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 47957-11	–	СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17		активная реактивная
20	РУ-0,4 кВ СМНТ, ШР-4 0,4 кВ	ТШП 600/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 64182-16	–	СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17		активная реактивная
21	ПС 35 кВ ЦРП-3, РУ-6 кВ Уралэнергосервис	ТПОЛ-10 400/5	ЗНОЛ.06 6000/√3:100/√3	СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,5S/1,0		активная

		Кл. т. 0,5S Рег. № 1261-08	Кл. т. 0,5 Рег. № 3344-72	Рег. № 36697-17		реактивная
Продолжение таблицы 2						
1	2	3	4	5	6	7
22	ВРУ-0,4 кВ, Гортеплоэнерго	–	–	ПСЧ-4ТМ.05МД Кл. т. 1/2 Рег. № 51593-12	УССВ: УСВ-3 Рег. № 84823-22 сервер АИИС КУЭ: Промышленный компьютер	активная реактивная
Примечания						
1 Допускается замена ТТ, ТН и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2, при условии, что Предприятие-владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблицах 3 и 4 метрологических характеристик.						
2 Допускается замена УССВ на аналогичные утвержденного типа.						
3 Допускается замена сервера АИИС КУЭ без изменения используемого ПО (при условии сохранения цифрового идентификатора ПО).						
4 Допускается замена ПО на аналогичное, с версией не ниже указанной в описании типа средств измерений						
5 Замена оформляется техническим актом в установленном на Предприятии-владельце АИИС КУЭ порядке, вносят изменения в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами на АИИС КУЭ как их неотъемлемая часть.						

Таблица 3 – Основные метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ

Номер ИК	Диапазон тока	Метрологические характеристики ИК (активная энергия и мощность)					
		Границы основной относительной погрешности измерений, $(\pm \delta)$, %			Границы относительной погрешности измерений в рабочих условиях эксплуатации, $(\pm \delta)$, %		
		$\cos \varphi = 1,0$	$\cos \varphi = 0,8$	$\cos \varphi = 0,5$	$\cos \varphi = 1,0$	$\cos \varphi = 0,8$	$\cos \varphi = 0,5$
1 - 6; 12 - 14 (ТТ 0,5; ТН 0,5; Счетчик 0,5S)	$I_{\text{ном}} \leq I_1 \leq 1,2I_{\text{ном}}$	1,0	1,4	2,3	1,7	2,2	2,9
	$0,2I_{\text{ном}} \leq I_1 < I_{\text{ном}}$	1,2	1,7	3,0	1,8	2,4	3,5
	$0,05I_{\text{ном}} \leq I_1 < 0,2I_{\text{ном}}$	1,8	2,9	5,4	2,3	3,4	5,7
7 - 11 (ТТ 0,2S; ТН 0,5; Счетчик 0,5S)	$I_{\text{ном}} \leq I_1 \leq 1,2I_{\text{ном}}$	0,9	1,1	1,5	1,6	2,0	2,3
	$0,2I_{\text{ном}} \leq I_1 < I_{\text{ном}}$	0,9	1,1	1,5	1,6	2,0	2,3
	$0,05I_{\text{ном}} \leq I_1 < 0,2I_{\text{ном}}$	0,9	1,1	1,7	1,6	2,1	2,4
	$0,01I_{\text{ном}} \leq I_1 < 0,05I_{\text{ном}}$	1,5	1,7	2,5	2,3	2,5	3,0
15; 16; 21 (ТТ 0,5S; ТН 0,5; Счетчик 0,5S)	$I_{\text{ном}} \leq I_1 \leq 1,2I_{\text{ном}}$	1,0	1,4	2,3	1,7	2,2	2,9
	$0,2I_{\text{ном}} \leq I_1 < I_{\text{ном}}$	1,0	1,4	2,3	1,7	2,2	2,9
	$0,05I_{\text{ном}} \leq I_1 < 0,2I_{\text{ном}}$	1,2	1,7	3,0	1,8	2,4	3,5
	$0,01I_{\text{ном}} \leq I_1 < 0,05I_{\text{ном}}$	2,1	3,0	5,5	2,7	3,5	5,8
17 (Счетчик 1)	$0,2I_6 \leq I \leq I_{\text{макс}}$	1,0	1,0	1,0	2,9	3,3	3,3
	$0,1I_6 \leq I < 0,2I_6$	1,0	1,5	1,5	2,9	3,5	3,5
	$0,05I_6 \leq I < 0,1I_6$	1,5	1,5	1,5	3,4	3,5	3,5
18 - 20 (ТТ 0,5S; Счетчик 0,5S)	$I_{\text{ном}} \leq I_1 \leq 1,2I_{\text{ном}}$	0,8	1,1	1,9	1,6	2,1	2,6
	$0,2I_{\text{ном}} \leq I_1 < I_{\text{ном}}$	0,8	1,1	1,9	1,6	2,1	2,6
	$0,05I_{\text{ном}} \leq I_1 < 0,2I_{\text{ном}}$	1,0	1,5	2,7	1,7	2,3	3,2
	$0,01I_{\text{ном}} \leq I_1 < 0,05I_{\text{ном}}$	2,0	2,9	5,4	2,6	3,4	5,6
22 (Счетчик 1)	$0,2I_6 \leq I \leq I_{\text{макс}}$	1,0	1,0	1,0	2,9	3,3	3,3
	$0,1I_6 \leq I < 0,2I_6$	1,0	1,0	1,0	2,9	3,3	3,3
	$0,05I_6 \leq I < 0,1I_6$	1,5	1,5	1,5	3,4	3,5	3,5
Номер ИК	Диапазон тока	Метрологические характеристики ИК (реактивная энергия и мощность)					
		Границы основной относительной погрешности измерений, $(\pm \delta)$, %		Границы относительной погрешности измерений в рабочих условиях эксплуатации, $(\pm \delta)$, %			
		$\cos \varphi = 0,8$	$\cos \varphi = 0,5$	$\cos \varphi = 0,8$	$\cos \varphi = 0,5$		
1	2	3	4	5	6		
1 - 6; 12 - 14 (ТТ 0,5; ТН 0,5; Счетчик 1,0)	$I_{\text{ном}} \leq I_1 \leq 1,2I_{\text{ном}}$	2,1	1,5	4,0	3,8		
	$0,2I_{\text{ном}} \leq I_1 < I_{\text{ном}}$	2,6	1,8	4,3	3,9		
	$0,05I_{\text{ном}} \leq I_1 < 0,2I_{\text{ном}}$	4,4	2,7	5,6	4,4		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
7 - 11 (ТТ 0,2S; ТН 0,5; Счетчик 1,0)	$I_{\text{ном}} \leq I_1 \leq 1,2I_{\text{ном}}$	1,6	1,3	3,8	3,7
	$0,2I_{\text{ном}} \leq I_1 < I_{\text{ном}}$	1,6	1,3	3,8	3,7
	$0,05I_{\text{ном}} \leq I_1 < 0,2I_{\text{ном}}$	1,7	1,4	3,8	3,7
	$0,02I_{\text{ном}} \leq I_1 < 0,05I_{\text{ном}}$	2,5	2,1	4,2	4,0
15; 16; 21 (ТТ 0,5S; ТН 0,5; Счетчик 1,0)	$I_{\text{ном}} \leq I_1 \leq 1,2I_{\text{ном}}$	2,1	1,5	4,0	3,8
	$0,2I_{\text{ном}} \leq I_1 < I_{\text{ном}}$	2,1	1,5	4,0	3,8
	$0,05I_{\text{ном}} \leq I_1 < 0,2I_{\text{ном}}$	2,6	1,8	4,3	3,9
	$0,02I_{\text{ном}} \leq I_1 < 0,05I_{\text{ном}}$	4,6	3,0	5,8	4,5
18 - 20 (ТТ 0,5S; Счетчик 1,0)	$I_{\text{ном}} \leq I_1 \leq 1,2I_{\text{ном}}$	1,8	1,3	3,9	3,7
	$0,2I_{\text{ном}} \leq I_1 < I_{\text{ном}}$	1,8	1,3	3,9	3,7
	$0,05I_{\text{ном}} \leq I_1 < 0,2I_{\text{ном}}$	2,4	1,6	4,2	3,8
	$0,02I_{\text{ном}} \leq I_1 < 0,05I_{\text{ном}}$	4,5	2,9	5,7	4,5
22 (Счетчик 2)	$0,2I_6 \leq I \leq I_{\text{макс}}$	2,0	2,0	6,4	6,4
	$0,1I_6 \leq I < 0,2I_6$	2,0	2,0	6,4	6,4
	$0,05I_6 \leq I < 0,1I_6$	2,5	2,5	6,6	6,6
Пределы допускаемых смещений шкалы времени компонентов СОЕВ АИИС КУЭ относительно национальной шкалы времени UTC(SU) не более ± 5 с					
П р и м е ч а н и я 1 Характеристики погрешности ИК даны для измерений электрической энергии и средней мощности (получасовой). 2 Погрешность в рабочих условиях указана для $\cos \varphi = 1,0; 0,8; 0,5$ и температуры окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электрической энергии от 0 до +35 °С. 3 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности $P = 0,95$.					

Основные технические характеристики ИК АИИС КУЭ приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Основные технические характеристики ИК АИИС КУЭ

Наименование характеристики	Значение
1	2
Количество измерительных каналов	22
Нормальные условия: параметры сети: - напряжение, % от $U_{\text{ном}}$ - ток (для счетчиков, включаемых через трансформатор), % от $I_{\text{ном}}$ - ток (для счетчиков прямого включения), А - частота, Гц - коэффициент мощности $\cos \varphi$ температура окружающей среды, °С	от 99 до 101 от 1 до 120 от $0,05I_6$ до $I_{\text{макс}}$ от 49,85 до 50,15 от 0,5 инд. до 0,8 емк. от +21 до +25

Продолжение таблицы 4

1	2
Условия эксплуатации: параметры сети: - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток (для счетчиков, включаемых через трансформатор), % от $I_{ном}$ - ток (для счетчиков прямого включения), А - частота, Гц - коэффициент мощности $\cos\phi$ температура окружающей среды для ТТ и ТН, °С температура окружающей среды в месте расположения счетчиков, °С магнитная индукция внешнего происхождения, мТл, не более	от 90 до 110 от 1 до 120 от $0,05I_b$ до $I_{макс}$ от 49,5 до 50,5 от 0,5 инд. до 0,8 емк. от -45 до +40 от 0 до +35 0,5
Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов: Счетчики: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, сут, не более УСПД - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более Сервер АИИС КУЭ: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более УССВ: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более	140000 3 70000 24 100000 1 180000 2
Глубина хранения информации Счетчики: - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее - при отключении питания, лет, не менее УСПД: - график средних мощностей за интервал 30 мин, сут, не менее Сервер АИИС КУЭ: - хранение результатов измерений и информации о состоянии средств измерений, лет, не менее	56 10 45 3,5

Надежность системных решений:

- защита от кратковременных сбоев питания сервера с помощью источника бесперебойного питания.

В журналах событий фиксируются факты:

- журнал счетчика:

- параметрирования;
- пропадания напряжения (в т. ч. и пофазного);
- коррекции времени в счетчике;

- журнал УСПД:

- параметрирования;
- пропадания напряжения;
- коррекции времени в УСПД;

- журнал сервера:

- параметрирования;

- пропадания напряжения;
- коррекции времени в счетчиках, УСПД и сервере;
- пропадание и восстановление связи со счетчиком.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - счетчика;
 - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения и тока;
 - испытательной коробки;
 - УСПД;
 - сервера (серверного шкафа);
- защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании:
 - счетчика;
 - УСПД;
 - сервера.

Возможность коррекции времени:

- в счетчиках (функция автоматизирована);
- в УСПД (функция автоматизирована);
- в сервере (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

- о результатах измерений (функция автоматизирована);
- о состоянии средств измерений (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист формуляра типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
1	2	3
Трансформатор тока	ТПЛ-35	8
Трансформатор тока	ТЛШ10	4
Трансформатор тока	ТЛШ	8
Трансформатор тока	ТПОЛ	2
Трансформатор тока	ТПОЛ-10	2
Трансформатор тока	ТПОЛ 10	4
Трансформатор тока	ТОЛ10	2
Трансформатор тока	ТОЛ-10-I	4
Трансформатор тока	ТОП	3
Трансформатор тока	ТШП	6
Трансформатор напряжения	НАМИ-35 УХЛ1	2
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10	9
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ.06	12
Счетчик электрической энергии	СЭТ-4ТМ.03М	20
Счетчик электрической энергии	СЭБ-1ТМ.02Д	1
Счетчик электрической энергии	ПСЧ-4ТМ.05МД	1

Продолжение таблицы 5

1	2	3
Устройство сбора и передачи данных	СИКОН С70	1
Устройство синхронизации системного времени	УСВ-3	1
Сервер АИИС КУЭ	Промышленный компьютер	1
Программное обеспечение	«Пирамида 2000»	1
Формуляр	АСВЭ 394.00.000 ФО	1

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений количества электрической энергии (мощности) с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) ООО «Энермет» (Потребитель АО «ЧМЗ»)), аттестованной ООО «АСЭ» г. Владимир, аттестат аккредитации № RA.RU.312617 от 17.01.2019.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»;

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизированные системы в энергетике» (ООО «АСЭ»)

ИНН 3329074523

Юридический адрес: 600031, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 15

Адрес: 600009, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Почаевский Овраг, д. 1

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизированные системы в энергетике» (ООО «АСЭ»)

ИНН 3329074523

Юридический адрес: 600031, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 15

Адрес: 600009, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Почаевский Овраг, д. 1


Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизированные системы в энергетике» (ООО «АСЭ»)

Юридический адрес: 600031, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 15

Адрес: 600009, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Почаевский Овраг, д. 1

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.312617.



УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «27» декабря 2022 г. № 3290

Регистрационный № 87836-22

Лист № 1
Всего листов 231

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Московской ЖД - филиала ОАО «РЖД»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Московской ЖД - филиала ОАО «РЖД» (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни.

Первый уровень - измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс регионального Центра энергоучета (ИВКЭ), реализован на базе устройств сбора и передачи данных (УСПД) основного типа ЭКОМ-3000 и резервного типа RTU327, выполняющих функции сбора, хранения результатов измерений и передачи их на уровень ИВК.

Третий уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК) включает в себя основной и резервный серверы, устройства синхронизации системного времени (УССВ), каналобразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ).

Основной сервер функционирует на базе программного обеспечения (ПО) «ГОРИЗОНТ». Резервный сервер функционирует на базе ПО «Энергия Альфа 2».

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков электроэнергии. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы основных и резервных УСПД. С основных УСПД данные передаются по основному каналу связи в основной сервер ИВК, где производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и оформление отчетных документов.

В резервных УСПД производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и далее по основному каналу связи данные передаются в резервный сервер ИВК, где происходит оформление отчетных документов.

Допускается передача данных с резервных УСПД с обработкой измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) в основной сервер ИВК. При этом обработка измерительной информации в основном сервере ИВК не производится.

Основной и резервный серверы функционируют независимо друг от друга. Исключение из работы одного из серверов (основного или резервного) из ИК не влияет на функционирование находящегося в работе сервера и АИИС КУЭ в целом.

Основные и резервные УСПД функционируют независимо друг от друга. Исключение из работы основного или резервного УСПД из ИК не влияет на функционирование находящихся в работе УСПД и АИИС КУЭ в целом.

Дальнейшая передача информации от ИВК третьим лицам осуществляется по каналу связи сети Internet в формате XML-макетов в соответствии с регламентами оптового рынка электроэнергии (ОРЭМ).

ИВК также обеспечивает прием измерительной информации от АИИС КУЭ утвержденного типа третьих лиц, получаемой в формате XML-макетов в соответствии с регламентами ОРЭМ в автоматизированном режиме посредством электронной почты сети Internet.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (далее по тексту – СОЕВ), которая охватывает все уровни системы. СОЕВ выполняет законченную функцию измерений времени, имеет нормированные метрологические характеристики и обеспечивает автоматическую синхронизацию времени. Для обеспечения единства измерений используется единое календарное время. В состав СОЕВ входят часы УСПД, счетчиков, ИВК, сервер синхронизации времени ССВ-1Г, устройство синхронизации времени УСВ-3.

Основной сервер ИВК оснащен основным сервером синхронизации времени ССВ-1Г и резервным устройством синхронизации времени УСВ-3. Периодичность сравнения показаний часов между основным сервером ИВК и сервером синхронизации времени осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 1 с (параметр программируемый). В случае отсутствия связи с основным сервером синхронизации времени ССВ-1Г, синхронизация осуществляется от резервного устройства синхронизации времени УСВ-3 не реже 1 раза в сутки.

Резервный сервер ОАО «РЖД» оснащен устройством синхронизации времени УСВ-3. Сравнение показаний часов осуществляется с периодичностью не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 1 с (параметр программируемый).

Основные и резервные УСПД ОАО «РЖД» синхронизируются от ИВК, в том числе посредством ntp-сервера.

Периодичность сравнения показаний часов осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени компонентов АИИС КУЭ происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 2 с (параметр программируемый).

Сравнение показаний часов счетчиков и УСПД (основных и резервных) происходит при каждом сеансе связи счетчик – УСПД. Синхронизация осуществляется при расхождении показаний на величину более, чем 2 с.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Нанесение заводского номера на средство измерений не предусмотрено. Средству измерений присвоен заводской номер 01-МОСК -2022. Заводской номер указывается в формуляре АИИС КУЭ.

Программное обеспечение

В основном сервере используется ПО «ГОРИЗОНТ»

ПО «ГОРИЗОНТ» используется при учете электрической энергии и обеспечивает сбор, обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом ОРЭМ.

ПО «ГОРИЗОНТ» имеет русифицированный интерфейс пользователя (включая вспомогательные и сервисные функции).

ПО «ГОРИЗОНТ» обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. ПО «ГОРИЗОНТ» обеспечивает работу по защищенным протоколам передачи данных.

Метрологически значимой частью ПО «ГОРИЗОНТ» является библиотека Eac.MetrologicallySignificantComponents.dll.

В резервном сервере используется ПО «Энергия Альфа 2».

ПО «Энергия Альфа 2» используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом ОРЭМ.

ПО обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое ПО «Энергия Альфа 2».

Метрологически значимой частью ПО «Энергия Альфа 2» является файл enalpha.exe.

Идентификационные данные ПО указаны в таблицах 1, 2.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения «ГОРИЗОНТ»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	ГОРИЗОНТ
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 1.13
Цифровой идентификатор ПО (библиотека Eac.MetrologicallySignificantComponents.dll)	54b0a65fcdd6b713b20fff43655da81b
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD 5

Таблица 2 - Идентификационные данные программного обеспечения «Энергия Альфа 2»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Энергия Альфа 2
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 2.0.0.2
Цифровой идентификатор ПО (файл enalpha.exe)	17e63d59939159ef304b8ff63121df60
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD 5

Уровень защиты ПО «ГОРИЗОНТ», ПО «Энергия Альфа 2» «высокий» в соответствии с Рекомендацией Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 3 - Состав измерительных каналов АИИС КУЭ

№ ИК	Наименование ИК	Уровень ИИК				Уровень ИВКЭ	Уровень ИВК	
		Вид СИ	Тип, модификация СИ	Класс точности	Коэффициент трансформации	Рег. №	УСПД основной (тип, рег. №) УСПД резервный (тип, рег. №) УССВ основной (тип, рег. №) УССВ резервный (тип, рег. №)	
Александров								
1	Ввод-1-35 кВ	Счетчик	A	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
				NTSM-38 УХЛ1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08	
		ТН	B	NTSM-38 УХЛ1-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08	
		ТН	C	NTSM-38 УХЛ1-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08	
		ТТ	A	STSM-38 УХЛ1-1	0,2S	400/1	37491-08	
		ТТ	B	STSM-38 УХЛ1-1	0,2S	400/1	37491-08	
		ТТ	C	STSM-38 УХЛ1-1	0,2S	400/1	37491-08	
2	Ввод-2-35 кВ	Счетчик	A	СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-17	
				NTSM-38 УХЛ1-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08	
		ТН	B	NTSM-38 УХЛ1-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08	
		ТН	C	NTSM-38 УХЛ1-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08	
		ТТ	A	STSM-38 УХЛ1-1	0,2S	400/1	37491-08	
		ТТ	B	STSM-38 УХЛ1-1	0,2S	400/1	37491-08	
		ТТ	C	STSM-38 УХЛ1-1	0,2S	400/1	37491-08	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бельково								
3	Ф-4	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	-		-	-		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
4	Ф-5	ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	-		-	-		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
5	Ф-7	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
6	ПТ-2 110 кВ	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
7	Ф-1	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
8	ПТ-1 110 кВ	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Киржач								
9	Ф-2	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТПЛ-НТЗ-10-11 УХЛ 2	0,5	400/5	51678-12		
		ТТ	-		-	-		
10	Ф-10	ТТ	ТПЛ-НТЗ-10-11 УХЛ 2	0,5	400/5	51678-12		
		Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
11	Ф-6	ТТ	-		-	-		
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТПЛ-10-М У3	0,5	300/5	22192-03		
		ТТ	-		-	-		
		ТТ	ТПЛ-10-М У3	0,5	300/5	22192-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
12	Ф-3	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
13	Ф-12	ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
14	ТП-2 110 кВ	ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
15	Ф-9	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-СВЭЛ-10-2	0,5S	400/5	44701-10		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-СВЭЛ-10-2	0,5S	400/5	44701-10		
16	Ф-8	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	7069-79		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	7069-79		
17	ТП-1 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Ф-1	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В -	-	-	-		
		ТТ	С ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
19	Ф-11	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А ТПЛ-СВЭЛ-10-2 УХЛ2	0,5S	400/5	44701-10		
		ТТ	В -	-	-	-		
		ТТ	С ТПЛ-СВЭЛ-10-2 УХЛ2	0,5S	400/5	44701-10		
20	Ф-4	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А ТПЛ-СВЭЛ-10-2	0,5S	400/5	44701-10		
		ТТ	В -	-	-	-		
		ТТ	С ТПЛ-СВЭЛ-10-2	0,5S	400/5	44701-10		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Санито								
21	С/Х-1	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	-	-	-	-		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
22	ПТ-1 110 кВ	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	50/1	23256-05		
		Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
23	ДОК	ТН	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-	-	-	-		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	ПТ-2 110 кВ	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	А	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	0,2S	100/1	23256-05		
		Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
25	С/Х-2	ТН	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	ТПJM-10	0,5	200/5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усад								
26	Ф-4	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТПОЛ-10 У3	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	-		-	-		
		ТТ	ТПОЛ-10 У3	0,5	800/5	1261-59		
		Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
27	Ф-3	ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	-		-	-		
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	ПТ-1 110 кВ	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1	23256-05		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
29	ПТ-2 110 кВ	ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
30	Ф-6	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	150/5	1276-59		
31	Ф-8	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
32	Ф-5	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	-	-	-	-		
		ТТ	В	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
33	Усад-город	Счетчик		ЕА05RL-PIB-4	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ-35 III	0,5	35000√3/100√3	21257-06		
		ТН	В	ЗНОЛ-35 III	0,5	35000√3/100√3	21257-06		
		ТН	С	ЗНОЛ-35 III	0,5	35000√3/100√3	21257-06		
		ТТ	А	ТОЛ-35 III-II	0,2S	150/5	47959-16		
		ТТ	В	ТОЛ-35 III-II	0,2S	150/5	47959-16		
		ТТ	С	ТОЛ-35 III-II	0,2S	150/5	47959-16		
Каланчёвская									
34	Ввод-4 10кВ	Счетчик		ЕА05RAL-BN-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ - 10 У3	0,5	1000 / 5	1261-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ - 10 У3	0,5	1000 / 5	1261-59		
35	Ввод-3 10кВ	Счетчик		ЕА05RAL-BN-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ - 10 У3	0,5	1000 / 5	1261-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ - 10 У3	0,5	1000 / 5	1261-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Ввод-1 10кВ	Счетчик	EA05RAL-BN-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТН	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТН	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТТ	ТПОЛ - 10 У3	0,5	1000 / 5	1261-59		
		ТТ	-		-	-		
		ТТ	ТПОЛ - 10 У3	0,5	1000 / 5	1261-59		
37	Ввод-2 10кВ	Счетчик	EA05RAL-BN-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТН	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТН	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТТ	ТПОЛ - 10 У3	0,5	1000 / 5	1261-59		
		ТТ	-		-	-		
		ТТ	ТПОЛ - 10 У3	0,5	1000 / 5	1261-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Лосиноостровская								
38	ЦНИИС-2	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ А	ТОЛ-10	0,5	600/5	7069-07		
		ТТ В	-		-	-		
		ТТ С	ТОЛ-10	0,5	600/5	7069-07		
39	Ввод Гамма	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ А	ТОЛ-10	0,5	400/5	7069-79		
		ТТ В	-		-	-		
		ТТ С	ТОЛ-10	0,5	400/5	7069-79		
40	ЦНИИС-1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ А	ТОЛ-10	0,5	600/5	7069-79		
		ТТ В	-		-	-		
		ТТ С	ТОЛ-10	0,5	600/5	7069-79		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
41	Ввод Бета	Счетчик		EA05RL-BN-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	400/5	7069-79		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	400/5	7069-79		
42	Ввод Дельта	Счетчик		EA05RL-BN-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТОЛ-10 У3	0,5	400/5	7069-79		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10 У3	0,5	400/5	7069-79		
43	Ввод Альфа	Счетчик		EA05RL-BN-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	400/5	7069-79		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	400/5	7069-79		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Марк								
44	Ввод - 1	Счетчик		ЕА05RAL-РЗВ-4	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	В	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	С	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000/100	831-69	
		ТТ	А	ТЛМ - 10 - 1	0,5	400 / 5	2473-00	
		ТТ	В	ТЛМ - 10 - 1	0,5	400 / 5	2473-00	
		ТТ	С	ТЛМ - 10 - 1	0,5	400 / 5	2473-00	
45	Ввод - 4	Счетчик		ЕА05RAL-РІВ-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НАМИ - 10 У2	0,2	10000/100	11094-87	
		ТН	В	НАМИ - 10 У2	0,2	10000/100	11094-87	
		ТН	С	НАМИ - 10 У2	0,2	10000/100	11094-87	
		ТТ	А	ТЛЮ - 10	0,5S	800/5	25433-11	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛЮ - 10	0,5S	800/5	25433-11	

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	
46	Ввод - 2	Счетчик		ЕА05RAL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ - 10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В	НАМИ - 10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	С	НАМИ - 10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТТ	А	ТЛМ - 10 - 1	0,5	400 / 5	2473-00			
		ТТ	В	ТЛМ - 10 - 1	0,5	400 / 5	2473-00			
		ТТ	С	ТЛМ - 10 - 1	0,5	400 / 5	2473-00			
		Счетчик		ЕА05RAL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
47	Ввод - 3	ТН	А	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000/100	831-69	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	В	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	С	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТТ	А	ТЛО - 10	0,5S	800/5	25433-11			
		ТТ	В	-		-	-			
		ТТ	С	ТЛО - 10	0,5S	800/5	25433-11			
		Москва-3								
48	Ввод-Альфа	Счетчик		ЕА05RL-BN-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	1000/5	15128-01			
		ТТ	В	-		-	-			
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	1000/5	15128-01			
		Счетчик		ЕА05RL-BN-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
49	Ввод-Бета	ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	1000/5	15128-01			
		ТТ	В	-		-	-			
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	1000/5	15128-01			
		Счетчик		ЕА05RL-BN-4	0,5S/-	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87			
50	Ввод-Гамма	ТН	В	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87			
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	400/5	15128-01			
		ТТ	В	-		-	-			
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	400/5	15128-01			
		Москва-3								

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Москва-Киевская(МОК)								
51	Ввод-2 10 кВ КРУН	Счетчик	EA05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000/√3/100/√3	51676-12		
		ТН	В	0,5	10000/√3/100/√3	51676-12		
		ТН	С	0,5	10000/√3/100/√3	51676-12		
		ТТ	А	0,5S	600/5	51679-12		
		ТТ	В	0,5S	600/5	51679-12		
		ТТ	С	0,5S	600/5	51679-12		
Окружная (МОК)								
52	Ф-2 ПЭ Окруж.- Москва	Счетчик	A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	6000/√3/100/√3	51676-12		
		ТН	В	0,5	6000/√3/100/√3	51676-12		
		ТН	С	0,5	6000/√3/100/√3	51676-12		
		ТТ	А	0,5S	50/5	51679-12		
		ТТ	В	0,5S	50/5	51679-12		
		ТТ	С	0,5S	50/5	51679-12		
53	Ф-2 ПЭ Рад.КТП250	Счетчик	A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000/√3/100/√3	51676-12		
		ТН	В	0,5	10000/√3/100/√3	51676-12		
		ТН	С	0,5	10000/√3/100/√3	51676-12		
		ТТ	А	0,5S	50/5	51679-12		
		ТТ	В	0,5S	50/5	51679-12		
		ТТ	С	0,5S	50/5	51679-12		
54	ПВА 3,2 МОК	Счетчик	A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000/√3/100/√3	51676-12		
		ТН	В	0,5	10000/√3/100/√3	51676-12		
		ТН	С	0,5	10000/√3/100/√3	51676-12		
		ТТ	А	0,5S	800/5	51679-12		
		ТТ	В	0,5S	800/5	51679-12		
		ТТ	С	0,5S	800/5	51679-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Очаково								
55	Ввод-30	Счетчик	ЕА05RAL-BN-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	600/5	1261-59		
56	Ввод-11	Счетчик	ЕА05RAL-BN-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	600/5	1261-59		
57	Ввод-28	Счетчик	ЕА05RAL-BN-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	800/5	1261-59		
П. Стрешнево МЦД								
58	Ввод-1	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	0,5	35000/√3/100/√3	51676-12		
		ТН	В	0,5	35000/√3/100/√3	51676-12		
		ТН	С	0,5	35000/√3/100/√3	51676-12		
		ТТ	А	0,2S	150/5	51679-12		
		ТТ	В	0,2S	150/5	51679-12		
		ТТ	С	0,2S	150/5	51679-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Перерва								
59	Ввод-1 35кВ	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	0,5	(35000/√3) / (100/√3)	37493-08		
		ТН	В	0,5	(35000/√3) / (100/√3)	37493-08		
		ТН	С	0,5	(35000/√3) / (100/√3)	37493-08		
		ТТ	А	0,2S	300 / 1	37491-08		
		ТТ	В	0,2S	300 / 1	37491-08		
		ТТ	С	0,2S	300 / 1	37491-08		
60	Ввод-2 35кВ	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 пер. № 19495-03	УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	(35000/√3) / (100/√3)	37493-08		
		ТН	В	0,5	(35000/√3) / (100/√3)	37493-08		
		ТН	С	0,5	(35000/√3) / (100/√3)	37493-08		
		ТТ	А	0,2S	300 / 1	37491-08		
		ТТ	В	0,2S	300 / 1	37491-08		
		ТТ	С	0,2S	300 / 1	37491-08		
Фили								
61	Ввод-2	Счетчик	EA05RAL-BN-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	0,5	6000/100	59814-15		
		ТН	В	0,5	6000/100	59814-15		
		ТН	С	0,5	6000/100	59814-15		
		ТТ	А	0,2S	1000/5	69608-17		
		ТТ	В	0,2S	1000/5	69608-17		
		ТТ	С	0,2S	1000/5	69608-17		
62	Ввод-3	Счетчик	EA05RAL-BN-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	6000/100	59814-15		
		ТН	В	0,5	6000/100	59814-15		
		ТН	С	0,5	6000/100	59814-15		
		ТТ	А	0,2S	1000/5	69608-17		
		ТТ	В	0,2S	1000/5	69608-17		
		ТТ	С	0,2S	1000/5	69608-17		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9		
63	Ввод-1	Счетчик		A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14		
		ТН	А	НАЛИ-НТЗ-6	0,5	6000/100	59814-15				
		ТН	В	НАЛИ-НТЗ-6	0,5	6000/100	59814-15				
		ТН	С	НАЛИ-НТЗ-6	0,5	6000/100	59814-15				
		ТТ	А	ТПЛ-НТЗ-10-31	0,2S	1000/5	69608-17				
		ТТ	В	ТПЛ-НТЗ-10-31	0,2S	1000/5	69608-17				
		ТТ	С	ТПЛ-НТЗ-10-31	0,2S	1000/5	69608-17				
		Счетчик		EA05RAL-BN-4	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАЛИ-НТЗ-6	0,5	6000/100	59814-15				
64	Ввод-4	ТН	В	НАЛИ-НТЗ-6	0,5	6000/100	59814-15				
		ТН	С	НАЛИ-НТЗ-6	0,5	6000/100	59814-15				
		ТТ	А	ТПЛ-НТЗ-10-31	0,2S	1000/5	69608-17				
		ТТ	В	ТПЛ-НТЗ-10-31	0,2S	1000/5	69608-17				
		ТТ	С	ТПЛ-НТЗ-10-31	0,2S	1000/5	69608-17				
		Царицыно									
		65	Ввод-1 ВЛ 110кВ Кожухово – Чертаново	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
				ТН	А	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
				ТН	В	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
ТН	С			VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08				
ТТ	А			VAU-123	0,2S	150/1	37850-08				
ТТ	В			VAU-123	0,2S	150/1	37850-08				
ТТ	С			VAU-123	0,2S	150/1	37850-08				
Счетчик				A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11				
ТН	А			SU 170 / S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-14				
66	Ввод-2 ВЛ 110кВ Чертаново – Царицыно	ТН	В	SU 170 / S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-14				
		ТН	С	SU 170 / S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-14				
		ТТ	А	VIS WI	0,2S	400/1	37750-08				
		ТТ	В	VIS WI	0,2S	400/1	37750-08				
		ТТ	С	VIS WI	0,2S	400/1	37750-08				
		Царицыно									
		65	Ввод-1 ВЛ 110кВ Кожухово – Чертаново	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
				ТН	А	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
				ТН	В	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
ТН	С			VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08				
ТТ	А			VAU-123	0,2S	150/1	37850-08				
ТТ	В			VAU-123	0,2S	150/1	37850-08				
ТТ	С			VAU-123	0,2S	150/1	37850-08				
Счетчик				A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11				
ТН	А			SU 170 / S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-14				
66	Ввод-2 ВЛ 110кВ Чертаново – Царицыно	ТН	В	SU 170 / S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-14				
		ТН	С	SU 170 / S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-14				
		ТТ	А	VIS WI	0,2S	400/1	37750-08				
		ТТ	В	VIS WI	0,2S	400/1	37750-08				
		ТТ	С	VIS WI	0,2S	400/1	37750-08				
		Царицыно									
		65	Ввод-1 ВЛ 110кВ Кожухово – Чертаново	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
				ТН	А	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
				ТН	В	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
ТН	С			VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08				
ТТ	А			VAU-123	0,2S	150/1	37850-08				
ТТ	В			VAU-123	0,2S	150/1	37850-08				
ТТ	С			VAU-123	0,2S	150/1	37850-08				
Счетчик				A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11				
ТН	А			SU 170 / S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-14				
66	Ввод-2 ВЛ 110кВ Чертаново – Царицыно	ТН	В	SU 170 / S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-14				
		ТН	С	SU 170 / S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-14				
		ТТ	А	VIS WI	0,2S	400/1	37750-08				
		ТТ	В	VIS WI	0,2S	400/1	37750-08				
		ТТ	С	VIS WI	0,2S	400/1	37750-08				
		Царицыно									
		65	Ввод-1 ВЛ 110кВ Кожухово – Чертаново	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
				ТН	А	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
				ТН	В	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
ТН	С			VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08				
ТТ	А			VAU-123	0,2S	150/1	37850-08				
ТТ	В			VAU-123	0,2S	150/1	37850-08				
ТТ	С			VAU-123	0,2S	150/1	37850-08				
Счетчик				A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11				
ТН	А			SU 170 / S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-14				
66	Ввод-2 ВЛ 110кВ Чертаново – Царицыно	ТН	В	SU 170 / S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-14				
		ТН	С	SU 170 / S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-14				
		ТТ	А	VIS WI	0,2S	400/1	37750-08				
		ТТ	В	VIS WI	0,2S	400/1	37750-08				
		ТТ	С	VIS WI	0,2S	400/1	37750-08				
		Царицыно									
		65	Ввод-1 ВЛ 110кВ Кожухово – Чертаново	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
				ТН	А	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
				ТН	В	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
ТН	С			VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08				
ТТ	А			VAU-123	0,2S	150/1	37850-08				
ТТ	В			VAU-123	0,2S	150/1	37850-08				
ТТ	С			VAU-123	0,2S	150/1	37850-08				
Счетчик				A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11				
ТН	А			SU 170 / S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-14				
66	Ввод-2 ВЛ 110кВ Чертаново – Царицыно	ТН	В	SU 170 / S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-14				
		ТН	С	SU 170 / S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-14				
		ТТ	А	VIS WI	0,2S	400/1	37750-08				
		ТТ	В	VIS WI	0,2S	400/1	37750-08				
		ТТ	С	VIS WI	0,2S	400/1	37750-08				
		Царицыно									
		65	Ввод-1 ВЛ 110кВ Кожухово – Чертаново	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
				ТН	А	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
				ТН	В	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
ТН	С			VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08				
ТТ	А			VAU-123	0,2S	150/1	37850-08				
ТТ	В			VAU-123	0,2S	150/1	37850-08				
ТТ	С			VAU-123	0,2S	150/1	37850-08				
Счетчик				A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11				
ТН	А			SU 170 / S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-14				
66	Ввод-2 ВЛ 110кВ Чертаново – Царицыно	ТН	В	SU 170 / S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-14				
		ТН	С	SU 170 / S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-14				
		ТТ	А	VIS WI	0,2S	400/1	37750-08				
		ТТ	В	VIS WI	0,2S	400/1	37750-08				
		ТТ	С	VIS WI	0,2S	400/1	37750-08				
		Царицыно									
		65	Ввод-1 ВЛ 110кВ Кожухово – Чертаново	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
				ТН	А	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
				ТН	В	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
ТН	С			VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08				
ТТ	А			VAU-123	0,2S	150/1	37850-08				
ТТ	В			VAU-123	0,2S	150/1	37850-08				
ТТ	С			VAU-123	0,2S	150/1	37850-08				
Счетчик				A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11				
ТН	А			SU 170 / S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-14				
66	Ввод-2 ВЛ 110кВ Чертаново – Царицыно	ТН	В	SU 170 / S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-14				
		ТН	С	SU 170 / S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-14				
		ТТ	А	VIS WI	0,2S	400/1	37750-08				
		ТТ	В	VIS WI	0,2S	400/1	37750-08				
		ТТ	С	VIS WI	0,2S	400/1	37750-08				
		Царицыно									
		65	Ввод-1 ВЛ 110кВ Кожухово – Чертаново	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
				ТН	А	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
				ТН	В	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
ТН	С			VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08				
ТТ	А			VAU-123	0,2S	150/1	37850-08				
ТТ	В			VAU-123	0,2S	150/1	37850-08				
ТТ	С			VAU-123	0,2S	150/1	37850-08				
Счетчик				A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11				
ТН	А			SU 170 / S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-14				
66	Ввод-2 ВЛ 110кВ Чертаново – Царицыно	ТН	В	SU 170 / S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-14				
		ТН	С	SU 170 / S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-14				
		ТТ	А	VIS WI	0,2S	400/1	37750-08				
		ТТ	В	VIS WI	0,2S	400/1	37750-08				
		ТТ	С	VIS WI	0,2S	400/1	37750-08				
		Царицыно									
		65	Ввод-1 ВЛ 110кВ Кожухово – Чертаново	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
				ТН	А	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
				ТН	В	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
ТН	С			VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08				
ТТ	А			VAU-123	0,2S	150/1	37850-08				
ТТ	В			VAU-123	0,2S	150/1	37850-08				
ТТ	С			VAU-123	0,2S	150/1	37850-08				
Счетчик				A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11				
ТН	А			SU 170 / S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-14				
66	Ввод-2 ВЛ 110кВ Чертаново – Царицыно	ТН	В	SU 170 / S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-14				
		ТН	С	SU 170 / S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-14				
		ТТ	А	VIS WI	0,2S	400/1	37750-08				
		ТТ	В	VIS WI	0,2S	400/1	37750-08				
		ТТ	С	VIS WI	0,2S	400/1	37750-08				
		Царицыно									
		65	Ввод-1 ВЛ 110кВ Кожухово – Чертаново	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
				ТН	А	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
				ТН	В	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
ТН	С			VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08				
ТТ	А			VAU-123	0,2S	150/1	37850-08				
ТТ	В			VAU-123	0,2S	150/1	37850-08				
ТТ	С			VAU-123	0,2S	150/1	37850-08				
Счетчик				A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11				
ТН	А			SU 170 / S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-14				
66	Ввод-2 ВЛ 110кВ Чертаново – Царицыно	ТН	В	SU 170 / S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-14				
		ТН	С	SU 170 / S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-14				
		ТТ	А	VIS WI	0,2S	400/1	37750-08				
		ТТ	В	VIS WI	0,2S	400/1	37750-08				
		ТТ	С	VIS WI	0,2S	400/1	37750-08				
		Царицыно									
		65	Ввод-1 ВЛ 110кВ Кожухово – Чертаново	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
				ТН	А	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
				ТН	В	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
ТН	С			VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08				

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
67	Ф РАЙОНА (5601)	Счетчик		A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИТ-6-2 УХЛ2	0,5	6000 / 100	70324-18		
		ТН	В	НАМИТ-6-2 УХЛ2	0,5	6000 / 100	70324-18		
		ТН	С	НАМИТ-6-2 УХЛ2	0,5	6000 / 100	70324-18		
		ТТ	А	ТЛП - 10 - 2 М2ВС У3	0,5S	100 / 5	30709-11		
		ТТ	В	ТЛП - 10 - 2 М2ВС У3	0,5S	100 / 5	30709-11		
		ТТ	С	ТЛП - 10 - 2 М2ВС У3	0,5S	100 / 5	30709-11		
Яуза									
68	Ввод-1- альфа+бета	Счетчик		EA05RL-P3B-4	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	4MR12	0,5	6000√3/100√3	30826-05		
		ТН	В	4MR12	0,5	6000√3/100√3	30826-05		
		ТН	С	4MR12	0,5	6000√3/100√3	30826-05		
		ТТ	А	4MC7	0,5	1000/5	35056-07		
		ТТ	В	4MC7	0,5	1000/5	35056-07		
		ТТ	С	4MC7	0,5	1000/5	35056-07		
69	Ввод-3- сигма+омега	Счетчик		EA05RAL-P3B-4	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	4MR12	0,5	6000√3/100√3	30826-05		
		ТН	В	4MR12	0,5	6000√3/100√3	30826-05		
		ТН	С	4MR12	0,5	6000√3/100√3	30826-05		
		ТТ	А	4MC7	0,5	1000/5	35056-07		
		ТТ	В	4MC7	0,5	1000/5	35056-07		
		ТТ	С	4MC7	0,5	1000/5	35056-07		
70	Ввод-2- гамма+дельта	Счетчик		EA05RAL-P3B-4	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	4MR12	0,5	6000√3/100√3	30826-05		
		ТН	В	4MR12	0,5	6000√3/100√3	30826-05		
		ТН	С	4MR12	0,5	6000√3/100√3	30826-05		
		ТТ	А	4MC7	0,5	1000/5	35056-07		
		ТТ	В	4MC7	0,5	1000/5	35056-07		
		ТТ	С	4MC7	0,5	1000/5	35056-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Вешняки (Новая)								
71	Ввод-2-20 кВ	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-17	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	0,5	(20000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	0,5	(20000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	0,5	(20000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТТ	А	0,5S	800/5	51679-12		
		ТТ	В	0,5S	800/5	51679-12		
		ТТ	С	0,5S	800/5	51679-12		
72	Ввод-1-20 кВ	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-17	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	(20000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	0,5	(20000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	0,5	(20000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТТ	А	0,5S	800/5	51679-12		
		ТТ	В	0,5S	800/5	51679-12		
		ТТ	С	0,5S	800/5	51679-12		
Москва - Бутырская								
73	Ввод - 1	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	0,5	(20000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	В	0,5	(20000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	С	0,5	(20000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТТ	А	0,5S	1000 / 5	51679-12		
		ТТ	В	0,5S	1000 / 5	51679-12		
		ТТ	С	0,5S	1000 / 5	51679-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
74	Ввод - 2	Счетчик		A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	ЗНОЛП - НТЗ - 20 УХЛ2	0,5	(20000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛП - НТЗ - 20 УХЛ2	0,5	(20000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛП - НТЗ - 20 УХЛ2	0,5	(20000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ - НТЗ - 20 УХЛ2	0,5S	1000 / 5	51679-12		
		ТТ	В	ТОЛ - НТЗ - 20 УХЛ2	0,5S	1000 / 5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ - НТЗ - 20 УХЛ2	0,5S	1000 / 5	51679-12		
75	Ввод – 3	Счетчик		A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	ЗНОЛП - НТЗ - 20 УХЛ2	0,5	(20000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛП - НТЗ - 20 УХЛ2	0,5	(20000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛП - НТЗ - 20 УХЛ2	0,5	(20000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ - НТЗ - 20 УХЛ2	0,5S	1000 / 5	51679-12		
		ТТ	В	ТОЛ - НТЗ - 20 УХЛ2	0,5S	1000 / 5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ - НТЗ - 20 УХЛ2	0,5S	1000 / 5	51679-12		
76	Ввод - 4	Счетчик		A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	ЗНОЛП - НТЗ - 20 УХЛ2	0,5	(20000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛП - НТЗ - 20 УХЛ2	0,5	(20000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛП - НТЗ - 20 УХЛ2	0,5	(20000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ - НТЗ - 20 УХЛ2	0,5S	1000 / 5	51679-12		
		ТТ	В	ТОЛ - НТЗ - 20 УХЛ2	0,5S	1000 / 5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ - НТЗ - 20 УХЛ2	0,5S	1000 / 5	51679-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Славянская								
77	Резерв (бывш. Ввод-1-10 кВ)	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW- 4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	0,5	10000/√3/100/√3	23544-07		
		ТН	В	0,5	10000/√3/100/√3	23544-07		
		ТН	С	0,5	10000/√3/100/√3	23544-07		
		ТТ	А	0,5S	1500/5	51679-12		
		ТТ	В	0,5S	1500/5	51679-12		
		ТТ	С	0,5S	1500/5	51679-12		
78	Резерв (бывш. Ввод-2 10 кВ)	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW- 4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000/√3/100/√3	23544-07		
		ТН	В	0,5	10000/√3/100/√3	23544-07		
		ТН	С	0,5	10000/√3/100/√3	51676-12		
		ТТ	А	0,5S	1500/5	51679-12		
		ТТ	В	0,5S	1500/5	51679-12		
		ТТ	С	0,5S	1500/5	51679-12		
79	Ввод-3-10 кВ	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW- 4	0,5S/1,0	1	31857-11	RTU-327 пер. № 19495-03	
		ТН	А	0,5	10000/√3/100/√3	51676-12		
		ТН	В	0,5	10000/√3/100/√3	51676-12		
		ТН	С	0,5	10000/√3/100/√3	51676-12		
		ТТ	А	0,5S	1500/5	51679-12		
		ТТ	В	0,5S	1500/5	51679-12		
		ТТ	С	0,5S	1500/5	51679-12		
80	Ввод-4 10 кВ	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW- 4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	0,5	10000/√3/100/√3	51676-12		
		ТН	В	0,5	10000/√3/100/√3	23544-07		
		ТН	С	0,5	10000/√3/100/√3	23544-07		
		ТТ	А	0,5S	1500/5	51679-12		
		ТТ	В	0,5S	1500/5	51679-12		
		ТТ	С	0,5S	1500/5	51679-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	Ввод-5	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		82	Ввод-6	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0		
Алпатъёво								
83	Источн.-Апп.- 110 кВ	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-17	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		84	МСЭ 5	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
85	Гаврил.-Алп.- 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
86	МСЭ 9	ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	УСВ-3 рег. № 51644-12	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	300/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	300/5	22192-03		
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
87	Ларино-Алп.- 110 кВ	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	УСВ-3 рег. № 51644-12	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
88	Рыбное-Алп.- 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	УСВ-3 рег. № 51644-12	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
88	Рыбное-Алп.- 110 кВ	ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05	УСВ-3 рег. № 51644-12	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Анциферово								
89	ИТ-2 110 кВ	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
		Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
90	П.П.№6	ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
91	П.П. №2	ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
		Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
92	ИТ-1- 110 кВ	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
		Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Апрелевка								
93	Ф-2-35кВ	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	В	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	С	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	А	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	0,2S	300/1	37491-08		
94	Ф-1	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ССВ-1Г рег. № 58301-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	0,5	300/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	300/5	814-53		
95	Ф-2	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	0,5	400/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	400/5	814-53		
96	(Ф-7)	Счетчик	СЭГ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-12	RTU-327 рег. № 19495-03	
		ТН	А	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	0,5S	150/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5S	150/5	1261-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
97	Ввод-2 110 кВ	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	VPU-123 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40089-08		
		ТН	В	VPU-123 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40089-08		
		ТН	С	VPU-123 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40089-08		
		ТТ	А	AGU-123 УХЛ1	0,2S	150/1	40087-08		
		ТТ	В	AGU-123 УХЛ1	0,2S	150/1	40087-08		
		ТТ	С	AGU-123 УХЛ1	0,2S	150/1	40087-08		
98	Ввод-1 110 кВ	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	VPU-123 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40089-08		
		ТН	В	VPU-123 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40089-08		
		ТН	С	VPU-123 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40089-08		
		ТТ	А	AGU-123 УХЛ1	0,2S	150/1	40087-08		
		ТТ	В	AGU-123 УХЛ1	0,2S	150/1	40087-08		
		ТТ	С	AGU-123 УХЛ1	0,2S	150/1	40087-08		
99	(Ф-5)	Счетчик		EA05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10 У3	0,5S	400/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10 У3	0,5S	400/5	1261-59		
100	Ф-6	Счетчик		EA05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Барыбино											
101	ПТ-1- 110 кВ	Счетчик	СЭТ - 4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14			
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08					
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08					
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08					
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05					
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05					
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05					
		Счетчик	СЭТ - 4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-12					
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08					
102	ПТ-2 110 кВ	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08	УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08					
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08					
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05					
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05					
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05					
		Бекасово									
		103	ф-8-10кВ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0		1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
				ТН	НТМИ-10	0,5		10000/100	831-53		
ТН	НТМИ-10			0,5	10000/100	831-53					
ТН	НТМИ-10			0,5	10000/100	831-53					
ТТ	ТПЛМ-10			0,5	400/5	2363-68					
ТТ	-			-	-	-					
ТТ	ТПЛМ-10			0,5	400/5	2363-68					
Счетчик	A1802RALQ-Р4GB-DW-4			0,2S/0,5	1	31857-06					
ТН	НАМИ-110 УХЛ1			0,2	110000/√3/100/√3	24218-08					
104	Ввод-1 ВЛ 110кВ Нарофоминск- Селятино 1	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08	УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08					
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08					
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11					
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11					
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11					

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
105	Ф-11-10кВ	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
106	Ф-3-10кВ	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-У2	0,5	600/5	6009-77		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-2	0,5	600/5	6009-77		
107	Ф-14-10кВ	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТОЛ-10 УТ2	0,5	300/5	6009-77		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10 УТ2	0,5	300/5	6009-77		
108	Ф-15	Счетчик		СЭГ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-12		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-10-2 У2	0,5	150/5	30709-11		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-2 У2	0,5	150/5	30709-11		
109	Ф-16	Счетчик		СЭГ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-12		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-10-2 У2	0,5S	600/5	30709-11		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-2 У2	0,5S	600/5	30709-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
110	Ф-2-10кВ	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
111	Ф-4-10кВ	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТЛМ-10 У3	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10 У3	0,5	200/5	1276-59		
112	Ф-13-10кВ	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТЛМ-10-1 У3	0,5S	200/5	2473-05		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10-1 У3	0,5S	200/5	2473-05		
113	Ввод-2 ВЛ 110кВ Нарофоминск- Селятино 2	Счетчик		A1802RALQ-P4GB- DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Берендино								
114	ПТ1-110кВ	Счетчик	ЕА02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
		Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
115	Ф-4 ф-ка "Вперёд"	ТН	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		Счетчик	ЕА02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
116	ПТ-2-110кВ	ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
117	Ф-9 ф-ка "Вперёд"	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
118	Ф-СНТ "Литейщик"	ТН	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТТ	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Богатищево								
119	ПТ-2- 110 кВ	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	24218-03		
		ТТ	А	0,2S	150 / 1	79483-20		
		ТТ	В	0,2S	150 / 1	79483-20		
		ТТ	С	0,2S	150 / 1	79483-20		
120	Ф-3	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	В	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	С	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТТ	А	0,5	300 / 5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	300 / 5	1276-59		
121	Ф-2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	В	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	С	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТТ	А	0,5	300 / 5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	300 / 5	1276-59		
122	ПТ-1- 110 кВ	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	24218-03		
		ТТ	А	0,2S	150 / 1	23256-05		
		ТТ	В	0,2S	150 / 1	23256-05		
		ТТ	С	0,2S	150 / 1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бронницы								
123	ТБМ-1	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-12	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	100/5	1276-59		
124	ПТ-3 от 1 с.ш	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-12	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	В	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	С	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	А	0,2S	300/1	44640-11		
		ТТ	В	0,2S	300/1	44640-11		
		ТТ	С	0,2S	300/1	44640-11		
125	ПТ-2- 110 кВ	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	В	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	С	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	А	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	С	0,2S	100/1	79483-20		
126	ПТ-3 от 2 с.ш.	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-12	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	В	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	С	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	А	0,2S	300/1	44640-11		
		ТТ	В	0,2S	300/1	44640-11		
		ТТ	С	0,2S	300/1	44640-11		
127	МЭ-2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	1000/5	1261-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
128	АВИС	Счетчик		ЕА05RL-P1B-4	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А			-	-		
		ТН	В	-		-	-		
		ТН	С	-		-	-		
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	50/5	6891-85		
129	ТБМ-2	ТТ	В	Т-0,66	0,5S	50/5	6891-85		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	50/5	6891-85		
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-12		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
130	Ф-1 35 кВ Бронницы- Степановская	ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	100/5	15128-07		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	100/5	15128-07		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
131	МЭ-1	ТН	А	ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	71707-18	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	В	ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТН	С	ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-04	0,2S	200/5	47124-11		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-04	0,2S	200/5	47124-11		
132	ПТ-1-110 кВ	ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-04	0,2S	200/5	47124-11		
		Счетчик		ЕА05RL-P1B-4	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-02		
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Вербилки								
138	ф. 3 - 6 кВ Кангри - Резот	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НТМИ - 6	0,5	6000 / 100	831-53		
		ТН В	НТМИ - 6	0,5	6000 / 100	831-53		
		ТН С	НТМИ - 6	0,5	6000 / 100	831-53		
		ТТ А	ТПЛ - 10 У3	0,5	100 / 5	1276-59		
		ТТ В	-	-	-	-		
		ТТ С	ТПЛ - 10 У3	0,5	100 / 5	1276-59		
139	ПТ - 2 110 кВ	Счетчик	СЭТ - 4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТТ А	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	50 / 1	23256-05		
		ТТ В	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	50 / 1	23256-05		
		ТТ С	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	50 / 1	23256-05		
140	ф. 5 - 6 кВ ЗАО " Фарфор Вербилко "	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НТМИ - 6	0,5	6000 / 100	831-53		
		ТН В	НТМИ - 6	0,5	6000 / 100	831-53		
		ТН С	НТМИ - 6	0,5	6000 / 100	831-53		
		ТТ А	ТПЛ - 10 - 5 У2	0,5	600 / 5	30709-05		
		ТТ В	-	-	-	-		
		ТТ С	ТПЛ - 10 - 5 У2	0,5	600 / 5	30709-05		
141	ПТ-1 110 кВ	Счетчик	СЭТ - 4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ А	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	50 / 1	23256-05		
		ТТ В	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	50 / 1	23256-05		
		ТТ С	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	50 / 1	23256-05		
142	ф. 4 - 6 кВ Кангри - Резот	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НТМИ - 6	0,5	6000 / 100	831-53		
		ТН В	НТМИ - 6	0,5	6000 / 100	831-53		
		ТН С	НТМИ - 6	0,5	6000 / 100	831-53		
		ТТ А	ТПЛМ - 10	0,5	100 / 5	2363-68		
		ТТ В	-	-	-	-		
		ТТ С	ТПЛМ - 10	0,5	100 / 5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
143	ф. 6 - 6 кВ ЗАО " Фарфор Верблюк "	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ - 6	0,5	6000 / 100	831-53		
		ТН	В	НТМИ - 6	0,5	6000 / 100	831-53		
		ТН	С	НТМИ - 6	0,5	6000 / 100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ - 10 - 5 У2	0,5	600 / 5	30709-05		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ - 10 - 5 У2	0,5	600 / 5	30709-05		
Виноградово									
144	Ввод-2	Счетчик		ЕА05RAL-BN-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
145	МЭ 4	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
146	МЭ 20	Счетчик		ЕА05RL-Р3В-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
147	Ввод-1-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-12		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	600/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
148	Ввод-1	Счетчик	EA05RAL-BN-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100			831-69
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100			831-69
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100			831-69
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	В	-	-	-			-
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5			1261-59
149	МЭ 10	Счетчик	EA05RAL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100			831-69
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100			831-69
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100			831-69
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	В	-	-	-			-
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5			1261-59
150	Ввод-2-110 кВ	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-12			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1			23256-05
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1			23256-05
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1			23256-05
Внуково									
151	Ввод-2-35кВ	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	NTSM-38 УХЛ1	0,5	35000/√3/100/√3			37493-08
		ТН	В	NTSM-38 УХЛ1	0,5	35000/√3/100/√3			37493-08
		ТН	С	NTSM-38 УХЛ1	0,5	35000/√3/100/√3			37493-08
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1-1	0,2S	300/1			37491-08
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1-1	0,2S	300/1			37491-08
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1-1	0,2S	300/1			37491-08
152	Нефтебаза	Счетчик	EA05RAL-P3B-4	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	-	-	-			-
		ТН	В	-	-	-			-
		ТН	С	-	-	-			-
		ТТ	А	T-0,66 У3	0,5	600/5			19956-02
		ТТ	В	T-0,66 У3	0,5	600/5			19956-02
		ТТ	С	T-0,66 У3	0,5	600/5			19956-02

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
153	Ввод-1-35кВ	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1			
		ТН	А	NTSM-38 УХЛП	0,5	35000/√3/100/√3		31857-06	
		ТН	В	NTSM-38 УХЛП	0,5	35000/√3/100/√3		37493-08	
		ТН	С	ЗНОЛ-35 III УХЛП	0,5	35000/√3/100/√3		37493-08	
		ТТ	А	STSM-38 УХЛП-1	0,2S	300/1		21257-06	
		ТТ	В	STSM-38 УХЛП-1	0,2S	300/1		37491-08	
		ТТ	С	STSM-38 УХЛП-1	0,2S	300/1		37491-08	
		Волоколамск							
154	Ф7 10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100		16666-97	
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100		831-53	
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100		831-53	
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	40/5		1276-59	
		ТТ	В	-		-		-	
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	40/5		1276-59	
		Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1		16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14
155	Ф4 10 кВ	ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100		831-53	
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100		831-53	
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100		831-53	
		ТТ	А	ТПФМУ-10	0,5	40/5		814-53	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	-		-		-	
		ТТ	С	ТПФМУ-10	0,5	40/5		814-53	RTU-327 пер. № 19495-03
		Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1		16666-97	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100		831-53	
156	Ввод-1-35кВ	ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100		831-53	
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100		831-53	
		ТТ	А	ТПФМУ-10	0,5	40/5		814-53	
		ТТ	В	-		-		-	
		ТТ	С	ТПФМУ-10	0,5	40/5		814-53	
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1		31857-06	
		ТН	А	NTSM-38 УХЛП	0,5	(35000/√3)/(100/√3)		37493-08	
		ТН	В	NTSM-38 УХЛП	0,5	(35000/√3)/(100/√3)		37493-08	

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
157	Ввод-2-35кВ	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
158	ФФ-1	Счетчик		EA05RAL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
159	Ввод-1 110 кВ ВЛ 110кВ Федино- Воскресенск	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
160	ФФ-2	Счетчик		EA05RAL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСБ-3 пер. № 51644-12
		Счетчик		3НОМ-35-65	0,5	35000√3/100√3	912-70		
		Счетчик		НОМ -35-66	0,5	35000√3/100√3	187-70		
		Счетчик		ТФ3М 35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		Счетчик		ТФ3М 35А-У1	0,5	200/5	3690-73		

Воскресенск

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
161	Ввод-2 110 кВ ВЛ 110кВ Пески- Воскресенск	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	B	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	C	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТТ	A	VAU-123	0,2S	150/1	37850-08		
		ТТ	B	VAU-123	0,2S	150/1	37850-08		
		ТТ	C	VAU-123	0,2S	150/1	37850-08		
Гжель									
162	Ввод-1-35	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	A	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	B	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	C	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	A	STSM-38 УХЛII	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	B	STSM-38 УХЛII	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	C	STSM-38 УХЛII	0,2S	300/1	37491-08		
163	Ввод-2-35	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 пер. № 19495-03	УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	A	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	B	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	C	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	A	STSM-38 УХЛII	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	B	STSM-38 УХЛII	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	C	STSM-38 УХЛII	0,2S	300/1	37491-08		
164	Сад	Счетчик		EA05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	A	-	-	-	-		
		ТН	B	-	-	-	-		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	T-0,66 У3	0,5	200/5	6891-78		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	T-0,66 У3	0,5	200/5	6891-78		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голицыно								
165	Ввод-2-6кВ	Счетчик	EA05RAL-РЗВ-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	0,5	1000/5	3848-73		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	1000/5	3848-73		
		Счетчик	EA05RAL-РЗВ-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
166	Ввод-1-6кВ	ТН	А	0,5	6000/100	831-53	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	В	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	В	0,5	1000/5	3848-73		
		ТТ	С	0,5	-	-		
		ТТ	С	0,5	1000/5	3848-73		
		Счетчик	EA05RAL-РЗВ-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
167	Ввод-9-6кВ	ТН	А	0,5	6000/100	831-53	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	В	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	В	0,5	1000/5	3848-73		
		ТТ	С	0,5	-	-		
		ТТ	С	0,5	1000/5	3848-73		
		Счетчик	EA05RAL-РЗВ-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
Голутвин								
168	Ввод-2	Счетчик	EA05RAL-РЗВ-4	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	6000/100	380-49		
		ТН	В	0,5	6000/100	380-49		
		ТН	С	0,5	6000/100	380-49		
		ТТ	А	0,5	6000/100	380-49		
		ТТ	В	0,5	1000/5	518-50		
		ТТ	С	0,5	-	-		
		ТТ	С	0,5	1000/5	518-50		
169	Ввод-1 6кВ	Счетчик	EA05RAL-РЗВ-4	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	6000/100	380-49		
		ТН	В	0,5	6000/100	380-49		
		ТН	С	0,5	6000/100	380-49		
		ТТ	А	0,5	6000/100	380-49		
		ТТ	В	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	С	0,5	-	-		
		ТТ	С	0,5	1000/5	1261-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Домоделово								
170	ф. 2 - 10 кВ ДЗОИ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	0,5	10000 / 100	16687-02		
		ТН	В	0,5	10000 / 100	16687-02		
		ТН	С	0,5	10000 / 100	16687-02		
		ТТ	А	0,5	300 / 5	15128-01		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	300 / 5	15128-01		
171	ф. 14 - 10 кВ Хим. пол	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	0,5	10000 / 100	16687-02		
		ТН	В	0,5	10000 / 100	16687-02		
		ТН	С	0,5	10000 / 100	16687-02		
		ТТ	А	0,5	200 / 5	15128-01		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	200 / 5	15128-01		
172	ПТ - 2 110 кВ	Счетчик	СЭТ - 4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-12	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	В	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	С	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТТ	А	0,2	150 / 5	15651-96		
		ТТ	В	0,2	150 / 5	15651-96		
		ТТ	С	0,2	150 / 5	15651-96		
173	ф. 12 - 10 кВ ПС - 520	Счетчик	ЕА05RAL-Р3В-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	0,5	10000 / 100	16687-02		
		ТН	В	0,5	10000 / 100	16687-02		
		ТН	С	0,5	10000 / 100	16687-02		
		ТТ	А	0,5	200 / 5	15128-01		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	200 / 5	15128-01		
174	ф. 5 - 10 кВ Гор. Сети	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	0,5	10000 / 100	16687-02		
		ТН	В	0,5	10000 / 100	16687-02		
		ТН	С	0,5	10000 / 100	16687-02		
		ТТ	А	0,5	100 / 5	9143-01		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	100 / 5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
175	ф. 8 - 10 кВ Гор. сети	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИТ - 10 - 2	0,5	10000 / 100	16687-02		
		ТН	В	НАМИТ - 10 - 2	0,5	10000 / 100	16687-02		
		ТН	С	НАМИТ - 10 - 2	0,5	10000 / 100	16687-02		
		ТТ	А	ТЛК - 10 - 6 У3	0,5	100 / 5	9143-01		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК - 10 - 6 У3	0,5	100 / 5	9143-01		
176	ПТ - 1 110 кВ	Счетчик		СЭТ - 4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-12		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТТ	А	TG 145 УХЛП	0,2	150 / 5	15651-96		
		ТТ	В	TG 145 УХЛП	0,2	150 / 5	15651-96		
		ТТ	С	TG 145 УХЛП	0,2	150 / 5	15651-96		
177	ф. 6 - 10 кВ ПС - 520	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ - 10 - 2	0,5	10000 / 100	16687-02		
		ТН	В	НАМИТ - 10 - 2	0,5	10000 / 100	16687-02		
		ТН	С	НАМИТ - 10 - 2	0,5	10000 / 100	16687-02		
		ТТ	А	ТОЛ - 10 - 1 - 1 У2	0,5	200 / 5	15128-01		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ - 10 - 1 - 1 У2	0,5	200 / 5	15128-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Драчево								
178	ВЛ - 35 кВ Драчево - Игнатово 1	Счетчик	A1802RALQ-P4GB- DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	A	0,5	(35000/√3) / (100/√3)	37493-08		
		ТН	B	0,5	(35000/√3) / (100/√3)	37493-08		
		ТН	C	0,5	(35000/√3) / (100/√3)	37493-08		
		ТТ	A	0,2S	300 / 1	37491-08		
		ТТ	B	0,2S	300 / 1	37491-08		
		ТТ	C	0,2S	300 / 1	37491-08		
179	ВЛ - 35 кВ Драчево - Лаврово 1	Счетчик	A1802RALQ-P4GB- DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	A	0,5	(35000/√3) / (100/√3)	37493-08		
		ТН	B	0,5	(35000/√3) / (100/√3)	37493-08		
		ТН	C	0,5	(35000/√3) / (100/√3)	37493-08		
		ТТ	A	0,2S	300 / 1	37491-08		
		ТТ	B	0,2S	300 / 1	37491-08		
		ТТ	C	0,2S	300 / 1	37491-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	
180	ВЛ - 35 кВ Драчёво - Игнатово 2	Счетчик	A	NTSM 38 - УХЛ1	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14	
			B	NTSM 38 - УХЛ1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08			
			C	NTSM 38 - УХЛ1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08			
			ТТ	STSM 38 - УХЛ1	0,2S	300 / 1	37491-08			
			ТТ	STSM 38 - УХЛ1	0,2S	300 / 1	37491-08			
			ТТ	STSM 38 - УХЛ1	0,2S	300 / 1	37491-08			
		181	ВЛ - 35 кВ Драчёво - Лаврово 2	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5			1
ТН	A			NTSM 38 - УХЛ1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08			
ТН	B			NTSM 38 - УХЛ1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08			
ТН	C			NTSM 38 - УХЛ1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08			
ТТ	A			STSM 38 - УХЛ1	0,2S	300 / 1	37491-08			
ТТ	B			STSM 38 - УХЛ1	0,2S	300 / 1	37491-08			
Дрезна										
182	Ввод-2	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14	
			ТН	A	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			37493-08
			ТН	B	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			37493-08
			ТН	C	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			37493-08
			ТТ	A	STSM-38 УХЛ 1	0,2S	300/1			37491-08
			ТТ	B	STSM-38 УХЛ 1	0,2S	300/1			37491-08
		ТТ	C	STSM-38 УХЛ 1	0,2S	300/1	37491-08			
183	Ввод-1	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	A	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08			
		ТН	B	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08			
		ТН	C	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08			
		ТТ	A	STSM-38 УХЛ 1	0,2S	300/1	37491-08			
		ТТ	B	STSM-38 УХЛ 1	0,2S	300/1	37491-08			
		ТТ	C	STSM-38 УХЛ 1	0,2S	300/1	37491-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дровнино								
184	Ввод-2-10кВ	Счетчик	ЕА05RAL-РЗВ-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	0,5	10000/100	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	1000/5	1856-63		
185	Ввод-1-10кВ	Счетчик	ЕА05RAL-РЗВ-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	0,5	10000/100	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	1000/5	1856-63		
Дюдьково								
186	Ввод-2	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	В	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	С	0,5	10000/100	60002-15		
		ТТ	А	0,5S	1600/5	25433-11		
		ТТ	В	0,5S	1600/5	25433-11		
		ТТ	С	0,5S	1600/5	25433-11		
187	Ввод-1	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	В	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	С	0,5	10000/100	60002-15		
		ТТ	А	0,5S	1600/5	25433-11		
		ТТ	В	0,5S	1600/5	25433-11		
		ТТ	С	0,5S	1600/5	25433-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
193	Ввод - 2 10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-P3B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	60002-15		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	60002-15		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	60002-15		
		ТТ	ТПОЛ - 10	0,5	1000 / 5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	ТПОЛ - 10	0,5	1000 / 5	1261-59		
194	ф. 6 / 63 - 10 кВ Сельхоз	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТТ	ТПЛ - 10	0,5	150 / 5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	ТПЛ - 10	0,5	150 / 5	1276-59		
195	Ввод - 1 10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-P3B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТТ	ТПОЛ - 10	0,5	1000 / 5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	ТПОЛ - 10	0,5	1000 / 5	1261-59		
196	ф. 60 / 12 - 10 кВ Хотьково карьероуправл ение	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	60002-15		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	60002-15		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	60002-15		
		ТТ	ТПЛ - 10	0,5	600 / 5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	ТПЛ - 10	0,5	600 / 5	1276-59		
197	Ввод - 2 ВЛ - 110 кВ Ярцево - Хотьково 1	Счетчик	СЭТ - 4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-12		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100 / 1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100 / 1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100 / 1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Жилёво								
198	ф. 7 - 10 кВ Ввод - 1 РТП - Жилёво	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НАМИ - 10 У2	0,2	10000 / 100	11094-87		
		ТН В	НАМИ - 10 У2	0,2	10000 / 100	11094-87		
		ТН С	НАМИ - 10 У2	0,2	10000 / 100	11094-87		
		ТТ А	ТПЛ - 10 У3	0,5	200 / 5	1276-59		
		ТТ В	-	-	-	-		
		ТТ С	ТПЛ - 10 У3	0,5	200 / 5	1276-59		
199	ф. 2 - 10 кВ с. хоз. на д.Кольчёво	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТН В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТН С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТТ А	ТПЛ - 10	0,5	150 / 5	1276-59		
		ТТ В	-	-	-	-		
		ТТ С	ТПЛ - 10	0,5	150 / 5	1276-59		
200	ПТ-2- 110 кВ	Счетчик	СЭТ - 4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-12	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТТ А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100 / 1	23256-05		
		ТТ В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100 / 1	23256-05		
		ТТ С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100 / 1	23256-05		
201	ПТ-1-110 кВ	Счетчик	СЭТ - 4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-12	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТТ А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100 / 1	79483-20		
		ТТ В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100 / 1	79483-20		
		ТТ С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100 / 1	79483-20		
202	ф. 6 - 10 кВ Ввод - 2 на РТП - Жилёво	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТН В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТН С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТТ А	ТПЛ - 10 У3	0,5	200 / 5	1276-59		
		ТТ В	-	-	-	-		
		ТТ С	ТПЛ - 10 У3	0,5	200 / 5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Жилино								
203	Ввод-1-10кВ	Счетчик	ЕА05RAL-BN-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТТ А	ТЛМ-10-1	0,5	1000/5	2473-69		
		ТТ В	-	-	-	-		
		ТТ С	ТЛМ-10-1	0,5	1000/5	2473-69		
204	Ввод-2-10кВ	Счетчик	ЕА05RAL-BN-4	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТТ А	ТЛМ-10-1	0,5	1000/5	2473-69		
		ТТ В	-	-	-	-		
		ТТ С	ТЛМ-10-1	0,5	1000/5	2473-69		
205	Ф-5 КРН	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТТ А	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
		ТТ В	-	-	-	-		
		ТТ С	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
206	Ф-6 Дедешино	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТТ А	ТПЛ-10-М У2	0,5	30/5	22192-03		
		ТТ В	-	-	-	-		
		ТТ С	ТПЛ-10-М У2	0,5	30/5	22192-03		
207	Ввод-1-110 кВ	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-17		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ А	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ В	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ С	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
208	Ввод-2-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-17	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
209	Ф-4 Лыткино	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
210	Ф-7 Самострой	ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
		Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТТ	А	ТПОЛ-10 У3	0,5	150/5	1261-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
Запутная									
211	Ф-3 с/х	Счетчик		ЕА05RAL-P3B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RAL-P3B-3	0,5S/-	1	16666-97		
212	Ф ШПТОГХ	ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПФМУ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМУ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМУ-10	0,5	100/5	814-53		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
213	Строймаш	Счетчик		ЕА05RAL-РЗВ-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
214	Т1	Счетчик		СЭГ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-12	ССВ-1Г пер. № 58301-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	79483-20		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	79483-20		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	79483-20		
215	Ф-2 с/х	Счетчик		ЕА05RAL-РЗВ-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	50/5	8913-82		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	50/5	8913-82		
216	Т2	Счетчик		СЭГ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-12		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	79483-20		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	79483-20		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	79483-20		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Ивантеевка												
217	Ввод Желтый	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14				
		ТН	А	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08						
		ТН	В	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08						
		ТН	С	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08						
		ТТ	А	0,2S	150/1	37491-08						
		ТТ	В	0,2S	150/1	37491-08						
		ТТ	С	0,2S	150/1	37491-08						
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06						
218	Ввод Красный	ТН	А	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТН	В	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08						
		ТН	С	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08						
		ТТ	А	0,2S	150/1	37491-08						
		ТТ	В	0,2S	150/1	37491-08						
		ТТ	С	0,2S	150/1	37491-08						
		Кашино										
		219	Ф-6	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0			1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
ТН	А			0,2	10000/100	11094-87						
ТН	В			0,2	10000/100	11094-87						
ТН	С			0,2	10000/100	11094-87						
ТТ	А			0,5	300/5	1276-59						
ТТ	В			-	-	-						
ТТ	С			0,5	300/5	1276-59						
Счетчик	СЭТ-4ТМ.03			0,2S/0,5	1	27524-04						
220	ПТ-1- 110 кВ	ТН	А	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТН	В	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03						
		ТН	С	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03						
		ТТ	А	0,2S	100/1	79483-20						
		ТТ	В	0,2S	100/1	79483-20						
		ТТ	С	0,2S	100/1	79483-20						

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
221	Ф-7	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
222	Ф-8	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
223	Ф5-10 СТ Дубрава, СТ Орбита	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
224	ПТ-2- 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
225	Ф3-10 Атлант- Металлопласт	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-10 УЗ	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 УЗ	0,5	400/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
226	Ф4-10 Александровск ая С.В.	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	300/5	1276-59		
Колоць									
227	Ф-4	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
228	Т1-110кВ	Счетчик		ЕА02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	В	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	С	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
229	Т2-110кВ	Счетчик		ЕА02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	В	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	С	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
230	Ввод-2-35 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
231	Ф-3	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
232	Ввод-1 -35 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-P3B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
233	Ф-1	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
234	Ф-2	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кресты								
235	Ф10 10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ А	ТПОЛ-10 У3	0,5	300/5	1261-02		
		ТТ В	-	-	-	-		
		ТТ С	ТПОЛ-10 У3	0,5	300/5	1261-02		
236	Ф9 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ В	-	-	-	-		
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
237	Ф4 10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ В	-	-	-	-		
		ТТ С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
238	Ввод-1 ВЛ 110кВ Ваулово- Кресты	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ А	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ В	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ С	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
239	Ф1 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ А	ТПОЛ-10 У3	0,5	300/5	1261-02		
		ТТ В	-	-	-	-		
		ТТ С	ТПОЛ-10 У3	0,5	300/5	1261-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
		Счетчик							
240	Ввод-2 ВЛ 110кВ Ваулово- Лебедево	ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ	А В С А В С	А1802RALXQ-P4GB- DW-4	0,2S/0,5	1 110000/√3/100/√3 110000/√3/100/√3 110000/√3/100/√3 200/1 200/1 200/1	31857-06 24218-08 24218-08 24218-08 23256-11 23256-11 23256-11	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
241	Ф8 10 кВ	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ	А В С А В С	ЕА05RL-P1B-3 НТМИ-10 НТМИ-10 НТМИ-10 ТПЛ-10 - ТПЛ-10	0,5S/- 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5	1 10000/100 10000/100 10000/100 200/5 - 200/5	16666-97 831-53 831-53 831-53 1276-59 - 1276-59		
Кривандино									
242	ф СХВ-2	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ	А В С А В С	ЕА05RL-P1B-3 НАМИ-10-95-УХЛ2 НАМИ-10-95-УХЛ2 НАМИ-10-95-УХЛ2 ТПФ-10 - ТПФ-10	0,5S/- 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5	1 10000/100 10000/100 10000/100 150/5 - 150/5	16666-97 60002-15 60002-15 60002-15 517-50 - 517-50		
243	Т-1-110кВ	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ	А В С А В С	СЭТ-4ТМ.03М.16 НАМИ-110 УХЛ1 НАМИ-110 УХЛ1 НАМИ-110 УХЛ1 БМО-110 УХЛ1 БМО-110 УХЛ1 БМО-110 УХЛ1	0,2S/0,5 0,2 0,2 0,2 0,2S 0,2S 0,2S	1 (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) 100/1 100/1 100/1	36697-08 24218-08 24218-08 24218-08 79483-20 79483-20 79483-20	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
244	МСК	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ	А В С А В С	ЕА05RL-P1B-3 НТМИ-10-66 НТМИ-10-66 НТМИ-10-66 ТПЛ-10 нет ТПЛ-10	0,5S/1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5	1 10000/100 10000/100 10000/100 100/5 - 100/5	16666-97 831-69 831-69 831-69 1276-59 - 1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
245	ООО "Оптилон"	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97		ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-			-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
246	Ф СХВ-1	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53		
		ТТ	В	-			-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53		
247	Т-2-110кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-08	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
248	ПБЮЛ Конорев	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
		ТТ	В	-			-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
Кубинка									
249	Ввод-1-10кВ	Счетчик		ЕА05RAL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,2S	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-			-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,2S	1000/5	1261-59		УСВ-3 пер. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
250	Ввод-2 110кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-17	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-17		
251	Ввод-1 110кВ	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
		Счетчик		ЕА05RAL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
252	Ввод-2-10кВ	ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик		ЕА05RAL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
253	Ф-11	ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RAL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
254	Ф-12	ТТ	А	ТЛК-СТ-10	0,5	200/5	58720-14	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-СТ-10	0,5	200/5	58720-14		
		Счетчик		ЕА05RAL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТЛК-СТ-10	0,5	200/5	58720-14		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Куровская								
255	Ф-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	50/5	1276-59		
256	ТП-1-110кВ	Счетчик	ЕА02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	0,2S	150/1	79483-20		
		ТТ	В	0,2S	150/1	79483-20		
		ТТ	С	0,2S	150/1	79483-20		
257	Малахит	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	100/5	1276-59		
258	ТП-2-110кВ	Счетчик	ЕА02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	0,2S	150/1	79483-20		
		ТТ	В	0,2S	150/1	79483-20		
		ТТ	С	0,2S	150/1	79483-20		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Любня								
259	Ввод - 1 10 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-Р3В-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05	
		ТТ	А	ТЛП - 10 - 3 У2	0,5	1000 / 5	30709-11	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛП - 10 - 3 У2	0,5	1000 / 5	30709-11	
		Счетчик		ЕА05RAL-Р3В-3	0,5S/-	1	16666-97	
260	Ввод - 2 10 кВ	ТН	А	НАМИ - 10 У2	0,2	10000 / 100	11094-87	
		ТН	В	НАМИ - 10 У2	0,2	10000 / 100	11094-87	
		ТН	С	НАМИ - 10 У2	0,2	10000 / 100	11094-87	
		ТТ	А	ТЛП - 10 - 3 У2	0,5	1000 / 5	30709-11	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛП - 10 - 3 У2	0,5	1000 / 5	30709-11	
		Счетчик		ЕА05RAL-Р3В-3	0,5S/-	1	16666-97	
		Счетчик		ЕА05RAL-Р3В-3	0,5S/-	1	16666-97	
Духовицы								
261	КРУН-2	Счетчик	А1805RAL-Р4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100		18178-99
		ТН	В	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100		18178-99
		ТН	С	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100		18178-99
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5	200/5		32139-06
		ТТ	В	-	-	-		-
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5	200/5		32139-06
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-4	0,5S/-	1	16666-97		
262	МСЭ-1	ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02	
		ТН	В	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02	
		ТН	С	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02	
		ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5	400/5	15128-01	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5	400/5	15128-01	
		Счетчик	А1802RALQ-Р4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
263	Т-2	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11	
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11	
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11	
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11	

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-17		
264	ВЛ-Пойма-35кв	ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	60002-15		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	60002-15		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	60002-15		
		ТТ	А	ТЛ-ЭК-35	0,2S	400/5	62786-15		
		ТТ	В	ТЛ-ЭК-35	0,2S	400/5	62786-15		
		ТТ	С	ТЛ-ЭК-35	0,2S	400/5	62786-15		
265	Т-1	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
266	Вл. Луговицы 363-35кв	ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-17	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15		
		ТТ	А	ТЛ-ЭК-35	0,2S	400/5	62786-15	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
267	МСЭ-2	ТТ	В	ТЛ-ЭК-35	0,2S	400/5	62786-15		
		ТТ	С	ТЛ-ЭК-35	0,2S	400/5	62786-15		
		Счетчик		EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	В	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	С	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99		
268	Объект 3	ТТ	А	ТЛК-10-6	0,5	400/5	9143-06		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10-6	0,5	400/5	9143-06		
		Счетчик		EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	В	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99		
268		ТН	С	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТТ	А	ТЛК-10-5	0,5	400/5	9143-01		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10-5	0,5	400/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
269	Молзавод	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-4	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	В	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	С	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТТ	А	ТЛК-10-5	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10-5	0,5	50/5	9143-01		
270	КРУН-1	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	С	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5	200/5	32139-06		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5	200/5	32139-06		
Макеево									
271	ф.3 ТП - 1 Очистные сооружения	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	В	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	С	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТТ	А	ТВК 10 УХЛ3	0,5	100 / 5	8913-82		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТВК 10 УХЛ3	0,5	100 / 5	8913-82		
272	ф.10 Печерники	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	В	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	С	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТТ	А	ТВК 10 УХЛ3	0,5	100 / 5	8913-82		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТВК 10 УХЛ3	0,5	100 / 5	8913-82		
273	ф.4 ТП - 2 Жилосёлок	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	В	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	С	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТТ	А	ТВК 10 УХЛ3	0,5	100 / 5	8913-82		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТВК 10 УХЛ3	0,5	100 / 5	8913-82		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
274	ф.8 Гараж " ЗАО Макеево "	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ - 10 - 66 УЗ	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	В	НТМИ - 10 - 66 УЗ	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	С	НТМИ - 10 - 66 УЗ	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТТ	А	ТВК 10 УХЛЗ	0,5	100 / 5	8913-82		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТВК 10 УХЛЗ	0,5	100 / 5	8913-82		
275	ПТ - 1	Счетчик		СЭТ - 4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	150 / 1	79483-20		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	150 / 1	79483-20		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	150 / 1	79483-20		
276	ПТ - 2	Счетчик		СЭТ - 4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	150 / 1	79483-20		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	150 / 1	79483-20		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	150 / 1	79483-20		
277	ф.5 Зименки	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	
		ТН	А	НТМИ - 10 - 66 УЗ	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	В	НТМИ - 10 - 66 УЗ	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	С	НТМИ - 10 - 66 УЗ	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТТ	А	ТВК 10 УХЛЗ	0,5	100 / 5	8913-82		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТВК 10 УХЛЗ	0,5	100 / 5	8913-82		
278	ф.9 Макеево	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ - 10 - 66 УЗ	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	В	НТМИ - 10 - 66 УЗ	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	С	НТМИ - 10 - 66 УЗ	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТТ	А	ТВК 10 УХЛЗ	0,5	100 / 5	8913-82		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТВК 10 УХЛЗ	0,5	100 / 5	8913-82		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Манихино								
279	Ф-2 РП-24 (п/ст.219-10кВ)	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ В	-	-	-	-		
		ТТ С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
280	Ф-1 РП-26 (Молзавод)	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТТ А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ В	-	-	-	-		
		ТТ С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
281	ПТ-1- 110 кВ	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ А	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ В	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ С	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
282	Ввод-2-35кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН А	NTSM-38 УХЛ1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН В	NTSM-38 УХЛ1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН С	NTSM-38 УХЛ1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ А	STSM 38 УХЛ1	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ В	STSM 38 УХЛ1	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ С	STSM 38 УХЛ1	0,2S	200/1	37491-08		
283	Ф-2 РП-26 (Молзавод)	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ В	-	-	-	-		
		ТТ С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
285	Ввод-1-35кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	В	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	С	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	А	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	В	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	С	0,2S	200/1	37491-08		
Михнево								
287	Ввод-2	Счетчик	EA05RAL-BN-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	0,5	10000 / 100	831-53		
		ТН	В	0,5	10000 / 100	831-53		
		ТН	С	0,5	10000 / 100	831-53		
		ТТ	А	0,5	1500 / 5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	1500 / 5	1261-59		
288	Ввод-1	Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	В	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	С	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТТ	А	0,5	1500 / 5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	1500 / 5	1261-59		
Можайск								
289	Ввод-1-10кВ	Счетчик	EA05RL-PIB-4	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	1000/5	1261-59		
290	Ввод-2-10кВ	Счетчик	EA05RL-PIB-4	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	0,5	750/5	518-50		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	750/5	518-50		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
291	Ввод-4-10кВ	Счетчик		EA05RL-PIB-4	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
292	Ввод-3-10кВ	Счетчик		EA05RL-PIB-4	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПОФ-10	0,5	750/5	518-50		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОФ-10	0,5	750/5	518-50		
Мытищи									
293	Ввод №1 КРУН-10	Счетчик		EA05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	С	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТТ	А	ТЛК-10-6 У3	0,5	300/5	9143-01		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10-6 У3	0,5	300/5	9143-01		
294	Ввод №2 КРУН-10	Счетчик		EA05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	С	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТТ	А	ТЛК-10-6 У3	0,5	300/5	9143-01		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10-6 У3	0,5	300/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Нара			
295	Ввод-11-10кВ	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ А	ТОЛ-10-1-1 У2	0,5	600/5	15128-03		
		ТТ В	-	-	-	-		
		ТТ С	ТОЛ-10-1-1 У2	0,5	600/5	15128-03		
296	Ввод-10-10кВ	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ А	ТПОФ-10	0,5	600/5	518-50		
		ТТ В	-	-	-	-		
		ТТ С	ТПОФ-10	0,5	600/5	518-50		
297	Ввод-8-10кВ	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ А	ТПОФ-10	0,5	600/5	518-50		
		ТТ В	-	-	-	-		
		ТТ С	ТПОФ-10	0,5	600/5	518-50		
298	Ф1- Холодильник	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ А	ТПФМУ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ В	-	-	-	-		
		ТТ С	ТПФМУ-10	0,5	100/5	814-53		
299	Ф-3 Хладокомбина т	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ А	ТПФМУ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ В	-	-	-	-		
		ТТ С	ТПФМУ-10	0,5	100/5	814-53		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
300	Ввод-9-10кВ	Счетчик		EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОФ-10	0,5	600/5	518-50		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПОФ-10	0,5	600/5	518-50		
Нелечино									
301	Ф-4-Ялфимово 35 кВ	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	NTSM-38	0,5	(35000^3)/(100^3)	37493-08		
		ТН	В	NTSM-38	0,5	(35000^3)/(100^3)	37493-08		
		ТН	С	NTSM-38	0,5	(35000^3)/(100^3)	37493-08		
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	75/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	75/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	75/1	37491-08		
302	ПТ-1	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000^3)/(100^3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000^3)/(100^3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000^3)/(100^3)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
304	Ф-5	Счетчик	EA05RL-PIB-3		0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НОМ-10-66	0,5	10000/100	4947-75		
		ТН	В	НОМ-10-66	0,5	10000/100	4947-75		
		ТН	С	НОМ-10-66	0,5	10000/100	4947-75		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
305	Ф-3	Счетчик	EA05RL-PIB-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НОМ-10-66	0,5	10000/100	4947-75		
		ТН	В	НОМ-10-66	0,5	10000/100	4947-75		
		ТН	С	НОМ-10-66	0,5	10000/100	4947-75		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9				
306	Ф-4	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12					
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87						
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87						
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68						
		ТТ	В	-	-	-	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68						
		Счетчик	А1802RALXQ-Р4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06							
308	Ф-2- Жаворонки 35 кВ	ТН	А	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08						
		ТН	В	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08						
		ТН	С	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	200/1	37491-08						
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	200/1	37491-08						
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	200/1	37491-08						
		Счетчик	А1802RALQ-Р4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06							
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
309	ПТ-2	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05						
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05						
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05						
		Овражки											
		310	Ф-8 ЭЛЭК	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0					1	16666-97
				ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5			10000/100	831-69		
ТН	В			НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69						
ТН	С			НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69						
ТТ	А			ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68						
ТТ	В			-	-	-	-						
ТТ	С			ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68						
Счетчик				ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97						
311	Ф-7 ИЭС-ЦРП	ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69						
		ТН	В	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69						
		ТН	С	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68						
		ТТ	В	-	-	-	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68						
		Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97						
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69						

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
312	Ф-14 ОПХ-ЦРП	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10 УЗ	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10 УЗ	0,5	300/5	2363-68		
313	Ф-18 ИЭС	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53		
314	Ф-19	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10 УЗ	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	ТЛП-10-5	0,5	200/5	30709-11		
		ТТ	С	ТПЛ-10 УЗ	0,5	200/5	1276-59		
315	Ф-26	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	100/5	15128-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	100/5	15128-07		
316	ВВ-1 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-08		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
317	Ввод 1 РУ-10	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
318	Ввод 2 РУ-10	Счетчик		ЕА05RAL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
319	Ф-6 ПОИЗ- ЦРП	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
320	Ф-5 ИЭС-ЦРП	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10 УЗ	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
321	Ф-12 НИИ- ЦРП	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
322	Ввод 3 в ЦРП	Счетчик		EA05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10 УЗ	0,5	1500/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10 УЗ	0,5	1500/5	1261-59		
323	Ф-24 Крахмалопрод укт	Счетчик		EA05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5	100/5	15128-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5	100/5	15128-03		
324	Ф-25 Крахмалопрод укт	Счетчик		EA05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5	100/5	15128-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5	100/5	15128-03		
325	Ф-9 ООО КОА-ГАЗ	Счетчик		EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10 УЗ	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
326	Ф-10 ООО КОА-ГАЗ	Счетчик		EA05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
327	Ф-13 ОПХ- ЦРП	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
328	Ф-17 ПЭК	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	300/5	814-53		
		ТТ	В						
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	300/5	814-53		
329	ВВ-2 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-08		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
330	Ф-11 НИИ- ЦРП	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
331	Ф-16 ИЭС- ЦРП	Счетчик		ЕА05RAL-P3B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10 УЗ	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 УЗ	0,5	200/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
332	Ф-23 Стройматериалы	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	100/5	15128-03		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	100/5	15128-03		
333	Ввод 4 в ЦРП	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		ТТ	В	-		-	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
334	Ф-20 Карьер	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
335	Ф-22 ЭЛЭК	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Одинцово								
336	Ввод-1	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	A	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	31857-11		
		ТН	B	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	C	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	A	0,2S	600/5	47124-11		
		ТТ	B	0,2S	600/5	47124-11		
337	МО-18,Ф-1	ТТ	C	0,2S	600/5	47124-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	A	0,5	6000/100	16687-02		
		ТН	B	0,5	6000/100	16687-02		
		ТН	C	0,5	6000/100	16687-02		
		ТТ	A	0,5	50/5	9143-01		
338	МО-18,Ф-3	ТТ	B	-	-	-	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	C	0,5	50/5	9143-01		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	0,5	6000/100	16687-02		
		ТН	B	0,5	6000/100	16687-02		
		ТН	C	0,5	6000/100	16687-02		
339	Ввод-2	ТТ	A	0,5	50/5	9143-01	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	B	-	-	-		
		ТТ	C	0,5	50/5	9143-01		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	B	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
339	Ввод-2	ТН	C	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	A	0,2S	600/5	47124-11		
		ТТ	B	0,2S	600/5	47124-11		
		ТТ	C	0,2S	600/5	47124-11		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	0,5	6000/100	16687-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
340	МО-18 Ф-2	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	6000/100	16687-02		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	6000/100	16687-02		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	6000/100	16687-02		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5S	50/5	9143-01		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5S	50/5	9143-01		
Ожерелье									
341	ф.6 - 6 Каширский РЭС	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ - 6	0,5	6000 / 100	831-53		
		ТН	В	НТМИ - 6	0,5	6000 / 100	831-53		
		ТН	С	НТМИ - 6	0,5	6000 / 100	831-53		
		ТТ	А	ТПОЛ - 10 У3	0,5	600 / 5	1261-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ - 10 У3	0,5	600 / 5	1261-59		
342	ф.9 - 6 РТП - 9	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НТМИ - 6	0,5	6000 / 100	831-53		
		ТН	В	НТМИ - 6	0,5	6000 / 100	831-53		
		ТН	С	НТМИ - 6	0,5	6000 / 100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛМ - 10	0,5	400 / 5	2363-68		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ - 10	0,5	400 / 5	2363-68		
343	ф.5 - 6 Каширский РЭС	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НТМИ - 6	0,5	6000 / 100	831-53		
		ТН	В	НТМИ - 6	0,5	6000 / 100	831-53		
		ТН	С	НТМИ - 6	0,5	6000 / 100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ - 10 У3	0,5	400 / 5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ - 10 У3	0,5	400 / 5	1276-59		
344	ПТ - 2 110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150 / 1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150 / 1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150 / 1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
345	ИТ - 1 110 кВ	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/3/100/√3			24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/3/100/√3			24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/3/100/√3			24218-08
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150 / 1			23256-05
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150 / 1			23256-05
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150 / 1			23256-05
		Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1			16666-97
346	ф.11 - 6 ТП - 4	ТН	А	НТМИ - 6	0,5	6000 / 100	831-53	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	В	НТМИ - 6	0,5	6000 / 100	831-53		
		ТН	С	НТМИ - 6	0,5	6000 / 100	831-53		
		ТТ	А	ТПJM - 10	0,5	200 / 5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПJM - 10	0,5	200 / 5	2363-68		
		Опалеха							
		347	Ввод-2-35кВ	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1		31857-06
ТН	А			NTSM-38 УХЛ1	0,5	(35000/3)/(100/√3)	37493-08		
ТН	В			NTSM-38 УХЛ1	0,5	(35000/3)/(100/√3)	37493-08		
ТН	С			NTSM-38 УХЛ1	0,5	(35000/3)/(100/√3)	37493-08		
ТТ	А			ТОЛ-35-СЭЩ-35-IV	0,2S	400/5	47124-11		
ТТ	В			ТОЛ-35-СЭЩ-35-IV	0,2S	400/5	47124-11		
ТТ	С			ТОЛ-35-СЭЩ-35-IV	0,2S	400/5	47124-11		
Счетчик				A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
348	Ввод-1-35кВ	ТН	А	NTSM-38 УХЛ1	0,5	(35000/3)/(100/√3)	37493-08	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	В	NTSM-38 УХЛ1	0,5	(35000/3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	С	NTSM-38 УХЛ1	0,5	(35000/3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	А	ТОЛ-35-СЭЩ-35-IV	0,2S	400/5	47124-11		
		ТТ	В	ТОЛ-35-СЭЩ-35-IV	0,2S	400/5	47124-11		
		ТТ	С	ТОЛ-35-СЭЩ-35-IV	0,2S	400/5	47124-11		
		Опалеха							

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Орехово-Восточное												
349	ПТ-1	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12				
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03						
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03						
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03						
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20						
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20						
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05						
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04						
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03						
350	ПТ-2	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03						
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03						
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03						
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20						
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20						
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20						
		Отдых										
		351	Ввод 1	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5			1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
				ТН	А	NTSM-38-УХЛ1-1			0,5	35000/√3/100/√3		
ТН	В			ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV	0,5	35000/√3/100/√3	71707-18					
ТН	С			NTSM-38-УХЛ1-1	0,5	35000/√3/100/√3	37493-08					
ТТ	А			STSM-38 УХЛ1-1	0,2S	300/1	37491-08					
ТТ	В			STSM-38 УХЛ1-1	0,2S	300/1	37491-08					
ТТ	С			STSM-38 УХЛ1-1	0,2S	300/1	37491-08					
Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4			0,2S/0,5	1	31857-06						
ТН	А			NTSM-38-УХЛ1-1	0,5	35000/100	37493-08					
352	Ввод 2	ТН	В	NTSM-38-УХЛ1-1	0,5	35000/100	37493-08					
		ТН	С	NTSM-38-УХЛ1-1	0,5	35000/100	37493-08					
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1-1	0,2S	300/1	37491-08					
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1-1	0,2S	300/1	37491-08					
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1-1	0,2S	300/1	37491-08					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Панки									
353	Ввод 1	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН		A	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			37493-08
		ТН		B	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			37493-08
		ТН		C	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			37493-08
		ТТ		A	0,2S	300/1			37491-08
		ТТ		B	0,2S	300/1			37491-08
		ТТ		C	0,2S	300/1			37491-08
354	Ввод 2	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН		A	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			37493-08
		ТН		B	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			37493-08
		ТН		C	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			37493-08
		ТТ		A	0,2S	300/1			37491-08
		ТТ		B	0,2S	300/1			37491-08
		ТТ		C	0,2S	300/1			37491-08
Пески									
355	Ввод 2-10кВ	Счетчик	EA05RAL-BN-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН		A	0,5	10000/100			831-69
		ТН		B	0,5	10000/100			831-69
		ТН		C	0,5	10000/100			831-69
		ТТ		A	0,5	1000/5			2473-69
		ТТ		B	-	-			-
		ТТ		C	0,5	1000/5			2473-69
356	Ввод 1-10кВ	Счетчик	EA05RAL-BN-4	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН		A	0,5	10000/100			831-69
		ТН		B	0,5	10000/100			831-69
		ТН		C	0,5	10000/100			831-69
		ТТ		A	0,5	1000/5			2473-69
		ТТ		B	-	-			-
		ТТ		C	0,5	1000/5			2473-69

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Повадино								
357	ф. 4 Косино	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-53		
		ТН В	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-53		
		ТН С	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-53		
		ТТ А	ТПЛ - 10 У3	0,5	300 / 5	1276-59		
		ТТ В	-	-	-	-		
		ТТ С	ТПЛ - 10 У3	0,5	300 / 5	1276-59		
358	Ввод - 1	Счетчик	СЭТ - 4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-12		
		ТН А	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН В	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН С	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТТ А	ТПОФ	0,5	1000 / 5	518-50		
		ТТ В	-	-	-	-		
		ТТ С	ТПОФ	0,5	1000 / 5	518-50		
359	ф. 5 Добрыниха	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН В	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН С	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТТ А	ТПЛ - 10	0,5	300 / 5	1276-59		
		ТТ В	-	-	-	-		
		ТТ С	ТПЛ - 10	0,5	300 / 5	1276-59		
360	Ввод - 1 ВЛ Бор - Добрыниха	Счетчик	СЭТ - 4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-12		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТТ А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100 / 1	23256-05		
		ТТ В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100 / 1	23256-05		
		ТТ С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100 / 1	23256-05		
361	Ввод - 2 ВЛ Лужники - Добрыниха	Счетчик	СЭТ - 4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-12		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТТ А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100 / 1	23256-05		
		ТТ В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100 / 1	23256-05		
		ТТ С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100 / 1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9					
362	Ввод - 2	Счетчик		EA05RAL-BN-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12						
		ТН	А	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-53							
		ТН	В	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-53			831-53				
		ТН	С	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-53			831-53				
		ТТ	А	ТПОФ	0,5	1000 / 5	518-50			518-50				
		ТТ	В	-		-	-			-				
		ТТ	С	ТПОФ	0,5	1000 / 5	518-50			518-50				
363	ф. 3 Вельяминово	Счетчик		EA05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97			ЭКОН-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТН	А	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69					831-69		
		ТН	В	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69					831-69		
		ТН	С	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69					831-69		
		ТТ	А	ТПЛ - 10 У3	0,5	300 / 5	1276-59					1276-59		
		ТТ	В	-		-	-					-		
		ТТ	С	ТПЛ - 10 У3	0,5	300 / 5	1276-59					1276-59		
364	ф. 6 Добрыниха	Счетчик		EA05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97					ЭКОН-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12		
		ТН	А	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-53							831-53
		ТН	В	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-53							831-53
		ТН	С	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-53							831-53
		ТТ	А	ТПЛ - 10	0,5	300 / 5	1276-59							1276-59
		ТТ	В	-		-	-							-
		ТТ	С	ТПЛ - 10	0,5	300 / 5	1276-59							1276-59
Поварово														
365	Ввод-1-35кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12						
		ТН	А	ЗНОЛ-35 III УХЛ1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	21257-06							21257-06
		ТН	В	NTSM-38 УХЛ1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08							37493-08
		ТН	С	NTSM-38 УХЛ1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08							37493-08
		ТТ	А	STSM 38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08							37491-08
		ТТ	В	STSM 38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08							37491-08
		ТТ	С	STSM 38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08							37491-08
366	Ввод-1 ЦРП-10кВ	Счетчик		EA05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97			ЭКОН-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15							60002-15
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15							60002-15
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15							60002-15
		ТТ	А	ТЛК -10-5 У3	0,5	400/5	9143-01							9143-01
		ТТ	В	-		-	-							-
		ТТ	С	ТЛК -10-5 У3	0,5	400/5	9143-01							9143-01

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
367	Ввод-2-35кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	NTSM-38 УХЛП	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	В	NTSM-38 УХЛП	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	С	NTSM-38 УХЛП	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	А	STSM 38 УХЛП	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM 38 УХЛП	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM 38 УХЛП	0,2S	300/1	37491-08		
368	Ввод-2 ЦРП-10кВ	Счетчик		EA05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТТЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТТЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59		
Подольск									
369	Ввод-3-1 6кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАЛИ-НТ3-6	0,2	6000 / 100	59814-15		
		ТН	В	НАЛИ-НТ3-6	0,2	6000 / 100	59814-15		
		ТН	С	НАЛИ-НТ3-6	0,2	6000 / 100	59814-15		
		ТТ	А	ТОЛ-НТ3-10-11С	0,2S	1500 / 5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТ3-10-11С	0,2S	1500 / 5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТ3-10-11С	0,2S	1500 / 5	69606-17		
370	Ввод-2 6кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАЛИ-НТ3-6	0,2	6000 / 100	59814-15		
		ТН	В	НАЛИ-НТ3-6	0,2	6000 / 100	59814-15		
		ТН	С	НАЛИ-НТ3-6	0,2	6000 / 100	59814-15		
		ТТ	А	ТОЛ-НТ3-10-11С	0,2S	1500 / 5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТ3-10-11С	0,2S	1500 / 5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТ3-10-11С	0,2S	1500 / 5	69606-17		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
371	Ввод-1 6кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАЛИИ-НТЗ-6	0,2	6000 / 100	59814-15		
		ТН	В	НАЛИИ-НТЗ-6	0,2	6000 / 100	59814-15		
		ТН	С	НАЛИИ-НТЗ-6	0,2	6000 / 100	59814-15		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,2S	1500 / 5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,2S	1500 / 5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,2S	1500 / 5	69606-17		
372	Ввод-3.2 6кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАЛИИ-НТЗ-6	0,2	6000 / 100	59814-15		
		ТН	В	НАЛИИ-НТЗ-6	0,2	6000 / 100	59814-15		
		ТН	С	НАЛИИ-НТЗ-6	0,2	6000 / 100	59814-15		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,2S	1500 / 5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,2S	1500 / 5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,2S	1500 / 5	69606-17		
Поточино									
373	Ввод-1	Счетчик		EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В						
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
374	Ввод-2	Счетчик		EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В						
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пушкино								
375	ввод-1 35кВ	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	A	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	B	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	C	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	A	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	B	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	C	0,2S	300/1	37491-08		
376	ввод-2 35кВ	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	A	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	B	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	C	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	A	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	B	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	C	0,2S	300/1	37491-08		
Расторгуево								
377	ф. 4 - 10 кВ Видновское ПТО ГХ	Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	A	0,5	10000 / 100	3345-04		
		ТН	B	0,5	10000 / 100	3345-04		
		ТН	C	0,5	10000 / 100	3345-04		
		ТТ	A	0,5	300 / 5	32139-11		
		ТТ	B	-	-	-		
		ТТ	C	0,5	300 / 5	32139-11		
378	ф. 5 - 10 кВ Видновское ПТО ГХ	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	A	0,5	10000 / 100	3345-04		
		ТН	B	0,5	10000 / 100	3345-04		
		ТН	C	0,5	10000 / 100	3345-04		
		ТТ	A	0,5	1000 / 5	32139-11		
		ТТ	B	0,5	1000 / 5	32139-11		
		ТТ	C	0,5	1000 / 5	32139-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
379	ф. 7 - 10 кВ Видовское ПТО ГХ	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НОЛ. 08 - 10 УТ2	0,5	10000 / 100	3345-04		
		ТН	В	НОЛ. 08 - 10 УТ2	0,5	10000 / 100	3345-04		
		ТН	С	НОЛ. 08 - 10 УТ2	0,5	10000 / 100	3345-04		
		ТТ	А	ТОЛ - СЭЩ -10	0,5	300 / 5	32139-11		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТОЛ - СЭЩ -10	0,5	300 / 5	32139-11		
380	ф. 6 - 10 кВ Ленинский РЭС	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НОЛ. 08 - 10 УТ2	0,5	10000 / 100	3345-04		
		ТН	В	НОЛ. 08 - 10 УТ2	0,5	10000 / 100	3345-04		
		ТН	С	НОЛ. 08 - 10 УТ2	0,5	10000 / 100	3345-04		
		ТТ	А	ТОЛ - СЭЩ -10 - 21	0,5	100 / 5	32139-11		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТОЛ - СЭЩ -10 - 21	0,5	100 / 5	32139-11		
381	ф. 3 - 10 кВ Ленинский РЭС	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НОЛ. 08 - 10 УТ2	0,5	10000 / 100	3345-04		
		ТН	В	НОЛ. 08 - 10 УТ2	0,5	10000 / 100	3345-04		
		ТН	С	НОЛ. 08 - 10 УТ2	0,5	10000 / 100	3345-04		
		ТТ	А	ТОЛ - СЭЩ -10 - 23	0,5	100 / 5	32139-11		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТОЛ - СЭЩ -10 - 23	0,5	100 / 5	32139-11		
382	ПТ - 1 110 кВ	Счетчик		ЕА02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150 / 1	79483-20		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150 / 1	79483-20		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150 / 1	79483-20		
383	ф. 8 - 10 кВ Видовское ПТО ГХ	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НОЛ. 08 - 10 УТ2	0,2	10000 / 100	3345-04		
		ТН	В	НОЛ. 08 - 10 УТ2	0,2	10000 / 100	3345-04		
		ТН	С	НОЛ. 08 - 10 УТ2	0,2	10000 / 100	3345-04		
		ТТ	А	ТОЛ - СЭЩ -10 - 21	0,5	1000 / 5	32139-11		
		ТТ	В	ТОЛ - СЭЩ -10 - 21	0,5	1000 / 5	32139-11		
		ТТ	С	ТОЛ - СЭЩ -10 - 21	0,5	1000 / 5	32139-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
384	ПТ - 2 110 кВ	Счетчик	ЕА02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97					
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3			24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3			24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3			24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	150 / 1			79483-20		
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	150 / 1			79483-20		
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	150 / 1			79483-20		
		Румянцево									
386	ЦРП-11	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97					
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100			831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100			831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100			831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5			1276-59		
		ТТ	В	-	-	-			-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5			1276-59		
387	Ф1 ВЛ 35кВ Румянцево- Никольская	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-17	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14			
		ТН	А	ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV	0,2	(35000/√3)/(100/√3)			71707-18		
		ТН	В	ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV	0,2	(35000/√3)/(100/√3)			71707-18		
		ТН	С	ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV	0,2	(35000/√3)/(100/√3)			71707-18		
		ТТ	А	ТЛ-ЭК-35	0,2S	150/5			62786-15		
		ТТ	В	ТЛ-ЭК-35	0,2S	150/5			62786-15		
		ТТ	С	ТЛ-ЭК-35	0,2S	150/5			62786-15		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-17			RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV	0,2	(35000/√3)/(100/√3)					71707-18
		ТН	В	ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV	0,2	(35000/√3)/(100/√3)					71707-18
388	Ф2 ВЛ 35кВ Румянцево- Устиново	ТН	С	ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	71707-18				
		ТТ	А	ТЛ-ЭК-35	0,2S	150/5	62786-15				
		ТТ	В	ТЛ-ЭК-35	0,2S	150/5	62786-15				
		ТТ	С	ТЛ-ЭК-35	0,2S	150/5	62786-15				
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-17					
		ТН	А	ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV	0,2	(35000/√3)/(100/√3)					71707-18
		ТН	В	ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV	0,2	(35000/√3)/(100/√3)					71707-18
389	Ф-5-35кВ	ТН	С	ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	71707-18				
		ТТ	А	ТЛ-ЭК-35	0,2S	300/5	62786-15				
		ТТ	В	ТЛ-ЭК-35	0,2S	300/5	62786-15				
		ТТ	С	ТЛ-ЭК-35	0,2S	300/5	62786-15				
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-17					
		ТН	А	ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV	0,2	(35000/√3)/(100/√3)					71707-18
		ТН	В	ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV	0,2	(35000/√3)/(100/√3)					71707-18

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	
391	ЦРП-12	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87			
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87			
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87			
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59			
		ТТ	В	-		-	-			
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59			
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-17			
392	Ф-3-35кВ	ТН	А	ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	71707-18			
		ТН	В	ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	71707-18			
		ТН	С	ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	71707-18			
		ТТ	А	ТЛ-ЭК-35	0,2S	300/5	62786-15			
		ТТ	В	ТЛ-ЭК-35	0,2S	300/5	62786-15			
		ТТ	С	ТЛ-ЭК-35	0,2S	300/5	62786-15			
		Салтыковская 2								
		393	Ввод-1 35 кВ Восточный	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5			1
ТН	А			НАЛИ-НТ3-35	0,2	35000/100	70747-18			
ТН	В			НАЛИ-НТ3-35	0,2	35000/100	70747-18			
ТН	С			НАЛИ-НТ3-35	0,2	35000/100	70747-18			
ТТ	А			ТОЛ-НТ3-35-12	0,2S	750/5	51679-12			
ТТ	В			ТОЛ-НТ3-35-12	0,2S	750/5	51679-12			
ТТ	С			ТОЛ-НТ3-35-12	0,2S	750/5	51679-12			
Счетчик				A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
394	Ввод-2 35 кВ Западный	ТН	А	НАЛИ-НТ3-35	0,2	35000/100	70747-18			
		ТН	В	НАЛИ-НТ3-35	0,2	35000/100	70747-18			
		ТН	С	НАЛИ-НТ3-35	0,2	35000/100	70747-18			
		ТТ	А	ТОЛ-НТ3-35-12	0,2S	750/5	51679-12			
		ТТ	В	ТОЛ-НТ3-35-12	0,2S	750/5	51679-12			
		ТТ	С	ТОЛ-НТ3-35-12	0,2S	750/5	51679-12			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Сергиев Посад												
395	Ввод-1	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14				
		ТН	A	NTSM-38	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08						
		ТН	B	NTSM-38	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08						
		ТН	C	NTSM-38	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08						
		ТТ	A	STSM-38	500/1	37491-08						
		ТТ	B	STSM-38	500/1	37491-08						
		ТТ	C	STSM-38	500/1	37491-08						
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06						
		ТН	A	NTSM-38	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08						
396	Ввод-2	ТН	B	NTSM-38	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТН	C	NTSM-38	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08						
		ТТ	A	STSM-38	500/1	37491-08						
		ТТ	B	STSM-38	500/1	37491-08						
		ТТ	C	STSM-38	500/1	37491-08						
		Серпухов										
		397	Ввод-2 6кВ	Счетчик	EA05RAL-P3B-4	0,5S/-			1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
				ТН	A	НТМИ - 6			6000 / 100	831-53		
				ТН	B	НТМИ - 6			6000 / 100	831-53		
ТН	C			НТМИ - 6	6000 / 100	831-53						
ТТ	A			ТПЛ - 10	1000 / 5	30709-11						
ТТ	B			-	-	-						
ТТ	C			ТПЛ - 10	1000 / 5	30709-11						
Счетчик	EA05RAL-P1B-3			0,5S/1,0	1	16666-97						
ТН	A			НТМИ - 6	6000 / 100	831-53						
398	Ввод-3 6кВ	ТН	B	НТМИ - 6	6000 / 100	831-53	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТН	C	НТМИ - 6	6000 / 100	831-53						
		ТТ	A	ТПОЛ - 10	1000 / 5	1261-02						
		ТТ	B	-	-	-						
		ТТ	C	ТПОЛ - 10	1000 / 5	1261-02						
		Счетчик	EA05RAL-BN-4	0,5S/1,0	1	16666-97						
		ТН	A	НТМИ - 6	6000 / 100	831-53						
		ТН	B	НТМИ - 6	6000 / 100	831-53						
		ТН	C	НТМИ - 6	6000 / 100	831-53						
399	Ф5-6 МосОблЭнерго	ТТ	A	ТПЛ - 10	300 / 5	1276-59	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТТ	B	-	-	-						
		ТТ	C	ТПЛ - 10	300 / 5	1276-59						

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
400	Ввод-1 6кВ	Счетчик		EA05RAL-BN-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НТМИ - 6	0,5	6000 / 100	831-53		
		ТН	В	НТМИ - 6	0,5	6000 / 100	831-53		
		ТН	С	НТМИ - 6	0,5	6000 / 100	831-53		
		ТТ	А	ТПОФ - 10	0,5	1000 / 5	518-50		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОФ - 10	0,5	1000 / 5	518-50		
401	Ввод-4 6кВ	Счетчик		EA05RAL-P3B-4	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ - 6	0,5	6000 / 100	831-53		
		ТН	В	НТМИ - 6	0,5	6000 / 100	831-53		
		ТН	С	НТМИ - 6	0,5	6000 / 100	831-53		
		ТТ	А	ТПОЛ - 10	0,5	1000 / 5	1261-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ - 10	0,5	1000 / 5	1261-02		
Софрино									
402	МОГЭС	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.09	0,5S/1,0	1	36697-08		
		ТН	А	-		-	-		
		ТН	В	-		-	-		
		ТН	С	-		-	-		
		ТТ	А	Т-0,66-1-У3	0,5	200/1	29078-05		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	Т-0,66-1-У3	0,5	200/1	29078-05		
403	СН	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03.09	0,5S/1,0	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	-		-	-		
		ТН	В	-		-	-		
		ТН	С	-		-	-		
		ТТ	А	ТПШ-0,66	0,5S	600/5	15173-01		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПШ-0,66	0,5S	600/5	15173-01		
404	КВ-1	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			37493-08
		ТН	В	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			37493-08
		ТН	С	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			37493-08
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	300/1			37491-08
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	300/1			37491-08
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	300/1			37491-08

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
405	КВ-2	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			37493-08
		ТН	В	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			37493-08
		ТН	С	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			37493-08
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	300/1			37491-08
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	300/1			37491-08
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	300/1			37491-08
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01	0,5S/1,0	1	27524-04			RTU-327 рег. № 19495-03
ТН	А	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87				
ТН	В	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87				
ТН	С	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87				
ТТ	А	ТОЛ-10 УТ2	0,5	50/5	6009-77				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТОЛ-10 УТ2	0,5	50/5	6009-77				
Степная									
407	Ввод-10кВ	Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000 / 100			831-69
		ТН	В	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000 / 100			831-69
		ТН	С	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000 / 100			831-69
		ТТ	А	ТПОЛ - 10 У3	0,5	1500 / 5			1261-59
		ТТ	В	ТПОЛ - 10 У3	0,5	1500 / 5			1261-59
		ТТ	С	ТПОЛ - 10 У3	0,5	1500 / 5			1261-59
		Счетчик	СЭТ - 4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-08			ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14
ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03				
ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03				
ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03				
ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150 / 1	23256-05				
ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150 / 1	23256-05				
ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150 / 1	23256-05				
Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12			
ТН	А	-	-	-			-		
ТН	В	-	-	-			-		
ТН	С	-	-	-			-		
ТТ	А	ТТИ - А	0,5	300 / 5			28139-07		
ТТ	В	ТТИ - А	0,5	300 / 5			28139-07		
ТТ	С	ТТИ - А	0,5	300 / 5			28139-07		
409	ТСН-0,22	Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0			1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТТИ - А	0,5	300 / 5	28139-07		
		ТТ	В	ТТИ - А	0,5	300 / 5	28139-07		
		ТТ	С	ТТИ - А	0,5	300 / 5	28139-07		
		ТТ	С	ТТИ - А	0,5	300 / 5	28139-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Столбовая								
410	ф.4 - 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	В	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	С	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТТ	А	0,5	150 / 5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	150 / 5	1276-59		
411	ПТ-1 110кВ	Счетчик	СЭТ - 4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	В	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	С	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТТ	А	0,2S	100 / 1	23256-05		
		ТТ	В	0,2S	100 / 1	23256-05		
		ТТ	С	0,2S	100 / 1	23256-05		
412	ПТ-2 110кВ	Счетчик	СЭТ - 4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	В	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	С	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТТ	А	0,2S	100 / 1	23256-05		
		ТТ	В	0,2S	100 / 1	23256-05		
		ТТ	С	0,2S	100 / 1	23256-05		
414	ф.10 - 10 кВ Радио - рел. пункт ЧРЭС	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	В	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	С	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТТ	А	0,5	100 / 5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	100 / 5	1276-59		
415	ф.2 - 10 кВ ООО " Фризон "	Счетчик	СЭТ - 4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-12		
		ТН	А	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	В	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	С	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТТ	А	0,5	200 / 5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	200 / 5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9				
416	ф.9 - 10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12					
		ТН	А	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69						
		ТН	В	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69						
		ТН	С	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69						
		ТТ	А	ТПЛ - 10 У3	0,5	300 / 5	1276-59						
		ТТ	В	-	-	-	-						
		ТТ	С	ТПЛ - 10 У3	0,5	300 / 5	1276-59						
		Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97						
417	ф.1 - 10 кВ Эксперимент. 3 - д ЧРЭС	ТН	А	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69						
		ТН	В	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69						
		ТН	С	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69						
		ТТ	А	ТПОЛ - 10 У3	0,5	600 / 5	1261-59						
		ТТ	В	-	-	-	-						
		ТТ	С	ТПОЛ - 10 У3	0,5	600 / 5	1261-59						
		Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97						
		ТН	А	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69						
418	ф.3 - 10 кВ	ТН	В	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69						
		ТН	С	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69						
		ТТ	А	ТПЛ - 10 У3	0,5	300 / 5	1276-59						
		ТТ	В	-	-	-	-						
		ТТ	С	ТПЛ - 10 У3	0,5	300 / 5	1276-59						
		Ступино (Крутыши)											
		419	ф.6 ЦРП Крутыши	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-			1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
				ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2			10000 / 100	11094-87		
ТН	В			НАМИ-10 У2	0,2	10000 / 100	11094-87						
ТН	С			НАМИ-10 У2	0,2	10000 / 100	11094-87						
ТТ	А			ТПЛМ - 10	0,5	200 / 5	2363-68						
ТТ	В			-	-	-	-						
ТТ	С			ТПЛМ - 10	0,5	200 / 5	2363-68						
Счетчик				ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97						
420	ф.9 Жилёвская ОПОФ	ТН	А	НАЛИ-СЭЩ - 10 - 1	0,5	10000 / 100	51621-12						
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ - 10 - 1	0,5	10000 / 100	51621-12						
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ - 10 - 1	0,5	10000 / 100	51621-12						
		ТТ	А	ТОЛ - СЭЩ - 10	0,5	200 / 5	51623-12						
		ТТ	В	ТОЛ - СЭЩ - 10	0,5	200 / 5	51623-12						
		ТТ	С	ТОЛ - СЭЩ - 10	0,5	200 / 5	51623-12						
		Ступино (Крутыши)											
		Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
421	ПТ - 1	Счетчик	СЭТ - 4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3			24218-03
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3			24218-03
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3			24218-03
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100 / 1			79483-20
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100 / 1			79483-20
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100 / 1			79483-20
422	ПТ - 2	Счетчик	СЭТ - 4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3			24218-03
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3			24218-03
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3			24218-03
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100 / 1			79483-20
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100 / 1			79483-20
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100 / 1			79483-20
423	ф.7 ПЭ - Ситня	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ - 10 - 1	0,5	10000 / 100			51621-12
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ - 10 - 1	0,5	10000 / 100			51621-12
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ - 10 - 1	0,5	10000 / 100			51621-12
		ТТ	А	ТОЛ - СЭЩ - 10	0,5	200 / 5			51623-12
		ТТ	В	ТОЛ - СЭЩ - 10	0,5	200 / 5			51623-12
		ТТ	С	ТОЛ - СЭЩ - 10	0,5	200 / 5			51623-12
Талдом									
424	Ввод - 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12		
		ТН	А	НАМИ - 10 У2	0,2	10000 / 100			11094-87
		ТН	В	НАМИ - 10 У2	0,2	10000 / 100			11094-87
		ТН	С	НАМИ - 10 У2	0,2	10000 / 100			11094-87
		ТТ	А	ТЛМ - 10 - 1 У3	0,5	400 / 5			2473-00
		ТТ	В	ТЛМ - 10 - 1 У3	0,5	400 / 5			2473-00
		ТТ	С	ТЛМ - 10 - 1 У3	0,5	400 / 5			2473-00

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Темпы										
425	Ввод - 1 6 кВ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12		
		ТН А	НТМИ - 6	0,5	6000 / 100	831-53				
		ТН В	НТМИ - 6	0,5	6000 / 100	831-53				
		ТН С	НТМИ - 6	0,5	6000 / 100	831-53				
		ТТ А	ТПОЛ - 10	0,5	1000 / 5	1261-59				
		ТТ В	-	-	-	-				
		ТТ С	ТПОЛ - 10	0,5	1000 / 5	1261-59				
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
426	Ввод - 2 6 кВ	ТН А	НТМИ - 6	0,5	6000 / 100	831-53	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12		
		ТН В	НТМИ - 6	0,5	6000 / 100	831-53				
		ТН С	НТМИ - 6	0,5	6000 / 100	831-53				
		ТТ А	ТПОЛ - 10	0,5	1000 / 5	1261-59				
		ТТ В	-	-	-	-				
		ТТ С	ТПОЛ - 10	0,5	1000 / 5	1261-59				
		Трудовая								
		427	Ввод - 2 10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-Р3В-3	0,5S/-			1	16666-97
ТН А	НТМИ - 10 - 66 УЗ			0,5	10000 / 100	831-69				
ТН В	НТМИ - 10 - 66 УЗ			0,5	10000 / 100	831-69				
ТН С	НТМИ - 10 - 66 УЗ			0,5	10000 / 100	831-69				
ТТ А	ТПОЛ - 10 УЗ			0,5	1000 / 5	1261-02				
ТТ В	-			-	-	-				
ТТ С	ТПОЛ - 10 УЗ			0,5	1000 / 5	1261-02				
Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3			0,5S/1,0	1	16666-97				
428	ф. 10 - 10 кВ НП Тэфановские Холмы	ТН А	НТМИ - 10 - 66 УЗ	0,5	10000 / 100	831-69	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12		
		ТН В	НТМИ - 10 - 66 УЗ	0,5	10000 / 100	831-69				
		ТН С	НТМИ - 10 - 66 УЗ	0,5	10000 / 100	831-69				
		ТТ А	ТПОЛ - 10 УЗ	0,5	100 / 5	1261-02				
		ТТ В	-	-	-	-				
		ТТ С	ТПОЛ - 10 УЗ	0,5	100 / 5	1261-02				
		Счетчик	СЭТ - 4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-12				
		ТН А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08				
429	Ввод - 1 ВЛ - 110 кВ Икша - Белый Раст 2	ТН В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08				
		ТТ А	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	100 / 1	23256-05				
		ТТ В	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	100 / 1	23256-05				
		ТТ С	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	100 / 1	23256-05				
		Счетчик	СЭТ - 4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-12				
		ТН А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08				
		ТН В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08				

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
430	ф. 12 - 10 кВ Комтекс	Счетчик		EA05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НТМИ - 10 - 66 УЗ	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	В	НТМИ - 10 - 66 УЗ	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	С	НТМИ - 10 - 66 УЗ	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ - 10 УЗ	0,5	100 / 5	1261-02		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ - 10 УЗ	0,5	100 / 5	1261-02		
431	ф. 4 - 10 кВ ПКФ - ФИНетрой	Счетчик		EA05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ - 10 - 66 УЗ	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	В	НТМИ - 10 - 66 УЗ	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	С	НТМИ - 10 - 66 УЗ	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ - 10	0,5	300 / 5	2363-68		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ - 10	0,5	300 / 5	2363-68		
432	ф. 7 - 10 кВ База маломерного флота Рассвет	Счетчик		EA05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ - 10-66 УЗ	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	В	НТМИ - 10-66 УЗ	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	С	НТМИ - 10-66 УЗ	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ - 10 УЗ	0,5	50 / 5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ - 10 УЗ	0,5	50 / 5	1276-59		
433	ф. 9 - 10 кВ Дмитровские эл.сети Яхромский РРС	Счетчик		EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ - 10-66 УЗ	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	В	НТМИ - 10-66 УЗ	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	С	НТМИ - 10-66 УЗ	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ - 10 УЗ	0,5	100 / 5	1261-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ - 10 УЗ	0,5	100 / 5	1261-59		
434	ф. 8 - 10 кВ Комтекс	Счетчик		EA05RAL-P3B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ - 10 - 66 УЗ	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	В	НТМИ - 10 - 66 УЗ	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	С	НТМИ - 10 - 66 УЗ	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ - 10	0,5	100 / 5	2363-68		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ - 10	0,5	100 / 5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9						
435	ф. 3 - 10 кВ ПКФ - ФИНстрой	Счетчик		ЕА05RAL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12							
		ТН	А	НТМИ - 10-66 УЗ	0,5	10000 / 100	831-69								
		ТН	В	НТМИ - 10-66 УЗ	0,5	10000 / 100	831-69								
		ТН	С	НТМИ - 10-66 УЗ	0,5	10000 / 100	831-69								
		ТТ	А	ТПЛМ - 10	0,5	300 / 5	2363-68								
		ТТ	В	-	-	-	-								
		ТТ	С	ТПЛМ - 10	0,5	300 / 5	2363-68								
		Счетчик		ЕА05RAL-РЗВ-3	0,5S/-	1	16666-97								
436	Ввод - 1 10 кВ	ТН	А	НТМИ - 10-66 УЗ	0,5	10000 / 100	831-69								
		ТН	В	НТМИ - 10-66 УЗ	0,5	10000 / 100	831-69								
		ТН	С	НТМИ - 10-66 УЗ	0,5	10000 / 100	831-69								
		ТТ	А	ТПОЛ - 10 УЗ	0,5	1000 / 5	1261-02								
		ТТ	В	-	-	-	-								
		ТТ	С	ТПОЛ - 10 УЗ	0,5	1000 / 5	1261-02								
		Счетчик		СЭТ - 4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-12								
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08								
437	Ввод - 2 ВЛ - 110 кВ Икша - Белый Раст 1	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08								
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08								
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100 / 1	23256-05								
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100 / 1	23256-05								
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100 / 1	23256-05								
		Тучково													
		438	Ф-5	Счетчик		ЕА05RAL-Р1В-3	0,5S/1,0					1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
				ТН	А	НТМИ-10	0,5					10000/100	831-53		
ТН	В			НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53								
ТН	С			НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53								
ТТ	А			ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59								
ТТ	В			-	-	-	-								
ТТ	С			ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59								
Счетчик				ЕА05RAL-РЗВ-3	0,5S/1,0	1	16666-07								
439	Ф-9	ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53								
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53								
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53								
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59								
		ТТ	В	-	-	-	-								
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59								
		Тучково													
		438	Ф-5	Счетчик		ЕА05RAL-Р1В-3	0,5S/1,0					1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
ТН	А			НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53								
ТН	В			НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53								
ТН	С			НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53								
ТТ	А			ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59								
ТТ	В			-	-	-	-								
ТТ	С			ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59								
Счетчик				ЕА05RAL-РЗВ-3	0,5S/1,0	1	16666-07								
439	Ф-9	ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53								
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53								
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53								
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59								
		ТТ	В	-	-	-	-								
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59								
		Тучково													
		438	Ф-5	Счетчик		ЕА05RAL-Р1В-3	0,5S/1,0					1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
ТН	А			НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53								
ТН	В			НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53								
ТН	С			НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53								
ТТ	А			ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59								
ТТ	В			-	-	-	-								
ТТ	С			ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59								
Счетчик				ЕА05RAL-РЗВ-3	0,5S/1,0	1	16666-07								

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
440	Ф-24	Счетчик		ЕА05RL-Р3В-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	50/5	8913-82		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	50/5	8913-82		
441	Ф-1	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
442	Ф-2	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПФМУ-10	0,5	200/5	814-53		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПФМУ-10	0,5	200/5	814-53		
443	Ф-14	Счетчик		ЕА05RL-Р3В-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	300/5	1856-63		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	300/5	1856-63		
444	Ф-16	Счетчик		ЕА05RL-Р3В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
445	Ф-17	Счетчик		ЕА05RL-РЗВ-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
446	Ф-19	Счетчик		ЕА05RL-РЗВ-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
447	ЛЭП-35-Тучк.- Дорох.	Счетчик		А1802RALXQ-Р4GB- DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	60002-15		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	60002-15		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	60002-15		
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08		
448	Ф-10	Счетчик		ЕА05RAL-РЗВ-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
449	Ф-20	Счетчик		ЕА05RL-РЗВ-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
450	Ф-8	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59		
451	Ф-7	Счетчик		ЕА05RL-Р3В-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
452	Ф-18	Счетчик		ЕА05RL-Р3В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
453	Ф-12	Счетчик		ЕА05RL-Р3В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
454	Ввод-2 110 кВ	Счетчик		А1802RALXQ-Р4GB- DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	ВАУ-123 УХЛ-1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	В	ВАУ-123 УХЛ-1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	С	ВАУ-123 УХЛ-1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТТ	А	ВАУ-123 УХЛ-1	0,2S	150/1	37850-08		
		ТТ	В	ВАУ-123 УХЛ-1	0,2S	150/1	37850-08		
		ТТ	С	ВАУ-123 УХЛ-1	0,2S	150/1	37850-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
455	ЛЭП-35-Гуцк.- Кирил.	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB- DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15		
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	300/1	37491-08		
456	Ф-6	Счетчик		EA05RAL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	300/5	1856-63		ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	300/5	1856-63		
457	Ф-21	Счетчик		EA05RL-P3B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛК-СТ-10	0,5	100/5	58720-14		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-СТ-10	0,5	100/5	58720-14		
458	Ввод-1 110 кВ	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB- DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	VAU-123 УХЛ-1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	В	VAU-123 УХЛ-1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	С	VAU-123 УХЛ-1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТТ	А	VAU-123 УХЛ-1	0,2S	150/1	37850-08		
		ТТ	В	VAU-123 УХЛ-1	0,2S	150/1	37850-08		
		ТТ	С	VAU-123 УХЛ-1	0,2S	150/1	37850-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Узуново												
459	ПТ-1 110кВ	Счетчик	ЕА02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14				
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03						
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03						
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03						
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150 / 1	79483-20						
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150 / 1	79483-20						
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150 / 1	79483-20						
		Счетчик	ЕА02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97						
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08						
460	ПТ-2 110кВ	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12				
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08						
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08						
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150 / 1	79483-20						
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150 / 1	79483-20						
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150 / 1	79483-20						
		Фрязево(Афанасово)										
		461	Ф-5	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0			1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
				ТН	НАМИ-10 У2	0,2			10000/100	11094-87		
ТН	НАМИ-10 У2			0,2	10000/100	11094-87						
ТН	НАМИ-10 У2			0,2	10000/100	11094-87						
ТТ	ТПЛ-10			0,5	300/5	1276-59						
ТТ												
ТТ	ТПЛ-10			0,5	300/5	1276-59						
Счетчик	ЕА05RL-P1B-3			0,5S/1,0	1	16666-97						
ТН	НАМИ-10 У2			0,2	10000/100	11094-87						
462	Ф-6	ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12				
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87						
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59						
		ТТ										
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59						
		Счетчик	ЕА02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97						
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03						
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03						
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03						
463	ТП-1-110кВ	ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	79483-20						
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	79483-20						
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	79483-20						

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
464	ТП-2-110кВ	Счетчик		ЕА02РАL-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	79483-20		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	79483-20		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	79483-20		
		Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
465	Ф-7	ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В						
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	300/5	1276-59		
466	Ф-9	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В						
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	300/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
467	Ф-10	ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛЮ-10 У3	0,2S	300/5	25433-08		
		ТТ	В						
		ТТ	С	ТЛЮ-10 У3	0,2S	300/5	25433-08		
		Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Черусги								
468	ПТ-2 110 кВ	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	В	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	С	0,2S	150/1	23256-05		
		Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
469	Ф-16 рем. завода	ТН	А	0,5	10000/100	16687-02	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	В	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	С	0,5	10000/100	16687-02		
		ТТ	А	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	75/5	1276-59		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
470	ПТ-1 110 кВ	ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ССБ-1Г пер. № 58301-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	В	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	С	0,2S	150/1	23256-05		
		Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	В	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
471	Ввод-1 35 кВ	ТН	С	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08	УСВ-3 пер. № 51644-12	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	А	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	В	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	С	0,2S	400/1	37491-08		
		Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	В	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	С	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
472	Ввод-2 35 кВ	ТТ	А	0,2S	400/1	37491-08	УСВ-3 пер. № 51644-12	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	С	0,2S	400/1	37491-08		
		Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	В	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	С	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	А	0,2S	400/1	37491-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Чехов												
473	Ввод-1 6кВ	Счетчик	ЕА05RAL-BN-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14				
		ТН	А	0,5	6000 / 100	831-53						
		ТН	В	0,5	6000 / 100	831-53						
		ТН	С	0,5	6000 / 100	831-53						
		ТТ	А	0,5	1000 / 5	518-50						
		ТТ	В	-	-	-						
		ТТ	С	0,5	1000 / 5	518-50						
		Счетчик	ЕА05RAL-BN-4	0,5S/1,0	1	16666-97						
474	Ввод-2 6кВ	ТН	А	0,5	6000 / 100	831-53	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТН	В	0,5	6000 / 100	831-53						
		ТН	С	0,5	6000 / 100	831-53						
		ТТ	А	0,5	1000 / 5	518-50						
		ТТ	В	-	-	-						
		ТТ	С	0,5	1000 / 5	518-50						
		Чеховская										
		475	Ввод-1-10кВ	Счетчик	ЕА05RAL-РЗВ-3	0,5S/-			1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
ТН	А			0,5	10000/100	831-69						
ТН	В			0,5	10000/100	831-69						
ТН	С			0,5	10000/100	831-69						
ТТ	А			0,5	1000/5	2473-69						
ТТ	В			-	-	-						
ТТ	С			0,5	1000/5	2473-69						
Счетчик	СЭГ-4ТМ.03М.16			0,2S/0,5	1	36697-17						
476	Ввод-1-110 кВ	ТН	А	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТН	В	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13						
		ТН	С	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13						
		ТТ	А	0,2S	100/1	23256-11						
		ТТ	В	0,2S	100/1	23256-11						
		ТТ	С	0,2S	100/1	23256-11						
		Чеховская										
		475	Ввод-1-10кВ	Счетчик	ЕА05RAL-РЗВ-3	0,5S/-			1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
ТН	А			0,5	10000/100	831-69						
ТН	В			0,5	10000/100	831-69						
ТН	С			0,5	10000/100	831-69						
ТТ	А			0,5	1000/5	2473-69						
ТТ	В			-	-	-						
ТТ	С			0,5	1000/5	2473-69						
Счетчик	СЭГ-4ТМ.03М.16			0,2S/0,5	1	36697-17						
476	Ввод-1-110 кВ	ТН	А	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТН	В	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13						
		ТН	С	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13						
		ТТ	А	0,2S	100/1	23256-11						
		ТТ	В	0,2S	100/1	23256-11						
		ТТ	С	0,2S	100/1	23256-11						
		Чеховская										
		475	Ввод-1-10кВ	Счетчик	ЕА05RAL-РЗВ-3	0,5S/-			1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
ТН	А			0,5	10000/100	831-69						
ТН	В			0,5	10000/100	831-69						
ТН	С			0,5	10000/100	831-69						
ТТ	А			0,5	1000/5	2473-69						
ТТ	В			-	-	-						
ТТ	С			0,5	1000/5	2473-69						
Счетчик	СЭГ-4ТМ.03М.16			0,2S/0,5	1	36697-17						
476	Ввод-1-110 кВ	ТН	А	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТН	В	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13						
		ТН	С	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13						
		ТТ	А	0,2S	100/1	23256-11						
		ТТ	В	0,2S	100/1	23256-11						
		ТТ	С	0,2S	100/1	23256-11						
		Чеховская										
		475	Ввод-1-10кВ	Счетчик	ЕА05RAL-РЗВ-3	0,5S/-			1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
ТН	А			0,5	10000/100	831-69						
ТН	В			0,5	10000/100	831-69						
ТН	С			0,5	10000/100	831-69						
ТТ	А			0,5	1000/5	2473-69						
ТТ	В			-	-	-						
ТТ	С			0,5	1000/5	2473-69						
Счетчик	СЭГ-4ТМ.03М.16			0,2S/0,5	1	36697-17						
476	Ввод-1-110 кВ	ТН	А	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТН	В	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13						
		ТН	С	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13						
		ТТ	А	0,2S	100/1	23256-11						
		ТТ	В	0,2S	100/1	23256-11						
		ТТ	С	0,2S	100/1	23256-11						
		Чеховская										
		475	Ввод-1-10кВ	Счетчик	ЕА05RAL-РЗВ-3	0,5S/-			1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
ТН	А			0,5	10000/100	831-69						
ТН	В			0,5	10000/100	831-69						
ТН	С			0,5	10000/100	831-69						
ТТ	А			0,5	1000/5	2473-69						
ТТ	В			-	-	-						
ТТ	С			0,5	1000/5	2473-69						
Счетчик	СЭГ-4ТМ.03М.16			0,2S/0,5	1	36697-17						
476	Ввод-1-110 кВ	ТН	А	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТН	В	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13						
		ТН	С	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13						
		ТТ	А	0,2S	100/1	23256-11						
		ТТ	В	0,2S	100/1	23256-11						
		ТТ	С	0,2S	100/1	23256-11						
		Чеховская										
		475	Ввод-1-10кВ	Счетчик	ЕА05RAL-РЗВ-3	0,5S/-			1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
ТН	А			0,5	10000/100	831-69						
ТН	В			0,5	10000/100	831-69						
ТН	С			0,5	10000/100	831-69						
ТТ	А			0,5	1000/5	2473-69						
ТТ	В			-	-	-						
ТТ	С			0,5	1000/5	2473-69						
Счетчик	СЭГ-4ТМ.03М.16			0,2S/0,5	1	36697-17						
476	Ввод-1-110 кВ	ТН	А	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТН	В	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13						
		ТН	С	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13						
		ТТ	А	0,2S	100/1	23256-11						
		ТТ	В	0,2S	100/1	23256-11						
		ТТ	С	0,2S	100/1	23256-11						
		Чеховская										
		475	Ввод-1-10кВ	Счетчик	ЕА05RAL-РЗВ-3	0,5S/-			1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
ТН	А			0,5	10000/100	831-69						
ТН	В			0,5	10000/100	831-69						
ТН	С			0,5	10000/100	831-69						
ТТ	А			0,5	1000/5	2473-69						
ТТ	В			-	-	-						
ТТ	С			0,5	1000/5	2473-69						
Счетчик	СЭГ-4ТМ.03М.16			0,2S/0,5	1	36697-17						
476	Ввод-1-110 кВ	ТН	А	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТН	В	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13						
		ТН	С	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13						
		ТТ	А	0,2S	100/1	23256-11						
		ТТ	В	0,2S	100/1	23256-11						
		ТТ	С	0,2S	100/1	23256-11						
		Чеховская										
		475	Ввод-1-10кВ	Счетчик	ЕА05RAL-РЗВ-3	0,5S/-			1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
ТН	А			0,5	10000/100	831-69						
ТН	В			0,5	10000/100	831-69						
ТН	С			0,5	10000/100	831-69						
ТТ	А			0,5	1000/5	2473-69						
ТТ	В			-	-	-						
ТТ	С			0,5	1000/5	2473-69						
Счетчик	СЭГ-4ТМ.03М.16			0,2S/0,5	1	36697-17						
476	Ввод-1-110 кВ	ТН	А	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТН	В	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13						
		ТН	С	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13						
		ТТ	А	0,2S	100/1	23256-11						
		ТТ	В	0,2S	100/1	23256-11						
		ТТ	С	0,2S	100/1	23256-11						
		Чеховская										
		475	Ввод-1-10кВ	Счетчик	ЕА05RAL-РЗВ-3	0,5S/-			1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
ТН	А			0,5	10000/100	831-69						
ТН	В			0,5	10000/100	831-69						
ТН	С			0,5	10000/100	831-69						
ТТ	А			0,5	1000/5	2473-69						
ТТ	В			-	-	-						
ТТ	С			0,5	1000/5	2473-69						
Счетчик	СЭГ-4ТМ.03М.16			0,2S/0,5	1	36697-17						
476	Ввод-1-110 кВ	ТН	А	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТН	В	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13						
		ТН	С	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13						
		ТТ	А	0,2S	100/1	23256-11						
		ТТ	В	0,2S	100/1	23256-11						
		ТТ	С	0,2S	100/1	23256-11						
		Чеховская										
		475	Ввод-1-10кВ	Счетчик	ЕА05RAL-РЗВ-3	0,5S/-			1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
ТН	А			0,5	10000/100	831-69						
ТН	В			0,5	10000/100	831-69						
ТН	С			0,5	10000/100	831-69						
ТТ	А			0,5	1000/5	2473-69						
ТТ	В			-	-	-						
ТТ	С			0,5	1000/5	2473-69						
Счетчик	СЭГ-4ТМ.03М.16			0,2S/0,5	1	36697-17						
476	Ввод-1-110 кВ	ТН	А	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТН	В	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13						
		ТН	С	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13						
		ТТ	А	0,2S	100/1	23256-11						
		ТТ	В	0,2S	100/1	23256-11						
		ТТ	С	0,2S	100/1	23256-11						
		Чеховская										
		475	Ввод-1-10кВ	Счетчик	ЕА05RAL-РЗВ-3	0,5S/-			1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
ТН	А			0,5	10000/100	831-69						
ТН	В			0,5	10000/100	831-69						
ТН	С			0,5	10000/100	831-69						
ТТ	А			0,5	1000/5	2473-69						
ТТ	В			-	-	-						
ТТ	С			0,5	1000/5	2473-69						
Счетчик	СЭГ-4ТМ.03М.16			0,2S/0,5	1	36697-17						
476	Ввод-1-110 кВ	ТН	А	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТН	В	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13						
		ТН	С	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13						
		ТТ	А	0,2S	100/1	23256-11						
		ТТ	В	0,2S	100/1	23256-11						
		ТТ	С	0,2S	100/1	23256-11						
		Чеховская										
		475	Ввод-1-10кВ	Счетчик	ЕА05RAL-РЗВ-3	0,5S/-			1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
ТН	А			0,5	10000/100	831-69						
ТН	В			0,5	10000/100	831-69						
ТН	С			0,5	10000/100	831-69						
ТТ	А			0,5	1000/5	2473-69						
ТТ	В			-	-	-						
ТТ	С			0,5	1000/5	2473-69						
Счетчик	СЭГ-4ТМ.03М.16			0,2S/0,5	1	36697-17						
476	Ввод-1-110 кВ	ТН	А	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТН	В	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13						
		ТН	С	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13						
		ТТ	А	0,2S	100/1	23256-11						
		ТТ	В	0,2S	100/1	23256-11						
		ТТ	С	0,2S	100/1	23256-11						
		Чеховская										
		475	Ввод-1-10кВ	Счетчик	ЕА05RAL-РЗВ-3	0,5S/-			1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
ТН	А			0,5	10000/100	831-69						
ТН	В			0,5	10000/100	831-69						
ТН	С			0,5	10000/100	831-69						
ТТ	А			0,5	1000/5	2473-69						
ТТ	В			-	-	-						
ТТ	С			0,5	1000/5	2473-69						
Счетчик	СЭГ-4ТМ.03М.16			0,2S/0,5	1	36697-1						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цисмена								
477	ПТ-1 110 кВ	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	150/1	23256-11		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
478	Ф1-35кВ	ТН	А	NTSM-38 УХЛ1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	В	NTSM-38 УХЛ1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)		
		ТН	С	NTSM-38 УХЛ1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)		
		ТТ	А	STSM 38 УХЛ1	0,2S	300/1		
		ТТ	В	STSM 38 УХЛ1	0,2S	300/1		
		ТТ	С	STSM 38 УХЛ1	0,2S	300/1		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3		
479	ПТ-2 110 кВ	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3		
		ТТ	А	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	300/1		
		ТТ	В	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	300/1		
		ТТ	С	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	300/1		
		Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100		
480	Ф3-10 ЦРП-4	ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	200/5		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	200/5		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Шаховская									
481	ТСН	Счетчик	ЕА05RL-PIB-4	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А			-			
		ТН	В			-			
		ТН	С			-			
		ТТ	А	Т-0,66	200/5	17551-03			
		ТТ	В	Т-0,66	200/5	17551-03			
		ТТ	С	Т-0,66	200/5	17551-03			
		Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-У2	10000/100	11094-87			
482	Тяга-10кВ	ТН	В	НАМИ-10-У2	10000/100	11094-87			
		ТН	С	НАМИ-10-У2	10000/100	11094-87			
		ТТ	А	ТПЛМ-10	400/5	2363-68			
		ТТ	В			-			
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	400/5	1276-59			
		Щелково							
483	Ввод 2 Восточный	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			37493-08
		ТН	В	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			37493-08
		ТН	С	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			37493-08
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	400/1			37491-08
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	400/1			37491-08
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	400/1			37491-08
		Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			37493-08
484	Ввод 1 Западный	ТН	В	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	С	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	400/1	37491-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Электроугли								
485	ПТ-1-110кВ	Счетчик	ЕА02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1	79483-20		
		Счетчик	ЕА02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
486	ПТ-2-110 кВ	ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1	79483-20		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1	79483-20		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1	79483-20		
		Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
487	Ф-4	ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	150/5	1261-59		
		ТТ	-	-	-	-		
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	150/5	1261-59		
		Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
488	Ф-8	ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	ТПЛ-10М	0,5	150/5	22192-01		
		ТТ	-	-	-	-		
		ТТ	ТПЛ-10М	0,5	150/5	22192-01		
		ТТ	-	-	-	-		
		ТТ	ТПЛ-10М	0,5	150/5	22192-01		
		ТТ	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Яганово								
489	ф. 1 - 35 кВ Ялфимово	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	ЗНОМ - 35 - 65 У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ - 35 - 65 У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ - 35 - 65 У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	СТSM 38 - УХЛ1	75 / 1	37491-08		
		ТТ	В	СТSM 38 - УХЛ1	75 / 1	37491-08		
		ТТ	С	СТSM 38 - УХЛ1	75 / 1	37491-08		
		Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
490	ПТ - 2 110 кВ	ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	110000/√3/100/√3	24218-03	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛП	100 / 1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛП	100 / 1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛП	100 / 1	23256-05		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НОМ - 10 - 66	10000 / 100	4947-75		
491	ф. 6 - 10 кВ с/х Леонтьево Ступинский РЭС	ТН	В	НОМ - 10 - 66 У2	10000 / 100	4947-75	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	С	НОМ - 10 - 66 У2	10000 / 100	4947-75		
		ТТ	А	ТПЛ - 10 У3	200 / 5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ - 10	200 / 5	2363-68		
		Счетчик	СЭТ - 4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-12		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	110000/√3/100/√3	24218-03		
492	ПТ-1 110кВ	ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛП	100 / 1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛП	100 / 1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛП	100 / 1	23256-05		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НОМ - 10 - 66	10000 / 100	4947-75		
		ТН	В	НОМ - 10 - 66 У2	10000 / 100	4947-75		
		ТН	С	НОМ - 10 - 66 У2	10000 / 100	4947-75		
493	ф. 4 - 10 кВ сх Кр. Заря Ступинский РЭС	ТТ	А	ТПОЛ - 10	800 / 5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ - 10	800 / 5	1261-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
494	ф. 3 - 10 кВ с/х Леонтьево - Ступинский РЭС	Счетчик		ЕАО5RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ - 10	0,5	100 / 5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ - 10	0,5	100 / 5	1276-59		
Щербинка									
495	ПТ - 1 110 кВ	Счетчик		СЭТ - 4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НДЕ-М-110-У1	0,2	110000/√3/100/√3	38885-08		
		ТН	В	НДЕ-М-110-У1	0,2	110000/√3/100/√3	38885-08		
		ТН	С	НДЕ-М-110-У1	0,2	110000/√3/100/√3	38885-08		
		ТТ	А	ТАТ	0,2S	600 / 1	29838-11		
		ТТ	В	ТАТ	0,2S	600 / 1	29838-11		
		ТТ	С	ТАТ	0,2S	600 / 1	29838-11		
496	ПТ - 2 110 кВ	Счетчик		СЭТ - 4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14	ССБ-1Г per. № 58301-14
		ТН	А	НДЕ-М-110-У1	0,2	110000/√3/100/√3	38885-08		
		ТН	В	НДЕ-М-110-У1	0,2	110000/√3/100/√3	38885-08		
		ТН	С	НДЕ-М-110-У1	0,2	110000/√3/100/√3	38885-08		
		ТТ	А	ТАТ	0,2S	600 / 1	29838-11		
		ТТ	В	ТАТ	0,2S	600 / 1	29838-11		
		ТТ	С	ТАТ	0,2S	600 / 1	29838-11		
497	Ввод - 1 27,5 кВ	Счетчик		СЭТ - 4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-12	RTU-327 per. № 19495-03	УСБ-3 per. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ-НТЗ-35-УХЛ2	0,5	27500 / 100	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛ-НТЗ-35-УХЛ2	0,5	27500 / 100	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛ-НТЗ-35-УХЛ2	0,5	27500 / 100	51676-12		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-35-11	0,5	800 / 5	51679-12		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-35-11	0,5	800 / 5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-35-11	0,5	800 / 5	51679-12		
498	Ввод - 2 27,5 кВ	Счетчик		СЭТ - 4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-12		
		ТН	А	ЗНОЛ-НТЗ-35-УХЛ2	0,5	27500 / 100	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛ-НТЗ-35-УХЛ2	0,5	27500 / 100	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛ-НТЗ-35-УХЛ2	0,5	27500 / 100	51676-12		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-35-11	0,5	800 / 5	51679-12		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-35-11	0,5	800 / 5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-35-11	0,5	800 / 5	51679-12		

ЭКОМ-3000
пер. №
17049-14

ССБ-1Г
пер. №
58301-14

УСВ-3
пер. №
51644-12

RTU-327
пер. №
19495-03

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
499	Ввод - 1 6 кВ	Счетчик		СЭТ - 4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-12	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000 / 100	40014-08		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000 / 100	40014-08		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000 / 100	40014-08		
		ТТ	А	ТНОЛ - 10	0,5	600 / 5	1261-08		
		ТТ	В	ТНОЛ - 10	0,5	600 / 5	1261-08		
		ТТ	С	ТНОЛ - 10	0,5	600 / 5	1261-08		
500	Ввод - 2 6 кВ	Счетчик		СЭТ - 4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-12		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000 / 100	40014-08		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000 / 100	40014-08		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000 / 100	40014-08		
		ТТ	А	ТНОЛ - 10	0,5	600 / 5	1261-08		
		ТТ	В	ТНОЛ - 10	0,5	600 / 5	1261-08		
		ТТ	С	ТНОЛ - 10	0,5	600 / 5	1261-08		
501	Ввод - 3 6 кВ	Счетчик		СЭТ - 4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-12		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000 / 100	40014-08		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000 / 100	40014-08		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000 / 100	40014-08		
		ТТ	А	ТНОЛ - 10	0,5	600 / 5	1261-08		
		ТТ	В	ТНОЛ - 10	0,5	600 / 5	1261-08		
		ТТ	С	ТНОЛ - 10	0,5	600 / 5	1261-08		
502	ПВ 1 - 35 кВ	Счетчик		СЭТ - 4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-12		
		ТН	А	4МТ40,5	0,5	35000/√3/(100/√3)	35057-07		
		ТН	В	4МТ40,5	0,5	35000/√3/(100/√3)	35057-07		
		ТН	С	4МТ40,5	0,5	35000/√3/(100/√3)	35057-07		
		ТТ	А	4МС	0,5S	300 / 5	44089-10		
		ТТ	В	4МС	0,5S	300 / 5	44089-10		
		ТТ	С	4МС	0,5S	300 / 5	44089-10		
503	ПВ 2 - 35 кВ	Счетчик		СЭТ - 4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-12		
		ТН	А	4МТ40,5	0,5	35000/√3/(100/√3)	35057-07		
		ТН	В	4МТ40,5	0,5	35000/√3/(100/√3)	35057-07		
		ТН	С	4МТ40,5	0,5	35000/√3/(100/√3)	35057-07		
		ТТ	А	4МС	0,5S	300 / 5	44089-10		
		ТТ	В	4МС	0,5S	300 / 5	44089-10		
		ТТ	С	4МС	0,5S	300 / 5	44089-10		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
504	ПВ 3 - 35 кВ	Счетчик		СЭТ - 4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-12	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	4МТ40,5	0,5	35000/√3)/(100/√3	35057-07		
		ТН	В	4МТ40,5	0,5	35000/√3)/(100/√3	35057-07		
		ТН	С	4МТ40,5	0,5	35000/√3)/(100/√3	35057-07		
		ТТ	А	4МС	0,5S	300 / 5	44089-10		
		ТТ	В	4МС	0,5S	300 / 5	44089-10		
		ТТ	С	4МС	0,5S	300 / 5	44089-10		
		Счетчик		СЭТ - 4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-12		
505	ПВ 4 - 35 кВ	ТН	А	4МТ40,5	0,5	35000/√3)/(100/√3	35057-07		
		ТН	В	4МТ40,5	0,5	35000/√3)/(100/√3	35057-07		
		ТН	С	4МТ40,5	0,5	35000/√3)/(100/√3	35057-07		
		ТТ	А	4МС	0,5S	300 / 5	44089-10		
		ТТ	В	4МС	0,5S	300 / 5	44089-10		
		ТТ	С	4МС	0,5S	300 / 5	44089-10		
		Счетчик		СЭТ - 4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-12		
		ТН	А	4МТ40,5	0,5	35000/√3)/(100/√3	35057-07		
506	ф.1 - 35 кВ Рязаново	ТН	В	4МТ40,5	0,5	35000/√3)/(100/√3	35057-07		
		ТН	С	4МТ40,5	0,5	35000/√3)/(100/√3	35057-07		
		ТТ	А	4МС	0,5S	300 / 5	44089-10		
		ТТ	В	4МС	0,5S	300 / 5	44089-10		
		ТТ	С	4МС	0,5S	300 / 5	44089-10		
		Счетчик		СЭТ - 4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-12		
		ТН	А	4МТ40,5	0,5	35000/√3)/(100/√3	35057-07		
		ТН	С	4МТ40,5	0,5	35000/√3)/(100/√3	35057-07		
Савелово									
507	Ввод - 1 10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	В	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	С	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ - 10	0,5	400 / 5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ - 10	0,5	400 / 5	2363-68		
		Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
508	Ввод - 2 10 кВ	ТН	А	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	В	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	С	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ - 10	0,5	400 / 5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ - 10	0,5	400 / 5	2363-68		
		Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000 / 100	831-69		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9				
509	Ф2 ПЭ Савёлово	Счетчик		ЕАО5RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-ПГ рег. № 58301-14				
		ТН	А	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000 / 100	831-69						
		ТН	В	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000 / 100	831-69						
		ТН	С	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000 / 100	831-69						
		ТТ	А	ТЛО - 10 У2	0,5S	75 / 5	25433-11						
		ТТ	В	ТЛО - 10 У2	0,5S	75 / 5	25433-11						
		ТТ	С	ТЛО - 10 У2	0,5S	75 / 5	25433-11						
		Счетчик		ЕАО5RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97						
510	Ф1 ПЭ Савёлово - Вербилки	ТН	А	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000 / 100	831-69	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12				
		ТН	В	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000 / 100	831-69						
		ТН	С	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000 / 100	831-69						
		ТТ	А	ТПЛ - 10	0,5	100 / 5	1276-59						
		ТТ	В	-		-	-						
		ТТ	С	ТПЛ - 10	0,5	100 / 5	1276-59						
		Виленки											
		511	ПТ-2 110 кВ	Счетчик		СЭТ - 4ТМ.03	0,2S/0,5			1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-ПГ рег. № 58301-14
ТН	А			НКФ - 110 - 83 У1	0,5	110000/√3/100/√3	1188-84						
ТН	В			НКФ - 110 - 57	0,5	110000/√3/100/√3	922-54						
ТН	С			НКФ - 110 - 83 У1	0,5	110000/√3/100/√3	1188-84						
ТТ	А			ТБМО-110-УХЛП	0,2S	100 / 1	23256-05						
ТТ	В			ТБМО-110-УХЛП	0,2S	100 / 1	23256-05						
ТТ	С			ТБМО-110-УХЛП	0,2S	100 / 1	23256-05						
Счетчик				СЭТ - 4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04						
512	ВЛ - 35 кВ Виленки - Коровино 1	ТН	А	НАМИ - 35 УХЛП	0,5	35000 / 100	19813-00	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12				
		ТН	В	НАМИ - 35 УХЛП	0,5	35000 / 100	19813-00						
		ТН	С	НАМИ - 35 УХЛП	0,5	35000 / 100	19813-00						
		ТТ	А	ТФ3М-35А-У1	0,5	150 / 5	3690-73						
		ТТ	В	ТФ3М-35А-У1	0,5	150 / 5	3690-73						
		ТТ	С	ТФ3М-35А-У1	0,5	150 / 5	3690-73						
		Счетчик		СЭТ - 4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04						
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03						
513	ПТ-1 110 кВ	ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03						
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03						
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	100 / 1	23256-05						
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	100 / 1	23256-05						
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	100 / 1	23256-05						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Денежниково									
514	Ввод-2 110 кВ	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-12	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	ВАУ - 123 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			37850-08
		ТН	В	ВАУ - 123 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			37850-08
		ТН	С	ВАУ - 123 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			37850-08
		ТТ	А	ВАУ - 123 УХЛП	0,2	100 / 1			37850-08
		ТТ	В	ВАУ - 123 УХЛП	0,2	100 / 1			37850-08
		ТТ	С	ВАУ - 123 УХЛП	0,2	100 / 1			37850-08
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-12			
		ТН	А	ВАУ - 123 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			37850-08
515	Ввод-1 110 кВ	ТН	В	ВАУ - 123 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	ЭКОМ-3000 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	С	ВАУ - 123 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			37850-08
		ТТ	А	ВАУ - 123 УХЛП	0,2	100 / 1			37850-08
		ТТ	В	ВАУ - 123 УХЛП	0,2	100 / 1			37850-08
		ТТ	С	ВАУ - 123 УХЛП	0,2	100 / 1			37850-08
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-12			
		ТН	А	ВАУ - 123 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			37850-08
		ТН	В	ВАУ - 123 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			37850-08
		ТН	С	ВАУ - 123 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			37850-08
Житово									
516	ПТ-1 110 кВ	Счетчик	СЭТ - 4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НКФ - 110 - 83 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			1188-84
		ТН	В	НКФ - 110 - 83 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			1188-84
		ТН	С	НКФ - 110 - 83 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			1188-84
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	150 / 1			23256-05
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	150 / 1			23256-05
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	150 / 1			23256-05
		Счетчик	СЭТ - 4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04			
		ТН	А	НКФ - 110 - 83 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			1188-84
517	ПТ-2 110 кВ	ТН	В	НКФ - 110 - 83 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	ЭКОМ-3000 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	С	НКФ - 110 - 83 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			1188-84
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	150 / 1			23256-05
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	150 / 1			23256-05
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	150 / 1			23256-05
		Счетчик	СЭТ - 4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04			
		ТН	А	НКФ - 110 - 83 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			1188-84
		ТН	В	НКФ - 110 - 83 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			1188-84
		ТН	С	НКФ - 110 - 83 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			1188-84

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Источники												
518	Ф7-10кВ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14				
		ТН	А	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	10000 / 100	20186-05						
		ТН	В	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	10000 / 100	20186-05						
		ТН	С	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	10000 / 100	20186-05						
		ТТ	А	ТЛО - 10 5 У3	150 / 5	25433-03						
		ТТ	В	-	-	-						
		ТТ	С	ТЛО - 10 5 У3	150 / 5	25433-03						
		Счетчик	СЭТ - 4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04						
519	ПТ-1 110 кВ	ТН	А	НКФ - 110 - 83 У1	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТН	В	НКФ - 110 - 83 У1	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84						
		ТН	С	НКФ - 110 - 83 У1	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84						
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	150 / 1	23256-05						
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	150 / 1	23256-05						
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	150 / 1	23256-05						
		Счетчик	СЭТ - 4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04						
		ТН	А	НКФ - 110 - 83 У1	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84						
520	ПТ-2 110 кВ	ТН	В	НКФ - 110 - 83 У1	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84						
		ТН	С	НКФ - 110 - 83 У1	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84						
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	150 / 1	23256-05						
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	150 / 1	23256-05						
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	150 / 1	23256-05						
		Кустаревка										
		521	Ввод-2 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5			1	31857-11	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
				ТН	А	VAU-123			(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
ТН	В			VAU-123	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08						
ТН	С			VAU-123	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08						
ТТ	А			VAU-123	200/1	40088-08						
ТТ	В			VAU-123	200/1	40088-08						
ТТ	С			VAU-123	200/1	40088-08						
Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4			0,2S/0,5	1	31857-11						
522	Ввод-1 110 кВ	ТН	А	VAU-123	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТН	В	VAU-123	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08						
		ТН	С	VAU-123	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08						
		ТТ	А	VAU-123	200/1	40088-08						
		ТТ	В	VAU-123	200/1	40088-08						
		ТТ	С	VAU-123	200/1	40088-08						
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11						
		ТН	А	VAU-123	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Лесок								
523	ПТ-2 110 кВ	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
		Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
524	Фидер-8	ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
525	ПТ-1 110 кВ	ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
		Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
526	Фидер-5	ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	ТЛП-10	0,2S	400/5	30709-05		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	ТЛП-10	0,2S	400/5	30709-05		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Листвянка								
527	Фидер-7	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ В	-	-	-	-		
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
528	Фидер-9	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ В	-	-	-	-		
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
529	Фидер-6	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ А	ТПП-10	0,2S	100/5	30709-05		
		ТТ В	-	-	-	-		
		ТТ С	ТПП-10	0,2S	100/5	30709-05		
530	Фидер-8	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,5	200/5	25433-03		
		ТТ В	-	-	-	-		
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,5	200/5	25433-03		
531	Фидер-10	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ В	-	-	-	-		
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
532	Т-1 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НКФ-110-57-У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57-У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57-У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НКФ-110-57-У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
533	Т-2 110 кВ	ТН	В	НКФ-110-57-У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94	ЭКОМ-3000 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	С	НКФ-110-57-У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НКФ-110-57-У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57-У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
Мшанка									
534	ф. 5 - 10 кВ Березняки	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	В	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	С	НТМИ - 10 - 66 У3	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ - 10 У3	0,2S	100 / 5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ - 10 У3	0,2S	100 / 5	1276-59		
		Счетчик		СЭТ - 4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
535	ПТ-2 110 кВ	ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	150 / 1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	150 / 1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	150 / 1	23256-05		
		Счетчик		СЭТ - 4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
536	ПТ-1 110 кВ	ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	150 / 1	23256-05	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	150 / 1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	150 / 1	23256-05		
		Счетчик		СЭТ - 4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	150 / 1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	150 / 1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	150 / 1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Назаровка									
537	ПТ-2 нов110 кВ	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 УСВ-3 рег. № 51644-12	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3			24218-03
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3			24218-03
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3			24218-03
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1			23256-05
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1			23256-05
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1			23256-05
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04			
538	ПТ-1 110 кВ нов	ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
		Ниже-Мальцево							
		539	ПТ-1 110 кВ	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1		36697-17
ТН	А			НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
ТН	В			НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
ТН	С			НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
ТТ	А			ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
ТТ	В			ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
ТТ	С			ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
Счетчик	СЭТ-4ТМ.03			0,2S/0,5	1	27524-04			
540	ПТ-2 110 кВ	ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
		Ниже-Мальцево							
		541	ПТ-2 110 кВ	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1		36697-17
ТН	А			НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
ТН	В			НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
ТН	С			НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
ТТ	А			ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
ТТ	В			ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
ТТ	С			ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
Счетчик	СЭТ-4ТМ.03			0,2S/0,5	1	27524-04			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Перевлес												
541	ПТ-2 110 кВ	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14				
		ТН	А	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-58						
		ТН	В	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-58						
		ТН	С	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-58						
		ТТ	А	0,2S	100/1	23256-05						
		ТТ	В	0,2S	100/1	23256-05						
		ТТ	С	0,2S	100/1	23256-05						
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04						
		ТН	А	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-58						
542	ПТ-1 110 кВ	ТН	В	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-58	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТН	С	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-58						
		ТТ	А	0,5	150/5	2793-71						
		ТТ	В	0,5	150/5	2793-71						
		ТТ	С	0,5	150/5	2793-71						
		Рыбное										
		543	ПТ-2 110 кВ	Счетчик	СЭТ - 4ТМ.03	0,2S/0,5			1	27524-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
				ТН	А	0,5			(110000/√3)/(100/√3)	1188-58		
				ТН	В	0,5			(110000/√3)/(100/√3)	1188-58		
ТН	С			0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-58						
ТТ	А			0,2S	100 / 1	23256-05						
ТТ	В			0,2S	100 / 1	23256-05						
ТТ	С			0,2S	100 / 1	23256-05						
Счетчик	СЭТ - 4ТМ.03			0,2S/0,5	1	27524-04						
ТН	А			0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-58						
544	ПТ-1 110 кВ	ТН	В	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-58	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТН	С	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-58						
		ТТ	А	0,2S	100 / 1	23256-05						
		ТТ	В	0,2S	100 / 1	23256-05						
		ТТ	С	0,2S	100 / 1	23256-05						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ряжск								
545	Ф-15	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	10000 / 100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	10000 / 100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	10000 / 100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ - 10 - 1	200 / 5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ - 10 - 1	200 / 5	2473-69		
		Счетчик	СЭТ - 4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
546	ПТ-1 110 кВ	ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛП	200 / 1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛП	200 / 1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛП	200 / 1	23256-05		
		Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ - 10	10000 / 100	831-69		
		ТН	В	НТМИ - 10	10000 / 100	831-69		
		ТН	С	НТМИ - 10	10000 / 100	831-69		
547	Ф-6	ТТ	А	ТПЛМ - 10	150 / 5	2363-68	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	НЕТ				
		ТТ	С	ТПЛМ - 10	150 / 5	2363-68		
		Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ - 10	10000 / 100	831-69		
		ТН	В	НТМИ - 10	10000 / 100	831-69		
		ТН	С	НТМИ - 10	10000 / 100	831-69		
		ТТ	А	ТЛП - 10 - 2 У3	100 / 5	30709-05		
		ТТ	В	-	-	-		
548	Ф-10	ТТ	С	ТЛП - 10 - 2 У3	100 / 5	30709-05		
		Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	10000 / 100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	10000 / 100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	10000 / 100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ - 10	100 / 5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ - 10	100 / 5	1276-59		
		Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
549	Ф-3	ТН	А	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	10000 / 100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	10000 / 100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	10000 / 100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ - 10	100 / 5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ - 10	100 / 5	1276-59		
		Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	10000 / 100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	10000 / 100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
550	Ф-13	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ - 10 - 95 УХУ12	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ - 10 - 95 УХУ12	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ - 10 - 95 УХУ12	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ - 10	0,5	400 / 5	1856-63		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ - 10	0,5	400 / 5	1856-63		
551	Ф-16	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	В	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	С	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТТ	А	ТЛЮ - 10 - 2 У3	0,2S	300 / 5	25433-03		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ - 10 - 2 У3	0,2S	300 / 5	25433-03		
552	Ф-7	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ - 10 - 95 УХУ12	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ - 10 - 95 УХУ12	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ - 10 - 95 УХУ12	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ - 10 - 2 У3	0,2S	300 / 5	25433-03		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ - 10 - 2 У3	0,2S	300 / 5	25433-03		
553	Ф-11	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ - 10 - 95 УХУ12	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ - 10 - 95 УХУ12	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ - 10 - 95 УХУ12	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ - 10	0,5	150 / 5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ - 10	0,5	150 / 5	1276-59		
554	Ф-4	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	В	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	С	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ - 10 У3	0,5	400 / 5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ - 10 У3	0,5	400 / 5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9			
555	Ф-17	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14			
		ТН	А	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05					
		ТН	В	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05			RTU-327 пер. № 19495-03		
		ТН	С	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05					
		ТТ	А	ТЛМ - 10 - 1	0,5	150 / 5	2473-69					
		ТТ	В	-	-	-	-					
		ТТ	С	ТЛМ - 10 - 1	0,5	150 / 5	2473-69					
556	ПТ-2 110 кВ	Счетчик		СЭТ - 4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04				УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03					
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03					
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03					
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200 / 1	23256-05					
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200 / 1	23256-05					
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200 / 1	23256-05					
557	Ф-9	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97					УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05					
		ТН	В	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05					
		ТН	С	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05					
		ТТ	А	ТПЛ - 10	0,5	300 / 5	1276-59					
		ТТ	В	-	-	-	-					
		ТТ	С	ТПЛ - 10	0,5	300 / 5	1276-59					
559	Ф-18	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97	УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТН	А	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69					
		ТН	В	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69					
		ТН	С	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69					
		ТТ	А	ТЛЮ - 10 5 У3	0,2S	150 / 5	25433-03					
		ТТ	В	-	-	-	-					
		ТТ	С	ТЛЮ - 10 5 У3	0,2S	150 / 5	25433-03					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сасово									
560	ПТ-2 110 кВ	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1			23256-05
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1			23256-05
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1			23256-05
		Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1			16666-97
561	ВВ1 10кВ	ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
Чемодановка									
562	ПТ-1 110 кВ	Счетчик	СЭТ - 4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100 / 1			23256-05
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100 / 1			23256-05
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100 / 1			23256-05
		Счетчик		СЭТ - 4ТМ.03	0,2S/0,5	1			27524-04
563	ПТ-2 110 кВ	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100 / 1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100 / 1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100 / 1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Шелухово								
564	Ф-ПГ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	1000/5	1261-59		
565	Т-2 110 кВ	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.16	0,2S/0,5	1	36697-08	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
		ТТ	А	0,2S	100/1	40088-08		
		ТТ	В	0,2S	100/1	40088-08		
		ТТ	С	0,2S	100/1	40088-08		
566	Ф-6	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	НЕТ				
		ТТ	С					
567	Ф-8	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	200/5	1276-59		
568	Ф-5	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,2S	200/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	
569	Т-1 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03.16	0,2S/0,5	1	36697-08	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08			
		ТН	В	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08			
		ТН	С	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08			
		ТТ	А	VAU-123	0,2S	100/1	37850-08			
		ТТ	В	VAU-123	0,2S	100/1	37850-08			
		ТТ	С	VAU-123	0,2S	100/1	37850-08			
		Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97			
570	Ф-7	ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03			
		ТТ	В	-		-	-			
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03			
		Шилово								
		571	φ9	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-			1
ТН	А			НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87			
ТН	В			НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87			
ТН	С			НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87			
ТТ	А			ТОЛ-10	0,2S	300/5	15128-03			
ТТ	В			-		-	-			
ТТ	С			ТОЛ-10	0,2S	300/5	15128-03			
Счетчик				СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04			
572	ПТ-2 110 кВ	ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05			
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05			
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05			
		Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	-		-	-			
573	Обогрев	ТН	В	-		-	-	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	С	-		-	-			
		ТТ	А	ТОП-0,66 У3	0,5	75/5	15174-06			
		ТТ	В	-		-	-			
		ТТ	С	ТОП-0,66 У3	0,5	75/5	15174-06			
		Шилово								

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
574	ф8	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТЛО-10	0,5	300/5	25433-03		
		ТТ						
		ТТ	ТЛО-10	0,5	300/5	25433-03		
575	ПТ-1 110 кВ	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
576	Т-1 35 кВ	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ - 35 УХЛП	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	НАМИ - 35 УХЛП	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	НАМИ - 35 УХЛП	0,5	35000/100	19813-00		
		ТТ	ТОЛ-35	0,2S	150/1	21256-03		
		ТТ	ТОЛ-35	0,2S	150/1	21256-03		
		ТТ	ТОЛ-35	0,2S	150/1	21256-03		
577	Т-2 35 кВ	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ - 35 УХЛП	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	НАМИ - 35 УХЛП	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	НАМИ - 35 УХЛП	0,5	35000/100	19813-00		
		ТТ	ТОЛ-35	0,2S	150/1	21256-03		
		ТТ	ТОЛ-35	0,2S	150/1	21256-03		
		ТТ	ТОЛ-35	0,2S	150/1	21256-03		
578	ф6	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	ТОЛ-10	0,2S	300/5	15128-03		
		ТТ	-		-	-		
		ТТ	ТОЛ-10	0,2S	300/5	15128-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
579	ф7	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97			
		ТН	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87			
		ТН	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87			
		ТН	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87			
		ТТ	ТОЛ-10	0,2S	300/5	15128-03			
		ТТ	В			-			
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,2S	300/5			15128-03
Денежниково									
580	ДПР-1	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	ЗНОМ - 35	0,5	27500 / 100	912-54			
		ТН	ЗНОМ - 35	0,5	27500 / 100	912-54			
		ТН	ЗНОМ - 35	0,5	27500 / 100	912-54			
		ТТ	ТВ 35 - II ХЛ2	0,5	200 / 5	19720-00			
		ТТ	В	ТВ 35 - II ХЛ2	0,5	200 / 5			19720-00
		ТТ	С	-	-	-			
581	ДПР-2	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	ЗНОМ - 35	0,5	27500 / 100	912-54			
		ТН	ЗНОМ - 35	0,5	27500 / 100	912-54			
		ТН	ЗНОМ - 35	0,5	27500 / 100	912-54			
		ТТ	А	ТВ 35 - II ХЛ2	0,5	200 / 5			19720-00
		ТТ	В	ТВ 35 - II ХЛ2	0,5	200 / 5			19720-00
		ТТ	С	-	-	-			
Житово									
582	ф 3ПЭ 10кВ	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	0,5	10000 / 100			20186-05
		ТН	В	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	0,5	10000 / 100			20186-05
		ТН	С	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	0,5	10000 / 100			20186-05
		ТТ	А	ТПОЛ - 10	0,5	100 / 5			1261-59
		ТТ	В	-		-			-
		ТТ	С	ТПОЛ - 10	0,5	100 / 5			1261-59
583	ф 4ПЭ 10кВ	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	0,5	10000 / 100			20186-05
		ТН	В	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	0,5	10000 / 100			20186-05
		ТН	С	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	0,5	10000 / 100			20186-05
		ТТ	А	ТВК - 10	0,5	100 / 5			8913-82
		ТТ	В	-		-			-
		ТТ	С	ТВК - 10	0,5	100 / 5			8913-82

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники								
584	Ф5 ПЭ-10кВ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	0,5	10000 / 100		
		ТН	В	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	0,5	10000 / 100		
		ТН	С	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	0,5	10000 / 100		
		ТТ	А	ТПЛ - 10 У3	0,5	100 / 5		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ - 10 У3	0,5	100 / 5		
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
585	Ф4 ПЭ-10кВ	ТН	А	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	В	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	0,5	10000 / 100		
		ТН	С	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	0,5	10000 / 100		
		ТТ	А	ТПЛ - 10 У3	0,5	100 / 5		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ - 10 У3	0,5	100 / 5		
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	0,5	10000 / 100		
586	Ф3 ПЭ-10кВ	ТН	В	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	С	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	0,5	10000 / 100		
		ТТ	А	ТПЛ - 10 У3	0,5	100 / 5		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ - 10 У3	0,5	100 / 5		
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	0,5	10000 / 100		
		ТН	В	НАМИ - 10 - 95 УХЛ2	0,5	10000 / 100		
587	Ф-4	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5		
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
588	Ф-3	ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5		
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
589	Ф-9	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТІЛІМ-10	75/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТІЛІМ-10	75/5	2363-68		
Лесок								
590	Фидер-6	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТЛП-10	400/5	30709-05		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	400/5	30709-05		
591	Ф-ДОМ	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-		
		ТТ	А	Т-0,66 У3	100/5	71031-18		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	100/5	71031-18		
Листвянка								
592	Фидер-5	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТЛК10-5,6	30/5	9143-01		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК10-5,6	30/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Назаровка								
593	Ф-ДОМ 0.22кВ	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	-		-	-		
		ТН В	-		-	-		
		ТН С	-		-	-		
		ТТ А	T-0,66 УЗ	0,5	200/5	71031-18		
		ТТ В	-		-	-		
		ТТ С	T-0,66 УЗ	0,5	200/5	71031-18		
594	Ф7 10кВ	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ А	ТПЛ-10-М	0,5	20/5	22192-07		
		ТТ В	-		-	-		
		ТТ С	ТПЛ-10-М	0,5	20/5	22192-07		
Нижне-Мальцево								
595	Ф-4	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ В	-		-	-		
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
596	Ф-3	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ В	-		-	-		
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Перевлес									
597	Ф-3-ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-	-	-			-
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5			1276-59
		Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97			20186-00
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00
598	Ф-4-ПЭ	ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97	20186-00		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
599	Посёлок	ТТ	А	Т-0,66 УЗ	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	Т-0,66 УЗ	0,5S	150/5	22656-02		
		Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	20186-00		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
Рыбное									
600	Ф-4 ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12		
		ТН	А	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100			831-69
		ТН	В	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100			831-69
		ТН	С	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100			831-69
		ТТ	А	ТПЛ - 10	0,5	50 / 5			1276-59
		ТТ	В	-	-	-			-
		ТТ	С	ТПЛ - 10	0,5	50 / 5			1276-59
		Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97			20186-00
		ТН	А	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100			831-69
601	Ф-14	ТН	В	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	С	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ - 10	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ - 10	0,5	200 / 5	1276-59		
		Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97	20186-00		
		ТН	А	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	В	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	С	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
602	Ф-12	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	В	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	С	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ - 10	0,5	400 / 5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ - 10	0,5	400 / 5	1276-59		
603	Ф-9	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	В	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	С	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ - 10	0,5	600 / 5	1261-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ - 10	0,5	600 / 5	1261-59		
604	Ф-7	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	В	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	С	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ - 10	0,5	200 / 5	2363-68		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ - 10	0,5	200 / 5	2363-68		
605	Ф-6	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	В	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	С	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ - 10	0,5	300 / 5	2363-68		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ - 10	0,5	300 / 5	2363-68		
606	Ф-3 ПЭ	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9					
Рязск													
608	Ф-19(Ф-20)	Счетчик	ПСЧ - 4ТМ.05МК.00	0,5S/1,0	1	64450-16	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14					
		ТН	А	0,5	10000 / 100	831-69							
		ТН	В	0,5	10000 / 100	831-69							
		ТН	С	0,5	10000 / 100	831-69							
		ТТ	А	ТОЛ - СЭЩ - 10	0,2S	50/5			51623-12				
		ТТ	В	-	-	-			-				
		ТТ	С	ТОЛ - СЭЩ - 10	0,2S	50/5			51623-12				
609	Ф ДПР-1	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97			RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12			
		ТН	А	ЗНОМ - 35	0,5	27500 / 100					912-54		
		ТН	В	ЗНОМ - 35	0,5	27500 / 100					912-54		
		ТН	С	-	-	-					-		
		ТТ	А	ТВ 35 - II ХЛ2	0,5	200 / 5					19720-00		
		ТТ	В	ТВ 35 - II ХЛ2	0,5	200 / 5					19720-00		
		ТТ	С	-	-	-					-		
610	Ф-1 к.с.	Счетчик	ЕА05RAL-BN-4	0,5S/1,0	1	16666-97					RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	ЗНОМ - 35	0,5	27500 / 100							912-54
		ТН	В	ЗНОМ - 35	0,5	27500 / 100							912-54
		ТН	С	-	-	-							-
		ТТ	А	ТВ 35 - II ХЛ2	0,5	800 / 5							19720-00
		ТТ	В	-	-	-							-
		ТТ	С	-	-	-							-
611	Ф-2	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12					
		ТН	А	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100							831-69
		ТН	В	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100							831-69
		ТН	С	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100							831-69
		ТТ	А	ТПЛ - 10	0,5	200 / 5							1276-59
		ТТ	В	-	-	-							-
		ТТ	С	ТПЛ - 10	0,5	200 / 5							1276-59
612	Ф-8	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97			RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12			
		ТН	А	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100							831-69
		ТН	В	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100							831-69
		ТН	С	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100							831-69
		ТТ	А	ТПЛ - 10	0,5	75 / 5							1276-59
		ТТ	В	-	-	-							-
		ТТ	С	ТПЛ - 10	0,5	75 / 5							1276-59

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
613	Ф-12	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	В	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТН	С	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ - 10 - М У2	0,5	200 / 5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ - 10 - М У2	0,5	200 / 5	22192-07		
		Сасово							
614	Ф3-ПЭ 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
		Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	831-53				
ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	831-53				
ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	831-53				
ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59				
616	ВВ2 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Шелухово										
617	Дом	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г- рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12		
		ТН А	-		-	-				
		ТН В	-		-	-				
		ТН С	-		-	-				
		ТТ А	ТОП-0,66	0,5	100/5	15174-06				
		ТТ В	-		-	-				
		ТТ С	ТОП-0,66	0,5	100/5	15174-06				
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97				
618	Ф-3	ТН А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59				
		ТТ В	-		-	-				
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59				
		Шилово								
		619	ф10	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г- рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
ТН А	НАМИ-10			0,5	10000/100	11094-87				
ТН В	НАМИ-10			0,5	10000/100	11094-87				
ТН С	НАМИ-10			0,5	10000/100	11094-87				
ТТ А	ТОЛ-10			0,2S	40/5	15128-03				
ТТ В	-				-	-				
ТТ С	ТОЛ-10			0,2S	40/5	15128-03				

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
620	ф5	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,2S	150/5	30709-05		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,2S	150/5	30709-05		
621	ф4-ПЭ	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
622	ф3-ПЭ	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	40/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	40/5	1276-59		
623	Жилой дом	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	-		-	-		
		ТН	В	-		-	-		
		ТН	С	-		-	-		
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	200/5	22656-02		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	200/5	22656-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Лазарево								
624	ЛЭП-10-Юг	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5		
625	ЛЭП-10-Север	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5		
626	РФ-1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5		
627	РФ-2	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5		
628	ТП-1 110 кВ	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03 М.16	0,2S/0,5	1	1276-59	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3)/(100/√3		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3)/(100/√3		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3)/(100/√3		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
629	ТП-2 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/(100/√3	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/(100/√3	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/(100/√3	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		Плавск							
630	Комбикорм. 3-д	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	150/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	150/5	814-53		
		Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97		
631	Ф.ЛЭП-Юг-10кВ	ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/(100/√3	24218-08		
632	ПТ-1 110 кВ	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/(100/√3	24218-08	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/(100/√3	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
633	РП ППС-Плавск №16	ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/(100/√3	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/(100/√3	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/(100/√3	24218-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
634	Спиртзавод	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПФМУ-10	0,5	200/5	814-53		
		ТТ	В						
		ТТ	С	ТПФМУ-10	0,5	200/5	814-53		
635	ПТ-2 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3)/(100/√3	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3)/(100/√3	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3)/(100/√3	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
636	РП ППС- Плавок №6	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
Ревякино									
639	ПТ-1 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3)/(100/√3	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3)/(100/√3	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3)/(100/√3	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	23256-05		
640	Ф-ЛЭП-Юг- 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	
641	Ф-ЛЭП-Север-10кВ	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15			
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15			
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15			
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68			
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04			
642	ПТ-2 110 кВ	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3)/(100/√3	24218-03			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3)/(100/√3	24218-03			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3)/(100/√3	24218-03			
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1-1	0,2S	100/1	23256-05			
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1-1	0,2S	100/1	23256-05			
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1-1	0,2S	100/1	23256-05			
		Северная								
		643	Ввод-1	Счетчик		ЕА05RAL-Р3В-3	0,5S/-			1
ТН	А			НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
ТН	В			НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
ТН	С			НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
ТТ	А			ТЛЮ-10	0,2S	800/5	25433-08			
ТТ	В			-	-	-	-			
ТТ	С			ТЛЮ-10	0,2S	800/5	25433-08			
Счетчик				ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97			
644	Ф-1 "Маклец"	ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12		
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59			
		Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
645	Ф-3 "ППВ"	ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59			
		Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
646	ПЭ-Урванка	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
647	Ф-2 "Северная"	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
648	Ф-4 "Маклец"	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
649	Ввод-2	Счетчик		ЕА05RAL-BN-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	800/5	25433-08		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	800/5	25433-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Скратово								
650	Плавск-Чернь 110 кВ	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	VAU-123	0,2	110000/√3)/(100/√3	40088-08		
		ТН	VAU-123	0,2	110000/√3)/(100/√3	40088-08		
		ТН	VAU-123	0,2	110000/√3)/(100/√3	40088-08		
		ТТ	VAU-123	0,2S	100/1	37850-08		
		ТТ	VAU-123	0,2S	100/1	37850-08		
		ТТ	VAU-123	0,2S	100/1	37850-08		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
651	Ф-4	ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ						
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
652	Ф-6	ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	ТПФМ-10	0,5	150/5	814-53		
		ТТ						
		ТТ	ТПФМ-10	0,5	150/5	814-53		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
653	ТМ-6/10 кВ	ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ						
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
654	Плавск- Мценск 110 кВ	ТН	VAU-123	0,2	110000/√3)/(100/√3	40088-08	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	VAU-123	0,2	110000/√3)/(100/√3	40088-08		
		ТН	VAU-123	0,2	110000/√3)/(100/√3	40088-08		
		ТТ	VAU-123	0,2S	100/1	37850-08		
		ТТ	VAU-123	0,2S	100/1	37850-08		
		ТТ	VAU-123	0,2S	100/1	37850-08		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	VAU-123	0,2	110000/√3)/(100/√3	40088-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тарусская								
655	Ввод-2-10кВ	Счетчик	ЕА05RAL-P3B-4	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5		
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5		
		Счетчик	ЕА05RAL-P3B-4	0,5S/-	1	16666-97		
656	Ввод-1-10кВ	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5		
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5		
		Счетчик	СЭГ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-12		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3)/(100/√3		
657	Ввод-1 110 кВ	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3)/(100/√3	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3)/(100/√3		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1		
		Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		
658	Ф.ЛЭП-Юг	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5		
		Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		
659	ф.ЛЭП-Север	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5		
		Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9		
660	Ввод-2 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-12				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3)/(100/√3	60353-15				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3)/(100/√3	60353-15				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3)/(100/√3	60353-15				
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	60541-15				
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	60541-15				
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	60541-15				
		Тула									
661	Ф-1 ЛЭП-10	Счетчик		ЕА05RAL-P3B-3	0,5S/-	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59				
		Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97				
662	Ф-5 ЧП Соловьев	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68				
		Счетчик		A1805RALXQV- P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
663	Ф-4 Стройкомплект	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-11М	0,5S	150/5	51623-12				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-11М	0,5S	150/5	51623-12				
		Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97			Ф-3-6 ШЧ-17	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
664	Ф-3-6 ШЧ-17	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	10.май	1276-59				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	10.май	1276-59				
		Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Урванка								
665	Ввод-1	Счетчик	A1R-3-0L-C4-T+	0,2S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-03		
		ТТ	-	-	-	-		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-03		
666	Ф-6 Реалбаза	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	-	-	-	-		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
667	Ф-11 П/я УЮ-400/6	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	-	-	-	-		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
668	Ф-3 Город-3	Счетчик	СЭГ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-12		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ	-	-	-	-		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
669	Ф-9 Реалбаза	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	-	-	-	-		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	150/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
670	Ф-7 Город-7	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03.01	0,5S/1,0	1	27524-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
671	Ввод-2	Счетчик		A1R-3-0L-C4-T+	0,2S/-	1	14555-02		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-03		
672	Ввод-2 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-12		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3)/(100/√3	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3)/(100/√3	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3)/(100/√3	60353-15		
		ТТ	А	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
673	ПЭ Сборная	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
674	Ф-2 Город-2	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03.01	0,5S/1,0	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	400/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	400/5	1261-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
675	Ф-1 Город-1	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03.01	0,5S/1,0	1	27524-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
676	Ввод-1 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-12		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3)/(100/√3	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3)/(100/√3	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3)/(100/√3	60353-15		
		ТТ	А	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
677	Ф-4 Город-4	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-12		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
678	Ф-8 Город-8	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03.01	0,5S/1,0	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
679	Ф-10 Город-10	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03.01	0,5S/1,0	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	400/5	1261-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	400/5	1261-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
680	ПЭ Северная	Счетчик		ЕАО5RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	100/5	1261-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	100/5	1261-59		
Чернь									
681	ВЛ 110кВ Плавск-Чернь	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
682	ВЛ 110кВ Чернь-Клен 2	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-17	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
683	ВЛ 110кВ Чернь-Клен 1	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
684	ВЛ 110кВ Мценск-Чернь	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-17		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Шульгино								
685	Ввод-1	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	A	0,5	35000/√3)/(100/√3	37493-08		
		ТН	В	0,5	35000/√3)/(100/√3	37493-08		
		ТН	С	0,5	35000/√3)/(100/√3	37493-08		
		ТТ	A	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	0,2S	300/1	37491-08		
686	Ввод-2	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	0,5	35000/√3)/(100/√3	37493-08		
		ТН	В	0,5	35000/√3)/(100/√3	37493-08		
		ТН	С	0,5	35000/√3)/(100/√3	37493-08		
		ТТ	A	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	0,2S	300/1	37491-08		
687	Ф-4 Единство	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	A	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	A	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	75/5	1276-59		
688	ЛЭП-10-Юг	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	A	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	A	0,5	20.май	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	20.май	22192-03		
689	Ф-2 Галант	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	A	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	A	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	75/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
690	ЛЭП-10-Север	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	20/5	22192-03		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	20/5	1276-59		
Щекино									
691	Ф-1-ХПП-1	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	100/5	1276-59		
Лазарево									
694	Ввод-2 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3)/(100/√3	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3)/(100/√3	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3)/(100/√3	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
695	РП-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3)/(100/√3	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3)/(100/√3	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3)/(100/√3	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
696	КВ-1	Счетчик		A1R-3-OL-C4	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
697	КВ-2	Счетчик		EA05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
698	ТСН-1	Счетчик		A1R-3-OL-C4	0,2S/-	1	14555-02		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
Плавск									
699	КВ-1	Счетчик		A1R-3-OL-C4	0,2S/-	1	14555-02	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Лазарево								
700	ТСН-2	Счетчик	AIR-3-OL-C4	0,2S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПФМ-10	30/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	30/5	814-53		
		Плавск						
701	Город	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПФМ-10	400/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	400/5	814-53		
		702	Зверосовхоз	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0		
ТН	А			НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
ТН	В			НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
ТН	С			НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
ТТ	А			ТПЛ-10	150/5	1276-59		
ТТ	В			-	-	-		
ТТ	С			ТПЛ-10	150/5	1276-59		
Ревякино								
703	Ф-2	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	75/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
709	Ф-4-10 РРл	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В						
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
Тула									
710	Ф-ЛЭП-10-Юг	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
712	Ввод-4 6кВ	Счетчик		ЕА05RAL-Р3В-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	800/5	25433-03		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	800/5	25433-03		
713	Ввод-3 6кВ	Счетчик		ЕА05RAL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	800/5	25433-03		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	800/5	25433-03		
714	Ввод-2 6кВ	Счетчик		ЕА05RAL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
715	Ввод-1 6кВ	Счетчик		ЕА05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
Урванка									
716	КВА-1	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
717	КВА-2	Счетчик		A1R-3-0L-C4-T+	0,2S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
718	ПЭ Промгипсовая	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-08		
719	ТСН-1	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-СЭЩ-10	0,5	100/5	38202-08		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-СЭЩ-10	0,5	100/5	38202-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Щекино								
720	Ввод-1-6кВ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		
		ТТ	А	ТЛЮ-10 У3	0,2S	800/5		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10 У3	0,2S	800/5		
		Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		
721	Ввод-2-6кВ	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		
		ТТ	А	ТЛЮ-10 У3	0,2S	800/5		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10 У3	0,2S	800/5		
		Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100		
723	ф. 6 - 10 ВЗСМ	ТТ	А	ТПФМ - 10	0,5	100 / 5	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ - 10	0,5	100 / 5		
		Счетчик	СЭТ - 4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50 / 1		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50 / 1		
724	ПТ-1 110 кВ	ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50 / 1	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		Счетчик	СЭТ - 4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50 / 1		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50 / 1		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50 / 1		
		Счетчик	СЭТ - 4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
725	ПТ-2 110 кВ	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50 / 1		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50 / 1		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50 / 1		
		Счетчик	СЭТ - 4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3		
725	ПТ-2 110 кВ	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50 / 1		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50 / 1		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50 / 1		
		Счетчик	СЭТ - 4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50 / 1		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
726	ф. 1 - 10 ВЗСМ	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП - 10 - 2 У2	0,5	100 / 5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП - 10 - 2 У2	0,5	100 / 5	30709-11		
727	ф. 4 - 10 Ввод - 1 ЦРП	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП - 10 - 5 У2	0,5	400 / 5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП - 10 - 5 У2	0,5	400 / 5	30709-11		
728	ф. 3 - 10 Ввод - 2 ЦРП	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП - 10 - 5 У2	0,5	400 / 5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП - 10 - 5 У2	0,5	400 / 5	30709-11		
729	ф. 2 - 10 Комбинат Дубки	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ - 10	0,5	50 / 5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ - 10 У3	0,5	50 / 5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Курск								
730	Ввод-1-35кВ Садовая-Курск	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	NTSM 38 - УХЛП	(35000/√3) / (100/√3)	37493-08		
		ТН	В	NTSM 38 - УХЛП	(35000/√3) / (100/√3)	37493-08		
		ТН	С	NTSM 38 - УХЛП	(35000/√3) / (100/√3)	37493-08		
		ТТ	А	STSM 38 - УХЛП	200 / 1	37491-08		
		ТТ	В	STSM 38 - УХЛП	200 / 1	37491-08		
		ТТ	С	STSM 38 - УХЛП	200 / 1	37491-08		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
731	ФА ПЭ Курск - Свобода	ТН	А	НОМ-10-66 У2	10000 / 100	4947-75	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	В	НОМ-10-66 У2	10000 / 100	4947-75		
		ТН	С	НОМ-10-66 У2	10000 / 100	4947-75		
		ТТ	А	ТЛП-10-5	50 / 5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-5	50 / 5	30709-11		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	NTSM 38 - УХЛП	(35000/√3) / (100/√3)	37493-08		
732	Ввод-2-35кВ Садовая - Курск	ТН	В	NTSM 38 - УХЛП	(35000/√3) / (100/√3)	37493-08		
		ТН	С	NTSM 38 - УХЛП	(35000/√3) / (100/√3)	37493-08		
		ТТ	А	STSM 38	200 / 1	37491-08		
		ТТ	В	ТЛК-СТ-35	200 / 1	58720-14		
		ТТ	С	STSM 38	200 / 1	37491-08		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НОМ-10-66 У2	10000 / 100	4947-75		
		ТН	В	НОМ-10-66 У2	10000 / 100	4947-75		
733	Ф2 ПЭ Курск - Отрешково	ТН	С	НОМ-10-66 У2	10000 / 100	4947-75		
		ТТ	А	ТЛП-10-5	75 / 5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-5	75 / 5	30709-11		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	NTSM 38 - УХЛП	(35000/√3) / (100/√3)	37493-08		
		ТН	В	NTSM 38 - УХЛП	(35000/√3) / (100/√3)	37493-08		
		ТН	С	NTSM 38 - УХЛП	(35000/√3) / (100/√3)	37493-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
734	Ф - 3 10кВ Станционный	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06 - 10 УЗ	10000 /√3 100 /√3	3344-72			
		ТН	В	ЗНОЛ.06 - 10 УЗ	10000 /√3 100 /√3	3344-72			
		ТН	С	ЗНОЛ.06 - 10 УЗ	10000 /√3 100 /√3	3344-72			
		ТТ	А	ТЛК-10-6 УЗ	50/5	9143-01			
		ТТ	В	-	-	-			
		ТТ	С	ТЛК-10-6 УЗ	50/5	9143-06			
		Поныри							
735	ф. 3 - 10 кВ посёлок Поныри	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ - 10	10000 / 100	831-53			
		ТН	В	НТМИ - 10	10000 / 100	831-53			
		ТН	С	НТМИ - 10	10000 / 100	831-53			
		ТТ	А	ТПЛ - 10	400 / 5	1276-59			
		ТТ	В	-	-	-			
		ТТ	С	ТПЛ - 10	400 / 5	1276-59			
		Счетчик	СЭТ - 4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04			
736	ПТ-2 110 кВ	ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	100 / 1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	100 / 1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	100 / 1	23256-05		
		Счетчик	СЭТ - 4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
737	ПТ-1 110 кВ	ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	100 / 1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	100 / 1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	100 / 1	23256-05		
		Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-53		
		ТН	В	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-53		
738	ф. 2 - 10 кВ ПС Маяк	ТН	С	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛМ - 10	0,5	400 / 5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ - 10	0,5	400 / 5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
739	ф. 1 - 10 кВ ПС Маяк	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-53		
		ТН	В	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-53		
		ТН	С	НТМИ - 10	0,5	10000 / 100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛМ - 10	0,5	400 / 5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ - 10	0,5	400 / 5	2363-68		
Свобода									
740	ПТ-2 110 кВ	Счетчик		СЭТ - 4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	100 / 1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	100 / 1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	100 / 1	23256-05		
741	ф. 3 - 10 Ввод - 1 ЦРП Нефтебаза	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ - 10 УЗ	0,5	300 / 5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ - 10 УЗ	0,5	300 / 5	1276-59		
742	ф. 1 - 35 кВ	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ - 35 - 65 У1	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ - 35 - 65 У1	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ - 35 - 65 У1	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТТ	А	ТФН - 35М	0,5	200 / 5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ 35А - У1	0,5	200 / 5	3690-73		
743	ПТ-1 110 кВ	Счетчик		СЭТ - 4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	100 / 1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	100 / 1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	100 / 1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
744	ф. 2 - 10 Ввод - 2 ЦРП Нефтебаза	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛО - 10 -5 У3	0,2S	300 / 5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО - 10 -5 У3	0,2S	300 / 5	25433-03		
Возы									
745	Ввод - 1 10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОФ - 10	0,5	750 / 5	518-50		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОФ - 10	0,5	750 / 5	518-50		
746	Ввод - 2 10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОФ - 10	0,5	750 / 5	518-50		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОФ - 10	0,5	750 / 5	518-50		
747	ф. А - ПЭ Возы - Поньри	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000 / 100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ 10-1 У2	0,5	50 / 5	15128-01		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ 10-1 У2	0,5	50 / 5	15128-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поньры								
748	ф. 6 - 10 кВ Станционный	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000 / 100	831-53		
		ТН	В	0,5	10000 / 100	831-53		
		ТН	С	0,5	10000 / 100	831-53		
		ТТ	А	0,5	75 / 5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	75 / 5	1276-59		
Свобода								
749	ФА - ПЭ Возы	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000 / 100	20186-00		
		ТН	В	0,5	10000 / 100	20186-00		
		ТН	С	0,5	10000 / 100	20186-00		
		ТТ	А	0,5	50 / 5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	50 / 5	1276-59		
Глазуновка								
750	ВЛ 110кВ Глазуновка- Возы	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	В	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	С	0,2S	400/1	23256-05		
751	Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	0,5	150/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	150/5	22192-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
752	ВЛ 110кВ Глазуновка- Новополево	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
753	Ф4-10	ТН	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	ТПЛ-10-М	0,5	150/5	22192-07		
		ТТ	-	-	-	-		
		ТТ	ТПЛ-10-М	0,5	150/5	22192-07		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
754	ВЛ 110кВ Глазуновка- Ст.Колодезь	ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
755	Ф2-10	ТН	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-07		
		ТТ	-	-	-	-		
		ТТ	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-07		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
756	ВЛ 110кВ Глазуновка- Поньри	ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
757	Ф3-10	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
758	Ф6-10 Резерв	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-07		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-07		
759	Ф2ПЭ Малоархангельск	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	40/5	22192-07		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	40/5	22192-07		
Змиевка									
760	Ф1-10	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
761	Ф3-10	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
762	Ф2-10	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
763	ПТ-2 110кВ	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
764	Ф4-10	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
765	ПТ-1 110кВ	Счетчик		ЕА02RAL-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
766	Ф7-10	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9							
767	Ф1ПЭ Становой Колодезь	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12							
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69									
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69									
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69									
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59									
		ТТ	В	-	-	-	-									
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59									
Мценск																
768	Ф3-10 ТП-8	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12							
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69									
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69			831-69						
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69			831-69						
		ТТ	А	ТОЛ-10-I	0,5	50/5	7069-07			7069-07						
		ТТ	В	-	-	-	-			-						
		ТТ	С	ТОЛ-10-I	0,5	50/5	7069-07			7069-07						
769	Ввод-2 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97			ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12					
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87					11094-87				
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87					11094-87				
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87					11094-87				
		ТТ	А	ТПОФ-10	0,5	1000/5	518-50					518-50				
		ТТ	В	-	-	-	-					-				
		ТТ	С	ТПОФ-10	0,5	1000/5	518-50					518-50				
770	Ввод-1 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97					ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69							831-69		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69							831-69		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69							831-69		
		ТТ	А	ТПОФ-10	0,5	1000/5	518-50							518-50		
		ТТ	В	-	-	-	-							-		
		ТТ	С	ТПОФ-10	0,5	1000/5	518-50							518-50		
771	Ф4-10 Меркурий (на ЭЧЭ ф6)	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97							ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87									11094-87
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87									11094-87
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87									11094-87
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-07									22192-07
		ТТ	В	-	-	-	-									-
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-07									22192-07

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
772	Ф2ПЭ Отрада	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
773	Ф5-10 Меркурий	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТОЛ-10-	0,5	50/5	15128-01		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-	0,5	50/5	15128-01		
774	Ф6-10 Ст. Мценск	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
Орел									
775	Ф-2	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	400/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	400/5	22192-07		
776	ВВ-1	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТТ	А	ТПОЛ10	0,5	1500/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
777	Ф-1	Счетчик		ЕАО5RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53		
778	Ф-3	Счетчик		ЕАО5RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	400/5	1276-59		
779	Ф-6	Счетчик		ЕАО5RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-07		
780	ВВ-2	Счетчик		ЕАО5RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	1500/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	1500/5	1856-63		
781	Ф-4	Счетчик		ЕАО5RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ограда								
783	Ф-Б	Счетчик	ЕАО5RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-07		
		ТТ	-		-	-		
		ТТ	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-07		
784	Ввод-35кВ Т2	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М	0,5S/1,0	1	36697-17		
		ТН	НАМИ - 35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09		
		ТН	НАМИ - 35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09		
		ТН	НАМИ - 35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09		
		ТТ	ТЛ-ЭК-35	0,5	30/5	62786-15		
		ТТ	ТЛ-ЭК-35	0,5	30/5	62786-15		
		ТТ	ТЛ-ЭК-35	0,5	30/5	62786-15		
785	Ф-3 Сахарный завод	Счетчик	ЕАО5RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТПЛ10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	-		-	-		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
786	Ф-9	Счетчик	ЕАО5RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-07		
		ТТ	-		-	-		
		ТТ	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-07		
787	Ввод-35кВ 1Г	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М	0,5S/1,0	1	36697-17	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ - 35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09		
		ТН	НАМИ - 35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09		
		ТН	НАМИ - 35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09		
		ТТ	ТЛ-ЭК-35	0,5	30/5	62786-15		
		ТТ	ТЛ-ЭК-35	0,5	30/5	62786-15		
		ТТ	ТЛ-ЭК-35	0,5	30/5	62786-15		

УСБ-3
рег. №
51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
788	Ф-7	Счетчик		ЕАО5RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
789	Ввод-2-10кВ	Счетчик		ЕАО5RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ССБ-1Г рег. № 58301-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	1000/5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	1000/5	30709-11		
790	Ф-4 Комплекс МПХ	Счетчик		ЕАО5RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 19495-03	
		ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
791	Ф-10-10 Сахарный завод	Счетчик		ЕАО5RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Становой Колодезь								
792	ПТ-2	Счетчик		ЕА02RAL-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97	
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТТ	А	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05	
		ТТ	В	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05	
		ТТ	С	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05	
793	Ф-3	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69	
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-07	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-07	
794	Ф-1	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69	
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68	
795	Ф-2	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69	
		ТТ	А	ТПФМУ-10	0,5	100/5	814-53	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПФМУ-10	0,5	100/5	814-53	
796	Ф-А	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69	
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	40/5	22192-07	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	40/5	22192-07	

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
797	ПТ-1	Счетчик		ЕА02RAL-РЗВ-4	0,2S/-	1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТЕМО-110УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
798	Ф-4	ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
799	Ф-5	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		Глазуновка							
800	ПТ-1 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТЕМО-110УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ограда								
801	Ввод-1-110кВ	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-17	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
Змиевка								
802	Ввод-1 10кВ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	ТПОФ-10	0,5	1000/5	518-50		
		ТТ	-	-	-	-		
		ТТ	ТПОФ-10	0,5	1000/5	518-50		
Орел								
803	Ввод-1-110 кВ	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-17	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
804	Ввод-2-110 кВ	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-17	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
805	Ф-7	Счетчик	ЕА05RL-РІВ-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12		
		ТН	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49				
		ТН	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49				
		ТН	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49				
		ТТ	ТПІМ-10	0,5	40/5	2363-68				
		ТТ	В	-	-	-				
		ТТ	ТПІМ-10	0,5	40/5	2363-68				
		Счетчик	ЕА05RL-РІВ-3	0,5S/-	1	16666-97				
806	Ф-5 ПЭ	ТН	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49				
		ТН	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49				
		ТН	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49				
		ТТ	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49				
		ТТ	А	ТВІМ-10	0,5	50/5	1856-63			
		ТТ	В	-	-	-				
		ТТ	С	ТВІМ-10	0,5	50/5	1856-63			
		Счетчик	ЕА05RL-РІВ-3	0,5S/-	1	16666-97				
807	КВ-3	ТН	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49				
		ТН	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49				
		ТН	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49				
		ТТ	А	ТПОЛ10	0,5	800/5	1261-59			
		ТТ	В	-	-	-				
		ТТ	С	ТПІМ-10	0,5	800/5	2363-68			
		Отрада								
		808	Ввод-2-110кВ	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-17	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
ТН	А			НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
ТН	В			НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
ТН	С			НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
ТТ	А			ТБМО-110УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05			
ТТ	В			ТБМО-110УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мценск								
810	ПВ2-10	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	0,5	750/5	518-50		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,5	750/5	518-50		
			ТПОФ-10					
Бабынино								
811	Ф2-10 кВ Бабынинский РЭС	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В		-	-		
		ТТ	С	0,5	200/5	1276-59		
			ТПЛ-10 У3					
812	Ф5-10 кВ Бабынинский РЭС	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,5	75/5	814-53		
		ТТ	В		-	-		
		ТТ	С	0,5	75/5	814-53		
			ТПФМ-10					
813	Ф10-10 кВ Бабынинский РЭС	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В		-	-		
		ТТ	С	0,5	100/5	1276-59		
			ТПЛ-10 У3					

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
814	Ф9-10 кВ Бабынинский РЭС	Счетчик		ЕАО5RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10с-У3	0,5	100/5	29390-10		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10с-У3	0,5	100/5	29390-10		
815	Ф12-10 кВ Бабынинский РЭС	Счетчик		ЕАО5RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
816	ПТ-1 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
817	Ф8-10 кВ Бабынинский РЭС	Счетчик		ЕАО5RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
818	Ф3-10 кВ Бабынинский РЭС	Счетчик		ЕАО5RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		

УСБ-3
рег. №
51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
819	Ф4-10 кВ Бабынинский РЭС	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПФМУ-10	0,5	75/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМУ-10	0,5	75/5	814-53		
820	Ф2-35 кВ Бабынино- Акулово	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-17		
		ТН	А	ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV УХЛ1	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТН	В	ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV УХЛ1	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТН	С	ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV УХЛ1	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТТ	А	ТЛ-ЭК-35 М1С УХЛ1	0,2S	200/5	62786-15		
		ТТ	В	ТЛ-ЭК-35 М1С УХЛ1	0,2S	200/5	62786-15		
		ТТ	С	ТЛ-ЭК-35 М1С УХЛ1	0,2S	200/5	62786-15		
821	Ф11-10 кВ Бабынинский РЭС	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10 У3	0,2S	75/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10 У3	0,2S	75/5	25433-03		
822	ПТ-2 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Балабаново								
823	Ф6 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТЛЮЛ-10 У3	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	-	-	-	-		
		ТТ	ТЛЮЛ-10 У3	0,5	600/5	1261-59		
825	Ф14 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТЛК-10	0,5	600/5	9143-83		
		ТТ	-	-	-	-		
		ТТ	ТЛК-10	0,5	600/5	9143-83		
826	Ф12 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТЛЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	-	-	-	-		
		ТТ	ТЛЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
827	Ввод-1-10кВ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5S	1500/5	25433-03		
		ТТ	-	-	-	-		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5S	1500/5	25433-03		
828	Ф2 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТЛЮ-10 У3	0,5	150/5	25433-03		
		ТТ	-	-	-	-		
		ТТ	ТЛЮ-10 У3	0,5	150/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
829	Ф9 10 кВ	Счетчик		ЕАО5RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
830	Ввод-2-10кВ	Счетчик		ЕАО5RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	1500/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	1500/5	25433-03		
831	Ф4 10 кВ	Счетчик		ЕАО5RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
832	Ф7 10 кВ	Счетчик		ЕАО5RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛЮ-10 6 У3	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10 6 У3	0,2S	200/5	25433-03		
833	Ф10 10 кВ	Счетчик		ЕАО5RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛЮ-10 6 У3	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10 6 У3	0,2S	200/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
834	ПТ-1 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
835	Ф1 10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
836	Ф11 10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ССБ-1Г пер. № 58301-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	200/5	25433-03		
837	ПТ-2 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
838	Ф5 10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9		
839	Ф8 10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59				
		Березовский									
840	Ф-4	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТВК-10 УХЛ3	0,5	50/5	8913-82				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТВК-10 УХЛ3	0,5	50/5	8913-82				
		Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
841	Ф-2	ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14		
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59				
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-17				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
842	ПТ-2 110 кВ	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТТ	А	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05				
		ТТ	В	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05				
		ТТ	С	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05				
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
843	ПТ-1 110 кВ	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТТ	А	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05				
		ТТ	В	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05				
		ТТ	С	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05				
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
844	Ф-3	Счетчик		ЕАО5RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
845	Ф-1	Счетчик		ЕАО5RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
846	Ввод-1 ВЛ 110кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
847	Ф-2-35кВ	Счетчик		ЕАО5RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛП	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛП	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛП	0,5	35000/100	19813-00		
		ТТ	А	ТФ3М-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФ3М-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9						
855	Ф-4	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14						
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05								
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05								
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	75/5	25433-03								
		ТТ	В	-	-	-	-								
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	75/5	25433-03								
857	Ф-9	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97					RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05								
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05								
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05								
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-03								
		ТТ	В	-	-	-	-								
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-03								
858	Ф-10	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97							RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05								
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05								
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05								
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59								
		ТТ	В	-	-	-	-								
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59								
859	ПТ-1 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12						
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03								
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03								
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03								
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05								
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05								
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05								
860	Ф-5	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05								
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05								
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05								
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63								
		ТТ	В	-	-	-	-								
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63								

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
861	Ф-8	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		Малоярославец							
862	Ф-8	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59				
864	Ф-3	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-12		
ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15				
ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15				
ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15				
ТТ	А	ТЕМО-110УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05				
ТТ	В	ТЕМО-110УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05				
ТТ	С	ТЕМО-110УХЛ1	0,2S	150/1	23256-11				

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
866	ПТ-2 - 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-12		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ	А	ТЕМО-110УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110УХЛ1	0,2S	150/1	23256-11		
		ТТ	С	ТЕМО-110УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		Обнинское							
869	Ввод-2-10кВ	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛМ-10	0,2S	1500/5	2473-00		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,2S	1500/5	2473-00		
		Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-03				
ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-03				
ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-03				
871	Ввод-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-12		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТЕМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	В	ТЕМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	С	ТЕМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Палки								
872	ф-2 10кВ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	ТОЛ-10-1-1 У2	0,5	50/5	15128-07		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	50/5	15128-07		
873	ф-3 10кВ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	ТОЛ-10-1-1 У2	0,5	50/5	15128-07		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	50/5	15128-07		
874	ПТ-2 110 кВ	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
875	ф-4 10кВ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	200/5	2363-68		
876	ф-2 35кВ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТТ	ТФН -35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	В	НЕТ				
		ТТ	С	0,5	100/5	3690-73		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
877	ф-1 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛО-10-2 У3	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10-2 У3	0,2S	100/5	25433-03		
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
878	ПТ-1 110 кВ	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		Сухиничи							
		879	Ф-8	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-		
ТН	А			НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
ТН	В			НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
ТН	С			НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
ТТ	А			ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
ТТ	В			-	-	-	-		
ТТ	С			ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
Счетчик				ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
880	Ф-10	ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТЛО-10 У3	0,5	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10 У3	0,5	100/5	25433-03		
		Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
881	Ф-3	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		Сухиничи							

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9			
882	Ввод-2 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08					
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08					
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08					
		ТТ	А	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05					
		ТТ	В	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05					
		ТТ	С	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05					
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04					
883	Ввод-1 110 кВ	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03					
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03					
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03					
		ТТ	А	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05					
		ТТ	В	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05					
		ТТ	С	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05					
		Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97					
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69					
884	Ф-9	ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69					
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69					
		ТТ	А	ТЛЮ-10 УЗ	0,5	75/5	25433-06					
		ТТ	В	-	-	-	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10 УЗ	0,5	75/5	25433-06					
		Суходрев										
		Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97					
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
886	ф-5	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	150/5	25433-03					
		ТТ	В	-	-	-	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	150/5	25433-03					
		Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97					
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
888	ф-12	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53					
		ТТ	В	-	-	-	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53					
		Суходрев										
		Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/-	1	16666-97					
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
889	ф-4	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	150/5	814-53		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	150/5	814-53		
890	ф-8	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
891	ПТ-1 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-УЭТМ-110-III УХЛ1	0,2S	100/1	53971-13		
		ТТ	В	ТРГ-УЭТМ-110-III УХЛ1	0,2S	100/1	53971-13		
		ТТ	С	ТРГ-УЭТМ-110-III УХЛ1	0,2S	100/1	53971-13		
892	ф-10	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
893	ПТ-2 110 кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9		
894	ф-2	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	100/5	25433-03				
		ТТ	В	-		-	-				
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	100/5	25433-03				
		Тихонова Пустынь									
895	Ф-10 СО Селикционер	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59				
		ТТ	В	-		-	-				
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59				
		Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97				
896	Ф-5 СО "Дубрава"	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68				
		ТТ	В	-		-	-				
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68				
		Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
897	Ввод-1-10кВ	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59				
		ТТ	В	-		-	-				
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59				
		Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
898	Ввод-2-10кВ	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	600/5	25433-03				
		ТТ	В	-		-	-				
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	600/5	25433-03				
		Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9						
899	Ф-9 СО "Космос"	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12							
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05								
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05								
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05								
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59								
		ТТ	В	-	-	-	-								
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59								
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-17								
901	Ввод-1 110 кВ	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08								
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08								
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08								
		ТТ	А	ТЕМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11								
		ТТ	В	ТЕМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11								
		ТТ	С	ТЕМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11								
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-17								
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08								
902	Ввод-2 110 кВ	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08								
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08								
		ТТ	А	ТЕМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11								
		ТТ	В	ТЕМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11								
		ТТ	С	ТЕМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11								
		Брянск Восточный													
		903	Фокинск. ЛЭП 1	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-					1	16666-97	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
				ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5					35000/100	19813-00		
ТН	В			НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00								
ТН	С			НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00								
ТТ	А			ТФНД-35М	0,5	600/5	3689-73								
ТТ	В			-	-	-	-								
ТТ	С			ТФНД-35М	0,5	600/5	3689-73								
Счетчик				ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97								
904	Ф-603	ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	6000/100	20186-05								
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	6000/100	20186-05								
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	6000/100	20186-05								
		ТТ	А	ТВК-10 УХЛ3	0,5	150/5	8913-82								
		ТТ	В	-	-	-	-								
		ТТ	С	ТВК-10 УХЛ3	0,5	150/5	8913-82								
		Брянск Восточный													
		903	Фокинск. ЛЭП 1	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-					1	16666-97	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
ТН	А			НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00								
ТН	В			НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00								
ТН	С			НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00								
ТТ	А			ТФНД-35М	0,5	600/5	3689-73								
ТТ	В			-	-	-	-								
ТТ	С			ТФНД-35М	0,5	600/5	3689-73								
Счетчик				ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97								
904	Ф-603	ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	6000/100	20186-05								
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	6000/100	20186-05								
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	6000/100	20186-05								
		ТТ	А	ТВК-10 УХЛ3	0,5	150/5	8913-82								
		ТТ	В	-	-	-	-								
		ТТ	С	ТВК-10 УХЛ3	0,5	150/5	8913-82								
		Брянск Восточный													
		903	Фокинск. ЛЭП 1	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-					1	16666-97	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
ТН	А			НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00								
ТН	В			НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00								
ТН	С			НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00								
ТТ	А			ТФНД-35М	0,5	600/5	3689-73								
ТТ	В			-	-	-	-								
ТТ	С			ТФНД-35М	0,5	600/5	3689-73								
Счетчик				ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97								

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
905	Ф-608	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-11 У2	0,5S	150/5	32139-06		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-11 У2	0,5S	150/5	32139-06		
906	Ф-607	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ССВ-1Г пер. № 58301-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВК-10 УХЛ3	0,5	100/5	8913-82		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТВК-10 УХЛ3	0,5	100/5	8913-82		
907	Ф-604	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	УСВ-3 пер. № 51644-12	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВК-10 УХЛ3	0,5	150/5	8913-82		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТВК-10 УХЛ3	0,5	150/5	8913-82		
908	Фокинск. ЛЭП 2	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB- DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	УСВ-3 пер. № 51644-12	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТТ	А	STSM 38 УХЛ1	0,2S	600/1	37491-08		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	STSM 38 УХЛ1	0,2S	600/1	37491-08		
909	Ф-605	Счетчик		ЕА05RAL-P3B-3	0,5S/-	1	16666-97	УСВ-3 пер. № 51644-12	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-8.2-2 У2	0,5	600/5	47959-16		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-8.2-2 У2	0,5	600/5	47959-16		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
910	ПТ-2 110 кВ	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТТ	А	ТБМО-110УХЛ1	150/1	23256-05				
		ТТ	В	ТБМО-110УХЛ1	150/1	23256-05				
		ТТ	С	ТБМО-110УХЛ1	150/1	23256-05				
		Счетчик	A1802RALXQV-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06				
911	ПТ-1 110 кВ	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТТ	А	ТБМО-110УХЛ1	150/1	23256-05				
		ТТ	В	ТБМО-110УХЛ1	150/1	23256-05				
		ТТ	С	ТБМО-110УХЛ1	150/1	23256-05				
		Жуковка								
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/-	1	16666-97				
912	РТЗАРП	ТН	А	-	-	-				
		ТН	В	-	-	-				
		ТН	С	-	-	-				
		ТТ	А	Т-0,66 У3	75/5	22656-02				
		ТТ	В	Т-0,66 У3	75/5	22656-02				
		ТТ	С	Т-0,66 У3	75/5	22656-02				
913	ПЭ Рославль 10 кВ	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14		
		ТН	А	НАМИ-10-95-УХЛ 2	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95-УХЛ 2	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95-УХЛ 2	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТПЛМ-10	50/5	2363-68				
		ТТ	В	-	-	-				
		ТТ	С	ТПЛМ-10	50/5	2363-68				
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06				
914	ПТ-110 кВ нов.	ТН	А	VAU-123	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08				
		ТН	В	VAU-123	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08				
		ТН	С	VAU-123	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08				
		ТТ	А	VAU-123	150/1	40088-08				
		ТТ	В	VAU-123	150/1	40088-08				
		ТТ	С	VAU-123	150/1	40088-08				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
915	ТСН резерв.	Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/-	1	16666-97			
		ТН	А		-	-			
		ТН	В		-	-			
		ТН	С		-	-			
		ТТ	А	ТОП-0,66	200/5	15174-01			
		ТТ	В	ТОП-0,66	200/5	15174-01			
		ТТ	С	ТОП-0,66	200/5	15174-01			
Навля									
916	ПТ-2 110 кВ нов.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТТ	А	ТЕМО-110УХЛП	0,2S	200/1			23256-11
		ТТ	В	ТЕМО-110УХЛП	0,2S	200/1			23256-11
		ТТ	С	ТЕМО-110УХЛП	0,2S	200/1			23256-11
917	ПТ-1 110 кВ нов.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТТ	А	ТЕМО-110УХЛП	0,2S	200/1			23256-11
		ТТ	В	ТЕМО-110УХЛП	0,2S	200/1			23256-05
		ТТ	С	ТЕМО-110УХЛП	0,2S	200/1			23256-05
918	Ф-2 35 кВ	Счетчик	EA05RAL-BN-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛП	0,5	35000/100			19813-09
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛП	0,5	35000/100			19813-09
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛП	0,5	35000/100			19813-09
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	300/5			3689-73
		ТТ	В	-	-	-			-
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	300/5			3689-73
919	Ф-4 35 кВ	Счетчик	EA05RAL-BN-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛП	0,5	35000/100			19813-09
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛП	0,5	35000/100			19813-09
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛП	0,5	35000/100			19813-09
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	300/5			3689-73
		ТТ	В	-	-	-			-
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	300/5			3689-73

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Холмечи								
920	Ф-2 10кВ	Счетчик	ЕАО5RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	75/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	75/5	1856-63		
921	ПТ-2 110 кВ нов	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
922	Ф-1 10 кВ	Счетчик	ЕАО5RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95-УХЛ 2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	50/5	1276-59		
923	ПТ-1 110 кВ нов	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Вязьма								
924	Ввод-2 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТЛЮ-10-3 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	ТЛЮ-10-3 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
925	Ф8-10 С/О Локомотив	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТЛЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	ТЛЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		
926	Ввод Т-3	Счетчик	ЕА05RAL-BN-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	-	-	-		
		ТТ	А	0,5	400/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	ТОЛ-СВЭЛ-35 III	0,5S	400/5	51517-12		
927	Ввод-2 ВЛ 110 кВ Восток- Вязьма-1 (ВЛ-827)	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-12		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	0,2S	300/1	23256-11		
		ТТ	В	0,2S	300/1	23256-11		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	300/1	23256-11		
928	Ф-7 10 С/Х	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТТ	А	0,5	300/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	300/5	1856-63		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
929	Ввод-1 ВЛ 110 кВ Восток- Вязьма-1 (ВЛ- 126)	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-12	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	300/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	300/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	300/1	23256-11		
		Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
931	Ф-3 10 ЭЧС-55 Эл. станция	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15	УСВ-3 рег. № 51644-12	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		Счетчик		ЕА05RAL-P3B-4	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
932	Ввод Т-4	ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70	RTU-327 рег. № 19495-03	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	400/5	3689-73		
		ТТ	В						
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	400/5	3689-73		
		Счетчик		А1R-3-0L-C25-T+	0,2S/-	1	14555-02		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
933	Ф-5 10 ж.д. узел	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
934	Ввод-1-10 кВ	ТТ	А	ТЛЮ-10-3 У3	0,2S	1000/5	25433-03	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10-3 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТТ	А	ТЛЮ-10-3 У3	0,2S	1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Издешково												
940	ПТ-2 110 кВ	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14				
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05						
		ТТ	В	-	-	-						
		ТТ	С	-	-	-						
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04						
941	ПТ-1 110 кВ	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03						
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03						
		ТТ	А	0,2S	150/1	23256-05						
		ТТ	В	-	-	-						
		ТТ	С	-	-	-						
		Мещерская										
		942	Ф-3	Счетчик	ЕА05RAL-Р3В-3	0,5S/1,0			1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2			0,5	10000/100	60002-15						
ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2			0,5	10000/100	60002-15						
ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2			0,5	10000/100	60002-15						
ТТ	А			0,5	100/5	1276-59						
ТТ	В			-	-	-						
ТТ	С			0,5	100/5	1276-59						
Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3			0,5S/1,0	1	16666-97						
943	Ф-1	ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15						
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15						
		ТТ	А	0,5	100/5	1276-59						
		ТТ	В	-	-	-						
		ТТ	С	0,5	100/5	1276-59						
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04						
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03						
944	ПТ-2 110 кВ	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03						
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03						
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03						
		ТТ	А	0,2S	100/1	23256-05						
		ТТ	В	0,2S	100/1	23256-05						
		ТТ	С	0,2S	100/1	23256-05						
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04						
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03						

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
945	Ф-ПЭ-2	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
946	ПТ-1 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110УХЛ	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110УХЛ	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110УХЛ	0,2S	100/1	23256-05		
Милохово									
947	ДПР-1	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОМ-35-65У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	50/5	26417-04		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35А-У1	0,5	50/5	26417-04		
948	ТП-3 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ	А	ТЕМО-110УХЛ	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110УХЛ	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110УХЛ	0,2S	200/1	23256-05		
949	ТП-1,2 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-17	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110УХЛ	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
950	ТП-4 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ	А	ТБМО-110УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	-		-	-		
Ракитная									
951	ДПР-1	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-		-	-		
		ТТ	А	ТФН -35М	0,5	75/5	3690-73		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТФН -35М	0,5	75/5	3690-73		
952	ДПР-2	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОМ-35-65У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-		-	-		
		ТТ	А	ТФН -35М	0,5	75/5	3690-73		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТФН -35М	0,5	75/5	3690-73		
953	Т-3 Ввод-1- 27,5 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-BN-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ-35-65У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-		-	-		
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1 У1	0,5	400/5	3689-73		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	400/5	3689-73		
954	Ввод-1 ВЛ 110 кВ Талашкино- КС-3-1	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-17		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТБМО-110УХЛП	0,2S	600/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110УХЛП	0,2S	600/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110УХЛП	0,2S	600/1	23256-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
955	Т-3 Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-BN-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОМ-35-65У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	-			-		
		ТТ	ТФНД-35М	0,5	400/5	3689-73		
		ТТ	В		-	-		
		ТТ	С	0,5	400/5	3689-73		
956	Т-4,5 Ввод-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-BN-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С		-	-		
		ТТ	А	0,5	750/5	3186-72		
		ТТ	В	0,5	750/5	3186-72		
		ТТ	С	0,5	750/5	3186-72		
957	Т-1,2 Ввод-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-BN-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОМ-35-65У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С		-	-		
		ТТ	А	0,5	750/5	3186-72		
		ТТ	В	0,5	750/5	3186-72		
		ТТ	С	0,5	750/5	3186-72		
958	Ввод-2 ВЛ 110 кВ Талашкино-КС-3-2	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-17		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	0,2S	600/1	23256-11		
		ТТ	В	0,2S	600/1	23256-11		
		ТТ	С	0,2S	600/1	23256-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Серго-Ивановская								
959	ПТ-2 110 кВ	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		Счетчик	ЕА05RAL-PЗВ-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
960	Ф1ПЭ Мешёрская	ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	ЕА05RL-P1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТПЛУ-10	0,5	200/5	1276-59		
961	Ф2-10 С/Х	ТТ	В	-	-	-	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТПЛУ-10	0,5	200/5	1276-59		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		Счетчик	ЕА05RAL-PЗВ-3	0,5S/-	1	16666-97		
962	ПТ-1 110 кВ	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		Счетчик	ЕА05RAL-PЗВ-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изделие								
964	Ввод-1 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	С	-	-	-	-	
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	400/5	3689-73	
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	400/5	3689-73	
		ТТ	С	-	-	-	-	
		Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
965	Ввод-2 27,5кВ	ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	С	-	-	-	-	
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	400/5	3689-73	
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	400/5	3689-73	
		ТТ	С	-	-	-	-	
		Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70	
966	Ф-К/С-1	ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	С	-	-	-	-	
		ТТ	А	ТВ-35 II Х/Л2	0,5	600/5	3186-72	
		ТТ	В	ТВ-35 II Х/Л2	0,5	600/5	3186-72	
		ТТ	С	-	-	-	-	
		Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70	
967	Ф-К/С-4	ТН	С	-	-	-	-	
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	400/5	3690-73	
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	400/5	3690-73	
		ТТ	С	-	-	-	-	
		Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	С	-	-	-	-	
968	Ф-К/С-5	ТТ	А	ТФН-35М	0,5	400/5	3690-73	
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	400/5	3690-73	
		ТТ	С	-	-	-	-	
		Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	С	-	-	-	-	
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	400/5	3690-73	

ЭКОН-3000
рег. №
17049-14

ССВ-1Г
рег. №
58301-14

УСВ-3
рег. №
51644-12

RTU-327
рег. №
19495-03

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
969	ДПР-2	Счетчик		ЕАО5RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-		-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	75/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	75/5	3690-73		
		ТТ	С	-		-	-		
970	ДПР-1	Счетчик		ЕАО5RL-P1B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-		-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	75/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	75/5	3690-73		
		ТТ	С	-		-	-		
971	Ф-К/С-2	Счетчик		ЕАО5RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-		-	-		
		ТТ	А	ТВ-35 II X/J2	0,5	600/5	3186-72		
		ТТ	В	ТВ-35 II X/J2	0,5	600/5	3186-72		
		ТТ	С	-		-	-		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
972	Зап.Выкл.	Счетчик	ЕАО5RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	-	-	-	-		
		ТТ	ТФН -35М	0,5	600/5	3690-73		
		ТТ	ТФН -35М	0,5	600/5	3690-73		
		ТТ	-	-	-	-		

Примечания

- Допускается замена измерительных трансформаторов, счетчиков, УСПД, УССВ на аналогичные утвержденных типов при условии, что владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 4 метрологических характеристик. Замена оформляется техническим актом в установленном владельцем порядке с внесением изменений в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами на АИИС КУЭ как их неотъемлемая часть.
- Виды измеряемой электроэнергии для ИК № 1-6,8,10-321,34-49,51-67,71-83,85,87-98,101-109,111-119,122-126,129,130,132,134,137-144,147-151,153-163,165-167,170-172,174-192,195-197,200-203,207,208,214,216-226,228-230,235,237-240,243,244,247,249-252,255,256,258,261,263-268,270,275,276,279,281,282,285,287,288,297-305,308-312,315,316,318,321,322,3225,329,335,336,338-340,344,345,347-356,358,360-362,365,367,369-378,380-384,386-389,392-396,398-409,411,412,415,421-426,428-435,437-439,443,447,448,451,454,455,457,459-474,476-479,483-490,492-517,519-523,525,532-544,546,556,560,562,563,565,569,572,573,575-577,584,5991,598,600,605,606,608-610,624,628-630,632-636,639,642,649,650-652,654,657,660,663,668,669,670,672,674,675,679,681,686,691,694,695,701,702,710,713,714-716,723-726,729-733,735-756,758-767,769-772,774,776,779-781,783-792,794-796,798-805,808,810,812-822,826,827,829,832,833-837,839-849,852-855,857-866,869-878,880-884,888-891,893,894,901,902,904,906-908,910,911,913,914,916,917-923,925-929,931,934,936,937-946,948-959,961,962,964-968,971,972 – активная, реактивная; для ИК №4,7,9,32,33,44,68,69,70,84,86,91,99,100,107,110,120,121,127,128,131,133,135,136,145,146,152,164,168,169,173,193,194,198,199,202,204-206,209-213,215,227,231-234,236,241,242,245,246,248,253,254,257,259,260,262,269,271-274,277,278,280,283,289-296,304,306,313,314,317,319,320,323,234,326,327,328,330-334,337,341-343,346,357,359,363,364,366,368,370,391,397,401,407,410,414,416-420,427,434,436,440-442,444-446,449,450,452,453,456,475,480-482,491,518,524,526-531,545,547-555,557-559,561,564,566-568,570,571,574,578-583,585-590,592-597,599,601-604,611-615,617-623,625-627,631,640,641,643-648,653,655,656,658,6595,661,662,6664-667,671,673,680,687-690,696-700,703-709,712,717-721,728,734,757,768,773,775,777,778,793,797,798,806,807,811,823,825,828,830,838,862,879,886,892,895-899,903,905,909,912,915,924,932,933,935,947,960,969,970 – активная.

Таблица 4

Номера ИК	Вид электроэнергии	Границы основной погрешности ($\pm\delta$), %	Границы погрешности в рабочих условиях ($\pm\delta$), %
1	2	3	4
1,511,516,517,519,520,532,533,541,543, 544,576,577	Активная	0,8	2,2
	Реактивная	1,7	4,0
2	Активная	0,8	2,2
	Реактивная	1,5	2,1
3, 5, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 26,27,30, 31, 34 ,35, 36, 37,39,40,41, 42,43, 48, 49, 55,56, 57,94,95, 103, 105, 106, 111, 115, 117, 118, 138, 140, 142, 143, 144, 148, 154, 155, 158, 160, 165, 166, 167, 170, 171, 174, 175, 177, 184, 185, 189, 191, 195, 196, 203, 223, 225, 226, 230, 237, 239, 244, 252, 255, 267, 268, 279, 287, 288, 297, 298, 299, 300, 305, 310, 311, 312, 315, 318, 321, 322, 325, 335, 338, 362, 374, 377, 380, 381, 386, 398, 399, 400, 423, 425, 426, 428, 430, 431, 432, 433, 435, 469, 473, 474, 494, 507, 508, 510, 584, 598, 600, 605, 606, 609, 610, 624, 651, 652, 669, 691, 701, 702, 710,716, 723,726, 729, 731,733, 735, 738, 739, 741, 742,745, 746, 747, 748, 749, 751, 753,755, 758, 759,760, 761,762,764, 766, 767, 769,770,771, 772, 774, 776, 779, 780, 781, 783, 785, 786, 788, 789, 790, 791, 794, 795, 796, 798, 799, 802, 805, 810, 812, 813, 814, 815, 817, 818, 819, 826, 829, 835, 839, 840, 841, 844, 845, 847, 858, 860, 861, 863, 864, 872, 873, 875, 876, 880, 884, 888, 889, 890, 894, 904, 906, 907, 913, 918, 919, 920, 922, 925, 926, 928, 931, 937, 939, 942, 943, 945, 951, 952, 953, 955, 956, 957, 961, 964, 965, 966, 967, 968, 971, 972	Активная	1,2	5,7
	Реактивная	2,5	3,5
45	Активная	1,0	5,0
	Реактивная	2,2	4,4

Продолжение таблицы 4

4,7,9,32,44,50,68,69,70,84,86,91, 100, 107, 110, 120, 121, 127, 131, 145, 146, 168, 169, 173, 193, 194, 199, 202, 204, 205, 206, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 227, 231, 232, 233, 234, 236, 241, 242, 245, 246, 248, 253, 254, 257, 259, 262, 269, 271, 272, 273, 274, 277, 278, 280, 283, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 304, 306, 313, 314, 317, 319, 320, 323, 324, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 337, 341, 342, 343, 346, 357, 359, 363, 364, 366, 368, 379, 391, 397, 401, 407, 410, 414, 416, 417, 418, 420, 427, 434, 436, 440, 441, 442, 444, 445, 446, 449, 450, 452, 453, 456, 475, 480, 482, 491, 524, 528, 530, 531, 545, 547, 549, 550, 553, 554, 555, 557, 564, 566, 567, 580, 581, 582, 583, 585, 586, 587, 588, 589, 592, 594, 595, 596, 597, 601, 602, 603, 604, 611, 612, 613, 614, 615, 618, 621, 622, 625, 626, 627, 631, 640, 641, 644, 645, 646, 647, 648, 653, 658, 659, 661, 662, 664, 666, 667, 673, 680, 687, 688, 689, 690, 696, 697, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 719, 727, 728, 734, 757, 768, 773, 775, 777, 778, 793, 806, 807, 811, 823, 825, 828, 831, 838, 862, 879, 886, 892, 895, 896, 897, 898, 899, 903, 909, 932, 935, 947, 960, 969, 970	Активная	1,2	5,7
14,17,22,24,85, 87,88,89,92, 101, 119, 122, 125, 132, 134, 139, 141, 220, 224, 275, 276, 281, 349, 350, 411, 412, 421, 422, 468, 470, 477, 479, 495, 496, 513, 523, 525, 535, 536, 537, 538, 540, 546, 556, 560, 562, 563, 572, 629, 632, 635, 639, 642, 681, 683, 694, 695, 724, 725, 736, 737, 740, 743, 750, 752, 754, 756, 800, 816, 822, 834, 837, 843, 846, 848, 849, 854, 859, 874, 878, 882, 883, 891, 921, 923, 936, 938, 940, 941, 944, 946, 948, 950, 959, 962	Активная Реактивная	0,5 1,3	1,9 4,0

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4
6,8,28,29, 97, 98, 104, 113, 130, 159, 161, 238, 240, 263, 265, 302, 309, 393, 394, 455, 893, 910, 911, 914, 916, 917	Активная	0,5	1,9
	Реактивная	1,1	2,0
15,19, 20, 47,51, 112, 340, 509, 827, 836	Активная	1,2	5,1
	Реактивная	2,5	4,4
21,23,25, 46, 219, 221, 222, 373, 424, 462, 465, 466, 487, 488	Активная	1,0	5,6
	Реактивная	2,2	3,4
33, 135, 518, 526, 527, 529, 548, 551, 552, 559, 561, 568, 570, 571, 578, 579, 590, 619, 620, 643, 655, 656, 712, 718, 720, 721, 924,973	Активная	1,0	2,8
38, 90, 149, 235, 355, 356, 438, 439, 443, 448, 451, 457, 630, 633, 634, 636, 784, 787	Активная	1,2	5,7
	Реактивная	2,5	4,3
52,53,54,67,73,74,75,76,77,78, 79,80,81,82, 663	Активная	1,2	5,1
	Реактивная	2,5	4,0
58,59,60, 178, 179, 180, 181, 336, 339, 489,732	Активная	0,8	2,2
	Реактивная	1,5	2,1
61,62, 64, 137, 249, 534, 649, 713, 714, 715,744, 821, 832, 833, 853, 855, 857, 869, 870, 877, 881, 934	Активная	1,0	2,8
	Реактивная	1,8	4,0
63	Активная	1,0	2,8
	Реактивная	1,8	3,5
65,66, 83, 188, 190, 207, 208, 250, 251, 264, 266, 344, 345, 387, 476, 521, 522, 539, 628, 650, 654, 682, 684, 801, 803, 804, 808, 820, 842, 852, 901, 902, 949, 954, 958	Активная	0,5	1,9
	Реактивная	1,1	2,0
71,72	Активная	1,2	5,1
	Реактивная	2,5	4,0
93, 151, 153, 156, 157, 162, 163, 182, 183, 217, 218, 282, 285, 301, 308, 347, 348, 351, 352, 353, 354, 365, 367, 375, 376, 395, 396, 404, 405, 447, 454, 458, 471, 472, 478, 483, 484, 685, 686,730, 908	Активная	0,8	2,2
	Реактивная	1,7	4,0

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4
96, 109	Активная	1,2	5,1
	Реактивная	2,5	4,0
99, 830, 905	Активная	1,2	5,1
102, 124, 126, 147, 150, 192, 197, 200, 201, 214, 216, 243, 247, 316, 329, 408, 565, 569, 360, 361, 369, 370, 371, 372, 388, 389, 392, 429, 437, 492, 657, 660, 672, 676, 865, 866, 871, 927, 929,	Активная	0,5	1,9
	Реактивная	1,1	2,0
108, 123, 129, 497, 498, 499, 500, 501, 668, 677	Активная	1,2	5,7
	Реактивная	2,5	4,3
114, 116, 228, 229, 256, 258, 382, 384, 459, 460, 463, 464, 485, 486, 490, 575, 763, 765, 792,	Активная	0,5	1,9
	Реактивная	1,3	4,0
128, 599, 623	Активная	1,0	5,0
133, 152, 164, 481, 593, 617, 912, 915,	Активная	1,0	5,6
136	Активная	1,0	2,9
467	Активная	0,8	2,6
	Реактивная	1,4	4,0
172, 176, 514, 515	Активная	0,5	2,2
	Реактивная	1,1	1,9
186, 187	Активная	1,2	5,1
	Реактивная	2,5	4,4
198, 260, 419, 574,	Активная	1,0	5,6
261, 270, 406, 670, 674, 675, 678, 679	Активная	1,2	5,7
	Реактивная	2,5	3,5
358, 415, 493,	Активная	1,1	5,5
	Реактивная	2,3	2,9
378, 383,	Активная	0,9	5,4
	Реактивная	2,0	2,8

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4
402	Активная	1,0	5,6
	Реактивная	2,1	4,2
403, 409, 573, 591	Активная	1,0	5,0
	Реактивная	2,1	4,4
461	Активная	1,0	5,6
	Реактивная	2,2	4,2
502, 503, 504, 505, 506,	Активная	1,0	3,0
	Реактивная	2,3	2,2
512, 542,	Активная	1,1	5,5
	Реактивная	2,3	3,6
608	Активная	1,0	2,8
	Реактивная	1,8	3,5
665, 671,	Активная	0,8	2,2
		1,7	4,0
698, 699, 700, 717, 933,	Активная	1,1	5,5
797	Активная	0,5	1,9
Пределы допускаемой абсолютной погрешности смещения шкалы времени компонентов АИИС КУЭ, входящих в состав СОЕВ, относительно шкалы времени UTC (SU), ($\pm\Delta$), 5 с		5	
Примечания 1. В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95. 2. Погрешность в рабочих условиях указана для тока $2(5) \% I_{\text{ном}} \cos\varphi = 0,5$ инд и температуры окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электроэнергии от плюс 5 до плюс 35°C. 3. Метрологические характеристики ИК даны для измерений электроэнергии и средней мощности (получасовой).			

Таблица 5 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
1	2
Нормальные условия: параметры сети: - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - коэффициент мощности - частота, Гц температура окружающей среды, °С: - для счетчиков активной энергии ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ 30206-94 - для счетчиков реактивной энергии ГОСТ 31819.23-2012, ГОСТ Р 52425-2005 - ГОСТ 26035-83	от 99 до 101 100 0,87 от 49,85 до 50,15 от +21 до +25 от +21 до +25 от +18 до +22
Рабочие условия: параметры сети: - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - коэффициент мощности, не менее - частота, Гц	от 90 до 110 от 2(5) до 120 0,5 от 49,6 до 50,4
диапазон рабочих температур окружающей среды, °С: - для ТТ и ТН - для счетчиков	от -45 до +40 от +5 до +35
- для УСПД - для сервера, УССВ	от +10 до +25 от +18 до +24
Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов:	
счетчики электроэнергии Альфа А1800: - средняя наработка до отказа, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч	120000 72
счетчики электроэнергии ЕвроАЛЬФА (рег. № 16666-97): - средняя наработка на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч	50000 72
счетчики электроэнергии ЕвроАльфа (рег. № 16666-07): - средняя наработка на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч	80000 72
счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03: - средняя наработка до отказа, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч	90000 72
счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03.М (рег.№ 36697-08): - средняя наработка до отказа, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч	140000 72
счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03.М (рег.№ 36697-12): - средняя наработка до отказа, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч	165000 72
счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03.М (рег.№ 36697-17): - средняя наработка до отказа, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч	220000 72

Продолжение таблицы 5

1	2
УСПД ЭКОМ-3000: - средняя наработка до отказа, ч, не менее	100000
УСПД RTU-327: - средняя наработка до отказа, ч, не менее	40000
сервер синхронизации времени ССВ-1Г: - средняя наработка на отказ, ч, не менее - время восстановления, ч	22000 2
устройство синхронизации времени УСВ-3: - среднее время наработки на отказ, ч - время восстановления, ч	45000 2
Глубина хранения информации счетчики электроэнергии: - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее	45
УСПД: - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электроэнергии по каждому каналу и электроэнергии, потребленной за месяц, сут, не менее при отключенном питании, лет, не менее	45 3
ИВК: - результаты измерений, состояние объектов и средств измерений, лет, не менее	3,5

Надежность системных решений:

- защита от кратковременных сбоев питания сервера, УСПД с помощью источника бесперебойного питания;

- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации-участники оптового рынка электроэнергии с помощью электронной почты и сотовой связи.

В журналах событий фиксируются факты:

- журнал счетчика:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени в счетчике;
- журнал УСПД:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени в счетчиках и УСПД;
 - пропадание и восстановление связи со счетчиком.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - счетчиков электрической энергии;
 - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
 - испытательной коробки;
 - УСПД.
- защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании:
 - счетчиков электрической энергии;

– УСПД.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках электрической энергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована);
- сервере ИВК (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

- о состоянии средств измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:

- измерений 30 мин (функция автоматизирована);
- сбора информации 30 мин (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист формуляра АИИС КУЭ типографским способом. Нанесение знака утверждения типа на средство измерений не предусмотрено.

Комплектность средства измерений

Таблица 6 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
1	2	3
Трансформатор тока	ТРГ-УЭТМ®-110	3
Трансформатор тока	ТОГФ-110	6
Трансформатор тока	ТФНД-110М	3
Трансформатор тока	ТБМО-110 УХЛ1	91
Трансформатор тока	ТБМО-110 УХЛ1	465
Трансформатор тока	ТБМО-110 УХЛ1	12
Трансформатор тока	ТБМО-35 УХЛ1	2
Трансформатор тока	TG 145 УХЛ1	6
Трансформатор тока	VAU-123 УХЛ1	42
Трансформатор тока	AGU-123 УХЛ1	6
Трансформатор тока	WIS WI	3
Трансформатор тока	ТФЗМ-35Б-1У1, ТФНД-35М	19
Трансформатор тока	ТФЗМ-35А У1, ТФН-35М	29
Трансформатор тока	ТФЗМ-35А У1	2
Трансформатор тока	ТВ-35-II	10
Трансформатор тока	ТВ-35	7
Трансформатор тока	ТОЛ-35 III-II	3
Трансформатор тока	ТОЛ-СВЭЛ-35 III	1
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-35	15
Трансформатор тока	ТОЛ-35	6
Трансформатор тока	ТЛ-ЭК	27
Трансформатор тока	ТЛК-СТ-35	1
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЦ-35-IV	15

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Трансформатор тока	GIF	5
Трансформатор тока	STSM 38 УХЛ1	142
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-20	18
Трансформатор тока	4МС7	9
Трансформатор тока	4МС	15
Трансформатор тока	ТЛП-10	40
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10	20
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10	10
Трансформатор тока	ТПЛ-СЭЩ-10	8
Трансформатор тока	ТПЛ-10, ТПЛУ	320
Трансформатор тока	ТПЛМ-10	152
Трансформатор тока	ТПЛ-10-М	45
Трансформатор тока	ТПФМ-10	60
Трансформатор тока	ТЛК-10	28
Трансформатор тока	ТЛК-СТ-10	4
Трансформатор тока	ТПФ-10	2
Трансформатор тока	ТПОФ-10	34
Трансформатор тока	ТЛМ-10	29
Трансформатор тока	ТЛМ-6	6
Трансформатор тока	ТПОЛ-10	174
Трансформатор тока	ТВЛМ-10	30
Трансформатор тока	ТЛО-10	109
Трансформатор тока	ТПЛ-10с	2
Трансформатор тока	ТВК-10	26
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10	27
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10	12
Трансформатор тока	ТОЛ-10	16
Трансформатор тока	ТОЛ-10 УТ2	6
Трансформатор тока	ТОЛ-10-1	47
Трансформатор тока	ТОЛ-10-8.2-2 У2	2
Трансформатор тока	ТПЛ-НТЗ-10	14
Трансформатор тока	Т-0,66 У3	3
Трансформатор тока	Т-0,66 У3	3
Трансформатор тока	Т-0,66 У3	5
Трансформатор тока	Т-0,66-1-У3	2
Трансформатор тока	Т-0,66 У3	4
Трансформатор тока	Т-0,66	7

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Трансформатор тока	ТАТ	6
Трансформатор тока	ТТИ	3
Трансформатор тока	ТОП-0,66 У3	3
Трансформатор тока	ТОП-0,66	7
Трансформатор тока	ТШП-0,66	2
Трансформатор напряжения	НДЕ-М- 110-У1	6
Трансформатор напряжения	НКФ-110	1
Трансформатор напряжения	НКФ-110-57У1	18
Трансформатор напряжения	НКФ110-83У1	14
Трансформатор напряжения	НАМИ-110 УХЛ1	487
Трансформатор напряжения	НАМИ-110 УХЛ1	17
Трансформатор напряжения	VAU-123	42
Трансформатор напряжения	VPU-123	6
Трансформатор напряжения	4MR12	6
Трансформатор напряжения	4MT40,5	2
Трансформатор напряжения	NTSM-38	132
Трансформатор напряжения	SU 170/S	3
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-35 III УХЛ1	3
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-НТЗ-35 УХЛ2	3
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV	13
Трансформатор напряжения	ЗНОМ -35	4
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35-65	28
Трансформатор напряжения	НОМ -35-66	7
Трансформатор напряжения	НАМИ-35 УХЛ1	10
Трансформатор напряжения	НАМИ-35 УХЛ1	4
Трансформатор напряжения	НАМИ-10	24
Трансформатор напряжения	НАМИ-10-95УХЛ2	97
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10-2	1
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	8
Трансформатор напряжения	НАМИТ-6-2 УХЛ2	1
Трансформатор напряжения	НАЛИ-СЭЩ-10	5
Трансформатор напряжения	НАЛИ-НТЗ	2
Трансформатор напряжения	НАЛИ-НТЗ-6	2
Трансформатор напряжения	НТМИ-10	1
Трансформатор напряжения	НТМИ-10	28

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Трансформатор напряжения	НТМИ-10-66	55
Трансформатор напряжения	НТМИ-6	16
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-10	6
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-ЭК-10	6
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-НТЗ-6	3
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-НТЗ-10	3
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-НТЗ-20	6
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-НТЗ-35	3
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП - НТЗ - 20 УХЛ2	6
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ.06-10У3	3
Трансформатор напряжения	НОМ-10-66	9
Трансформатор напряжения	НОЛ. 08 - 10 УТ2	6
Счетчик электроэнергии	ЕвроАЛЬФА (рег. № 16666-97)	596
Счетчик электроэнергии	ЕвроАЛЬФА (рег. № 16666-07)	17
Счетчик электроэнергии	АЛЬФА	8
Счетчик электроэнергии	Альфа А1800 (рег. № 31857-06)	72
Счетчик электроэнергии	Альфа А1800 (рег. № 31857-11)	41
Счетчик электроэнергии	СЭТ-4ТМ.03	118
Счетчик электроэнергии	СЭТ-4ТМ.03М (рег. № 36697-08)	8
Счетчик электроэнергии	СЭТ-4ТМ.03М (рег. № 36697-12)	48
Счетчик электроэнергии	СЭТ-4ТМ.03М (рег. № 36697-17)	35
Счетчик электроэнергии	ПСЧ - 4ТМ.05МК.00	1
Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	14
Устройство сбора и передачи данных	RTU-327	14
Сервер синхронизации времени	ССВ-1Г	1
Устройство синхронизации времени	УСВ-3	1
Формуляр	71319484.411711.001.35.ФО	1

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Московской ЖД - филиала ОАО «РЖД», аттестованной ФГБУ «ВНИИМС», регистрационный номер № RA.RU.311787 в Реестре аккредитованных лиц в области обеспечения единства измерений Росаккредитации.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Московской ЖД - филиала ОАО «РЖД»

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

Правообладатель

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

ИНН 7708503727

Адрес: 107174, г. Москва, Новая Басманная ул., д. 2

Телефон: +7 (499) 262-99-01

Web-сайт: www.rzd.ru

E-mail: info@rzd.ru

Изготовитель

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

ИНН 7708503727

Адрес: 107174, г. Москва, Новая Басманная ул., д. 2

Телефон: +7 (499) 262-99-01

Web-сайт: www.rzd.ru

E-mail: info@rzd.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГБУ «ВНИИМС»)

Адрес: 119631, г. Москва, ул. Озерная, д.46


Телефон: +7 (495) 437-55-77

Факс: +7 (495) 437-56-66

Web-сайт: www.vniims.ru

E-mail: office@vniims.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
Росаккредитации 30004-13



УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «27» декабря 2022 г. № 3290

Регистрационный № 87837-22

Лист № 1
Всего листов 162

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Восточно-Сибирской ЖД – филиала ОАО «РЖД»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Восточно-Сибирской ЖД – филиала ОАО «РЖД» (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни.

Первый уровень - измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс регионального Центра энергоучета (ИВКЭ), реализован на базе устройств сбора и передачи данных (УСПД) основного типа ЭКОМ-3000 и резервного типа RTU327, выполняющих функции сбора, хранения результатов измерений и передачи их на уровень ИВК.

Третий уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК) включает в себя основной и резервный серверы, устройства синхронизации системного времени (УССВ), каналобразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ).

Основной сервер функционирует на базе программного обеспечения (ПО) «ГОРИЗОНТ». Резервный сервер функционирует на базе ПО «Энергия Альфа 2».

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков электроэнергии. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности,

вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы основных и резервных УСПД. С основных УСПД данные передаются по основному каналу связи в основной сервер ИВК, где производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и оформление отчетных документов. В резервных УСПД производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и далее по основному каналу связи данные передаются в резервный сервер ИВК, где происходит оформление отчетных документов.

Допускается передача данных с резервных УСПД с обработкой измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) в основной сервер ИВК. При этом обработка измерительной информации в основном сервере ИВК не производится.

Основной и резервный серверы функционируют независимо друг от друга. Исключение из работы одного из серверов (основного или резервного) из ИК не влияет на функционирование находящегося в работе сервера и АИИС КУЭ в целом.

Основные и резервные УСПД функционируют независимо друг от друга. Исключение из работы основного или резервного УСПД из ИК не влияет на функционирование находящихся в работе УСПД и АИИС КУЭ в целом.

Дальнейшая передача информации от ИВК третьим лицам осуществляется по каналу связи сети Internet в формате XML-макетов в соответствии с регламентами оптового рынка электроэнергии (ОРЭМ).

ИВК также обеспечивает прием измерительной информации от АИИС КУЭ утвержденного типа третьих лиц, получаемой в формате XML-макетов в соответствии с регламентами ОРЭМ в автоматизированном режиме посредством электронной почты сети Internet.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (далее по тексту – СОЕВ), которая охватывает все уровни системы. СОЕВ выполняет законченную функцию измерений времени, имеет нормированные метрологические характеристики и обеспечивает автоматическую синхронизацию времени. Для обеспечения единства измерений используется единое календарное время. В состав СОЕВ входят часы УСПД, счетчиков, ИВК, сервер синхронизации времени ССВ-1Г, устройство синхронизации времени УСВ-3.

Основной сервер ИВК оснащен основным сервером синхронизации времени ССВ-1Г и резервным устройством синхронизации времени УСВ-3. Периодичность сравнения показаний часов между основным сервером ИВК и сервером синхронизации времени осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 1 с (параметр программируемый). В случае отсутствия связи с основным сервером синхронизации времени ССВ-1Г, синхронизация осуществляется от резервного устройства синхронизации времени УСВ-3 не реже 1 раза в сутки.

Резервный сервер ОАО «РЖД» оснащен устройством синхронизации времени УСВ-3.

Сравнение показаний часов осуществляется с периодичностью не реже 1 раза в сутки.

Корректировка времени происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 1 с (параметр программируемый).

Основные и резервные УСПД ОАО «РЖД» синхронизируются от ИВК. Периодичность сравнения показаний часов осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени компонентов АИИС КУЭ происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 2 с (параметр программируемый).

Сравнение показаний часов счетчиков и УСПД (основных и резервных) происходит при каждом сеансе связи счетчик – УСПД. Синхронизация осуществляется при расхождении показаний на величину более чем 2 с.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Нанесение заводского номера на средство измерений не предусмотрено. Средству измерений присвоен заводской номер 01-В-СИБ-2022. Заводской номер указывается в формуляре АИИС КУЭ.

Программное обеспечение

В основном сервере используется ПО «ГОРИЗОНТ»

ПО «ГОРИЗОНТ» используется при учете электрической энергии и обеспечивает сбор, обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом ОРЭМ.

ПО «ГОРИЗОНТ» имеет русифицированный интерфейс пользователя (включая вспомогательные и сервисные функции).

ПО «ГОРИЗОНТ» обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. ПО «ГОРИЗОНТ» обеспечивает работу по защищенным протоколам передачи данных.

Метрологически значимой частью ПО «ГОРИЗОНТ» является библиотека Eac.MetrologicallySignificantComponents.dll.

В резервном сервере используется ПО «Энергия Альфа 2».

ПО «Энергия Альфа 2» используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом ОРЭМ.

ПО обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое ПО «Энергия Альфа 2»

Метрологически значимой частью ПО «Энергия Альфа 2» является файл enalpha.exe.

Идентификационные данные ПО указаны в таблицах 1, 2.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения «ГОРИЗОНТ»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	ГОРИЗОНТ
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 1.13
Цифровой идентификатор ПО (библиотека Eac.MetrologicallySignificantComponents.dll)	54b0a65fcdd6b713b20fff43655da81b
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD 5

Таблица 2 - Идентификационные данные программного обеспечения «Энергия Альфа 2»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Энергия Альфа 2
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 2.0.0.2
Цифровой идентификатор ПО (файл enalpha.exe)	17e63d59939159ef304b8ff63121df60
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD 5

Уровень защиты ПО «ГОРИЗОНТ», ПО «Энергия Альфа 2» «высокий» в соответствии с Рекомендацией Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 3 - Состав измерительных каналов АИИС КУЭ

№ ИК	Наименование ИК	Уровень ИИК					Уровень ИВКЭ	Уровень ИВК		
		Вид СИ	Тип, модификация СИ	Класс точности	Коэффициент трансформации	Рег. №				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Тайшет-Запад										
1	ВЛ-110кВ С59 Тайшет	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14/	ССВ-1Г рег. № 58301-14/		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛП	110000/√3/100/√3	24218-13				
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛП	110000/√3/100/√3	24218-13				
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛП	110000/√3/100/√3	24218-13				
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛП	300/1	23256-11				
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛП	300/1	23256-11				
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛП	300/1	23256-11				
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11				
2	ВЛ-110кВ С61 Решеты	ТН	A	НАМИ-110 УХЛП	110000/√3/100/√3	24218-13	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛП	110000/√3/100/√3	24218-13				
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛП	110000/√3/100/√3	24218-13				
		ТТ	A	ТФЗМ-110 Б IV У1	500/5	32825-11				
		ТТ	B	ТФЗМ-110 Б IV У1	500/5	32825-11				
		ТТ	C	ТФЗМ-110 Б IV У1	500/5	32825-11				
		Облепиха								
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11				
3	ВЛ-110 кВ Замзор	ТН	A	НАМИ-110 УХЛП	110000/√3/100/√3	24218-13	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14/	ССВ-1Г рег. № 58301-14/		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛП	110000/√3/100/√3	24218-13				
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛП	110000/√3/100/√3	24218-13				
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛП	200/1	23256-11				
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛП	200/1	23256-11				
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛП	200/1	23256-11				
		Счетчик	A2R-3AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02				
		ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-00				
4	Линия 3Ф	ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-00	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12		
		ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-00				
		ТТ	A	ТЛП-10-2У3	50/5	30709-06				
		ТТ	B	-	-	-				
		ТТ	C	ТЛП-10-2У3	50/5	30709-06				
		ТТ	C	ТЛП-10-2У3	50/5	30709-06				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Линия 5Ф	Счетчик	A2R2-3AL-C29-T	0,5S/1,0	1	27428-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10-2У3	50/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-2У3	50/5	30709-06		
6	Линия 1Ф	Счетчик	A1802RALXP4GDW3	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПФМ-10	75/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	75/5	814-53		
7	Линия 2Ф	Счетчик	A2R-3OL-C25-T+	0,5S/-	1	14555-02		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	100/5	1276-59		
8	Линия 4Ф	Счетчик	A2R-3OL-C4-T	0,5S/-	1	14555-02		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	75/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	ВЛ-110 кВ Селикатная	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-13		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11		
РЭС-1 Тайшет								
10	ВЛ-35кВ Вв-2Т ЦРП	Счетчик	A1805RALXQ-P4GB-DW	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14/ RTU-327 per. № 19495-03	ССБ-1Г per. № 58301-14/ УСВ-3 per. № 51644-12
		ТН	А	NTSM-38-УХЛ1	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	В	NTSM-38-УХЛ1	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	С	NTSM-38-УХЛ1	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	А	STSM-38-УХЛ1	400/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38-УХЛ1	400/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38-УХЛ1	400/1	37491-08		
Замзор								
11	Линия 5Ф - 10кВ	Счетчик	A2R-3OL-C25-T	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14/ RTU-327 per. № 19495-03	ССБ-1Г per. № 58301-14/ УСВ-3 per. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	150/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12	Линия 1Ф	Счетчик	A2R-3OL-C25-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,2S	75/5			47958-11
		ТТ	В	-	-	-			-
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,2S	75/5			47958-11
13	Линия 2Ф	Счетчик	A2R2-3AL-C29-T+	0,5S/1,0	1	27428-04	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,2S	150/5			47958-11
		ТТ	В	-	-	-			-
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,2S	150/5			47958-11
Рудногорск									
14	Вв 110кВ 1Г	Счетчик	A1802RAL Q-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3			24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3			24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3			24218-08
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1			23256-11
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1			23256-11
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1			23256-11

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Замзор								
15	Линия 6Ф	Счетчик	A2R2-3AL-C29-T+	0,5S/1,0	1	27428-04	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	100/5	1276-59		
16	Линия 7Ф	Счетчик	A2R2-3AL-C29-T+	0,5S/1,0	1	27428-04	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10-01	200/5	51623-12		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10-01	200/5	51623-12		
17	Линия 8Ф	Счетчик	A2R-3OL-C25-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	150/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	150/5	22192-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	ВЛ- Тайшет	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	600/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	600/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	600/1	23256-05		
19	ВЛ- ВРЗ	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	600/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	600/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	600/1	23256-05		
20	ВЛ- Водопад	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	600/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	600/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	600/1	23256-05		
21	ВЛ- Селикатная	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	600/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	600/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	600/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нижнеулинск								
22	8Ф - Сиб	Счетчик	A2R-4-OL-C25-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	400/5	1276-59		
23	Ф - Б Б/К	Счетчик	A2R-4-OL-C25-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	400/5	1276-59		
24	Вв 1Т	Счетчик	A2R-3-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	27500/100	912-70		
		ТН	В	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	27500/100	912-70		
		ТТ	А	ТВ-35	1000/5	46101-10		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТВ-35	1000/5	46101-10		
25	Вв 2Т	Счетчик	A2R-3-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	27500/100	912-70		
		ТН	В	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	27500/100	912-70		
		ТТ	А	ТВ-35П	1000/5	19720-06		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТВ-35П	1000/5	19720-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Худосланская											
27	Вв 110кВ 1Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1			23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1			23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1			23256-11		
Будогово											
28	Вв 110кВ 1Т	Счетчик	A1802RALG-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3			24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3			24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3			24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1			23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1			23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1			23256-11		
29	Вв 110кВ 2Т	Счетчик	A1802RALG-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3					24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3					24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3					24218-08
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1					23256-11
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1					23256-11
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1					23256-11
30	1Ф - 10кВ	Счетчик	A2R-3-OL-C25-Г	0,5S/-	1	14555-02					
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	150/5			1261-02		
		ТТ	В	-	-	-			-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	150/5			1261-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	2Ф - 10кВ	Счетчик	A2R-3-OL-C25-T	0,5S/-	1	14555-02	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ 17049-14/ 1276-59 RTU-327 пер.№ 19495-03 51644-12	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	150/5	1276-59		
		Счетчик	A2R-4-OL-C25-T+	0,5S/-	1	14555-02		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
32	4Ф - 10кВ	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	150/5	1276-59		
		Счетчик	A2R-3-OL-C25-T+	0,5S/-	1	14555-02		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
33	1Ф	ТН	С	ЗНОМ-35-65У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-70	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ 17049-14/ 3689-73 RTU-327 пер.№ 19495-03 51644-12	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	А	ТФНД-35М	600/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТФНД-35М	600/5	3689-73		
		Счетчик	A2R-3-OL-C25-T+	0,5S/-	1	14555-02		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	ТФНД-35М	600/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-		
34	2Ф	ТТ	С	ТФНД-35М	600/5	3689-73		
		Счетчик	A2R-3-OL-C25-T+	0,5S/-	1	14555-02		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	ТФНД-35М	600/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТФНД-35М	600/5	3689-73		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
35	Вв 110кВ 1Г	Счетчик	A1802RALG-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-08				
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11				
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11				
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11				
		Счетчик	A1802RALG-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06				
36	Вв 110кВ 2Г	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-08	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-08				
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11				
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11				
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11				
		Новочунка								
		Счетчик	A1802RL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06				
37	Ф.2	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТЛЮ-10	100/5	25433-08				
		ТТ	В	-	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	100/5	25433-08				
		Тулошка								
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06				
38	Вв 110кВ 1Г	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-08	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-08				
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11				
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11				
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11				
		Тулошка								
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
39	Вв 110кВ 2Т	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12			
		ТН	А						НАМИ-110 УХЛП	110000/√3/100/√3	24218-08
		ТН	В						НАМИ-110 УХЛП	110000/√3/100/√3	24218-08
		ТН	С						НАМИ-110 УХЛП	110000/√3/100/√3	24218-08
		ТТ	А						ТБМО-110 УХЛП	200/1	23256-11
		ТТ	В						ТБМО-110 УХЛП	200/1	23256-11
		ТТ	С						ТБМО-110 УХЛП	200/1	23256-11
Харик											
40	Вв 110кВ 1Т	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12			
		ТН	А						НАМИ-110 УХЛП	110000/√3/100/√3	24218-08
		ТН	В						НАМИ-110 УХЛП	110000/√3/100/√3	24218-08
		ТН	С						НАМИ-110 УХЛП	110000/√3/100/√3	24218-08
		ТТ	А						ТБМО-110 УХЛП	200/1	23256-11
		ТТ	В						ТБМО-110 УХЛП	200/1	23256-11
		ТТ	С						ТБМО-110 УХЛП	200/1	23256-11
41	Вв 110кВ 2Т	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12			
		ТН	А						НАМИ-110 УХЛП	110000/√3/100/√3	24218-08
		ТН	В						НАМИ-110 УХЛП	110000/√3/100/√3	24218-08
		ТН	С						НАМИ-110 УХЛП	110000/√3/100/√3	24218-08
		ТТ	А						ТБМО-110 УХЛП	200/1	23256-11
		ТТ	В						ТБМО-110 УХЛП	200/1	23256-11
		ТТ	С						ТБМО-110 УХЛП	200/1	23256-11

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Вв 1РПТ	Счетчик	A2R2-3-AL-C29-T	0,5S/1,0	1	27428-04	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/ 17049-14/ 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ-35-65У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	ТОЛ-35	150/5	21256-07		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-35	150/5	21256-07		
43	Вв 2РПТ	Счетчик	A2R2-3-AL-C29-T	0,5S/1,0	1	27428-04	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/ 17049-14/ 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ-35-65У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	ТОЛ-35	150/5	21256-07		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-35	150/5	21256-07		
Зима								
44	1Ф 35кВ	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/ 17049-14/ 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	ТФН-35М	100/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	100/5	3690-73		
45	2Ф 35кВ	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/ 17049-14/ 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ-35-65У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35	200/5	51623-12		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-35	200/5	51623-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	3 ф 35кВ	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	200/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-35Б	200/5	21256-01		
47	4 ф 35кВ	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	ТФН-35М	200/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	200/5	3690-73		
48	5 ф 35кВ	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35	200/5	51623-12		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-35Б	200/5	21256-01		
49	1 ф-10кВ	Счетчик	A2R-3-AL-C25-T	0,5S/-	1	14555-02		
		ТН	А	НТМИ-10-66	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-21У2	200/5	51623-12		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	200/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	3Ф-10кВ	Счетчик	A2R-4-OL-C25-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НТМИ-10-66	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	200/5	2363-68		
51	4Ф-10кВ	Счетчик	A2R-4-OL-C25-T+	0,5S/-	1	14555-02		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	100/5	1276-59		
52	5Ф-10кВ	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НТМИ-10-66	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-2У2	600/5	15128-03		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-2У2	600/5	15128-03		
53	6Ф-10кВ	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	300/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	7Ф-10кВ	Счетчик	A2R-4-OL-C25-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НТМИ-10-66	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10с-У3	200/5	29390-10		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10с-У3	200/5	29390-10		
55	8Ф-10кВ	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10-21У2	200/5	51623-12		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	200/5	1276-59		
56	10Ф-10кВ	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-2У2	600/5	15128-03		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-2У2	600/5	15128-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
57	14Ф-10кВ	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/	ССБ-1Г пер. № 58301-14/	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
РЭС(Тайшет)									
58	ВЛ-35кВ Ввод А ЦРП	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/	ССБ-1Г пер. № 58301-14/	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			912-07
		ТН	В	ЗНОМ-35-65У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			912-07
		ТН	С	ЗНОМ-35-65У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	А	ТОЛ-35	0,5	400/1	47959-16		
		ТТ	В	ТОЛ-35	0,5	400/1	47959-16		
		ТТ	С	ТОЛ-35	0,5	400/1	47959-16		
59	11Ф - 6кВ	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/	ССБ-1Г пер. № 58301-14/	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100			20186-00
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100			20186-00
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	150/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Зима								
60	Вв 110кВ 1Г	Счетчик	A1802RALG-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТЕМО-110 УХЛП	200/1	23256-11		
		ТТ	В	ТЕМО-110 УХЛП	200/1	23256-11		
		ТТ	С	ТЕМО-110 УХЛП	200/1	23256-11		
		Счетчик	A1802RALG-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
61	Вв 110кВ 3Г	ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТЕМО-110 УХЛП	200/1	23256-11		
		ТТ	В	ТЕМО-110 УХЛП	200/1	23256-11		
		ТТ	С	ТЕМО-110 УХЛП	200/1	23256-11		
		Счетчик	A1802RALG-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
62	Вв 110кВ 2Г	ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТЕМО-110 УХЛП	200/1	23256-11		
		ТТ	В	ТЕМО-110 УХЛП	200/1	23256-11		
		ТТ	С	ТЕМО-110 УХЛП	200/1	23256-11		
		Счетчик	A1802RALG-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
63	Вв 110кВ 4Г	ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	А	ТЕМО-110 УХЛП	200/1	23256-11		
		ТТ	В	ТЕМО-110 УХЛП	200/1	23256-11		
		ТТ	С	ТЕМО-110 УХЛП	200/1	23256-11		
		Счетчик	A1802RALG-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
РЭС-1(Тайшет)								
64	14 Ф-6 кВ	Счетчик	A1802RL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	6000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	6000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	6000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	100/5	1276-59		
		Счетчик	A1802RL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	4 Ф-6 кВ	Счетчик	A1802RL-Р4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	6000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	6000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	6000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	400/5	1276-59		
66	9Ф - 6кВ	Счетчик	A1802RAL-Р4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	6000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	6000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	6000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	300/5	1276-59		
Тайшет-Запад								
67	1Ф - 6кВ	Счетчик	A1802RAL-Р4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО-10-3 У3	300/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10-3 У3	300/5	25433-08		
ВРЗ								
68	1Ф "Гореть"	Счетчик	A1R-3-OL-C25-Г	0,2S/-	1	14555-02		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	600/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	600/5	1856-63		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
69	3Ф "ЖЭО"	Счетчик	A2R-3-OL-C25-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-01	0,2S	600/5			51623-12
		ТТ	В	-	-	-			-
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-01	0,2S	600/5			51623-12
Тайшет-Запад									
70	1Ф - 10кВ	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10У2	0,5	200/5			1276-59
		ТТ	В	-	-	-			-
		ТТ	С	ТПЛ-10У2	0,5	200/5			1276-59
ВРЗ									
71	6Ф - (13Ф-ГСеть)	Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5S	50/5			47958-16
		ТТ	В	-	-	-			-
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5S	50/5			47958-16

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Тайшет-Запад										
72	3Ф - 10кВ	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
		ТТ	А	ТПЛ-10У2	0,5	200/5			1276-59	
		ТТ	В	-	-	-			-	
		ТТ	С	ТПЛ-10У2	0,5	200/5			1276-59	
		Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06				
73	4Ф - 10кВ	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	400/5			51623-12	
		ТТ	В	-	-	-			-	
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	400/5			51623-12	
		Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100			20186-05	
74	4Ф - 6кВ	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68			
		ВРЗ								
		75	12Ф "ЖЭО"	Счетчик	A2R2-3-L-C25-Г	0,5S/1,0	1	27428-04	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
				ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		
ТН	В			НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
ТН	С			НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
ТТ	А			ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-08			
ТТ	В			-	-	-	-			
ТТ	С			ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-08			
Счетчик	A2R-3-OL-C25-Г			0,5S/-	1	14555-02				
76	14Ф - Горсеть	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТТ	А	ТЛМ-10-2У3	0,5	600/5	2473-69			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТЛМ-10-2У3	0,5	600/5	2473-69			
		ВРЗ								
		Счетчик	A2R2-3-L-C25-Г	0,5S/1,0	1	27428-04				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	Вв 1Т	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	0,5S	200/1	32123-06		
		ТТ	В	0,5S	200/1	32123-06		
		ТТ	С	0,5S	200/1	32123-06		
78	Вв 2Т	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	0,5S	200/1	32123-06		
		ТТ	В	0,5S	200/1	32123-06		
		ТТ	С	0,5S	200/1	32123-06		
Делюор								
79	Ф.Веренка - 35 кВ	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	В	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	С	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТТ	А	0,2S	600/5	51679-12		
		ТТ	В		-	-		
		ТТ	С	0,2S	600/5	51679-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Залари								
80	Ф.13- 10 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО- 10	100/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО- 10	100/5	25433-08		
81	Ф.12 - 10 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО- 10	200/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО- 10	200/5	25433-08		
82	Вв 110 кВ 1Г	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	150/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	150/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	150/1	23256-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	Вв 110 кВ 2Т	Счетчик	A1802RALQ-R4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	С НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1	23256-11		
		ТТ	В ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1	23256-11		
		ТТ	С ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1	23256-11		
Головинская								
84	Ф.12 - 10 кВ	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	С НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В -	-	-	-		
		ТТ	С ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
85	Ф.17 - 10 кВ	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	С НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-08		
		ТТ	В -	-	-	-		
		ТТ	С ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
86	Ф.15 - 10 кВ	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03 УСВ-3 пер. № 51644-12	ССВ-ПГ пер. № 58301-14/ 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	200/5			25433-08
		ТТ	В	-	-	-			-
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	200/5			25433-08
87	Ф.13 - 10 кВ	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03 УСВ-3 пер. № 51644-12	ССВ-ПГ пер. № 58301-14/ 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	300/5			1276-59
		ТТ	В	-	-	-			-
		ТТ	С	ТЛЛ-10	0,5	300/5			1276-59
Харик									
88	Вв 110кВ 1Т	Счетчик	A1802RALG-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03 УСВ-3 пер. № 51644-12	ССВ-ПГ пер. № 58301-14/ 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3			24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3			24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3			24218-08
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1			23256-11
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1			23256-11
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1			23256-11

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	Вв 110кВ 2Г	Счетчик	A1802RALG-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	200/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	200/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	200/1	23256-11		
Харик								
90	1Ф - 35кВ Иггино	Счетчик	A2R-3-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ-35-65У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	200/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35А-У1	200/5	3690-73		
91	2Ф - 35кВ Или	Счетчик	A2R-3-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ-35-65У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	200/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35А-У1	200/5	3690-73		
92	3Ф - 35кВ Усть-Када	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ-35-65У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	200/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35А-У1	200/5	3690-73		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Головинская								
93	Вв 110 кВ 2Т	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	200/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	200/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	200/1	23256-11		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
94	Вв 110 кВ 1Т	ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	200/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	200/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	200/1	23256-11		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	200/1	23256-11		
Забитуй								
95	1Ф - 35кВ	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ-35-54	(35000/√3)/(100/√3)	912-54		
		ТН	В	ЗНОМ-35-54	(35000/√3)/(100/√3)	912-54		
		ТН	С	ЗНОМ-35-54	(35000/√3)/(100/√3)	912-54		
		ТТ	А	GIF 40.5	300/5	30368-05		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	GIF 40.5	300/5	30368-05		
		Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	2Ф - 35кВ	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ-35-54	(35000/√3)/(100/√3)	912-54		
		ТН	В	ЗНОМ-35-54	(35000/√3)/(100/√3)	912-54		
		ТН	С	ЗНОМ-35-54	(35000/√3)/(100/√3)	912-54		
		ТТ	А	GIF 40,5	300/5	30368-05		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	GIF 40,5	300/5	30368-05		
		ТТ	С	GIF 40,5	300/5	31857-11		
97	Вв-110 кВ 1Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	24218-13	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	100/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	100/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	100/1	23256-11		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
98	Вв-110 кВ 2Т	ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	100/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	100/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	100/1	23256-11		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Жаргон								
99	Вв 35 кВ РПТ-1	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	1455-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35	1000/5	51623-12		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-35	1000/5	51623-12		
100	Вв 35 кВ 2Т	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	1455-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	(35000/√3)/(100/√3)	19813-09		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	(35000/√3)/(100/√3)	19813-09		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	(35000/√3)/(100/√3)	19813-09		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35	1000/5	51623-12		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-35	1000/5	51623-12		
101	Вв-110 кВ 1Т	Счетчик	A1802RAIQ-R4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	Вв-110 кВ 2Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	В ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	С ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-11		
Гришево								
103	Вв 35 кВ "А"	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	В ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	С ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТТ	А ТФЗМ-35А-У1	0,5	300/5	26417-06		
		ТТ	В -	-	-	-		
		ТТ	С ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
104	Вв 35 кВ "Б"	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	В ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	С ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТТ	А ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	300/5	47124-11		
		ТТ	В -	-	-	-		
		ТТ	С ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	300/5	47124-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Тайшет-Запад									
105	5Ф - 6кВ	Счетчик	A1802RL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100			20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100			20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100			20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	75/5			1276-59
		ТТ	В	-	-	-			-
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	75/5			1856-63
106	РП-110кВ	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3			24218-13
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3			24218-13
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3			24218-13
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1			23256-11
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1			23256-11
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1			23256-11
Половина									
107	Ф.1-35 кВ	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			912-07
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			912-07
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			912-07
		ТТ	А	ТОЛ-35	0,5S	200/5			21256-07
		ТТ	В	-	-	-			-
		ТТ	С	ТОЛ-35	0,5S	200/5			21256-07

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	Ф.3-35 кВ	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТТ	А	ТОЛ-35	300/5	21256-07		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-35	300/5	21256-07		
109	Ф.4-35 кВ	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	600/5	26417-06		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35А-У1	600/5	26417-06		
ЗВЕЗДНАЯ								
110	ВЛ-220кВ Коршуниха	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛП	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛП	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛП	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	ТБМО-220-УХЛП	100/1	79886-20		
		ТТ	В	ТБМО-220-УХЛП	100/1	79886-20		
		ТТ	С	ТБМО-220-УХЛП	100/1	79886-20		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
111	ВЛ-220кВ Киренга	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	A	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)			20344-05
		ТН	B	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)			20344-05
		ТН	C	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)			20344-05
		ТТ	A	ТБМО-220-УХЛ1	0,2S	100/1			79886-20
		ТТ	B	ТБМО-220-УХЛ1	0,2S	100/1			79886-20
		ТТ	C	ТБМО-220-УХЛ1	0,2S	100/1			79886-20
Половина									
112	Ф.10 - 10 кВ	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	200/5			51623-12
		ТТ	B	-	-	-			-
		ТТ	C	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	200/5			51623-12
113	Ф.15 - 10 кВ	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТТ	A	ТЛЮ-10	0,2	100/5			25433-08
		ТТ	B	-	-	-			-
		ТТ	C	ТЛЮ-10	0,2	100/5			25433-08

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
114	ВЛ-110 кВ Мальга	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1			23256-11
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1			23256-11
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1			23256-11
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
115	ВЛ-110 кВ Лесозавод	ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-11		
		Мальга							
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
116	Ф.12 - 10 кВ	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	400/5	51623-12		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,2S	400/5	15128-07		
		Счетчик	A2R-4-AL-C25-Г	0,5S/-	1	14555-02			
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
117	Ф.13 - 10 кВ	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-08		
		Мальга							
		Счетчик	A2R-4-AL-C25-Г	0,5S/-	1	14555-02			
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	Ф.17- 10 кВ	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	200/5	51623-12		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	200/5	51623-12		
119	1.Ф – 35 кВ	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	(35000/√3)/(100/√3)	19813-09		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	(35000/√3)/(100/√3)	19813-09		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	(35000/√3)/(100/√3)	19813-09		
		ТТ	А	ТОЛ-35	200/5	47959-16		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-35	200/5	47959-16		
120	2.Ф – 35 кВ	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	(35000/√3)/(100/√3)	19813-09		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	(35000/√3)/(100/√3)	19813-09		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	(35000/√3)/(100/√3)	19813-09		
		ТТ	А	ТОЛ-35	200/5	47959-16		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-35	200/5	47959-16		
121	Вв 110 кВ 1Г	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
122	Вв 110 кВ 2Т	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП		(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП		(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП		(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП		200/1			23256-11
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП		200/1			23256-11
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП		200/1			23256-11
		Усолье-Сибирское							
123	Ф.5 - 10 кВ	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛП2		0,5			20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛП2		0,5			20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛП2		0,5			20186-05
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10		0,2S			51623-12
		ТТ	В	-		-			-
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10		0,2S			51623-12
		Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5		1			31857-11
ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛП2	0,5	20186-05					
ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛП2	0,5	20186-05					
ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛП2	0,5	20186-05					
ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	1276-59					
ТТ	В	-	-	-					
ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	1276-59					
Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11					
ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛП2		0,5	20186-05				
ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛП2		0,5	20186-05				
ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛП2		0,5	20186-05				
ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	1276-59				
ТТ	В	-		-	-				
ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10		0,5	51623-12				
125	Ф.12 - 10 кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛП2	0,5		20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛП2	0,5		20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛП2	0,5		20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5		1276-59		
		ТТ	В	-	-		-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5		51623-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	Ф.17 - 10 кВ	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	400/5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	400/5	1276-59		
127	Вв 110 кВ 1Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11		
128	Вв 110 кВ 2Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тельма								
129	Ф.12 - 10 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	75/5	1276-59		
130	Ф.13 - 10 кВ	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	200/5	47958-16		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	200/5	47958-16		
131	Ф.14 - 10 кВ	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	150/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	Ф.15 - 10 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,5S	300/5	51623-12		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5S	300/5	51623-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	0,5	10000/100	20186-05		
133	Ф.19 - 10 кВ	ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,5	400/5	51623-12		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	400/5	51623-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
134	Вв 110 кВ 1Т	ТТ	А	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	В	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	С	0,2S	100/1	23256-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
135	Вв 110 кВ 2Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	100/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	100/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	100/1	23256-11		
Суховская								
136	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11		
137	ВЛ 110 кВ Водозабор	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11		
Чуна								
138	Вв 110кВ 1Т	Счетчик	A1802RALG-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	150/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	150/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	150/1	23256-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мерет								
139	Ф.8 - 10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B3		1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НОЛ-СЭЩ	0,5S/-	10000/100		
		ТН	В	НОЛ-СЭЩ	0,5	10000/100		
		ТН	С	НОЛ-СЭЩ	0,5	10000/100		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	300/5		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	300/5		
140	Ф.10 - 10 кВ	Счетчик	A1805RAL-P4-B-DW-3		0,5S/1,0	1		
		ТН	А	НОЛ-СЭЩ	0,5	10000/100		
		ТН	В	НОЛ-СЭЩ	0,5	10000/100		
		ТН	С	НОЛ-СЭЩ	0,5	10000/100		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	300/5		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	300/5		
141	Ф.9 - 10 кВ	Счетчик	A1805RAL-P4-B-DW-3		0,5S/1,0	1		
		ТН	А	НОЛ-СЭЩ	0,5	10000/100		
		ТН	В	НОЛ-СЭЩ	0,5	10000/100		
		ТН	С	НОЛ-СЭЩ	0,5	10000/100		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	300/5		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	300/5		
142	Ф.18 - 10 кВ	Счетчик	A1805RAL-Q-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1		
		ТН	А	НОЛ-СЭЩ	0,5	10000/100		
		ТН	В	НОЛ-СЭЩ	0,5	10000/100		
		ТН	С	НОЛ-СЭЩ	0,5	10000/100		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5		
143	Ф.17 - 10 кВ	Счетчик	A2R-4AL-C25-T+		0,5S/-	1		
		ТН	А	НОЛ-СЭЩ	0,5	10000/100		
		ТН	В	НОЛ-СЭЩ	0,5	10000/100		
		ТН	С	НОЛ-СЭЩ	0,5	10000/100		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	100/5		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	100/5		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
144	Ф.3 - 10 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03 ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	0,5	10000/100	71706-18		
		ТН	В	0,5	10000/100	71706-18		
		ТН	С	0,5	10000/100	71706-18		
		ТТ	А	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5S	200/5	51623-12		
145	Ф.4 - 10 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03 ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	0,5	10000/100	71706-18		
		ТН	В	0,5	10000/100	71706-18		
		ТН	С	0,5	10000/100	71706-18		
		ТТ	А	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5S	200/5	51623-12		
146	Ф.7- 10 кВ	Счетчик	EA05RL-P1C-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03 ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	0,5	10000/100	71706-18		
		ТН	В	0,5	10000/100	71706-18		
		ТН	С	0,5	10000/100	71706-18		
		ТТ	А	0,5S	50/5	51623-12		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5S	50/5	51623-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
147	Ф.12- 10 кВ	Счетчик	A1R-3AL-C25-T	0,2S/-	1	14555-02		
		ТН	А	0,5	10000/100	71706-18		
		ТН	В	0,5	10000/100	71706-18		
		ТН	С	0,5	10000/100	71706-18		
		ТТ	А	0,5S	50/5	51623-12		
		ТТ	В	-	-	-		
148	Вв 110кВ 2Т	ТТ	С	0,5S	50/5	51623-12	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495- 03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		Чуна			1	31857-06		
		Счетчик	A1802RALG-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
149	Ф.1- 35кВ	ТТ	А	0,2S	150/1	23256-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495- 03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	0,2S	150/1	23256-11		
		ТТ	С	0,2S	150/1	23256-11		
		Метер			1	31857-11		
		Счетчик	A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	(35000/√3)/(100/√3)	51621-12		
		ТН	А	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	51621-12		
		ТН	В	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	51621-12	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495- 03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	С	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	51621-12		
		ТТ	А	0,5S	200/5	47124-11		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5S	200/5	47124-11		
		ТОЛ-СЭЩ-35			200/5	47124-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	Ф.2- 35кВ	Счетчик	A1802RL-P4G-DW-4			31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495- 03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-35	1	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-35	(35000/√3)/(100/√3)	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-35	(35000/√3)/(100/√3)	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35	200/5	47124-11		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-35	200/5	47124-11		
151	Ф.3- 35кВ	Счетчик	A1802RL-P4G-DW-4		1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-35	(35000/√3)/(100/√3)	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-35	(35000/√3)/(100/√3)	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-35	(35000/√3)/(100/√3)	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35	400/5	47124-11		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-35	400/5	47124-11		
152	Ф.4- 35кВ	Счетчик	A1802RL-P4G-DW-4		1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-35	(35000/√3)/(100/√3)	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-35	(35000/√3)/(100/√3)	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-35	(35000/√3)/(100/√3)	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35	400/5	47124-11		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-35	400/5	47124-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
153	Вв 110 кВ 2Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1	23256-11		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1	23256-11		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1	23256-11		
154	Вв 110 кВ 1Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1	23256-11		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1	23256-11		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1	23256-11		
Иркутск-Сортировочный								
155	ф. Ленино А - 35 кВ	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-35 УХЛП	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	19813-09		
		ТН	НАМИ-35 УХЛП	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	19813-09		
		ТН	НАМИ-35 УХЛП	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	19813-09		
		ТТ	ТФЗМ-35-Б1-У1	0,5	600/5	3689-73		
		ТТ	-		-	-		
		ТТ	ТФЗМ-35-Б1-У1	0,5	600/5	3689-73		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
156	ф. Ленин Б - 35 кВ	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+		0,5S/-	1	14555-02	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	19813-09		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	19813-09		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	19813-09		
		ТТ	А	ТФЗМ-35-Б1-У1	0,5	600/5	3689-73		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35-Б1-У1	0,5	600/5	3689-73		
		Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+		0,5S/-	1	14555-02		
157	Вв - 6 кВ Н-Ленино	ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	50058-12		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	50058-12		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	50058-12		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2	1000/5	30709-11		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2	1000/5	30709-11		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2	1000/5	30709-11		
		Счетчик	A2R-3-0L-C4-T		0,5S/-	1	14555-02		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
158	Ф.8 - 6 кВ	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	400/5	47958-16		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	400/5	47958-16		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
159	Вв 110 кВ 1,3 Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	0,2S	300/1	23256-11		
		ТТ	В	0,2S	300/1	23256-11		
		ТТ	С	0,2S	300/1	23256-11		
160	Вв 110 кВ 2Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	0,2S	300/1	23256-11		
		ТТ	В	0,2S	300/1	23256-11		
		ТТ	С	0,2S	300/1	23256-11		
161	Вв-110 кВ 1Т	Академическая		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	0,2S	150/1	23256-11		
		ТТ	В	0,2S	150/1	23256-11		
		ТТ	С	0,2S	150/1	23256-11		
		Максимовская		0,5S/-	1	14555-02		
		Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	А	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
162	Ф.1- 10 кВ	ТТ	А	0,2	300/5	1276-59	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,2	300/5	1276-59		
		ТТ	С	0,2	300/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
165	Вв 110 кВ 1Г	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
166	Вв 110 кВ 2Г	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
167	Ф.3- 10 кВ	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	ТПЛ-10	0,2	400/5	1276-59		
		ТТ	-		-	-		
		ТТ	ТПЛ-10	0,2	400/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Гончарово								
168	Ф.1-10 кВ	Счетчик	A1R-3AL-C25-T	0,2S/-	1	14555-02	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО-10	200/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	200/5	25433-08		
169	Ф.2-10кВ	Счетчик	A1802RALXQ-B4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	10000/100	51198-12		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	10000/100	51198-12		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	10000/100	51198-12		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	200/5	2363-68		
170	Ф.3-10кВ	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10	300/5	38395-08		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	300/5	38395-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
171	Ф.4-10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,5S	200/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5S	200/5	25433-08		
172	Ф.5-10 кВ	Счетчик	ЕА 05 RL-PIС-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,5	200/5	38395-08		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	200/5	38395-08		
173	Ф.7 - 10 кВ	Счетчик	ЕА 05 RL-PIС-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	0,5	10000/100	51198-12		
		ТН	В	0,5	10000/100	51198-12		
		ТН	С	0,5	10000/100	51198-12		
		ТТ	А	0,2	200/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,2	200/5	1856-63		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
174	Ф.8 - 10 кВ	Счетчик	А1805RL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН				51198-12		
		ТН				51198-12		
		ТН				51198-12		
		ТТ				51198-12		
		ТТ				25433-08		
		ТТ				-		
		ТТ				25433-08		
175	Ф.9 - 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН				51198-12		
		ТН				51198-12		
		ТН				51198-12		
		ТТ				51198-12		
		ТТ				1856-63		
		ТТ				-		
		ТТ				1856-63		
176	Ф.10 - 10 кВ	Счетчик	А2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02		
		ТН				51198-12		
		ТН				51198-12		
		ТН				51198-12		
		ТТ				38395-08		
		ТТ				-		
		ТТ				38395-08		
		ТТ				300/5		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
177	Ф.12 - 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14/ РТУ-327 пер.№ 19495- 03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	0,5	10000/100	50058-12		
		ТН	В	0,5	10000/100	50058-12		
		ТН	С	0,5	10000/100	50058-12		
		ТТ	А	0,2	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,2	100/5	1276-59		
178	Ф.13 - 10 кВ	Счетчик	А1802RALXQB4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	0,5	10000/100	50058-12		
		ТН	В	0,5	10000/100	50058-12		
		ТН	С	0,5	10000/100	50058-12		
		ТТ	А	0,2	300/5	38395-08		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,2	300/5	38395-08		
179	Ф.15 - 10 кВ	Счетчик	А1R-3AL-C25-Г	0,2S/-	1	14555-02		
		ТН	А	0,5	10000/100	50058-12		
		ТН	В	0,5	10000/100	50058-12		
		ТН	С	0,5	10000/100	50058-12		
		ТТ	А	0,2	100/5	38395-08		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,2	100/5	38395-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
180	Ф.17- 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495- 03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	НАМИ-10	0,5	10000/100	51198-12		
		ТН	НАМИ-10	0,5	10000/100	51198-12		
		ТН	НАМИ-10	0,5	10000/100	51198-12		
		ТТ	ТОЛ-10	0,2	200/5	38395-08		
		ТТ	-		-	-		
		ТТ	ТОЛ-10	0,2	200/5	38395-08		
181	Ф.18- 10 кВ	Счетчик	А1R-3AL-C25-Г	0,2S/-	1	14555-02		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	ТВЛМ-10	0,2	200/5	1856-63		
		ТТ	-		-	-		
		ТТ	ТВЛМ-10	0,2	200/5	1856-63		
182	Ф.19- 10 кВ	Счетчик	А1R-3AL-C25-Г	0,2S/-	1	14555-02		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	ТОЛ-10	0,2	400/5	38395-08		
		ТТ	-		-	-		
		ТТ	ТОЛ-10	0,2	400/5	38395-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
183	Ф.Дома-0,23 кВ	Счетчик	А1R-3AL-C25-Г	0,2S/-	1	14555-02	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН				-		
		ТН				-		
		ТН				-		
		ТТ				15173-06		
		ТТ				-		
		ТТ				15173-06		
184	Вв 110кВ 1Т	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН				24218-13		
		ТН				24218-13		
		ТН				24218-13		
		ТТ				23256-11		
		ТТ				23256-11		
		ТТ				23256-11		
185	Вв 110кВ 2Т	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН				24218-13		
		ТН				24218-13		
		ТН				24218-13		
		ТТ				23256-11		
		ТТ				23256-11		
		ТТ				23256-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
186	Ф.20- 10 кВ	Счетчик	A1805RAL-P4-B-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10	10000/100	50058-12		
		ТН	В	НТМИ-10	10000/100	50058-12		
		ТН	С	НТМИ-10	10000/100	50058-12		
		ТТ	А	ТОЛ-10	100/5	38395-08		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	100/5	38395-08		
Большой Луг								
187	Ф.1- 10 кВ	Счетчик	A1R-3-AL-C25-Т	0,2S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10	400/5	38395-08		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	400/5	38395-08		
188	Ф.3 - 10 кВ	Счетчик	A2R-4-AL-C29-Т+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	200/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
189	Ф.4 - 10 кВ	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/ РТУ-327 пер. № 19495- 03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	ТОЛ-10	0,2	200/5	38395-08		
		ТТ	-		-	-		
		ТТ	ТОЛ-10	0,2	200/5	38395-08		
190	Ф.6 - 10 кВ	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	ТОЛ-10	0,2	75/5	38395-08		
		ТТ	-		-	-		
		ТТ	ТОЛ-10	0,2	75/5	38395-08		
191	Ф.13 - 10 кВ	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	ТОЛ-10	0,2	30/5	38395-08		
		ТТ	-		-	-		
		ТТ	ТОЛ-10	0,2	30/5	38395-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
192	Вв 110 кВ 1,2Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	В	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	С	0,2S	200/1	23256-11		
Рассоха								
193	Вв-27,5кВ 1Т	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	27500/100	912-07		
		ТН	В	-	-	-		
		ТН	С	0,5	27500/100	912-07		
		ТТ	А	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	0,5	1000/5	3689-73		
194	Ф.1-10кВ	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	100/5	2473-69		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
195	Вв 110кВ 1Т	Счетчик	A1802RALXP4GDW3	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03 ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-11		
196	Вв 110кВ 2Т	Счетчик	A1802RALXP4GDW3	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-11		
Подкаменная								
197	ф. Шаманка-35кВ	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03 ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТТ	ТОЛ-СЭЦ-35	0,5	200/5	51623-12		
		ТТ	-	-	-	-		
		ТТ	ТОЛ-СЭЦ-35	0,5	200/5	51623-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
198	Вв 110кВ 1Т	Счетчик	A1802RALXP4GDW3	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1			23256-11
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1			23256-11
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1			23256-11
199	Вв 110кВ 2Т	Счетчик	A1802RALXP4GDW3	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1			23256-11
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1			23256-11
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1			23256-11
Андреановская									
200	Вв 110кВ 1Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1			23256-11
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1			23256-11
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1			23256-11
201	Вв 110кВ 2Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1			23256-11
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1			23256-11
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1			23256-11

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ангасолка								
202	4Ф	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10 У2	10000/100	51198-12		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	10000/100	51198-12		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	10000/100	51198-12		
		ТТ	А	ТЛК-10-6 У3	200/5	9143-01		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10-6 У3	200/5	9143-01		
		Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
203	ВЛ "А" Подкм-Слд	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	300/1	23256-05		
		Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-20		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
204	ВЛ "В" Андр-Слд	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	300/1	23256-05		
		Кулдук (Слодянка Кулдук)						
		Счетчик	А2R-4-0L-C25-T+	0,5S/-	1	14555-02		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
205	1Ф Перевал	ТН	В	ЗНОМ-35-65	(35000/√3)/(100/√3)	912-05	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	150/5	26417-06		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35А-У1	150/5	26417-06		
		Кулдук (Слодянка Кулдук)						
		Счетчик	А2R-4-0L-C25-T+	0,5S/-	1	14555-02		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
206	2Ф Перевал	Счетчик	AIR-3AL-C25-T				ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	0,2S/-	1	14555-02		
		ТН	В	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
		ТН	С	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
		ТТ	А	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
		ТТ	В	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	С	0,5	-	-		
207	3Ф Зун-Мурино	Счетчик	AIR-3AL-C25-T	0,5	300/5	3690-73		
		ТН	А	0,2S/-	1	14555-02		
		ТН	В	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
		ТН	С	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
		ТТ	А	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
		ТТ	В	0,5S	50/5	21256-03		
		ТТ	С	-	-	-		
208	1Ф	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,5S	50/5	21256-03		
		ТН	А	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	В	-	200/5	2363-68		
		ТТ	С	-	-	-		
209	2Ф	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,5	200/5	2363-68		
		ТН	А	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	В	0,5	300/5	29390-05		
		ТТ	С	-	-	-		
210	4Ф	Счетчик	A2R2.4-AL-C29-T	0,5	300/5	29390-05		
		ТН	А	0,5S/1,0	1	27428-09		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	В	0,5	50/5	15128-07		
		ТТ	С	-	-	-		
			ТОЛ-10-1	0,5	50/5	15128-07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
211	6Ф	Счетчик	A2R2-4-AL-C29-Т	0,5S/1,0	1	27428-09	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5	30/5			15128-07
		ТТ	В	-		-			-
212	Вв 1 АТ	ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5	30/5			15128-07
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛП	0,2	(220000/√3)/(100/√3)			20344-05
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛП	0,2	(220000/√3)/(100/√3)			20344-05
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛП	0,2	(220000/√3)/(100/√3)			20344-05
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛП	0,2S	300/1			27069-05
213	Вв 2 АТ	ТТ	В	ТБМО-220 УХЛП	0,2S	300/1	27069-05		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛП	0,2S	300/1	27069-05		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛП	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛП	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛП	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
213	Вв 2 АТ	ТТ	А	ТБМО-220 УХЛП	0,2S	300/1	27069-05		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛП	0,2S	300/1	27069-05		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛП	0,2S	300/1	27069-05		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛП	0,2S	300/1	27069-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
214	2Ф Кырен	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	600/1	23256-05		
215	ОВ	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	600/1	23256-05		
Киренга								
216	Вв 110кВ 1Г	Счетчик	A1802RALG-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	VAU-123	0,2	110000/√3/100/√3	37850-08		
		ТН	VAU-123	0,2	110000/√3/100/√3	37850-08		
		ТН	-	-	-	-		
		ТТ	VAU-123	0,2S	200/5	37850-08		
		ТТ	VAU-123	0,2S	200/5	37850-08		
		ТТ	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Слюдянка ЦРП								
217	9Ф Больница	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14/ RTU-327 рег. № 19495- 03	ССБ-1Г рег. № 58301-14/ УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛК-10-6 У3	50/5	9143-06		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10-6 У3	50/5	9143-06		
218	11Ф Кольцо	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14/ RTU-327 рег. № 19495- 03	ССБ-1Г рег. № 58301-14/ УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	200/5	2363-68		
219	12Ф рез Б-ц	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14/ RTU-327 рег. № 19495- 03	ССБ-1Г рег. № 58301-14/ УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛК -10	50/5	9143-06		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК -10	50/5	9143-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Киренга								
220	Вв 110кВ 2Т	Счетчик	A1802RALG-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	A	0,2	110000/√3/100/√3	37850-08		
		ТН	B	0,2	110000/√3/100/√3	37850-08		
		ТН	C		-	-		
		ТТ	A	0,2S	200/5	37850-08		
		ТТ	B	0,2S	200/5	37850-08		
		ТТ	C		-	-		
Слюдянка ЦРП Головная								
221	Вв 1Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	A	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТН	B	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТН	C	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТТ	A	0,2S	150/5	62786-15		
		ТТ	B	0,2S	150/5	62786-15		
		ТТ	C	0,2S	150/5	62786-15		
222	Вв 2Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	A	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
		ТН	B	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
		ТН	C	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
		ТТ	A	0,2S	150/5	62786-15		
		ТТ	B	0,2S	150/5	62786-15		
		ТТ	C	0,2S	150/5	62786-15		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Киренга										
223	Вв 110кВ 3Т	Счетчик	A1802RALG-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 11187341 пер. № 17049-14	ССВ-1Г 000443 пер. № 58301-14		
		ТН	A	VAU-123	0,2	110000/√3/100/√3			37850-08	
		ТН	B	VAU-123	0,2	110000/√3/100/√3			37850-08	
		ТН	C	-		-				
		ТТ	A	VAU-123	0,2S	200/5			37850-08	
		ТТ	B	VAU-123	0,2S	200/5			37850-08	
		ТТ	C	-		-				
		Байкальск								
224	ВЛ 271	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12		
		ТН	A	НАМИ-220 УХЛП	0,2	(220000/√3)/(100/√3)			20344-05	
		ТН	B	НАМИ-220 УХЛП	0,2	(220000/√3)/(100/√3)			20344-05	
		ТН	C	НАМИ-220 УХЛП	0,2	(220000/√3)/(100/√3)			20344-05	
		ТТ	A	ТБМО-220 УХЛП	0,2S	500/1			81933-21	
		ТТ	B	ТБМО-220 УХЛП	0,2S	500/1			81933-21	
		ТТ	C	ТБМО-220 УХЛП	0,2S	500/1			81933-21	
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06				
225	ВЛ 273	ТН	A	НАМИ-220 УХЛП	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05			
		ТН	B	НАМИ-220 УХЛП	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05			
		ТН	C	НАМИ-220 УХЛП	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05			
		ТТ	A	ТБМО-220 УХЛП	0,2S	500/1	81933-21			
		ТТ	B	ТБМО-220 УХЛП	0,2S	500/1	81933-21			
		ТТ	C	ТБМО-220 УХЛП	0,2S	500/1	81933-21			
		Головная Порт Байкал (Порт Байкал)								
		226	Вв 1Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
ТН	A			НАМИ-35 УХЛП	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	19813-05			
ТН	B			НАМИ-35 УХЛП	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	19813-05			
ТН	C			НАМИ-35 УХЛП	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	19813-05			
ТТ	A			STSM-38	0,2S	150/1	37491-08			
ТТ	B			STSM-38	0,2S	150/1	37491-08			
ТТ	C			STSM-38	0,2S	150/1	37491-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
227	Вв 2Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-35 УХЛП	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	19813-05		
		ТН	НАМИ-35 УХЛП	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	19813-05		
		ТН	НАМИ-35 УХЛП	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	19813-05		
		ТТ	А	0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	В	0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	С	0,2S	150/1	37491-08		
Огнёвка								
228	ВВ-110 кВ 1Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	0,2S	200/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
229	ВВ-110 кВ 2Т	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	0,2S	200/1	23256-05		
		Кунерма						
230	Вв 220кВ 1 СШ	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	300/1	27069-11		
		ТТ	В	0,2S	300/1	27069-11		
		ТТ	С	0,2S	300/1	27069-11		
		Игирма						
231	Вв 220кВ 2 СШ	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	300/1	27069-11		
		ТТ	В	0,2S	300/1	27069-11		
		ТТ	С	0,2S	300/1	27069-11		
		Игирма						
232	Вв 110кВ 2Т	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,2	110000/√3/100/√3	37850-08		
		ТН	В	0,2	110000/√3/100/√3	37850-08		
		ТН	С	0,2	110000/√3/100/√3	37850-08		
		ТТ	А	0,2S	200/1	37850-08		
		ТТ	В	0,2S	200/1	37850-08		
		ТТ	С	0,2S	200/1	37850-08		
		Игирма						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тыргы								
233	Вв А-110 кВ	Счетчик	A1802RALG-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	В	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	С	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	А	0,2S	150/1	23256-11		
		ТТ	В	0,2S	150/1	23256-11		
		ТТ	С	0,2S	150/1	23256-11		
Кежемская								
234	ВВ-110 кВ 1Г	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	В	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	С	0,2S	100/1	23256-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
235	ВВ-110 кВ 2Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1			23256-11
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1			23256-11
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1			23256-11
Тыреть									
236	Вв В-110 кВ	Счетчик	A1802RALG-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3			24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3			24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3			24218-08
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1			23256-11
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1			23256-11
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1			23256-11
Тайшет-Восток									
237	19Ф - 10кВ	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00
		ТТ	А	ТЛО-10-3 У3	0,5	75/5			25433-08
		ТТ	В	-		-			-
		ТТ	С	ТЛО-10-3 У3	0,5	75/5			25433-08
238	ВЛ-110кВ Новочунка	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3			24218-13
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3			24218-13
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3			24218-13
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1			23256-11
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1			23256-11
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1			23256-11

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Вихоревка МПС								
239	ВВ 6 кВ 2 2Т	Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	31857-06		
		ТН	В	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	46738-11		
		ТН	С	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	46738-11		
		ТТ	А	0,2S	1500/5	47959-16		
		ТТ	В	0,2S	1500/5	47959-16		
		ТТ	С	0,2S	1500/5	47959-16		
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	0,5	6000/100	20186-00		
240	7Ф-6кВ	ТН	В	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	С	0,5	6000/100	20186-00		
		ТТ	А	0,5S	200/5	51679-12		
		ТТ	В	0,5S	200/5	51679-12		
		ТТ	С	0,5S	200/5	51679-12		
		ТТ	С	0,5S	200/5	51679-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
241	ВВ-110 кВ 1Г	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	150/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	150/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	150/1	23256-05		
242	ВВ-110 кВ 2Г	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-05		
Тайшет-Восток								
243	ВЛ-110 Тайшет	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-13		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	300/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	300/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	300/1	23256-11		
Жаргон								
244	Вв 110кВ 1РПТ	Счетчик	A1802RALG-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-13		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нюра								
245	4Ф - 35кВ	Счетчик	A1802RALG-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	0,5S	150/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5S	150/5	3690-73		
Кулгук (Слодянка Кулгук)								
246	ВЛ-110кВ Подкаменн	Счетчик	A1802RALG-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	В	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	С	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	А	0,2S	600/1	23256-11		
		ТТ	В	0,2S	600/1	23256-11		
		ТТ	С	0,2S	600/1	23256-11		
247	ВЛ-110кВ Андриановск	Счетчик	A1802RALG-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	В	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	С	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	А	0,2S	600/1	23256-11		
		ТТ	В	0,2S	600/1	23256-11		
		ТТ	С	0,2S	600/1	23256-11		
Коршуниха								
248	Вв- 2Т	Счетчик	A2R-3-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	-	-	-		
		ТН	С	0,5	27500/100	912-70		
		ТТ	А	0,2S	2000/5	51623-12		
		ТТ	В	0,2S	2000/5	51623-12		
		ТТ	С	0,2S	2000/5	51623-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ручей								
249	1Ф - 6кВ	Счетчик	A2R2-3-L-C25-Г	0,5S/1,0	1	27428-09	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТН	В	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТН	С	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТТ	А	0,2S	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,2S	200/5	1276-59		
Ук								
250	4Ф - 10кВ	Счетчик	A2R-3-OL-C25-Г+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	200/5	1276-59		
251	ВЛ110кВ ВРЗ (А)	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13		
		ТН	В	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13		
		ТН	С	0,2	110000/√3/100/√3	24218-13		
		ТТ	А	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	В	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	С	0,2S	200/1	23256-11		
252	3Ф - 10кВ	Счетчик	A2R2-3-AL-C29-Г	0,5S/1,0	1	27428-04	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	150/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
253	ВЛ 110кВ Водопад (Б)	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3			24218-13
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3			24218-13
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3			24218-13
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1			23256-11
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1			23256-11
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1			23256-11
Усть-Кут									
254	Вв- 6кВ 2Г	Счетчик	A2R-3-AL-C25-Г	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000/100)			20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000/100)			20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000/100)			20186-05
		ТТ	А	ТЛЮ-10 У3	0,2S	1500/5			25433-06
		ТТ	В	ТЛЮ-10 У3	0,2S	1500/5			25433-06
		ТТ	С	ТЛЮ-10 У3	0,2S	1500/5			25433-06
255	1Ф - 6кВ	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000/100)			20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000/100)			20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000/100)			20186-05
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-01 У2	0,2S	200/5			51623-12
		ТТ	В	-	-	-			-
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-01 У2	0,2S	200/5			51623-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
256	2Ф - 6кВ	Счетчик	A1802RAL-R4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТН	В	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТН	С	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТТ	А	0,2S	200/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,2S	200/5	25433-11		
257	3Ф - 6кВ	Счетчик	A1802RAL-R4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТН	В	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТН	С	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТТ	А	0,5	600/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	600/5	1856-63		
258	7Ф - 6кВ	Счетчик	A1802RAL-R4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТН	В	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТН	С	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТТ	А	0,5	150/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	150/5	22192-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
259	8Ф - 6кВ	Счетчик	А1802РАЛ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14/ РТУ-327 пер. № 19495- 03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10 П-3 УХЛ1	0,5S	150/5	47959-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10 П-3 УХЛ1	0,5S	150/5	47959-11		
260	6Ф - 6кВ	Счетчик	А1802РАЛ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-01 У2	0,2S	600/5	51623-12		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-01 У2	0,2S	600/5	51623-12		
261	10Ф - 6кВ	Счетчик	А1802РАЛ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10с У2	0,2S	200/5	29390-05		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10с У2	0,2S	200/5	29390-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
262	4Ф - 6кВ	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТН	В	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТН	С	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТТ	А	0,5	600/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	600/5	48923-12		
263	9Ф - 6кВ	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТН	В	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТН	С	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТТ	А	0,5	300/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	300/5	22192-07		
264	5Ф - 6кВ	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТН	В	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТН	С	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТТ	А	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	400/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нижнеудинск								
265	Ф - 10кВ Рубахино	Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495- 03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	300/5	47958-16		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	300/5	47958-16		
266	17Ф - 10кВ Транзит	Счетчик	A2R-3-OL-C25-T+	0,5S/-	1	14555-02		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10-2У3	400/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10-2У3	400/5	25433-08		
267	18Ф - 10кВ Транзит	Счетчик	A2R-3-OL-C25-T+	0,5S/-	1	14555-02		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	400/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
268	Ф-3 10кВ Очистные соор	Счетчик	A2R-3-OL-C25-T+		0,5S/-	1	14555-02	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10 У3	0,5	200/5	25433-08		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10 У3	0,5	200/5	25433-08		
269	4Ф - 10кВ Оптовик	Счетчик	A1805RLQ-R4GB-DW-3		0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 М	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 М	0,5	400/5	1276-59		
270	5Ф - 10кВ Транзит	Счетчик	A2R-3-OL-C25-T+		0,5S/-	1	14555-02		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10 У3	0,5	600/5	25433-08		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10 У3	0,5	600/5	25433-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Якурим								
271	7Ф - 10кВ	Счетчик	A2R-3-AL-C25-Г		1	14555-02	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10 У3	100/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10 У3	100/5	25433-06		
						31857-06		
272	6Ф - 10кВ	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4		1	20186-05		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10 У3	200/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10 У3	200/5	25433-06		
						31857-06		
273	1Ф - 10кВ	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4		1	20186-05		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10 У3	300/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10 У3	300/5	25433-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нижнеудинск								
274	6Ф - 10кВ Транзит	Счетчик	A2R-3-OL-C25-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,5	600/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	600/5	25433-08		
275	Ф - 10кВ А Б/К	Счетчик	A2R-3-OL-C25-T	0,5S/-	1	14555-02		
		ТН	А	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,5	400/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	400/5	25433-08		
Якурим								
276	Вв- 10 кВ 2Т	Счетчик	A2R2-3-AL-C29-T	0,5S/1,0	1	27428-09	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,2S	1500/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,2S	1500/5	25433-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нижнеудинск								
277	Ф-10кВ А Сл.Фабрика	Счетчик	A2R-3-OL-C25-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,5	600/5	1261-02		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	600/5	1261-02		
		Счетчик	A2R-4-OL-C25-T+	0,5S/-	1	14555-02		
278	Ф-10кВ В Сл.Фабрика	ТН	А	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,5	600/5	1261-02		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	600/5	1261-02		
		Игирма						
		Счетчик	A2R-3-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02		
279	Вв-27,5 IГ	ТН	А	0,5	27500/100	912-70	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	В	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-		
		ТТ	А	0,5S	1000/5	47959-16		
		ТТ	В	0,5S	1000/5	47959-16		
		ТТ	С	-	-	-		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Новельская								
280	Ф.1	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495- 03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	300/5	1276-59		
281	Ф.4	Счетчик	A2R2-3-AL-C29-Т	0,5S/1,0	1	27428-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495- 03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	50/5	1276-59		
282	Вв-110-1Г	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495- 03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	110000/3/100/3	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	110000/3/100/3	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	110000/3/100/3	24218-03		
		ТТ	А	ТВГ-УЭТМ®-110	200/1	52619-13		
		ТТ	В	ТВГ-УЭТМ®-110	200/1	52619-13		
		ТТ	С	ТВГ-УЭТМ®-110	200/1	52619-13		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
283	Вв-110-2Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	В	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	С	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТТ	А	0,2S	200/1	52619-13		
		ТТ	В	0,2S	200/1	52619-13		
		ТТ	С	0,2S	200/1	52619-13		
Ульян								
284	Вв220кВ 2СШ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	В	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	С	0,2S	600/1	27069-11		
285	Вв220кВ 1СШ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	В	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	С	0,2S	600/1	27069-11		
286	8Ф - 10кВ УКЭС	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,5S	75/5	51623-12		
		ТТ	В	0,5S	75/5	51623-12		
		ТТ	С	0,5S	75/5	51623-12		
287	6Ф - 10кВ УКЭС	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,5S	75/5	51623-12		
		ТТ	В	0,5S	75/5	51623-12		
		ТТ	С	0,5S	75/5	51623-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
288	5Ф - 10кВ УКЭС	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-51	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-51	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-51	200/5	51623-12		
		Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
289	4Ф - 10кВ УКЭС	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-51	100/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-51	100/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-51	100/5	51623-12		
		Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
290	1Ф - 10кВ УКЭС	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-51	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-51	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-51	200/5	51623-12		
		Счетчик	A1802RAL-XQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
291	Вв 220кВ 1Г	ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	А	ТБМО-220-УХЛ1	100/1	79886-20		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	-	-	-		
		Счетчик	A1802RAL-XQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
292	Вв 220кВ 2Т	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	100/1	79886-20		
		ТТ	В		-	-		
		ТТ	С		-	-		
293	Вв 220кВ 3Т	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	100/1	79886-20		
		ТТ	В		-	-		
		ТТ	С		-	-		
294	Вв 220кВ 4РПТ	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	100/1	81933-21		
		ТТ	В	0,2S	100/1	81933-21		
		ТТ	С	0,2S	100/1	81933-21		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Новочунка								
295	Ф.3	Счетчик	A1802RL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/	ССВ-1Г пер. № 58301-14/
		ТН	А	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,5	300/5	7069-07	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В		-	-		
		ТТ	С	0,5	300/5	7069-07		
Звездная								
296	3Ф - 10кВ Северлес	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/	ССВ-1Г пер. № 58301-14/
		ТН	А	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,5S	75/5	51623-12		
		ТТ	В	0,5S	75/5	51623-12		
		ТТ	С	0,5S	75/5	51623-12		
297	5Ф - 10кВ Водозабор	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,5S	75/5	51623-12		
		ТТ	В		-	-		
		ТТ	С	0,5S	75/5	51623-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
298	6Ф - 10кВ Котельная	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100			11094-87
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100			11094-87
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100			11094-87
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10-51	0,5S	100/5			51623-12
		ТТ	В	-	-	-			-
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10-51	0,5S	100/5			51623-12
Новочунка									
299	Вв-110-1Г	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100√3			24218-03
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100√3			24218-03
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100√3			24218-03
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1			23256-05
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1			23256-05
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1			23256-05
300	Вв-110-2Г	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100√3			24218-03
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100√3			24218-03
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100√3			24218-03
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1			23256-05
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1			23256-05
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1			23256-05

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
РП-35(РЭС-1)								
301	Вв 35кВ 1Т	Счетчик	A2R-3-OL-C25-Т	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	19813-00		
		ТН	В	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	19813-00		
		ТН	С	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	19813-00		
		ТТ	А	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	150/5	3690-73		
		302	Вв 35кВ 2Т	Счетчик	A2R-3-OL-C25-Т	0,5S/-		
ТН	А			0,5	(35000/√3)/(100/√3)	19813-00		
ТН	В			0,5	(35000/√3)/(100/√3)	19813-00		
ТН	С			0,5	(35000/√3)/(100/√3)	19813-00		
ТТ	А			0,5	150/5	3690-73		
ТТ	В			-	-	-		
ТТ	С			0,5	150/5	3690-73		
Тайшет-Запад								
303	Ввод 1РПТ	Счетчик	A2R-3AL-C29-Т+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,2S	400/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,2S	400/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чукша								
304	Вв 110кВ 1Т	Счетчик	A1802RALG-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/	ССВ-1Г пер. № 58301-14/
		ТН	А	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	В	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	С	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	А	0,2S	300/1	29255-13	RTU-327	УСВ-3
		ТТ	В	0,2S	300/1	29255-13	пер. № 19495-03	пер. № 51644-12
		ТТ	С	0,2S	300/1	29255-13		
Рудногорск								
305	Вв 110кВ 2Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/	ССВ-1Г пер. № 58301-14/
		ТН	А	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	В	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	С	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	А	0,2S	200/1	23256-11	RTU-327	УСВ-3
		ТТ	В	0,2S	200/1	23256-11	пер. № 19495-03	пер. № 51644-12
		ТТ	С	0,2S	200/1	23256-11		
Чукша								
306	Вв 110кВ 2Т	Счетчик	A1802RALG-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/	ССВ-1Г пер. № 58301-14/
		ТН	А	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	В	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	С	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	А	0,2S	300/1	29255-13	RTU-327	УСВ-3
		ТТ	В	0,2S	300/1	29255-13	пер. № 19495-03	пер. № 51644-12
		ТТ	С	0,2S	300/1	29255-13		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Турма								
307	Вв-110-1Г	Счетчик	A1802RALG-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	В	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	С	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	А	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	В	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	С	0,2S	100/1	23256-11		
Тубинская								
308	ВЛ-220кВ №247	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	100/1	27069-05		
		ТТ	В	0,2S	100/1	27069-05		
		ТТ	С	0,2S	100/1	27069-05		
Худоеланская								
309	2Ф - 10кВ	Счетчик	A2R-3-OL-C25-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,5	100/5	9143-06		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	100/5	9143-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
310	1Ф - 10кВ	Счетчик	A2R-3-OL-C25-T	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	100/5	1276-59		
Тубинская								
311	ВЛ-248	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	100/1	27069-05		
		ТТ	В	0,2S	100/1	27069-05		
		ТТ	С	0,2S	100/1	27069-05		
Карапчанка								
312	Вв 110кВ 3Г	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	В	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	С	0,2S	200/1	23256-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Северобайкальск										
313	Ф16 - 10кВ	Счетчик	ЕА05RAL-РЗС-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	200/5			25433-08	
		ТТ	В	-	-	-			-	
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	200/5			25433-08	
		ТТ	С	ЕА05RL-Р1С-3	0,5S/-	1			16666-97	
314	Ф23 - 10кВ	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5S	300/5	1276-59			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5S	300/5	1276-59			
		Новый Уоян								
		315	Ф16 - 10кВ	Счетчик	А2R-3-OL-C4-T	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
ТН	А			НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69			
ТН	В			НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69			
ТН	С			НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69			
ТТ	А			ТВК-10	0,5	100/5	8913-82			
ТТ	В			-	-	-	-			
ТТ	С			ТВК-10	0,5	100/5	8913-82			
ТТ	С			ТВК-10	0,5	100/5	8913-82			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	Турма			5	6	7	8	9
316	Вв-110-2Т	Счетчик	A1802RALG-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1		31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08				
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1	23256-11				
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1	23256-11				
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1	23256-11				
Северобайкальск											
317	ОВ 220кВ	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1		31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-220-УХЛП	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05				
		ТН	В	НАМИ-220-УХЛП	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05				
		ТН	С	НАМИ-220-УХЛП	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05				
		ТТ	А	ТБМО-220-УХЛП	0,2S	300/1	27069-11				
		ТТ	В	ТБМО-220-УХЛП	0,2S	300/1	27069-11				
		ТТ	С	ТБМО-220-УХЛП	0,2S	300/1	27069-11				
318	Ф2 - 35кВ	Счетчик	A2R-3-OL-C25-Г		0,5S/-	1		14555-02			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70				
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70				
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70				
		ТТ	А	ТФ3М-35Б У1	0,5	600/5	3689-73				
		ТТ	В	-		-	-				
		ТТ	С	ТФ3М-35Б У1	0,5	600/5	3689-73				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
319	Ф3 - 35кВ	Счетчик	A2R-3-OL-C25-Г		0,5S/-	1	14555-02	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03 ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	14555-02		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б У1	0,5	600/5	912-70		
		ТТ	В	-			3689-73		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б У1	0,5	600/5	-		
320	Ф3 - 10кВ	Счетчик	ЕА05RL-Р1С-3		0,5S/-	1	3689-73		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	16666-97		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	20186-05		
		ТТ	В	-		-	1276-59		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	-		
321	Ф8 - 10кВ	Счетчик	ЕА05RL-Р1С-3		0,5S/-	1	1276-59		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	16666-97		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	20186-05		
		ТТ	В	-		-	22192-01		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	-		
322	Ф12 - 10кВ	Счетчик	ЕА05RL-Р1С-3		0,5S/-	1	22192-01		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	16666-97		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	20186-05		
		ТТ	В	-		-	25433-08		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	-		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
323	Ф25 - 10кВ	Счетчик	EA05RL-PIС-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14/ РТУ-327 пер. № 19495- 03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10с У2	0,5S	200/5	29390-05		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10с У2	0,5S	200/5	29390-05		
324	Ф31 - 10кВ	Счетчик	EA05RL-PIС-3		0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-08		
325	Вв 220кВ 1Г	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-220-УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220-УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220-УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	ТБМО-220-УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	-		-	-		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
326	Вв 220кВ 2Т	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	В		-	-		
		ТТ	С		-	-		
327	Вв 220кВ 3Т	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	В		-	-		
		ТТ	С		-	-		
328	Вв 220 кВ РПТ-4	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	В	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	С	0,2S	100/1	79483-20		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
329	Вв 220 кВ РПТ-5	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4				ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-220-УХЛП	0,2S/0,5	1	31857-06	
		ТН	В	НАМИ-220-УХЛП	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	
		ТН	С	НАМИ-220-УХЛП	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	
		ТТ	А	ТБМО-220-УХЛП	0,2S	100/1	79483-20	
		ТТ	В	ТБМО-220-УХЛП	0,2S	100/1	79483-20	
		ТТ	С	ТБМО-220-УХЛП	0,2S	100/1	79483-20	
Новый Уоян								
330	Ф1 - 10кВ	Счетчик	A2R-3-OL-C25-Г		0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82	
		ТТ	В	-		-	-	
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82	
331	Ф6 - 10кВ	Счетчик	A2R-3-OL-C25-Г		0,5S/-	1	14555-02	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82	
		ТТ	В	-		-	-	
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82	
332	Ф4 - 10кВ	Счетчик	A2R-3-OL-C4-Г		0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59	
		ТТ	В	-		-	-	
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
333	Ф13 - 10кВ	Счетчик	A2R-3-OL-C4-Г	0,5S/-	1	14555-02	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	200/5	1276-59		
334	Ф2 - 10кВ	Счетчик	A2R-3-OL-C4-Г	0,5S/-	1	14555-02		
		ТН	А	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	200/5	1276-59		
335	Ф3 - 10кВ	Счетчик	A2R-3-OL-C4-Г	0,5S/-	1	14555-02		
		ТН	А	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	200/5	1276-59		
336	Ф5 - 10кВ	Счетчик	A2R-3-OL-C4-Г	0,5S/-	1	14555-02		
		ТН	А	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
337	ВЛ 220кВ Кичера-Уоян	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	В	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	С	0,2S	600/1	27069-11		
338	ВЛ 220кВ Ангоя-Уоян	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	В	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	С	0,2S	600/1	27069-11		
339	ВЛ 220кВ Уоян-Янчук	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	В	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	С	0,2S	600/1	27069-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
340	ВЛ 220кВ Уоян-Ангар	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	В	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	С	0,2S	600/1	27069-11		
341	ОВ 220кВ	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	В	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	С	0,2S	600/1	27069-11		
342	Ф7 - 10кВ	Счетчик	A2R-4-OL-C25-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кичера								
343	Вв 220кВ 1Т	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/	ССВ-1Г пер. № 58301-14/
		ТН	А	НАМИ-220-УХЛ1	0,2	220000/√3/100/√3	20344-05	
		ТН	В	НАМИ-220-УХЛ1	0,2	220000/√3/100/√3	20344-05	
		ТН	С	НАМИ-220-УХЛ1	0,2	220000/√3/100/√3	20344-05	
		ТТ	А	ТРГ-УЭТМ®-220	0,2S	100/1	53971-13	RTU-327 пер. № 19495-03
		ТТ	В	-		-	-	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	С	-		-	-	
Новый Уоян								
344	Ф11 - 10кВ	Счетчик	A2R-3-OL-C4-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/	ССВ-1Г пер. № 58301-14/
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТТ	А	ТЛЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59	RTU-327 пер. № 19495-03
		ТТ	В	-		-		УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	С	ТЛЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59	
Кичера								
345	Ф7 - 10кВ	Счетчик	EA 02 RAL-P3B-3	0,2S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/	ССВ-1Г пер. № 58301-14/
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	0,5	50/5	51623-12	RTU-327 пер. № 19495-03
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	0,5	50/5	51623-12	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	0,5	50/5	51623-12	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Новый Уоян								
346	Ф14 - 10кВ	Счетчик	A2R-3-OL-C4-T	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66УЗ	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66УЗ	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66УЗ	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТВК-10	100/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	100/5	8913-82		
Кичера								
347	Ф20 - 10кВ	Счетчик	EA05RAL-P3B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	50/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	50/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	50/5	51623-12		
348	Ф24 - 10кВ	Счетчик	EA05RAL-P3C-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	50/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	50/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	50/5	51623-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
349	Ф25 - 10кВ	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T		0,5S/-	1	14555-02	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/ РТУ-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	0,5	50/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	0,5	50/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	0,5	50/5	51623-12		
350	Ф26 - 10кВ	Счетчик	A1805RAL.XQV-P4GB-DW-3		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	0,5	100/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	0,5	100/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	0,5	100/5	51623-12		
351	Ф8 - 10кВ	Счетчик	EA05RL-PIС-3		0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	0,5	50/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	0,5	50/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	0,5	50/5	51623-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
352	Ф9 - 10кВ	Счетчик	ЕА05RAL-РЗВ-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	16666-97		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	0,5	50/5	831-69		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	0,5	50/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	0,5	50/5	51623-12		
353	Ф14 - 10кВ	Счетчик	ЕА05RL-Р1С-3		0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	0,5	50/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	0,5	50/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	0,5	50/5	51623-12		
354	Ф19 - 10кВ	Счетчик	А2R1-3-L-C25-Г		0,2S/0,5	1	27428-09		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	0,5	50/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	0,5	50/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	0,5	50/5	51623-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
355	Вв 220кВ 2Т	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4			31857-11	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03 УСВ-3 пер. № 51644-12 ССВ-1Г пер. № 58301-14/	
		ТН	А	0,2S/0,5	1	20344-05		
		ТН	НАМИ-220-УХЛП	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220-УХЛП	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220-УХЛП	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	100/1	79886-20		
		ТТ	В		-	-		
356	Вв 220кВ 3Т	ТТ	С		-	-		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220-УХЛП	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220-УХЛП	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	100/1	79886-20		
		ТТ	В	0,2S	100/1	79886-20		
357	Вв 220 кВ 4Т	ТТ	С	0,2S	100/1	79886-20		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220-УХЛП	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220-УХЛП	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	100/1	79886-20		
		ТТ	В	0,2S	100/1	79886-20		
		ТТ	С	0,2S	100/1	79886-20		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Горхон								
358	1 ф - 10кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НОЛ-СЭЩ-10-4-0,5	10000/100	71706-18		
		ТН	В	НОЛ-СЭЩ-10-4-0,5	10000/100	71706-18		
		ТН	С	НОЛ-СЭЩ-10-4-0,5	10000/100	71706-18		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-22	150/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-22	150/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-22	150/5	51623-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
359	2 ф - 10кВ	ТН	А	НОЛ-СЭЩ-10-4-0,5	10000/100	71706-18		
		ТН	В	НОЛ-СЭЩ-10-4-0,5	10000/100	71706-18		
		ТН	С	НОЛ-СЭЩ-10-4-0,5	10000/100	71706-18		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-22	150/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-22	150/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-22	150/5	51623-12		
		Новый Уоян						
		Счетчик	A2R-4-OL-C25-T+	0,5S/-	1	14555-02		
360	Ф8 - 10кВ	ТН	А	НТМИ-10-66У3	10000/100	831-69	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТВК-10	100/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	100/5	8913-82		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
361	Ф10 - 10кВ	Счетчик	A2R-3-OL-C4-T	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
						831-69		
						831-69		
						831-69		
						1276-59		
						-		
						1276-59		
		Дабан						
362	ВЛ 220 кВ УД-32	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
						20344-05		
						20344-05		
						20344-05		
						27069-11		
						27069-11		
						27069-11		
		363	ВЛ 220 кВ ДС-34	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11
20344-05								
20344-05								
20344-05								
27069-11								
27069-11								
27069-11								

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Посольская										
364	Вв 35кВ 1Т	Счетчик	A1R-3-AL-C25-T	0,2S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14/ RTU-327 рег. № 19495-03	ССБ-1Г рег. № 58301-14/ УСБ-3 рег. № 51644-12		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	(35000/√3)/(100/√3)	912-07				
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	(35000/√3)/(100/√3)	912-07				
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	(35000/√3)/(100/√3)	912-07				
		ТТ	А	ТВ-35-П-20 У2	600/5	19720-00				
		ТТ	В	ТВ-35-П-20 У2	600/5	19720-00				
		ТТ	С	-	-	-				
		Счетчик	A1R-3-AL-C25-T	0,2S/-	1	14555-02				
365	Вв 35кВ 2Т	ТН	А	ЗНОМ-35-65	(35000/√3)/(100/√3)	912-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14/ RTU-327 рег. № 19495-03	ССБ-1Г рег. № 58301-14/ УСБ-3 рег. № 51644-12		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	(35000/√3)/(100/√3)	912-07				
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	(35000/√3)/(100/√3)	912-07				
		ТТ	А	ТВ-35-П-20 У2	1000/5	19720-00				
		ТТ	В	ТВ-35-П-20 У2	1000/5	19720-00				
		ТТ	С	-	-	-				
		Янчукан								
		Счетчик	A1140RAL-BW-4Т	1,0/2,0	1	33786-07				
366	Ф1 - 0,4кВ РТК	ТН	А	-	-	-	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14/ RTU-327 рег. № 19495-03	ССБ-1Г рег. № 58301-14/ УСБ-3 рег. № 51644-12		
		ТН	В	-	-	-				
		ТН	С	-	-	-				
		ТТ	А	Т-0,66 У3	100/5	22656-07				
		ТТ	В	Т-0,66 У3	100/5	22656-07				
		ТТ	С	Т-0,66 У3	100/5	22656-07				
		Счетчик	A1140RAL-BW-4Т	1,0/2,0	1	33786-07				
		ТН	А	-	-	-				
367	Ф2 - 0,4кВ РТК	ТН	В	-	-	-	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14/ RTU-327 рег. № 19495-03	ССБ-1Г рег. № 58301-14/ УСБ-3 рег. № 51644-12		
		ТН	С	-	-	-				
		ТТ	А	Т-0,66 У3	100/5	22656-07				
		ТТ	В	Т-0,66 У3	100/5	22656-07				
		ТТ	С	Т-0,66 У3	100/5	22656-07				
		Счетчик	A1140RAL-BW-4Т	1,0/2,0	1	33786-07				
		ТН	А	-	-	-				
		ТН	В	-	-	-				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Ангоя					
368	Ф5 - 10кВ	Счетчик	ЕА 05 RL-PIС-3		1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495- 03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	50/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	50/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	50/5	51623-12		
369	Ф6 - 10кВ	Счетчик	ЕА 05 RL-PIС-3		1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	50/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	50/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-72	50/5	51623-12		
370	Ф7 - 10кВ	Счетчик	ЕА 05 RL-PIС-3		1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	50/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	50/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	50/5	51623-12		
371	Ф8 - 10кВ	Счетчик	ЕА 05 RL-PIС-3		1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	50/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	50/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-72 У2	50/5	51623-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
372	Ф2 - 0,4кВ РТК	Счетчик	A1140RAL-BW-4T	1,0/2,0	1	33786-07	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	A		-	-		
		ТН	B		-	-		
		ТН	C		-	-		
		ТТ	A	0,5	40/5	50733-12		
		ТТ	B	0,5	40/5	50733-12		
		ТТ	C	0,5	40/5	50733-12		
373	Ф1 - 0,4кВ РТК	Счетчик	A1140RAL-BW-4T	1,0/2,0	1	33786-07		
		ТН	A		-	-		
		ТН	B		-	-		
		ТН	C		-	-		
		ТТ	A	0,5	40/5	50733-12		
		ТТ	B	0,5	40/5	50733-12		
		ТТ	C	0,5	40/5	50733-12		
374	Вв 220кВ 1Т	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	B	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	C	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	A	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	B		-	-		
		ТТ	C	0,2S	100/1	27069-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
375	Вв 220кВ 3Т	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/ РТУ-327 пер.№ 19495- 03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	0,2S	100/1	27069-11		
376	Вв 220 кВ 4Т	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	0,2S	100/1	27069-11		
377	Вв 220кВ 2Т	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	100/1	53971-13		
		ТТ	В		-	-		
		ТТ	С					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
378	Ф - 0,4кВ ОАО МТС	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12		
		ТН	А			-				
		ТН	В		-	-				
		ТН	С		-	-				
		ТТ	А	0,5	30/5	50733-12				
		ТТ	В	0,5	30/5	50733-12				
		ТТ	С	0,5	30/5	50733-12				
		Счетчик	A1140RAL-BW-4Т	1,0/2,0	1	33786-07				
379	Ф - 0,4кВ ФСК ЕЭС	ТН	А		-	-				
		ТН	В		-	-				
		ТН	С		-	-				
		ТТ	А	0,5	40/5	50733-12				
		ТТ	В	0,5	40/5	50733-12				
		ТТ	С	0,5	40/5	50733-12				
		Посольская								
		380	ВЛ 275 Мысовая Ввод 1Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5			1	31857-06
ТН	А			0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05				
ТН	В			0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05				
ТН	С			0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05				
ТТ	А			0,2S	100/1	27069-05				
ТТ	В			0,2S	100/1	27069-05				
ТТ	С			0,2S	100/1	27069-05				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
381	ВЛ 277 Северная Ввод 2Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14/ RTU-327 рег. № 19495- 03	ССВ-1Г рег. № 58301-14/ УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-220УХЛ1	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220УХЛ1	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220УХЛ1	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	ТБМО-220УХЛ1	100/1	27069-05		
		ТТ	В	ТБМО-220УХЛ1	100/1	27069-05		
		ТТ	С	ТБМО-220УХЛ1	100/1	27069-05		
Пересечная								
382	ВЛ 274 Мысовая	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14/ RTU-327 рег. № 19495- 03	ССВ-1Г рег. № 58301-14/ УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-220УХЛ1	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220УХЛ1	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220УХЛ1	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	ТБМО-220УХЛ1	100/1	27069-05		
		ТТ	В	ТБМО-220УХЛ1	100/1	27069-05		
		ТТ	С	ТБМО-220УХЛ1	100/1	27069-05		
383	ВЛ 273 Мысовая	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14/ RTU-327 рег. № 19495- 03	ССВ-1Г рег. № 58301-14/ УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-220УХЛ1	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220УХЛ1	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220УХЛ1	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	ТБМО-220УХЛ1	100/1	27069-05		
		ТТ	В	ТБМО-220УХЛ1	100/1	27069-05		
		ТТ	С	ТБМО-220УХЛ1	100/1	27069-05		
384	ф. 2	Счетчик	A2R-3-OL-C25-T	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14/ RTU-327 рег. № 19495- 03	ССВ-1Г рег. № 58301-14/ УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	150/5	22192-07		
		ТТ	В	НЕТ				
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	150/5	22192-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Заиграево								
385	ВЛ РЗ-279 Ввод 220 1Т	Счетчик	A1802RALQ-R4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03 ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	A	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	B	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	C	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	A	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	B	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	C	0,2S	100/1	27069-11		
		Счетчик	A1802RALQ-R4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
386	ВЛ ЗК-281 Ввод 220 2Т	ТН	A	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03 ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	B	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	C	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	A	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	B	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	C	0,2S	100/1	27069-11		
		Счетчик	A1R-3-AL-C25-Г	0,2S/-	1	14555-99		
		ТН	A	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-54		
387	ф. 1Ф № 3018	ТН	B	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-54	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03 ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	C	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-54		
		ТТ	A	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	B	-	-	-		
		ТТ	C	0,5	300/5	3690-73		
		Счетчик	A1R-3-AL-C25-Г	0,2S/-	1	14555-99		
		ТН	A	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	B	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
388	ф. 2Ф № 3019	ТН	C	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03 ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТТ	A	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	B	-	-	-		
		ТТ	C	0,5	200/5	3690-73		
		Счетчик	A1R-3-AL-C25-Г	0,2S/-	1	14555-99		
		ТН	A	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	B	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	C	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
389	ф. 3Ф № 348	ТТ	A	0,5	300/5	3690-73	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03 ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТТ	B	-	-	-		
		ТТ	C	0,5	300/5	3690-73		
		Счетчик	A1R-3-AL-C25-Г	0,2S/-	1	14555-99		
		ТН	A	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	B	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	C	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	A	0,5	300/5	3690-73		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
390	ф. 4Ф "Карьер"	Счетчик	A2R-3-AL-C25-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14/ RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14/ УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ-35	(35000√3)/(100√3)	912-54		
		ТН	В	ЗНОМ-35	(35000√3)/(100√3)	912-54		
		ТН	С	ЗНОМ-35	(35000√3)/(100√3)	912-54		
		ТТ	А	ТФН-35м	50/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35м	50/5	3690-73		
		Новоильск						
391	ф. 1Ф № 3017	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14/ RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14/ УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛП	(35000√3)/(100√3)	19813-05		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛП	(35000√3)/(100√3)	19813-05		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛП	(35000√3)/(100√3)	19813-05		
		ТТ	А	ТФН-35м	100/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35м	100/5	3690-73		
		Счетчик	EA05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
392	ф. 2Ф № 359	ТН	А	НАМИ-35 УХЛП	(35000√3)/(100√3)	19813-05		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛП	(35000√3)/(100√3)	19813-05		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛП	(35000√3)/(100√3)	19813-05		
		ТТ	А	ТФН-35м	150/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35м	150/5	3690-73		
		Счетчик	A2R-4-OL-C25-T+	0,5S/-	1	14555-02		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	(35000√3)/(100√3)	912-70		
393	ф. 3Ф № 360	ТН	В	ЗНОМ-35-65	(35000√3)/(100√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	(35000√3)/(100√3)	912-70		
		ТТ	А	ТФН-35м	150/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35м	150/5	3690-73		
		Счетчик	EA05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	(35000√3)/(100√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	(35000√3)/(100√3)	912-70		
394	ф. 4Ф № 3183	ТН	С	ЗНОМ-35-65	(35000√3)/(100√3)	912-70		
		ТТ	А	ТФН-35м	300/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35м	300/5	3690-73		
		Счетчик	A2R-4-OL-C25-T+	0,5S/-	1	14555-02		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	(35000√3)/(100√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	(35000√3)/(100√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	(35000√3)/(100√3)	912-70		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
395		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	0,2S	100/1	27069-11		
396	ВЛ-280 Ввод 220 2Г	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	0,2S	100/1	27069-11		
Клжа								
397	КПЗ-283 Ввод 220 1Г	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	100/1	81933-21		
		ТТ	В	0,2S	100/1	81933-21		
		ТТ	С	0,2S	100/1	81933-21		
398	КПЗ-281 Ввод 220 2Г	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	100/1	81933-21		
		ТТ	В	0,2S	100/1	81933-21		
		ТТ	С	0,2S	100/1	81933-21		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Гусиное озеро								
399	ЛЭП-Тракторная	Счетчик	A1802RAL-QP4GB-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14/ RTU-327 рег.№ 19495- 03	ССВ-1Г рег. № 58301-14/ УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАЛИ СЭЩ-10	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ СЭЩ-10	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ СЭЩ-10	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТЛО-10 МО1ВС	200/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10 МО1ВС	200/5	25433-11		
400	ЛЭП- Железнодорожный	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-20		
		ТН	А	НАЛИ СЭЩ-10	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ СЭЩ-10	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ СЭЩ-10	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТЛО-10 МО1ВС	200/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10 МО1ВС	200/5	25433-11		
401	ЛЭП-Водокачка	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-20		
		ТН	А	НАЛИ СЭЩ-10	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ СЭЩ-10	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ СЭЩ-10	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТЛО-10 МО1ВС	200/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10 МО1ВС	200/5	25433-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
402	ЛЭП - ГС-106	Счетчик	A1802-RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-20	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	0,2S	300/5	22440-07		
		ТТ	В	0,2S	300/5	22440-07		
		ТТ	С	0,2S	300/5	22440-07		
Дозорный								
403	ВЛ НД-3079 (Вв 35 кВ Т1)	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	0,5	300/5	3186-72		
		ТТ	В	0,5	300/5	3186-72		
		ТТ	С	0,5	300/5	3186-72		
404	ВЛ ХД-3078 (Вв 35 кВ Т2)	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	0,5	300/5	3186-72		
		ТТ	В	0,5	300/5	3186-72		
		ТТ	С	0,5	300/5	3186-72		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Селенга								
405	СС-122 Ввод 110 1Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	В	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	С	0,2S	200/1	23256-11		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
406	СС-121 Ввод 110 2Т	ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	В	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	С	0,2S	200/1	23256-11		
		Татаурово						
		Счетчик	EA05RAL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
407	ВВ- 1Т	ТН	А	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	В	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	0,5	400/5	3690-73		
		ТТ	В	0,5	400/5	3690-73		
		ТТ	С	0,5	400/5	3690-73		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
408	ВВ- 2Т	Счетчик	ЕА05RAL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495- 03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	16666-97		
		ТН	В	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	0,5	400/5	912-70		
		ТТ	В	0,5	400/5	3690-73		
		ТТ	С	0,5	400/5	3690-73		
409	МЛ-114 Ввод 110 1Т	Счетчик	А1802-RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	0,2S	100/1	23256-05		
410	ТМ-119 Ввод 110 2Т	Счетчик	А1802-RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	0,2S	100/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Заулинск								
411	Ввод 110 2Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	A VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	B VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	C VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТТ	A VAU-123	0,2S	200/1	37850-08		
		ТТ	B VAU-123	0,2S	200/1	37850-08		
		ТТ	C VAU-123	0,2S	200/1	37850-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
412	ВЛ - Ввод 110 7Т	ТН	A VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	B VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	C VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТТ	A VAU-123	0,2S	200/1	37850-08		
		ТТ	B VAU-123	0,2S	200/1	37850-08		
		ТТ	C VAU-123	0,2S	200/1	37850-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
Худоселанская								
413	4Ф - 10кВ	Счетчик	A2R-3-OL-C25-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	A НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	C НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	A ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	B ТПЛ-10					
		ТТ	C ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		Счетчик	A2R-3-OL-C25-T+	0,5S/-	1	14555-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
414	Вв 110кВ 2Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/	ССВ-1Г пер. № 58301-14/	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3			24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3			24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-11		
Выдрино									
415	ф. 1 Ф	Счетчик	A1R-3-AL-C25-Т	0,2S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/	ССВ-1Г пер. № 58301-14/	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			912-70
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			912-70
		ТТ	А	ТФН-35	0,5	200/5			664-51
		ТТ	В	-	-	-			-
		ТТ	С	ТФН-35	0,5	200/5			664-51
416	ф. 2 Ф	Счетчик	A1R-3-AL-C25-Т	0,2S/-	1	14555-02	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			912-70
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			912-70
		ТТ	А	ТФ3М-35А-У1	0,5	50/5			26417-06
		ТТ	В	-	-	-			-
		ТТ	С	ТФ3М-35А-У1	0,5	50/5			26417-06
417	ф. 3 Ф	Счетчик	A2R-3OL-C25-Т	0,5S/-	1	14555-02			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			912-70
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			912-70
		ТТ	А	ТФН-35	0,5	200/5			664-51
		ТТ	В	-	-	-			-
		ТТ	С	ТФ3М-35А-У1	0,5	200/5			3690-73

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
418	ф. 4Ф	Счетчик	A2R-3-OL-C25-Г	0,5S/-	1	14555-02	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03 ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	14555-02		
		ТН	В	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	0,5	30/5	912-70		
		ТТ	В	0,5	30/5	664-51		
		ТТ	С	0,5	30/5	664-51		
419	ф. 5Ф	Счетчик	A1R-3-AL-C25-Г	0,2S/-	1	14555-02		
		ТН	А	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	0,5	75/5	3690-73		
		ТТ	В	0,5	75/5	3690-73		
		ТТ	С	0,5	75/5	3690-73		
420	ВЛ 274 Мысовая	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	500/1	80251-20		
		ТТ	В	0,2S	500/1	80251-20		
		ТТ	С	0,2S	500/1	80251-20		
421	ВЛ 272 БЦБК	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	500/1	80251-20		
		ТТ	В	0,2S	500/1	80251-20		
		ТТ	С	0,2S	500/1	80251-20		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мысовая								
422	ф. 3Ф - 35кВ	Счетчик	A2R-3-AL-C25-T	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	0,5S	150/5	47124-11		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5S	150/5	47124-11		
423	ф. 1Ф - 6кВ	Счетчик	A1R-3-AL-C25-T	0,2S/-	1	14555-02		
		ТН	А	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТН	В	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТН	С	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТТ	А	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,2S	200/5	25433-08		
424	ф. 2Ф - 6кВ	Счетчик	A2R-3-AL-C25-T+	0,5S/-	1	14555-02		
		ТН	А	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТН	В	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТН	С	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТТ	А	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,2S	200/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
425	ф. 3Ф - 6кВ	Счетчик	A1R-3-AL-C25-Г	0,2S/-	1	14555-02	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТН	В	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТН	С	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТТ	А	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,2S	200/5	25433-03		
426	ф. 4Ф - 6кВ	Счетчик	A2R-3-OL-C25-Г	0,5S/-	1	14555-02		
		ТН	А	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТН	В	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТН	С	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТТ	А	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,2S	150/5	25433-03		
427	ф. 5Ф - 6кВ	Счетчик	A2R-3-OL-C25-Г	0,5S/-	1	14555-02		
		ТН	А	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТН	В	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТН	С	0,5	(6000/100)	20186-05		
		ТТ	А	0,5	30/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	0,5	30/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Моргудон								
428	ВЛ 110кВ Калтук	Счетчик	A1802RALG-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	В	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	С	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	А	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	В	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	С	0,2S	200/1	23256-11		
429	ВЛ 110кВ Кузнецовка	Счетчик	A1802RALG-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	В	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	С	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	А	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	В	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	С	0,2S	200/1	23256-11		
Мысовая								
430	Ввод 1Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	150/1	27069-05		
		ТТ	В	0,2S	150/1	27069-05		
		ТТ	С	0,2S	150/1	27069-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
431	Ввод 2Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	150/1	61552-15		
		ТТ	В	0,2S	150/1	61552-15		
		ТТ	С	0,2S	150/1	61552-15		
Гидростроитель								
432	Вв 27,5кВ 3Т	Счетчик	A2R-3-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	-	-	-		
		ТН	С	0,5	27500/100	912-70		
		ТТ	А	0,2S	600/5	83404-21		
		ТТ	В	0,2S	600/5	83404-21		
		ТТ	С	0,2S	600/5	83404-21		
Таксимо								
433	ВЛ 110кВ ТТ-12	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	В	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	С	0,2S	200/1	23256-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
434	ВЛ 110кВ ТТ-72	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	В	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	С	0,2S	200/1	23256-11		
435	Ф3- 10кВ	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02		
		ТН	А	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	0,5S	75/5	51623-12		
		ТТ	В	0,5S	75/5	51623-12		
		ТТ	С	-	-	-		
436	Ф4- 10кВ	Счетчик	A1805RALXQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	0,5S	100/5	51623-12		
		ТТ	В	0,5S	100/5	51623-12		
		ТТ	С	-	-	-		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
437	Ф5- 10кВ	Счетчик	ЕА 05 RL-PIС-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495- 03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	0,5	100/5	51623-12		
		ТТ	В	0,5	100/5	51623-12		
		ТТ	С	-	-	-		
438	Ф6- 10кВ	Счетчик	А2R-4-AL-С29-Т+	0,5S/-	1	14555-02		
		ТН	А	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,5S	75/5	51623-12		
		ТТ	В	0,5S	75/5	51623-12		
		ТТ	С	-	-	-		
439	Ф8 - 10кВ	Счетчик	ЕА 05 RL-PIС-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,5S	100/5	51623-12		
		ТТ	В	0,5S	100/5	51623-12		
		ТТ	С	-	-	-		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
440	Ф11 - 10кВ	Счетчик	EA 05 RL-PIС-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	75/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	75/5	51623-12		
		ТТ	С	-	-	-	-		
441	Ф13 - 10кВ	Счетчик	EA 05 RL-PIС-3		0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5	75/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5	75/5	51623-12		
		ТТ	С	-	-	-	-		
442	Ф16 - 10кВ	Счетчик	A2R-4-AL-C29-T+		0,5S/-	1	14555-02		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
443	ОВ - 110кВ	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1			23256-11
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1			23256-11
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1			23256-11
Гидростроитель									
444	Вв 27,5кВ 4Т	Счетчик	A2R-3-AL-C29-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100			912-70
		ТН	В	-	-	-			-
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100			912-70
		ТТ	А	ТВ-35	0,2S	600/5			19720-06
		ТТ	В	ТВ-35	0,2S	600/5			19720-06
		ТТ	С	ТВ-35	0,2S	600/5			19720-06
Зяба									
445	ВЛ 110кВ Кежемская	Счетчик	A1802RALG-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3			24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3			24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000/√3/100/√3			24218-08
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1			23256-11
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1			23256-11
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1			23256-11

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
446	ВЛ 110кВ Гидростр- ль	Счетчик	A1802RALG-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	300/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	300/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	300/1	23256-11		
Видим								
447	Вв 110кВ 1Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11		
448	Вв 110кВ 2Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11		
Окусикан								
449	Вв 220кВ 3Т (2)	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-220-УХЛ1	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220-УХЛ1	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220-УХЛ1	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	ТФЗМ-220-Б ШХЛ1	600/5	3694-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-220-Б ШХЛ1	600/5	3694-73		
		ТТ	С	ТФЗМ-220-Б ШХЛ1	600/5	3694-73		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
450	Ф5- 10кВ	Счетчик	A2R-3-AL-C25-T	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100			11094-87
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100			11094-87
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100			11094-87
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5			51623-12
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5			51623-12
		ТТ	С	-	-	-			-
451	Ф9 - 10кВ	Счетчик	EA 05 RL-PIС-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100			11094-87
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100			11094-87
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100			11094-87
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-51 У2	0,5S	100/5			51623-12
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-51 У2	0,5S	100/5			51623-12
		ТТ	С	-	-	-			-
Карапчанка									
452	Вв 110кВ 4Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000^3/100/^3			24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000^3/100/^3			24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	110000^3/100/^3			24218-08
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1			23256-11
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1			23256-11
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1			23256-11
Окусикан									
453	Ф4 - 10кВ	Счетчик	A2R-3AL-C25-T	0,5S/-	1	14555-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100			11094-87
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100			11094-87
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100			11094-87
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-51 У2	0,5S	50/5			51623-12
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-51 У2	0,5S	50/5			51623-12
		ТТ	С	-	-	-			-

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
454	Ф8 - 10кВ	Счетчик	A2R-3AL-C25-T					
		ТН	А	0,5S/-	1	14555-02		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	ТОЛ-СЭЩ-10-51 У2	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	ТОЛ-СЭЩ-10-51 У2	0,5S	200/5	51623-12		
455	Ф12- 10кВ	ТТ	С		-	-		
		Счетчик	EA 05 RL-PI-C-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	0,5S	100/5	51623-12		
		ТТ	ТОЛ-СЭЩ-10-51 У2	0,5S	100/5	51623-12		
456	Вв 10кВ 5Т	ТТ	С		-	-		
		Счетчик	EA05RAL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	0,5	600/5	8913-82		
		ТТ	ТВК-10-УХЛ3	0,5	600/5	8913-82		
457	Вв 220кВ 1Т	ТТ	ТВК-10-УХЛ3	0,5	600/5	8913-82		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220-УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220-УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	В		-	-		
		ТТ	С		-	-		

ЭКОН-3000
пер. №
17049-14/

RTU-327
пер. № 19495-
03

ССВ-1Г
пер. №
58301-14/

УСВ-3
пер. №
51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
458	Вв 220кВ 2Т	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14/ РТУ-327 рег. № 19495- 03 ССВ-1Г рег. № 58301-14/ УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	В		-	-		
		ТТ	С		-	-		
459	Вв 220кВ 3Т	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14/ РТУ-327 рег. № 19495- 03 ССВ-1Г рег. № 58301-14/ УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	В	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	С	0,2S	100/1	27069-11		
460	Вв 220 кВ 4Т	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14/ РТУ-327 рег. № 19495- 03 ССВ-1Г рег. № 58301-14/ УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	В	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	С	0,2S	100/1	79483-20		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Черная								
461	Вв 110кВ 1Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТТ	ТВГ УЭТМ®-110 УХЛ2	0,2S	200/1	52619-13		
		ТТ	ТВГ УЭТМ®-110 УХЛ2	0,2S	200/1	52619-13		
		ТТ	ТВГ УЭТМ®-110 УХЛ2	0,2S	200/1	52619-13		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
462	Вв 110кВ 2Т	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-03		
		ТТ	ТВГ УЭТМ®-110 УХЛ2	0,2S	400/5	52619-13		
		ТТ	ТВГ УЭТМ®-110 УХЛ2	0,2S	400/5	52619-13		
		ТТ	ТВГ УЭТМ®-110 УХЛ2	0,2S	400/5	52619-13		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТТ	ТВГ УЭТМ®-110 УХЛ2	0,2S	400/5	52619-13		
Коршуниха								
463	Вв-110кВ "А"	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	ТРГ-УЭТМ-110-IV УХЛ1	0,2S	400/5	53971-13		
		ТТ	ТРГ-УЭТМ-110-IV УХЛ1	0,2S	400/5	53971-13		
		ТТ	ТРГ-УЭТМ-110-IV УХЛ1	0,2S	400/5	53971-13		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
464	Вв-110кВ "Б"	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	А	ТВГ УЭТМ®-110 УХЛ2	200/1	52619-13		
		ТТ	В	ТВГ УЭТМ®-110 УХЛ2	200/1	52619-13		
		ТТ	С	ТВГ УЭТМ®-110 УХЛ2	200/1	52619-13		
Хребтовая								
465	Вв 110кВ 1Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-УЭТМ-110-IV УХЛ1	200/1	53971-13		
		ТТ	В	ТРГ-УЭТМ-110-IV УХЛ1	200/1	53971-13		
		ТТ	С	ТРГ-УЭТМ-110-IV УХЛ1	200/1	53971-13		
Семигорск								
466	ВЛ-110 кВ Ручей	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	200/1	23256-11		
Хребтовая								
467	Вв 110кВ 2Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	А	ТВГ УЭТМ®-110 УХЛ2	300/1	52619-13		
		ТТ	В	ТВГ УЭТМ®-110 УХЛ2	300/1	52619-13		
		ТТ	С	ТВГ УЭТМ®-110 УХЛ2	300/1	52619-13		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Семигорск								
468	ВЛ-110 кВ Хребтовая	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	300/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	300/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	300/1	23256-11		
Перевал								
469	Вв 35кВ 2Т	Счетчик	A2R-3-0L-C4-T+	0,5S/-	1	14555-02	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТТ	А	ТФ3М-35А-ХЛП	1000/5	8555-81		
		ТТ	В	ТФ3М-35А-ХЛП	1000/5	8555-81		
		ТТ	С	-	-	-		
470	Вв 220кВ 1Т	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-220-УХЛП	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220-УХЛП	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220-УХЛП	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	ТБМО-220-УХЛП	200/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220-УХЛП	200/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220-УХЛП	200/1	27069-11		
471	Вв 220кВ 2Т	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-220-УХЛП	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220-УХЛП	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220-УХЛП	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	ТБМО-220-УХЛП	200/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220-УХЛП	200/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220-УХЛП	200/1	27069-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ручей								
472	ВЛ-110 кВ Усть-Кут	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	В	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	С	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	А	0,2S	600/1	23256-11		
		ТТ	В	0,2S	600/1	23256-11		
		ТТ	С	0,2S	600/1	23256-11		
473	ВЛ-110 кВ Семигорск	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	В	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	С	0,2	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	А	0,2S	600/1	23256-11		
		ТТ	В	0,2S	600/1	23256-11		
		ТТ	С	0,2S	600/1	23256-11		
Усть-Кут								
474	Вв 220кВ 1Г	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	0,2S	100/1	27069-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
475	Вв 220кВ 2Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-220-УХЛ1	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220-УХЛ1	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220-УХЛ1	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	ТБМО-220-УХЛ1	100/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220-УХЛ1	100/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220-УХЛ1	100/1	27069-11		
476	РП-220кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-220-УХЛ1	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220-УХЛ1	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220-УХЛ1	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	ТБМО-220-УХЛ1	600/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220-УХЛ1	600/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220-УХЛ1	600/1	27069-11		
477	Вв 110кВ 1Т	Усть-Кут						
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	А	ТВГ УЭТМ®-110 УХЛ2	200/1	52619-13		
		ТТ	В	ТВГ УЭТМ®-110 УХЛ2	200/1	52619-13		
ТТ	С	ТВГ УЭТМ®-110 УХЛ2	200/1	52619-13				
478	Вв 110кВ 2Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	110000/√3/100/√3	24218-08		
		ТТ	А	ТВГ УЭТМ®-110 УХЛ2	200/1	52619-13		
		ТТ	В	ТВГ УЭТМ®-110 УХЛ2	200/1	52619-13		
		ТТ	С	ТВГ УЭТМ®-110 УХЛ2	200/1	52619-13		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Якурим								
479	Вв 220кВ 1Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03	ССБ-1Г пер. № 58301-14/ УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	100/1	27069-05		
		ТТ	В	0,2S	100/1	27069-05		
		ТТ	С	0,2S	100/1	27069-05		
480	Вв 220кВ 2Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	100/1	27069-05		
		ТТ	В	0,2S	100/1	27069-05		
		ТТ	С	0,2S	100/1	27069-05		
481	Вв 220кВ 3Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	100/1	27069-05		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	-	-	-		
482	ОВ-220кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	500/1	80251-20		
		ТТ	В	0,2S	500/1	80251-20		
		ТТ	С	0,2S	500/1	80251-20		
483	Вв 220кВ 4Т	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	0,2S	100/1	27069-05		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	-	-	-		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Янчукан								
484	Ф6 - 10кВ	Счетчик	ЕА 05 RL-PIС-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,5S	75/5	51623-12		
		ТТ	В	0,5S	75/5	51623-12		
		ТТ	С	-	-	-		
485	Ф8 - 10кВ	Счетчик	ЕА 05 RL-PIС-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,5S	75/5	51623-12		
		ТТ	В	0,5S	75/5	51623-12		
		ТТ	С	-	-	-		
486	Ф9 - 10кВ	Счетчик	ЕА 05 RL-PIС-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,5S	75/5	51623-12		
		ТТ	В	0,5S	75/5	51623-12		
		ТТ	С	-	-	-		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
487	Ф11 - 10 кВ	Счетчик	ЕА 05 RL-PIС-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14/ РТУ-327 пер.№ 19495- 03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-51	0,5S	75/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-51	0,5S	75/5	51623-12		
		ТТ	С	-	-	-	-		
488	Вв 220кВ 1Т	Счетчик	А1802RAL Q-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-220-УХЛП	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220-УХЛП	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220-УХЛП	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	ТБМО-220-УХЛП	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	В	ТБМО-220-УХЛП	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	С	ТБМО-220-УХЛП	0,2S	100/1	79483-20		
489	Вв 220кВ 2Т	Счетчик	А1802RAL Q-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-220-УХЛП	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220-УХЛП	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220-УХЛП	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	ТБМО-220-УХЛП	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	В	ТБМО-220-УХЛП	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	С	ТБМО-220-УХЛП	0,2S	100/1	79483-20		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
490	Ф1 - 0,4кВ ФСК	Счетчик	A1805RALXQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер. № 19495- 03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А		-	-		
		ТН	В		-	-		
		ТН	С		-	-		
		ТТ	А	0,5	20/5	22656-07		
		ТТ	В	0,5	20/5	22656-07		
		ТТ	С	0,5	20/5	22656-07		
491	Ф2 - 0,4кВ ФСК	Счетчик	A1805RALXQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А		-	-		
		ТН	В		-	-		
		ТН	С		-	-		
		ТТ	А	0,5	20/5	22656-07		
		ТТ	В	0,5	20/5	22656-07		
		ТТ	С	0,5	20/5	22656-07		
492	Ф - 0,4кВ ОАО МТС	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А		-	-		
		ТН	В		-	-		
		ТН	С		-	-		
		ТТ	А	0,5	30/5	22656-07		
		ТТ	В	0,5	30/5	22656-07		
		ТТ	С	0,5	30/5	22656-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Икабья								
493	Ф1- 10кВ	Счетчик	ЕА05RAL-P2В-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 19495- 03 ССВ-1Г пер. № 58301-14/ УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НТМИ-10-66	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТОЛ-10	150/5	7069-07		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	150/5	7069-07		
		Счетчик	ЕА05L-B-3	0,5S/-	1	16666-07		
494	Ф4- 10кВ	ТН	А	НТМИ-10-66	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	50/5	1276-59		
		Счетчик	А2R2-3-L-C25-Г	0,5S/1,0	1	27428-09		
		ТН	А	НТМИ-10-66	10000/100	831-69		
495	Ф3- 10кВ	ТН	В	НТМИ-10-66	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	50/5	1276-59		
		Счетчик	ЕА05RAL-P2В-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10-66	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	10000/100	831-69		
496	Ф6- 10кВ	ТН	С	НТМИ-10-66	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	100/5	1276-59		
		Счетчик	А2R2-3-L-C25-Г	0,5S/1,0	1	27428-09		
		ТН	А	НТМИ-10-66	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	10000/100	831-69		
497	Ф8- 10кВ	ТТ	А	ТОЛ-10	150/5	7069-07		
		ТТ	В	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	150/5	7069-07		
		Счетчик	ЕА05RAL-P2В-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10-66	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТОЛ-10	150/5	7069-07		

Примечания

1 Допускается замена измерительных трансформаторов, счетчиков, УСПД, УССВ на аналогичные утвержденные типов при условии, что владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 4 метрологических характеристик. Замена оформляется техническим актом в установленном владельцем порядке с внесением изменений в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами на АИИС КУЭ как их неотъемлемая часть.

Таблица 4 – Метрологические характеристики ИК

Номера ИК	Вид электроэнергии	Границы основной погрешности ($\pm\delta$), %	Границы погрешности в рабочих условиях ($\pm\delta$), %
1	2	3	4
183	Активная	0,8	5,3
179, 181, 182, 187	Активная	0,8	2,4
423, 425	Активная	0,8	2,2
68, 164, 206, 345, 364, 365, 387, 388, 389, 415, 416, 419	Активная	1,1	5,5
147, 168, 207	Активная	1	4,8
378, 492	Активная	0,8	5,3
	Реактивная	1,9	3,4
14, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 60, 61, 62, 63, 88, 89, 110, 111, 138, 148, 203, 212, 213, 214, 215, 216, 220, 221, 223, 224, 225, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 241, 242, 246, 247, 291, 292, 293, 294, 299, 300, 304, 305, 306, 307, 308, 311, 312, 316, 317, 325, 326, 327, 328, 329, 337, 338, 339, 340, 341, 374, 375, 376, 377, 380, 381, 385, 386, 397, 398, 405, 406, 409, 410, 414, 428, 429, 433, 434, 443, 445, 446, 447, 448, 452, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 488, 489, 498	Активная	0,5	1,9
	Реактивная	1,3	4
1, 2, 3, 9, 18, 19, 20, 21, 82, 83, 93, 94, 97, 98, 101, 102, 106, 114, 115, 121, 122, 127, 128, 134, 135, 136, 137, 153, 154, 159, 160, 161, 165, 166, 184, 185, 192, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 204, 238, 243, 244, 251, 253, 282, 283, 284, 285, 343, 355, 356, 357, 362, 363, 382, 383, 395, 396, 402, 411, 412, 420, 421, 430, 431	Активная	0,5	1,9
	Реактивная	1,1	2,0
449	Активная	0,9	5,4
	Реактивная	2,0	3,4
77, 78	Активная	0,9	4,7
	Реактивная	2,1	4,4

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4
399, 400, 401	Активная	0,9	4,7
	Реактивная	2,0	2,7
130, 178	Активная	0,8	2,4
	Реактивная	1,6	1,9
73, 222, 226, 227, 255, 256, 260, 261, 272, 273	Активная	0,8	2,2
	Реактивная	1,7	4,0
80, 81, 86, 108, 112, 116, 123, 358, 359	Активная	0,8	2,2
	Реактивная	1,5	2,1
37, 52, 53, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 74, 105, 208, 209, 217, 218, 219, 257, 258, 262, 263, 264, 280, 295	Активная	1,1	5,5
	Реактивная	2,3	3,6
354	Активная	0,8	5,5
	Реактивная	1,8	4,1
6, 109, 124, 125, 126, 129, 131, 133, 169, 237	Активная	1,1	5,5
	Реактивная	2,3	2,9
259	Активная	1,0	4,8
	Реактивная	2,4	4,4
107, 132, 144, 145, 149, 150, 151, 152, 245, 286, 287, 288, 289, 290	Активная	1,0	4,8
	Реактивная	2,3	2,8
113, 157, 162, 167, 173, 176, 177, 180, 189, 190, 191	Активная	1,0	2,9
12, 17, 25, 45, 69, 79, 85, 95, 96, 99, 100, 118, 119, 120, 175, 248, 254, 271, 303, 313, 322, 324, 424, 426, 432, 444	Активная	1,0	2,8
7, 8, 11, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 76, 84, 87, 90, 91, 92, 103, 117, 155, 156, 158, 163, 170, 172, 188, 193, 194, 197, 205, 250, 266, 267, 268, 270, 274, 275, 277, 278, 301, 302, 309, 310, 315, 318, 319, 320, 321, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 342, 344, 346, 347, 348, 349, 351, 352, 360, 361, 384, 390, 391, 393, 403, 404, 413, 417, 418, 427, 437, 441, 469, 494, 500	Активная	1,2	5,7
4, 104, 139, 143, 146, 171, 279, 296, 297, 298, 314, 323, 368, 369, 370, 371, 422, 435, 438, 439, 440, 442, 450, 451, 453, 454, 455, 484, 485, 486, 487	Активная	1,2	5,1

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4
490, 491	Активная	1,0	5,6
	Реактивная	2,1	3,4
174, 186	Активная	1,0	2,9
	Реактивная	1,8	3,7
13, 75, 239	Активная	1,0	2,8
	Реактивная	1,8	4,0
10, 249, 276	Активная	1,0	2,8
	Реактивная	1,8	3,5
202, 210, 211, 350, 353, 392, 394, 456, 493, 495, 496, 497, 499	Активная	1,2	5,7
	Реактивная	2,5	4,3
15, 16, 55, 56, 57, 252, 265, 269, 281, 407, 408	Активная	1,2	5,7
	Реактивная	2,5	3,5
71, 140, 141, 142, 240, 436	Активная	1,2	5,1
	Реактивная	2,5	4,0
5, 42, 43	Активная	1,2	5,1
	Реактивная	2,5	4,4
366, 367, 372, 373, 379	Активная	1,3	6,2
	Реактивная	2,8	6,1

Таблица 5 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
1	2
Нормальные условия: параметры сети: - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - коэффициент мощности - частота, Гц температура окружающей среды, °С: - для счетчиков активной энергии ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ 30206-94 - для счетчиков реактивной энергии ГОСТ 31819.23-2012, ГОСТ Р 52425-2005 ГОСТ 26035-83	от 99 до 101 100 0,87 от 49,85 до 50,15 от +21 до +25 от +21 до +25 от +18 до +22
Рабочие условия: параметры сети: - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - коэффициент мощности, не менее - частота, Гц	от 90 до 110 от 2(5) до 120 0,5 от 49,6 до 50,4
диапазон рабочих температур окружающей среды, °С: - для ТТ и ТН - для счетчиков	от -45 до +40 от +5 до +35
- для УСПД - для сервера, УССВ	от +10 до +25 от +18 до +24
Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов:	
счетчики электроэнергии Альфа А1800: - средняя наработка до отказа, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч	120000 72
счетчики электроэнергии ЕвроАЛЬФА (рег. № 16666-97): - средняя наработка на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч	50000 72
счетчики электроэнергии ЕвроАльфа (рег. № 16666-07): - средняя наработка на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч	80000 72
счетчики электроэнергии АЛЬФА: - средняя наработка до отказа, не менее, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч	50000 72
счетчики электроэнергии Альфа А2R: - средняя наработка до отказа, не менее, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч	120000 72
счетчики электроэнергии Альфа А1140: - средняя наработка до отказа, не менее, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч	150000 72
УСПД ЭКОМ-3000: - средняя наработка до отказа, ч, не менее	75000

1	2
УСПД RTU-327: - средняя наработка до отказа, ч, не менее	35000
сервер синхронизации времени ССВ-1Г: - средняя наработка на отказ, ч, не менее - время восстановления, ч	22000 2
устройство синхронизации времени УСВ-3: - среднее время наработки на отказ, ч - время восстановления, ч	45000 2
УСПД: - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электроэнергии по каждому каналу и электроэнергии, потребленной за месяц, сут, не менее при отключенном питании, лет, не менее	45 3
ИВК: - результаты измерений, состояние объектов и средств измерений, лет, не менее	3,5

В журналах событий фиксируются факты:

- журнал счетчика:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени в счетчике;
- журнал УСПД:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени в счетчиках и УСПД;
 - пропадание и восстановление связи со счетчиком.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - счетчиков электрической энергии;
 - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
 - испытательной коробки;
 - УСПД.
- защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании:
 - счетчиков электрической энергии;
 - УСПД.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках электрической энергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована);
- сервере ИВК (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

- о состоянии средств измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:

- измерений 30 мин (функция автоматизирована);
- сбора информации 30 мин (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист формуляра АИИС КУЭ типографским способом. Нанесение знака утверждения типа на средство измерений не предусмотрено.

Таблица 6 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
1	2	3
Трансформатор тока	ТФЗМ-220-Б ШХЛ1	3
Трансформатор тока	ТРГ-УЭТМ®-220	2
Трансформатор тока	ТРГ-УЭТМ®-110	6
Трансформатор тока	ТВ-110(рег. № 29255-13)	6
Трансформатор тока	ТВ-110 (рег. № 32123-06)	6
Трансформатор тока	ТФЗМ-110Б-IV У1	3
Трансформатор тока	ТВГ-110	3
Трансформатор тока	ТВГ- УЭТМ®110	24
Трансформатор тока	ТБМО-220 УХЛ1(рег. № 79886-20)	16
Трансформатор тока	ТБМО-220 УХЛ1 (рег. № 79483-20)	22
Трансформатор тока	ТБМО-220 УХЛ1(рег. № 81933-21)	15
Трансформатор тока	ТБМО-220 УХЛ1 (рег. № 80251-20)	9
Трансформатор тока	ТБМО-220 УХЛ1	107
Трансформатор тока	ТБМО-110 УХЛ1	312
Трансформатор тока	VAU-123	18
Трансформатор тока	ТФЗМ-35Б-1У1, ТФНД-35М	15
Трансформатор тока	ТФЗМ-35А У1, ТФН-35М	45
Трансформатор тока	ТФН-35	5
Трансформатор тока	ТФЗМ 35А-У1	7
Трансформатор тока	ТФЗМ 35А-ХЛ1	2
Трансформатор тока	ТВ-35(рег. № 3186-72)	6
Трансформатор тока	ТВ-35 (рег. № 19720-00, 19720-06)	9
Трансформатор тока	ТВ-35 (рег. № 46101-10)	2
Трансформатор тока	ТВДМ-35МКП	3
Трансформатор тока	ТОЛ-35Б, ТОЛ-35	12

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Трансформатор тока	ТОЛ-35	9
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-35	2
Трансформатор тока	ТЛ-ЭК	6
Трансформатор тока	ТВ-ТМ-35	3
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-35-IV	12
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-35	12
Трансформатор тока	STSM-38 УХЛ1	9
Трансформатор тока	GIF-40,5 (рег. № 30368-05)	4
Трансформатор тока	ТЛП-10	8
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10 (рег. № 51623-12)	143
Трансформатор тока	ТПЛ-10 (рег. № 1276-59)	105
Трансформатор тока	ТПЛ-10, ТПОЛ-10 (рег. № 47958-11, 47958-16)	8
Трансформатор тока	ТПЛМ-10	14
Трансформатор тока	ТПЛ-10-М	10
Трансформатор тока	ТПЛ-10-М У2	4
Трансформатор тока	ТПФМ-10	2
Трансформатор тока	ТЛК-10	8
Трансформатор тока	ТЛМ-10	3
Трансформатор тока	ТПОЛ-10 (рег. № 1261-02)	6
Трансформатор тока	ТВЛМ-10	13
Трансформатор тока	ТЛО-10	75
Трансформатор тока	ТПЛ-10с	8
Трансформатор тока	ТВК-10	13
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10	3
Трансформатор тока	ТОЛ-10 (рег. № 38395-08)	24
Трансформатор тока	ТОЛ-10-М, ТОЛ-10-III	5
Трансформатор тока	ТОЛ-10-I	9
Трансформатор тока	ТОЛ-10 (рег. № 7069-07)	6
Трансформатор тока	T-0,66 МУЗ	12

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Трансформатор тока	Т-0,66 УЗ(рег. № 22656-07)	15
Трансформатор тока	ТШП-0,66	2
Трансформатор напряжения	НАМИ-110 УХЛ1	333
Трансформатор напряжения	НАМИ-220 УХЛ1	139
Трансформатор напряжения	VAU-123	18
Трансформатор напряжения	NTSM-38	3
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-СЭЩ-35	3
Трансформатор напряжения	НАЛИ-СЭЩ-35	6
Трансформатор напряжения	ЗНОМ -35	9
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35-65	104
Трансформатор напряжения	НАМИ-35 УХЛ1	10
Трансформатор напряжения	НАМИ-10 У2	2
Трансформатор напряжения	НАМИ-10	6
Трансформатор напряжения	НАМИ-10-95УХЛ2	70
Трансформатор напряжения	НАЛИ-СЭЩ-10	2
Трансформатор напряжения	НОЛ-СЭЩ-10	9
Трансформатор напряжения	НТМИ-10, НТМИ-6	2
Трансформатор напряжения	НТМИ-10-66	7
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ.06-6У3	3
Счетчик электроэнергии	ЕвроАЛЬФА (рег.№ 16666-97)	36
	ЕвроАЛЬФА (рег. № 16666-07)	9
Счетчик электроэнергии	АЛЬФА (рег.№14555-99)	3
	АЛЬФА (рег.№14555-02)	140
Счетчик электроэнергии	Альфа А1800 (рег. № 31857-06)	175
	Альфа А1800 (рег. № 31857-11)	111
	Альфа А1800 (рег. № 31857-20)	4
Счетчик электроэнергии	Альфа А2R (рег. № 27428-04)	9
	Альфа А2R (рег. № 27428-09)	7
Счетчик электроэнергии	Альфа А1140	5
Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	7
Устройство сбора и передачи данных	RTU-327	7
Сервер синхронизации времени	ССВ-1Г	1
Устройство синхронизации времени	УСВ-3	1
Формуляр	71319484.411711.001.44.ФО	1

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Восточно-Сибирской ЖД – филиала ОАО «РЖД», аттестованной ФГБУ «ВНИИМС», уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311787.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

Правообладатель

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

ИНН 7708503727

Адрес: 107174, г. Москва, Новая Басманная ул., д. 2

Телефон: +7 (499) 262-99-01

Web-сайт: www.rzd.ru

E-mail: info@rzd.ru

Изготовитель

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

ИНН 7708503727

Адрес: 107174, г. Москва, Новая Басманная ул., д. 2

Телефон: +7 (499) 262-99-01

Web-сайт: www.rzd.ru

E-mail: info@rzd.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГБУ «ВНИИМС»)

Адрес: 119631, г. Москва, ул. Озерная, д. 46


Телефон: +7 (495) 437-55-77

Факс: +7 (495) 437-56-66

Web-сайт: www.vniims.ru

E-mail: office@vniims.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13.



ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Свердловской ЖД - филиала ОАО «РЖД»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Свердловской ЖД – филиала ОАО «РЖД» (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни.

Первый уровень - измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс регионального Центра энергоучета (ИВКЭ), реализован на базе устройств сбора и передачи данных (УСПД) основного типа ЭКОМ-3000 и резервного типа RTU327, выполняющих функции сбора, хранения результатов измерений и передачи их на уровень ИВК.

Третий уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК) включает в себя основной и резервный серверы, устройства синхронизации системного времени (УССВ), каналобразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ).

Основной сервер функционирует на базе программного обеспечения (ПО) «ГОРИЗОНТ». Резервный сервер функционирует на базе ПО «Энергия Альфа 2».

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков электроэнергии. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы основных и резервных УСПД. С основных УСПД данные передаются по основному каналу связи в основной сервер ИВК, где производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и оформление отчетных документов. В резервных УСПД производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и далее по основному каналу связи данные передаются в резервный сервер ИВК, где происходит оформление отчетных документов.

Допускается передача данных с резервных УСПД с обработкой измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) в основной сервер ИВК. При этом обработка измерительной информации в основном сервере ИВК не производится.

Основной и резервный серверы функционируют независимо друг от друга. Исключение из работы одного из серверов (основного или резервного) из ИК не влияет на функционирование находящегося в работе сервера и АИИС КУЭ в целом.

Основные и резервные УСПД функционируют независимо друг от друга. Исключение из работы основного или резервного УСПД из ИК не влияет на функционирование находящихся в работе УСПД и АИИС КУЭ в целом.

Дальнейшая передача информации от ИВК третьим лицам осуществляется по каналу связи сети Internet в формате XML-макетов в соответствии с регламентами оптового рынка электроэнергии (ОРЭМ).

ИВК также обеспечивает прием измерительной информации от АИИС КУЭ утвержденного типа третьих лиц, получаемой в формате XML-макетов в соответствии с регламентами ОРЭМ в автоматизированном режиме посредством электронной почты сети Internet.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (далее по тексту – СОЕВ), которая охватывает все уровни системы. СОЕВ выполняет законченную функцию измерений времени, имеет нормированные метрологические характеристики и обеспечивает автоматическую синхронизацию времени. Для обеспечения единства измерений используется единое календарное время. В состав СОЕВ входят часы УСПД, счетчиков, ИВК, сервер синхронизации времени ССВ-1Г, устройство синхронизации времени УСВ-3.

Основной сервер ИВК оснащен основным сервером синхронизации времени ССВ-1Г и резервным устройством синхронизации времени УСВ-3. Периодичность сравнения показаний часов между основным сервером ИВК и сервером синхронизации времени осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 1 с (параметр программируемый). В случае отсутствия связи с основным сервером синхронизации времени ССВ-1Г, синхронизация осуществляется от резервного устройства синхронизации времени УСВ-3 не реже 1 раза в сутки.

Резервный сервер ОАО «РЖД» оснащен устройством синхронизации времени УСВ-3. Сравнение показаний часов осуществляется с периодичностью не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 1 с (параметр программируемый).

Основные и резервные УСПД ОАО «РЖД» синхронизируются от ИВК. Периодичность сравнения показаний часов осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени компонентов АИИС КУЭ происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 2 с (параметр программируемый).

Сравнение показаний часов счетчиков и УСПД (основных и резервных) происходит при каждом сеансе связи счетчик – УСПД. Синхронизация осуществляется при расхождении показаний на величину более чем 2 с.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Нанесение заводского номера на средство измерений не предусмотрено. Средству измерений присвоен заводской номер 01-СВЕРД-2022. Заводской номер указывается в формуляре АИИС КУЭ.

Программное обеспечение

В основном сервере используется ПО «ГОРИЗОНТ»

ПО «ГОРИЗОНТ» используется при учете электрической энергии и обеспечивает сбор, обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом ОРЭМ.

ПО «ГОРИЗОНТ» имеет русифицированный интерфейс пользователя (включая вспомогательные и сервисные функции).

ПО «ГОРИЗОНТ» обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. ПО «ГОРИЗОНТ» обеспечивает работу по защищенным протоколам передачи данных.

Метрологически значимой частью ПО «ГОРИЗОНТ» является библиотека Eac.MetrologicallySignificantComponents.dll.

В резервном сервере используется ПО «Энергия Альфа 2».

ПО «Энергия Альфа 2» используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом ОРЭМ.

ПО обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое ПО «Энергия Альфа 2»

Метрологически значимой частью ПО «Энергия Альфа 2» является файл enalpha.exe.

Идентификационные данные ПО указаны в таблицах 1, 2.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения «ГОРИЗОНТ»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	ГОРИЗОНТ
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 1.13
Цифровой идентификатор ПО (библиотека Eac.MetrologicallySignificantComponents.dll)	54b0a65fcdd6b713b20fff43655da81b
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD 5

Таблица 2 - Идентификационные данные программного обеспечения «Энергия Альфа 2»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Энергия Альфа 2
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 2.0.0.2
Цифровой идентификатор ПО (файл enalpha.exe)	17e63d59939159ef304b8ff63121df60
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD 5

Уровень защиты ПО «ГОРИЗОНТ», ПО «Энергия Альфа 2» «высокий» в соответствии с Рекомендацией Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 3 - Состав измерительных каналов АИИС КУЭ

№ ИК	Наименование ИК	Уровень ИИК					Уровень ИВКЭ		Уровень ИВК	
		Вид СИ	Тип, модификация СИ	Класс точности	Коэффициент трансформации	Рег. №	УСПД основной (тип, рег. №)	УССВ основной (тип, рег. №)		
									УСПД резервный (тип, рег. №)	УССВ резервный (тип, рег. №)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Цепка										
1	ф. 1 35кВ Пибаньшур	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛП	0,5	35000/100	19813-09			
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛП	0,5	35000/100	19813-09			
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛП	0,5	35000/100	19813-09			
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	150/5	3689-73			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	150/5	3689-73			
2	ф. 2 35кВ Полом	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛП	0,5	35000/100	19813-09			
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛП	0,5	35000/100	19813-09			
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛП	0,5	35000/100	19813-09			
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	75/5	3690-73			
		ТТ	В	ТФЗМ-35А-У1	0,5	75/5	3690-73			
		ТТ	С	ТФЗМ-35А-У1	0,5	75/5	3690-73			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	ф. 6 10кВ Мебельная ф-ка	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,2	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,2	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,2	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3 УЗ	0,5S	75/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3 УЗ	0,5S	75/5	1261-08		
4	ф. 5 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
5	Ф-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,2	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,2	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,2	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Т-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08		
7	Т-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08		
8	ф. 5 10кВ с/х	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06-10 У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ06-10 У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ06-10 У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		

ЭКОВ-3000
рег. № 17049-14

ССВ-1Г
рег. № 58301-14

RTU-327
рег. № 41907-09

УСВ-3
рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кез									
9	ф. 6 10кВ ЛПХ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
10	Ф-1	ТН	А	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
11	Ф. 35 кВ.	ТТ	А	ТПЛ-10 С	0,5S	300/5	29390-10		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 С	0,5S	300/5	29390-10		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Ввод-1 110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 УХЛП	0,2S	150/1	52261-12		
13	Ввод-2 110 кВ	ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
								ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
								RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12

Кузьма

14	Ф-3	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У3	0,2	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У3	0,2	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У3	0,2	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
15	Ф-4	ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	75/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	75/5	1261-08		
								ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
								RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

16	Вв-1 110 кВ. Сегедур	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03
		ТТ	А	0,2S	600/5	30489-05
		ТТ	В	0,2S	600/5	30489-05
		ТТ	С	0,2S	600/5	30489-05
17	Вв-2 110 кВ. Сегедур	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03
		ТТ	А	0,2S	600/5	30489-05
		ТТ	В	0,2S	600/5	30489-05
		ТТ	С	0,2S	600/5	30489-05
18	Вв-3 110 кВ. Зюкай	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03
		ТТ	А	0,2S	600/5	30489-05
		ТТ	В	0,2S	600/5	30489-05
		ТТ	С	0,2S	600/5	30489-05

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССВ-1Г
рег. № 58301-14

RTU-327
рег.№ 41907-09

УСВ-3
рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
19	Вв-4 110 кВ. Верещагино	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06							
			ТН							А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03
			ТН							В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03							
		ТТ	А	TG-145	0,2S	600/5	30489-05							
		ТТ	В	TG-145	0,2S	600/5	30489-05							
		ТТ	С	TG-145	0,2S	600/5	30489-05							
Мангут														
20	Ввод-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14					
			ТН							А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
			ТН							В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08							
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08							
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08							
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08							
21	Ввод-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12					
			ТН							А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
			ТН							В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08							
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08							
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08							
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08							

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	ПЭС-1	Счетчик		ЕАО5RL-C-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5S	100/5	15128-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5S	100/5	15128-07		
23	ПЭС-2	Счетчик		ЕАО5RL-C-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПМ-10	0,5	100/5	2473-69		
24	Ф. Котельная	Счетчик		ЕАО5RL-C-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
2529 км									
25	Ввод-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
			ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
			ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
			ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
			ТТ	А	0,2S	300/1	36672-08		
			ТТ	В	0,2S	300/1	36672-08		
			ТТ	С	0,2S	300/1	36672-08		
26	Ввод-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
			ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
			ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
			ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
			ТТ	А	0,2S	300/1	36672-08		
			ТТ	В	0,2S	300/1	36672-08		
			ТТ	С	0,2S	300/1	36672-08		
27	ПЭС-2	Счетчик	ЕА05RL-C-3		0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 рег. № 19495-03	
			ТН	А	0,5	10000/100	831-69		
			ТН	В	0,5	10000/100	831-69		
			ТН	С	0,5	10000/100	831-69		
			ТТ	А	0,2S	1500/5	2473-69		
			ТТ	В	-	-	-		
			ТТ	С	0,2S	1500/5	2473-69		
28	ПЭС-1	Счетчик	ЕА05RL-C-3		0,5S/-	1	16666-97		
			ТН	А	0,5	10000/100	20186-00		
			ТН	В	0,5	10000/100	20186-00		
			ТН	С	0,5	10000/100	20186-00		
			ТТ	А	0,2S	1500/5	2473-69		
			ТТ	В	-	-	-		
			ТТ	С	0,2S	1500/5	2473-69		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2546 км										
29	Ввод-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08			
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08			
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08			
30	Ввод-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08			
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08			
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08			
31	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
		ТТ	А	ТЛЮ-10-3	0,2S	1500/5	25433-03			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТЛЮ-10-3	0,2S	1500/5	25433-03			
32	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-C-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
		ТТ	А	ТЛЮ-10-3	0,2S	1500/5	25433-03			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТЛЮ-10-3	0,2S	1500/5	25433-03			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бородулино									
33	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		

		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07
34	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07
35	ф. 3 10кВ с/х	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	100/5	47958-11
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	100/5	47958-11
36	ф. 5 10кВ с/х	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	150/5	1261-08
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	150/5	1261-08

ЭКОМ-3000
пер. № 17049-14

ССБ-1Г
пер. № 58301-14

УСБ-3
пер. № 51644-12

RTU-327
пер. № 41907-09

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Т-1 110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
38	Т-2 110 кВ	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
39	ВЛ-1 110кВ Зюкай-Кузьма	Счетчик		A1802RALQ-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	ВТА-145	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	57420-14		
		ТН	В	ВТА-145	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	57420-14		
		ТН	С	ВТА-145	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	57420-14		
		ТТ	А	ІСТВ-0,66	0,2S	150/5	52792-13		
		ТТ	В	ІСТВ-0,66	0,2S	150/5	52792-13		
		ТТ	С	ІСТВ-0,66	0,2S	150/5	52792-13		
		Счетчик		A1802RALQ-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06		
40	ВЛ-1 110кВ Верещагино-Кузьма	ТН	А	ВТА-145	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	57420-14	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	В	ВТА-145	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	57420-14		
		ТН	С	ВТА-145	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	57420-14		
		ТТ	А	ІСТВ-0,66	0,2S	150/5	52792-13		
		ТТ	В	ІСТВ-0,66	0,2S	150/5	52792-13		
		ТТ	С	ІСТВ-0,66	0,2S	150/5	52792-13		
		Счетчик		A1802RALQ-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06		
		Счетчик		A1802RALQ-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06		

Субботники

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
41	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14	ССБ-1Г per. № 58301-14	
			ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10-1	0,5	10000/√3/100/√3			51676-12
			ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10-1	0,5	10000/√3/100/√3			51676-12
			ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10-1	0,5	10000/√3/100/√3			51676-12
			ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1500/5			51679-12
			ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1500/5			51679-12
			ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1500/5			51679-12
42	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	RTU-327 per. № 41907-09	УСБ-3 per. № 51644-12	
			ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10-1	0,5	10000/√3/100/√3			51676-12
			ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10-1	0,5	10000/√3/100/√3			51676-12
			ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10-1	0,5	10000/√3/100/√3			51676-12
			ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5S	1500/5			51679-12
			ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5S	1500/5			51679-12
			ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5S	1500/5			51679-12
Верещагино										
43	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14	ССБ-1Г per. № 58301-14	
			ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
			ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
			ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
			ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1500/5			25433-07
			ТТ	В	-	-	-			-
			ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1500/5			25433-07
44	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 per. № 41907-09	УСБ-3 per. № 51644-12	
			ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
			ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
			ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
			ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1500/5			25433-07
			ТТ	В	-	-	-			-
			ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1500/5			25433-07

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	ф. 2 35кВ Рябины	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73		
46	ф. 3 35кВ Рябины	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09		
		ТТ	А	ТОЛ-35 III	0,2S	75/5	47959-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-35 III	0,2S	75/5	47959-11		
47	ф. 4 35кВ Вознесенск	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
48	ф. 3 10кВ с/х	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	200/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	200/5	1261-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

49	ф. 6 10кВ с/х	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
		ТН А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ А	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	100/5	1261-08
		ТТ В	-	-	-	-
		ТТ С	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	100/5	1261-08
50	ф. 2 10кВ ВГЭС	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ А	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	150/5	1261-08
		ТТ В	-	-	-	-
		ТТ С	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	150/5	1261-08
51	ф. 5 10кВ ВГЭС	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
		ТН А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ А	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	100/5	1261-08
		ТТ В	-	-	-	-
		ТТ С	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	100/5	1261-08
52	ф. 9 10кВ ВГЭС	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
		ТН А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ А	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	600/5	1261-08
		ТТ В	-	-	-	-
		ТТ С	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	600/5	1261-08

ЭКОВ-3000
рег. № 17049-14

ССВ-1Г
рег. № 58301-14

УСВ-3
рег. № 51644-12

РТУ-327
рег. № 41907-09

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	ф. 10 10кВ ВГЭС	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	1046776		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	2680		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	2680		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	2680		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	200/5	3121		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	200/5	3164		
54	ф. 13 10кВ ВГЭС	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	1046025		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	3096		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	3096		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	3096		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	8780		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	8789		
55	Т-1 110кВ	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	1182138		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	2401		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	2539		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	11668		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	150/1	2370		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	150/1	2369		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	150/1	2368		
56	Т-2 110кВ	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	1182061		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	2405		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	1940		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	11631		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	150/1	2367		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	150/1	2366		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	150/1	2365		
57	ф. 4 10кВ ЖДП	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	1046016		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	3096		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	3096		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	3096		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	200/5	2676		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	200/5	2678		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ЭКОМ-3000
пер. № 17049-14

CCB-1Г
пер. № 58301-14

УСВ-3
пер. № 51644-12

RTU-327
пер. № 41907-09

Зюкай									
58	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10 М1 У2	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10 М1 У2	0,2S	1000/5	25433-11		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
59	Ввод-2 10 кВ.	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
60	Т-1 110 кВ.	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
61	Т-2 110 кВ.	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Менделеево									
62	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10-3	0,2S	1000/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10-3	0,2S	1000/5	25433-07		
63	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10-3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10-3	0,2S	1000/5	25433-03		
64	ф. 1 35 кВ Карагай-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	ТОЛ-35 УХЛ1	0,5S	200/5	21256-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-35 УХЛ1	0,5S	200/5	21256-03		
65	ф. 2 35 кВ Карагай-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	ТОЛ-35	0,5S	200/5	21256-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-35	0,5S	200/5	21256-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	ф. 1 10 кВ с/х	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
67	ф. 3 10 кВ с/х	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
68	ф. 5 10 кВ с/х	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
69	ВЛ-110 кВ цепь-2	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

RTU-327
рег. № 41907-09

ССВ-1Г
рег. № 58301-14

УСВ-3
рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
70	ВЛ-110 кВ. цепь 1	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А				(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	В				(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	С				(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТТ	А				100/1			36672-08
		ТТ	В				100/1			36672-08
		ТТ	С				100/1			36672-08
Григорьевская										
71	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07			
		ТТ	В	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07			
		ТТ	С	-	-	-	-			
72	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09	ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07			
73	ф. 2 10кВ с/х	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	200/5	1261-08			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	200/5	1261-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	ф. 5 10кВ с/х	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	200/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	200/5	1261-08		
75		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	ф. 6 10кВ с/х	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
76		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
	Т-1 110 кВ.	ТН	А	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТН	В	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТН	С	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТТ	А	ТФ3М-110Б-IV У1	0,2S	200/5	26422-04		
		ТТ	В	ТФ3М-110Б-IV У1	0,2S	200/5	26422-04		
		ТТ	С	ТФ3М-110Б-IV У1	0,2S	200/5	26422-04		
77		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
	Т-2 110 кВ.	ТН	А	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТН	В	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТН	С	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТТ	А	ТФ3М-110Б-IV У1	0,2S	200/5	26422-04		
		ТТ	В	ТФ3М-110Б-IV У1	0,2S	200/5	26422-04		
		ТТ	С	ТФ3М-110Б-IV У1	0,2S	200/5	26422-04		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сюэыва									
78	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	ТН	ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
					0,5	10000/100	20186-05		
					0,5	10000/100	20186-05		
					0,5	10000/100	20186-05		
					0,5	1000/5	8913-82		
					0,5	1000/5	8913-82		
					0,5	1000/5	8913-82		
79	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	ТН	ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
					0,5	10000/100	20186-05		
					0,5	10000/100	20186-05		
					0,5	10000/100	20186-05		
					0,2S	1000/5	25433-11		
					0,5	1000/5	8913-82		
					0,2S	1000/5	25433-11		
80	ф. 2 10кВ Сады	Счетчик	ТН	ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
					0,5	10000/100	20186-05		
					0,5	10000/100	20186-05		
					0,5	10000/100	20186-05		
					0,5S	50/5	1261-08		
					-	-	-		
					0,5S	50/5	1261-08		
81	Т-1 110 кВ.	СЧЕТЧИК	ТН	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
					0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
					0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
					0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
					0,2S	100/1	26813-06		
					0,2S	100/1	26813-06		
					0,2S	100/1	26813-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	Т-2 110 кВ.	СЧЕТЧИК		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
Чайковская									
83	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10-1	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	В						
		ТТ	С	ТЛЮ-10-1	0,2S	1500/5	25433-07		
84	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10-1	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	В						
		ТТ	С	ТЛЮ-10-1	0,2S	1500/5	25433-07		
85	ф. 1 10кВ с/х	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 пер.№ 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5S	75/5	47959-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5S	75/5	47959-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	ф. 2 10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3	0,5	75/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3	0,5	75/5	25433-03		
87	ф. 5 10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО-10-4 У3	0,5	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10-4 У3	0,5	200/5	25433-03		
88	ВЛ-110кВ Оверята-Сюзьва	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	200/1	36672-08		
89	ВЛ-110кВ Оверята-Григорьевская	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	200/1	52261-12		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	200/1	36672-08		

ЭКОМ-3000
пер. № 17049-14

RTU-327
пер. № 41907-09

ССВ-1Г
пер. № 58301-14

УСВ-3
пер. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оверята									
90	Ввод-1 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-07		
91	Ввод-2 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-08		
92	ф. 10кВ ЖБК-1	СЧЕТЧИК		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	600/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	600/5	2473-69		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	ф. 10кВ ЖБК-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	600/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	600/5	2473-69		
94	ф. 4 35кВ (6кВ)	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
95	ф. 3 35кВ (6кВ)	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
96	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
		ТН	В	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
		ТН	С	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
		ТТ	А	VAU-123	0,2S	200/1	40088-08		
		ТТ	В	VAU-123	0,2S	200/1	40088-08		
		ТТ	С	VAU-123	0,2S	200/1	40088-08		

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССВ-1Г
рег. № 58301-14

RTU-327
рег. № 41907-09

УСВ-3
рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	Т-2 110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
		ТН	В	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
		ТН	С	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
		ТТ	А	VAU-123	0,2S	200/1	40088-08		
		ТТ	В	VAU-123	0,2S	200/1	40088-08		
		ТТ	С	VAU-123	0,2S	200/1	40088-08		

Курия

98	Ввод-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
99	ф. 3 10кВ Подводопеcтpой	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	75/5	47958-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	75/5	47958-11		
100	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	Т-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		

		ТН	А	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	В	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТН	С	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	200/1	36672-08		
		Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
102	T-2 110 кВ.	ТН	А	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТН	В	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТН	С	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	200/1	36672-08		
Пермь-2									
103	ТВ-1	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТТ	А	ТОЛ-35 УХЛ1	0,2S	200/1	21256-07		
		ТТ	В	ТОЛ-35 УХЛ1	0,2S	200/1	21256-07		
		ТТ	С	ТОЛ-35 УХЛ1	0,2S	200/1	21256-07		
104	ТВ-3	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТТ	А	STSM-38-УХЛ1	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38-УХЛ1	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38-УХЛ1	0,2S	200/1	37491-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105	ТВ-2	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТТ	А	STSM-38-УХЛ1-1	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38-УХЛ1-1	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38-УХЛ1-1	0,2S	200/1	37491-08		
		Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
106	ТСН-1	ТН	А	-	-	-	-	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	17551-03		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	17551-03		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	17551-03		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	-	-	-	-		
107	ТСН-2	ТН	В	-	-	-	-	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	17551-03		
		ТТ	В	ТК-48	0,5	300/5	558-50		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	17551-03		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
108	Ввод-1 6 кВ	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	А	ТЛЮ-10-3	0,2S	1000/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10-3	0,2S	1000/5	25433-07		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		

Левшино

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109	ф. 6кВ Левшино	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО-10 У3	0,2S	200/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10 У3	0,2S	200/5	25433-07		
110	ф. 6кВ ПДК	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО-10 У3	0,2S	200/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10 У3	0,2S	200/5	25433-07		
111	ф. 6кВ МЖК-1	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО-10-1	0,5	200/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10-1	0,5	200/5	25433-07		
112	ф. 6кВ Ангар	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО-10-3	0,2S	1000/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10-3	0,2S	1000/5	25433-07		
114	ф. 6кВ Банная гора	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО-10 У3	0,5	100/5	25433-03		ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10 У3	0,5	100/5	25433-03		
115	ф. 6кВ МЖК-2	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО-10 У3	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10 У3	0,2S	200/5	25433-03		
116	Ввод-3 35 кВ.	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТТ	А	STSM-38-УХЛ1	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38-УХЛ1	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38-УХЛ1	0,2S	400/1	37491-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117	ф. 35кВ Поглазна	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТТ	А	STSM-38-УХЛ1-1	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38-УХЛ1-1	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38-УХЛ1-1	0,2S	200/1	37491-08		
118	ф. 35кВ ПДК	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТТ	А	STSM-38-УХЛ1-1	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38-УХЛ1-1	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38-УХЛ1-1	0,2S	200/1	37491-08		
119	Ввод-2 35кВ	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТТ	А	STSM-38-УХЛ1-1	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38-УХЛ1-1	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38-УХЛ1-1	0,2S	400/1	37491-08		
120	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	75/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	75/5	1261-08		

ЭКОМ-3000
пер. № 17049-14

ССВ-1Г
пер. № 58301-14

RTU-327
пер. № 41907-09

УСВ-3
пер. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121	ф. 6кВ РРЦ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	50/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	50/5	1261-08		
122		ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1		
	ТН		А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
	ТН		В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
	ТН		С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
	ТТ		А	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	75/5	1261-08		
	ТТ		В	-	-	-	-		
	ТТ		С	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	75/5	1261-08		
123	ПЭС-4		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	150/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	150/5	1261-08		
		Бобки							
	ПЭС-4	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	150/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	150/5	1261-08		
		Бобки							

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
125	ф. 3 10кВ с/х	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		

		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	300/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	300/5	1276-59
126	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТЛО-10-3	0,2S	1000/5	25433-03
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛО-10-3	0,2S	1000/5	25433-03
127	Т-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08
128	Т-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССВ-1Г
рег. №
58301-14

RTU-327
рег. № 41907-09

УСВ-3
рег. №
51644-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дивья									
129	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 CCB-1Г пер. № 58301-14 RTU-327 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО-10-1	0,2S	750/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10-1	0,2S	750/5	25433-03		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
130	ф. 3 10кВ ЛПХ	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3	0,2S	100/5	25433-03		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
131	ф. 5 10кВ АБЗ	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
132	Ввод-2 10 кВ.	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО-10-1	0,2S	750/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10-1	0,2S	750/5	25433-03		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
134	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
135	ф. 0,22кВ Стойка ТУ ПЭ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	Т-0,66 УЗ	0,5	30/5	17551-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	Т-0,66 УЗ	0,5	30/5	17551-03		
Кухтым									
136	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10-1	0,2S	750/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10-1	0,2S	750/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
137	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 СВВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО-10-3	0,2S	750/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10-3	0,2S	750/5	25433-03		
138	ф. 4 10кВ с/х	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	50/5	7069-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	50/5	7069-02		
139	ф. 3 10кВ с/х	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	100/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	100/5	1261-08		
140	Ввод-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
141	Ввод-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08		
Боковая									
142	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	750/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	750/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	750/5	25433-07		
143	ф. 3 10кВ ЛПХ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	100/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	100/5	1261-08		
144	ф. 6 10кВ с/х	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	50/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	50/5	1261-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

145	ф. 4 10кВ с/х	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	75/5	1261-08
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	75/5	1261-08
146	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	750/5	25433-03
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	750/5	25433-03
147	Ввод-1 110 кВ.	Счетчик		ЕА02RALX-P3-B-4	0,2S/0,5	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	300/1	26813-06
		ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	300/1	26813-06
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	300/1	26813-06
148	ВЛ-110кВ Ольховка-1	Счетчик		ЕА02RALX-P3-B-4	0,2S/0,5	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	75/1	26813-06
		ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	75/1	26813-06
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	75/1	26813-06

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССВ-1Г
рег. № 58301-14

УСВ-3
рег. № 51644-12

RTU-327
рег. № 41907-09

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
149	Т-1 110 кВ.	Счетчик		ЕА02RALX-РЗ-В-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-I	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-I	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-I	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	50/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	50/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	50/1	26813-06		
150	Ввод-2 110 кВ.	Счетчик		ЕА02RALX-РЗ-В-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-I	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-I	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-I	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	300/1	26813-06		ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	300/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	300/1	26813-06		
151	ВЛ-110кВ Ольховка-2	Счетчик		ЕА02RALX-РЗ-В-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-I	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-I	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-I	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	75/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	75/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	75/1	26813-06		
152	Т-2 110 кВ.	Счетчик		ЕА02RALX-РЗ-В-4	0,2S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-I	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-I	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-I	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	50/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	50/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	50/1	26813-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Парма									
153	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10-3	0,2S	600/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10-3	0,2S	600/5	25433-03		
154	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10-3	0,2S	600/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10-3	0,2S	600/5	25433-03		
155	ф. 5 10кВ ДРЭС с/х	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	50/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	50/5	1261-08		
156	ф. 3 10кВ ГГЭС	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	100/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	100/5	1261-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
157	Т-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
158	Т-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
Шестак									
159	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО-10-3	0,2S	600/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10-3	0,2S	600/5	25433-03		
160	ф. 3 10кВ ГГЭС	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	100/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	100/5	1261-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
161	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10-3	0,2S	600/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10-3	0,2S	600/5	25433-03		
162	Т-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08		
163	Т-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08		
Блочная									
164	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10-3	0,2S	1000/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10-3	0,2S	1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
165	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО-10-3	0,2S	1000/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10-3	0,2S	1000/5	25433-03		
166	Ввод-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
167	Ввод-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
Бахаревка									
168	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-P3-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО-10-2	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10-2	0,2S	1500/5	25433-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

169	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТЛЮ-10-2	0,2S	1500/5	25433-07
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛЮ-10-2	0,2S	1500/5	25433-07
170	ф. 3 Молокозавод 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТЛЮ-10-2	0,5S	150/5	25433-07
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛЮ-10-2	0,5S	150/5	25433-07
171	ф. 8 Молокозавод 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПОЛ-СВЭЛ-10М-3 УХЛ2	0,2S	150/5	70109-17
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПОЛ-СВЭЛ-10М-3 УХЛ2	0,2S	150/5	70109-17
172	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПОЛ-СВЭЛ-10М-3 УХЛ2	0,2S	50/5	70109-17
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПОЛ-СВЭЛ-10М-3 УХЛ2	0,2S	50/5	70109-17

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССВ-1Г
рег. № 58301-14

RTU-327
рег. № 41907-09

УСВ-3
рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
173	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-СВЭЛ-10М-3 УХЛ2	0,2S	75/5	70109-17		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-СВЭЛ-10М-3 УХЛ2	0,2S	75/5	70109-17		
Мулянка									
174	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛШ-10	0,2S	1500/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛШ-10	0,2S	1500/5	30709-07		
175	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	1500/5	47958-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	1500/5	47958-11		
176	ф. 1 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	200/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	200/5	1261-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
177	Т-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
178		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
	ПЭС-2	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	ПЭС-1	ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
180		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССВ-1Г
рег. № 58301-14

RTU-327
рег. № 41907-09

УСВ-3
рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кукуштан									
181	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-ПГ рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-07		
182	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-07		
183	ф. 3 10кВ Сельхозпотребитель	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЛ-10У3	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЛ-10У3	0,5	200/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	150/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-У3	0,5S	150/5	1261-08		
184	ф. 4 10кВ Птицефабрика	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	150/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-У3	0,5S	150/5	1261-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

185	ф. 8 10кВ Сельхозпотребитель	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 CCB-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-07	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-07	
186	ф. 6 10кВ ЛПХ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	200/5	1261-08	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	200/5	1261-08	
187	ф. 7 10кВ Поселок	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 CCB-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	150/5	1261-08	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	150/5	1261-08	
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	
188	ф. 5 10кВ Дрожзавод	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	200/5	1261-08	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	200/5	1261-08	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
189	Т-1 110 кВ.	Счетчик		ЕА02RALX-P3-B-4	0,2S/0,5	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		

		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	75/1	26813-06
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	75/1	26813-06
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	75/1	26813-06
190	Т-2 110 кВ.	Счетчик		ЕА02RALX-РЗ-В-4	0,2S/0,5	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	150/1	26813-06
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	150/1	26813-06
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	150/1	26813-06
191	ф. 10 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/-	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-УЗ	0,5S	75/5	1261-08
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3-УЗ	0,5S	75/5	1261-08
192	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/-	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59

УСВ-3

рег. № 51644-12

RTU-327

рег. № 41907-09

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
193	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59		
Ерпач									
194	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
195	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-3	0,2S	1000/5	30709-06		
196	ф. 1 35кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТТ	А	GIF-40,5	0,2S	300/5	30368-05		
		ТТ	В	GIF-40,5	0,2S	300/5	30368-05		
		ТТ	С	GIF-40,5	0,2S	300/5	30368-05		

201	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-08
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-07
202	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-08
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-08
203	ф. 4 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	400/5	47958-11
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	400/5	47958-11
204	ф. 5 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТЛЛМ-10	0,5	400/5	2363-68
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛЛМ-10	0,5	400/5	2363-68

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССБ-1Г
рег. № 58301-14

УСВ-3
рег. № 51644-12

RTU-327
рег. № 41907-09

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
205	ф. 9 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег.№ 41907-09	
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	200/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	200/5	1261-08		
	ф. 10 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	300/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	300/5	1261-08		
	ф. 6 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	300/5	1276-59		
	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10-2	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10-2	0,5	100/5	2473-69		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
209	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 УЗ	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
210		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	ф. 3 10кВ	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 УЗ	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 УЗ	0,5	400/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
211		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	ф. 8 10кВ	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
212	ф. 1 10кВ	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-УЗ	0,5S	150/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3-УЗ	0,5S	150/5	1261-08		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

Кишерь

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
213	ф. 8 10кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3	0,5S	200/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3	0,5S	200/5	1261-08		
214	ф. 4 10кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	100/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	100/5	1261-08		
215	ф. 6 10кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	300/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	300/5	1261-08		
216	ф. 7 10кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
217	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
219	ф. 110кВ Кишертъ-Сукеун	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	400/1	36672-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	400/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	400/1	36672-08		
220	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
221	Ввод-2 110кВ Ирень-Глухарь	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	200/1	36672-08		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
222	ПЭС-1	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВК-10 УХЛ3	0,5	50/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10 УХЛ3	0,5	50/5	8913-82		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
223	ПЭС-2	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	50/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	50/5	814-53		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
224	Ввод-2 10 кВ.	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		Счетчик		EA05RAL-P3-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

Тюриково

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

225	ф. 1 10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59
226	ф. 2 10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	100/5	1261-08
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	100/5	1261-08
227	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-P3-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07
228	ф. 4 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	75/5	1261-08
		ТТ	В				
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	75/5	1261-08

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССБ-1Г
рег. № 58301-14

RTU-327
рег.№ 41907-09

УСВ-3
рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229	ф. 6 10кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	75/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	75/5	1261-08		
230	Ввод-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		РТУ-327 пер. № 41907-09
231	Ввод-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
232	ПЭС-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	50/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	50/5	814-53		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
233	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег.№ 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
Лек									
234	Ввод-1 10 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-P3-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-07		
235	ф. 2 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
236	Ввод-2 10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
237	Т-1 110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				
238	Т-2 110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				
239	ПЭС-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	50/5	814-53				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	50/5	814-53				
240	ПЭС-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	50/5	814-53				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	50/5	814-53				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Глухарь									
241	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭЖОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
242	ВЛ-110кВ Глухарь-Тюриково	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭЖОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
243	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭЖОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
244	ВЛ-110кВ Глухарь- Платоново	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭЖОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	200/1	36672-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
245	ВЛ-110кВ Глухарь-Ирень	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
246	ВЛ-110кВ Глухарь-Шамары- 1	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
247	ВЛ-110кВ Глухарь-Шамары- 2	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
248	ПЭС-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТТФМ-10	0,2	50/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТТФМ-10	0,2	50/5	814-53		

ССБ-1Г
пер. № 58301-14

ЭКОМ-3000
пер. № 17049-14

УСВ-3

пер. № 51644-12

РТУ-327

пер. № 41907-09

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
249	ПЭС-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег.№ 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ТТФМ-10	0,5	50/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТТФМ-10	0,5	50/5	814-53		
Осенцы									
250	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег.№ 41907-09	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
ТТ	А	ТЛП-10-2	0,2S	300/5	30709-07				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТЛП-10-2	0,2S	300/5	30709-07				
Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
251	Ввод-2 10 кВ.	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-2	0,2S	400/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-2	0,2S	400/5	30709-07		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
252	Т-1 110 кВ.	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТТФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
253	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
254		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	ф. 4 10кВ	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
255	ф. 2 10кВ	ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	75/5	45040-10	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	75/5	45040-10		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВК-10 УХЛ3	0,5	50/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
256	ф. 2 10кВ	ТТ	С	ТВК-10 УХЛ3	0,5	50/5	8913-82	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	ф. 4 10кВ	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВК-10 УХЛ3	0,5	50/5	8913-82		
	ф. 2 10кВ	ТТ	В	-	-	-	-	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	С	ТВК-10 УХЛ3	0,5	50/5	8913-82		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
257	ф. 3 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВК-10 УХЛ3	0,5	50/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10 УХЛ3	0,5	50/5	8913-82		
258		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	ф. 5 10кВ	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 УЗ	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 УЗ	0,5	200/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	ф. 6 10кВ	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 УЗ	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 УЗ	0,5	200/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
	Ввод-1 6 кВ.	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ТПЛ-10-3-1	0,2S	1000/5	30709-06		
		ТТ	В	ТПЛ-10-3-1	0,2S	1000/5	30709-06		
		ТТ	С	ТПЛ-10-3-1	0,2S	1000/5	30709-06		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
260	Ввод-1 6 кВ.	ТТ	А	ТПЛ-10-3-1	0,2S	1000/5	30709-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТПЛ-10-3-1	0,2S	1000/5	30709-06		
		ТТ	С	ТПЛ-10-3-1	0,2S	1000/5	30709-06		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-3-1	0,2S	1000/5	30709-06		

Маховатня

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
261	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3-1	0,2S	1000/5	30709-06		
		ТТ	В	ТЛП-10-3-1	0,2S	1000/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10-3-1	0,2S	1000/5	30709-06		
262	Т-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08		
263	Т-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08		
264	ПС "Угольная"	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
265	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
266	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
Губаха									
267	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПП-10-2	0,2S	300/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПП-10-2	0,2S	300/5	30709-06		
268	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПП-10-2	0,2S	300/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПП-10-2	0,2S	300/5	30709-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
269	Ввод-1 35 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15		
		ТТ	А	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	100/1	37491-08		
270	Ввод-2 35 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15		
		ТТ	А	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	100/1	37491-08		
271	ф. 6кВ Станция	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
272	ПЭС-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
273	ПЭС-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Половинка

274	Ввод-1 35 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТТ	А	GIF-40,5	0,2S	400/5	30368-05		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	GIF-40,5	0,2S	400/5	30368-05		
275	Ввод-2 35 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТТ	А	GIF-40,5	0,2S	400/5	30368-05		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	GIF-40,5	0,2S	400/5	30368-05		
276	ПЭС-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

277	ПЭС-2	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59
		ТТ В	-	-	-	-
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59
278	ПЭС-3	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59
		ТТ В	-	-	-	-
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59
279	ф. 6кВ ДС	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59
		ТТ В	-	-	-	-
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59
Углеродная						
280	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ А	ТПЛ-10-3-1	0,2S	1000/5	30709-06
		ТТ В	ТПЛ-10-3-1	0,2S	1000/5	30709-06
		ТТ С	ТПЛ-10-3-1	0,2S	1000/5	30709-06
Углеродная						
281	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05

Продолжение таблицы 3

		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3-1	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	ТЛП-10-3-1	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	С	ТЛП-10-3-1	0,2S	1000/5	30709-07		
282	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08		
283	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08		
Кизел									
284	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
285	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		

		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-07
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-07
286	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
287	ф. 6кВ Депо-2	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
288	ф. 6кВ Депо-1	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
289	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		

		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68	Расик	
290	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-06		
		ТТ	В	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-06		
291	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-06		
		ТТ	В	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-06		
292	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
293	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08		
294	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		

295	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Копи (Александровск)									
296	Ввод-1 35 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	A	NTSM-38 УХЛ1-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	B	NTSM-38 УХЛ1-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	C	NTSM-38 УХЛ1-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	A	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	B	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	C	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
297	Ввод-2 35 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	NTSM-38 УХЛ1-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	B	NTSM-38 УХЛ1-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	C	NTSM-38 УХЛ1-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	A	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	B	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	C	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
298	ПЭС-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	A	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
299	ПЭС-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	A	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
300	ф. 3 10кВ Станция-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		

		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
Всеголодо-Вильва									
302	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
303	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
304	ф. 4 10кВ Совхоз	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-110	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-110	0,5	75/5	1276-59		
305	ф. 5 10кВ Усть-Игум	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-110	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-110	0,5	200/5	1276-59		
306	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
307	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССВ-1Г

рег. № 58301-14

УСВ-3

рег. № 51644-12

RTU-327

рег. № 41907-09

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
310	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
311	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
312	ф. 8 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Люзень									
313	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-ПГ рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-07		
314	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-ПГ рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-07		
315	Ввод-1 35 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-ПГ рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТТ	А	ТОЛ-35 УХЛ1	0,2S	300/5	21256-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-35 УХЛ1	0,2S	300/5	21256-07		
316	Ввод-2 35 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-ПГ рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТТ	А	ТОЛ-35 УХЛ1	0,2S	300/5	21256-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-35 УХЛ1	0,2S	300/5	21256-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

317	ф. 4 6кВ Послудное	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59
		ТТ	-	-	-	-
		ТТ	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59
318	Т-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		ТН	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТТ	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08
		ТТ	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08
		ТТ	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08
319	Т-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		ТН	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТТ	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08
		ТТ	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08
		ТТ	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08
320	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59
		ТТ	-	-	-	-
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14
RTU-327
рег. № 41907-09

ССВ-1Г
рег. № 58301-14
УСВ-3
рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
321	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Калийная

322	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
323	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
324	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

325	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
Безрезники									
326	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-P3-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПП-10-3	0,2S	600/5	30709-06		
		ТТ	В	ТПП-10-3	0,2S	600/5	30709-06		
		ТТ	С	ТПП-10-3	0,2S	600/5	30709-06		
327	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-P3-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПП-10-3	0,2S	600/5	30709-06		
		ТТ	В	ТПП-10-3	0,2S	600/5	30709-06		
		ТТ	С	ТПП-10-3	0,2S	600/5	30709-06		
Соликамск									
328	Ввод-1 35 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-P3-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОЛ-35Б УХЛ-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	21257-01		
		ТН	В	ЗНОЛ-35Б УХЛ-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	21257-01		
		ТН	С	ЗНОЛ-35Б УХЛ-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	21257-01		
		ТТ	А	GIF-40,5	0,2S	200/5	30368-05		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	GIF-40,5	0,2S	200/5	30368-05		
Продолжение таблицы 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
329	Ввод-2 35 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-P3-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		

		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt[3]{3})/(100/\sqrt[3]{3})$	912-07
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt[3]{3})/(100/\sqrt[3]{3})$	912-07
		ТТ	А	ГІФ-40,5	0,2S	200/5	30368-05
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ГІФ-40,5	0,2S	200/5	30368-05
330	ф. 3 10кВ С/Х техника	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛМ -10	0,5	100/5	2363-68
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛМ -10	0,5	100/5	2363-68
331	ф. 2 10кВ ДС	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59
332	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Березники-сортировочный									
333	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-ПГ рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10-3	0,2S	1000/5	25433-07		
		ТТ	В	ТЛЮ-10-3	0,2S	1000/5	25433-07		
		ТТ	С	ТЛЮ-10-3	0,2S	1000/5	25433-07		
334	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-P3-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-5	0,2S	1500/5	30709-11		
		ТТ	В	ТЛП-10-5	0,2S	1500/5	30709-11		
		ТТ	С	ТЛП-10-5	0,2S	1500/5	30709-11		
335	Т-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
336	Т-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
337	ф. 3 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		

		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	150/5	45040-10
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	150/5	45040-10
338	ф. 4 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/-	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	300/5	8913-82
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	300/5	8913-82
339	ф. 5 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/-	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	150/5	45040-10
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	150/5	45040-10
		Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/-	1	16666-97
340	ф. 7 10кВ	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

RTU-327
рег. № 41907-09

ССВ-1Г
рег. № 58301-14

УСВ-3
рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
341	Ф-8	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
342	ф. 9 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	42683-09		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	42683-09		
343	ф. 10 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
344	ф. 2 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	300/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	300/5	8913-82		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
345	ф. 6 10кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	150/5	45040-10		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	150/5	45040-10		
346	ф. 1 10кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	150/5	45040-10		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	150/5	45040-10		
347	ПЭС-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	150/5	45040-10		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	150/5	45040-10		
348	ПЭС-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

ЭКОВ-3000
пер. № 17049-14

CCB-1Г
пер. № 58301-14

RTU-327
пер. № 41907-09

УСВ-3
пер. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заполье-Уральское									
349	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-Р1-В-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПП-10-3	0,2S	600/5	30709-07		
		ТТ	В	ТПОЛ-10У3	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПП-10-3	0,2S	600/5	30709-07		
350	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПП-10-3	0,2S	600/5	30709-07		
		ТТ	В	ТПОЛ-10У3	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПП-10-3	0,2S	600/5	30709-07		
351	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обходная (Яйва)									
352	Ввод-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	СРВ-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15853-06		
		ТН	В	СРВ-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15853-06		
		ТН	С	СРВ-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15853-06		
		ТТ	А	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05		
		ТТ	В	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05		
		ТТ	С	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
353	Ввод-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06		
		ТН	В	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06		
		ТН	С	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06		
		ТТ	А	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05		
		ТТ	В	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05		
		ТТ	С	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05		
354	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06		
355	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06		
356	ф. 10кВ ФКЛ-2	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06		

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

CCB-1Г
рег. № 58301-14

RTU-327
рег. № 41907-09

УСВ-3
рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
357	ф. 10кВ ФКЛ-3	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		
358	ф. 10кВ ФКЛ-1	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		
359	ПЭС-1	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		
360	ПЭС-2	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		

ЭКОМ-3000
per. № 17049-14

RTU-327
per. № 41907-09

CCB-1Г
per. № 58301-14

УСВ-3
per. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Путейная									
361	Ввод-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06		
		ТН	В	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06		
		ТН	С	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06		
		ТТ	А	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05		
		ТТ	В	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05		
		ТТ	С	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05		
362	Ввод-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06		
		ТН	В	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06		
		ТН	С	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06		
		ТТ	А	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05		
		ТТ	В	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05		
		ТТ	С	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05		
363	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06		
364	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

365	ф. 10кВ Компрессорная	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 CCB-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	31857-06	
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08	
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08	
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06	
		Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08	
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08	
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08	
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06	
		Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	
366	ПЭС-1	ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08	
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08	
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06	
		Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08	
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08	
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08	
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06	
		Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08	
367	ПЭС-2	ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08	
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06	
		Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08	
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08	
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08	
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06	
		Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08	
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08	
368	ф. 10кВ Резерв 1	ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06	
		Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08	
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08	
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08	
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06	
		Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08	
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08	
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
369	ф. 10кВ Резерв	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 CCB-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		

		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06	RTU-327 пер.№ 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		
Лёнва									
370	Ввод-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06		
		ТН	В	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06		
		ТН	С	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06		
		ТТ	А	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05		
		ТТ	В	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05		
		ТТ	С	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05		
371	Ввод-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06		
		ТН	В	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06		
		ТН	С	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06		
		ТТ	А	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05		
		ТТ	В	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05		
		ТТ	С	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05		
372	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
373	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06		
374		Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		
375	ф. 10кВ ФКЛ-1	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСБ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		
		Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
376		ТН	А	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06		
	ПЭС-2	ТН	В	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06		
		ТН	С	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
377	ф.2 10кВ Лукойл	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06		
		ТН	В	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06		
		ТН	С	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		СБВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		
378	ф.3 10кВ Лукойл	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		
Родник									
379	Ввод-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06		
		ТН	В	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06		
		ТН	С	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06		
		ТТ	А	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05		
		ТТ	В	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05		
		ТТ	С	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05		
380	Ввод-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	СБВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	В	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06		
		ТН	С	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06		
		ТТ	А	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05		
		ТТ	В	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05		
		ТТ	С	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
381	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14 RTU-327 per. № 41907-09 CCB-1Г per. № 58301-14 УСВ-3 per. № 51644-12	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06		
382	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06		
383	ПЭС-2	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		
384	ф. 10кВ ФКЛ-2	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
385	ПЭС-1	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-1-1 ⁴ УСБ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		
386	ф. 10кВ ФКЛ-1	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		
Ляды									
387	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик		A1805RAL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-1-14 УСБ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1500/5	30709-07		
		ТТ	В	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1500/5	30709-07		
		ТТ	С	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1500/5	30709-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
388	ф. 3 квВ Новые Ляды	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-2-1 У3	0,2S	400/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-2-1 У3	0,2S	400/5	30709-07		
389	ф. 4 квВ ЛКЗ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-2-2 У3	0,2S	300/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-2-2 У3	0,2S	300/5	30709-07		
390	ф. 5 квВ Бетонный 3-д	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-2	0,2S	400/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-2	0,2S	400/5	30709-07		
391	ф. 1 35кВ Тракторная	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09		
		ТТ	А	GIF-40,5	0,2S	200/5	30368-05		
		ТТ	В	GIF-40,5	0,2S	200/5	30368-05		
		ТТ	С	GIF-40,5	0,2S	200/5	30368-05		

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

CCB-1Г
рег. № 58301-14

RTU-327
рег. № 41907-09

УСВ-3
рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
392	Т-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
393		Счетчик		A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
	Т-1 110 кВ.	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
394	ПЭС-2	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
395	ПЭС-1	ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		

ЭКОМ-3000
пер. № 17049-14

РТУ-327
пер. № 41907-09

ССБ-1Г
пер. № 58301-14

УСВ-3
пер. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заготовка									
396	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
397	ф. 4 6кВ Щебзавод	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТЛЛ-10 УЗ	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЛ-10 УЗ	0,5	400/5	1276-59		
398	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
399	ф. 3 6кВ Восход	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400	ф. 5 бкВ Карьер	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
401	Т-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
402	Т-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
403	ПЭС-2	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССВ-1Г
рег. № 58301-14

RTU-327
рег. № 41907-09

УСВ-3
рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
404	ПЭС-1	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Валекная

405	ф. 2 10кВ РРС	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		
406	ф. 3 10кВ Заозерье	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	75/5	47959-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	75/5	47959-11		
407	ф. 4 10кВ Денисово	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

408	ф. 5 10кВ ЛПХ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59
409	Ввод-1 35кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00
		ТТ	А	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	300/1	37491-08
		ТТ	В	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	300/1	37491-08
		ТТ	С	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	300/1	37491-08
410	Ввод-2 35 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70
		ТТ	А	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08
		ТТ	В	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08
		ТТ	С	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08
411	ф. 1 35кВ Серьга	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00
		ТТ	А	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	300/1	37491-08
		ТТ	В	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	300/1	37491-08
		ТТ	С	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	300/1	37491-08

ЭКОН-3000

рег. № 17049-14

ССВ-1Г

рег. № 58301-14

RTU-327

рег. № 41907-09

УСВ-3

рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
412	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
413		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	300/5	1276-59		
414		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	ПЭС-2	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	100/5	2473-00		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	100/5	2473-00		
415		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	ПЭС-1	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	100/5	2473-00		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	100/5	2473-00		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		

ЭКМ-3000
пер. № 17049-14

РТУ-327
пер. № 41907-09

ССБ-1Г
пер. № 58301-14

УСВ-3
пер. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кутамыш									
416	Ввод -1 35кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ-35-54	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-54		
		ТН	В	ЗНОМ-35-54	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-54		
		ТН	С	ЗНОМ-35-54	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-54		
		ТТ	А	GIF-40,5	0,2S	200/5	30368-05		
		ТТ	В	GIF-40,5	0,2S	200/5	30368-05		
		ТТ	С	GIF-40,5	0,2S	200/5	30368-05		
417	Ввод-2 35кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОМ-35-54	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-54		
		ТН	В	ЗНОМ-35-54	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-54		
		ТН	С	ЗНОМ-35-54	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-54		
		ТТ	А	ТОЛ-35-III-IV-8-УХЛII	0,2S	300/5	34016-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-35-III-IV-8-УХЛII	0,2S	300/5	34016-07		
419	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-2-1 У3	0,2S	400/5	30709-07		
		ТТ	В	ТЛП-10-2-1 У3	0,2S	400/5	30709-07		
		ТТ	С	ТЛП-10-2-1 У3	0,2S	400/5	30709-07		
420	ф. 5 6 кВ Городки цепь 2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЛ-10	0,5	200/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
421		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		

	ф. 7 6 кВ Городки цепь 1	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59
422	ф. 9 6кВ Лесоучасток	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59
423	ВЛ-110кВ Калино- Кутамыш	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08
424	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14
RTU-327
рег. № 41907-09

ССВ-1Г
рег. № 58301-14
УСВ-3
рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
425	ПЭС-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Верейский

426	ф. 4 6кВ Лещевка	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10 У3	0,5	50/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10 У3	0,5	50/5	1261-08		
427	ф. 3 6кВ Калинский ЛПХ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
428	Ввод-1 35 кВ.	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТТ	А	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
429	Ввод-2 35 кВ.	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		

		ТН	А	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	37493-08
		ТН	В	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	37493-08
		ТН	С	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	37493-08
		ТТ	А	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	300/1	37491-08
		ТТ	В	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	300/1	37491-08
		ТТ	С	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	300/1	37491-08
430	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59
431	ПЭС-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59
432	ПЭС-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14
RTU-327
рег. № 41907-09

ССБ-1Г
рег. № 58301-14
УСВ-3
рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чусовская									
433	Ввод-5 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 CCB-1Г рег. № 58301-14 RTU-327 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-06		
		ТТ	В	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-06		
434	Ввод-6 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-06		
		ТТ	В	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-06		
435	ф. 0,22кВ Радиоузел	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТКМ-0,5	0,5	50/5	665-51		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТКМ-0,5	0,5	50/5	665-51		
436	ф. 5 6кВ НОД-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
437	ф. 1 6кВ НОД-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10У3	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10У3	0,5	600/5	1261-59		
438		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	рег. № 41907-09	рег. № 51644-12
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
439	ПЭС-3	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		Всесвятская							
440		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
	Ввод-1 35кВ Чусовская- Всесвятская	ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТТ	А	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	150/1	37491-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	150/1	37491-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441	Ввод-2 35кВ Ст.Поньш	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛП	0,5	35000/100	19813-05		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛП	0,5	35000/100	19813-05		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛП	0,5	35000/100	19813-05		
		ТТ	А	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	100/1	37491-08		
442		Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛП	0,5	35000/100	19813-00		
	ф. 35кВ Поньш	ТН	В	НАМИ-35 УХЛП	0,5	35000/100	19813-00	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛП	0,5	35000/100	19813-00		
		ТТ	А	GIF-40,5	0,2S	50/5	30368-05		
		ТТ	В	GIF-40,5	0,2S	50/5	30368-05		
		ТТ	С	GIF-40,5	0,2S	50/5	30368-05		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
443		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
	Ввод-1 6 кВ.	ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	50/5	814-53	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	50/5	814-53		
444		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	300/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	300/5	814-53		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
445	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
446	ПЭС	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВК-10 УХЛ3	0,5	30/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10 УХЛ3	0,5	30/5	8913-82		
447	ф. 2 6кВ НОД-2	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	40/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	40/5	1276-59		
448	ф. 3 6кВ НОД-1	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	10/5	1276-59		
		ТТ	В	ТПЛ-10	0,5	10/5	1276-59		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	10/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Пашня									
449	Ввод-1 35 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТТ	А	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08		
450	Ввод-2 35 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ-35Б УХЛ-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	21257-01		
		ТН	В	ЗНОЛ-35Б УХЛ-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	21257-01		
		ТН	С	ЗНОЛ-35Б УХЛ-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	21257-01		
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
451	ф. 6 6кВ НОД-6	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
452	ф. 2 6кВ НОД-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
453	ф. 1 6кВ НОД-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
Койва									
455	Ввод-1 6кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10 У3	0,5	100/5	1261-02		
		ТТ	В	ТПОЛ-10 У3	0,5	100/5	1261-02		
		ТТ	С	ТПОЛ-10 У3	0,5	100/5	1261-02		
456	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	С	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
457	Ф.1 МЛП	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	150/5	1276-59		
458	Т-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08		
459	Т-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08		
460	Ф.4 НОД-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
461	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
Бисер									
462	ф. 110кВ Сараны	Счетчик		ЕА02RALX-P3-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	75/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	75/1	26813-06		
463	Ввод-1 6 кВ.	ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	75/1	26813-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
464	Ввод-2 6 кВ.	ТТ	В	ТПЛ-10-3	0,2S	1000/5	30709-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	С	ТПЛ-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
464	Ввод-2 6 кВ.	ТТ	А	ТПЛ-10-3	0,2S	1000/5	30709-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТПЛ-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	С	ТПЛ-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
465	ф. 4 6кВ НОД-6	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	100/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	100/5	1261-08		
466	ф. 5 6кВ Сараны	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	150/5	814-53		
		ТТ	В	ТПФМ-10	0,5	150/5	814-53		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	150/5	814-53		
467	ф. 7 6кВ ЛПХ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
468	ф. 0,4кВ Обогрев масленных баков	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТОП М-0,66 У3	0,5	75/5	59924-15		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОП М-0,66 У3	0,5	75/5	59924-15		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
469	Т-2 110 кВ.	Счетчик		ЕА02RALX-Р3-В-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	75/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	75/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	75/1	26813-06		
470	Т-1 110 кВ.	Счетчик		ЕА02RALX-Р3-В-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	75/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	75/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	75/1	26813-06		
471	ф. 2 6кВ НОД-6	Счетчик		ЕА05RAL-В-4	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
472	ф. 3 6кВ НОД-6	Счетчик		ЕА05RAL-В-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
473	ПЭС-1	Счетчик		ЕАО5RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	RTU-327 рег.№ 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59				
Теплая гора											
475	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег.№ 41907-09	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТЛП-10-3-1 У3	0,5	1500/5	30709-07				
		ТТ	В	ТЛП-10-3-1 У3	0,5	1500/5	30709-07				
		ТТ	С	ТЛП-10-3-1 У3	0,5	1500/5	30709-07				
476	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег.№ 41907-09	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТЛЮ-10-У3	0,5	1500/5	25433-07				
		ТТ	В	ТЛЮ-10-У3	0,5	1500/5	25433-07				
		ТТ	С	ТЛЮ-10-2	0,5	1500/5	25433-07				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
477	ф. 5 6кВ Щеб.завод-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	400/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
478	ф. 6 6кВ Щеб.завод-2	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	400/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
479	ф. 3 6кВ ТЛМЗ-1	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
480	ф. 4 6кВ ТЛМЗ-2	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09	ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
481	ф. 10 кВ Спецшкола	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
482	ф. 8 кВ Жилой поселок-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
483	ф. 7 кВ Жилпоселок-1	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10 У3	0,5	150/5	1261-08		
		ТТ	В	ТПОЛ-10 У3	0,5	150/5	1261-08		
		ТТ	С	ТПОЛ-10 У3	0,5	150/5	1261-08		
484	Т-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		

ЭКОВ-3000
рег. № 17049-14
RTU-327
рег. № 41907-09

ССВ-1Г
рег. № 58301-14
УСВ-3
рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

485	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13
486	ф. 2 6кВ НОД-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59
487	ф. 6кВ НОД-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59
Европейская							
488	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10-2-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07
		ТТ	В	ТПЛ-10-2-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07
		ТТ	С	ТПЛ-10-2-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07
				ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14		ССВ-1Г рег. № 58301-14	
				RTU-327 рег. № 41907-09		УСВ-3 рег. № 51644-12	
				ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14		ССВ-1Г рег. № 58301-14	
				RTU-327 рег. № 41907-09		УСВ-3 рег. № 51644-12	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
489	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-2-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	ТЛП-10-2-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	С	ТЛП-10-2-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07		
490	Ф-3 6 кВ. СУЗРК	Счетчик		А1805RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-2	0,5S	300/5	7069-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-2	0,5S	300/5	7069-02		
491	ВЛ-110кВ Бисер-Европейская	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13		
492	ВЛ-110кВ Чекмень-Европейская	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13		

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14
RTU-327
рег. № 41907-09

ССБ-1Г
рег. № 58301-14
УСВ-3
рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
493	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 41907-09 ССБ-1Г пер. № 58301-14 / УСБ-3 пер. № 51644-12			
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТПЛ-10 М	0,5	400/5	22192-03				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПЛ-10 М	0,5	400/5	22192-03				
494	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14/ RTU-327 пер.№ 41907-09 ССБ-1Г пер. № 58301-14 / УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59				
495	ф. 6кВ НОД-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер.№ 41907-09 ССБ-1Г пер. № 58301-14 / УСБ-3 пер. № 51644-12			
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68				
		ТТ	В	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68				
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68				
Лямино											
496	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер.№ 41907-09 ССБ-1Г пер. № 58301-14 / УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	150/5	47959-11				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	150/5	47959-11				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
497	ТСН-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14/ RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-14/ УСБ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	150/5	17551-03		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	150/5	17551-03		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	150/5	17551-03		
498	ТСН-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	150/5	17551-03		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	150/5	17551-03		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	150/5	17551-03		
499	ПЭС-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	60002-15		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	60002-15		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	60002-15		
		ТТ	А	ТПЛ-10-У3	0,5	50/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-У3	0,5	50/5	22192-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
501	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПП-10-3	0,2S	1500/5	30709-07		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПП-10-3	0,2S	1500/5	30709-07		
502	ф. 3 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	75/5	1261-08		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	75/5	1261-08		
503	ф. 4 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	75/5	1261-08		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	75/5	1261-08		
504	ф. 6 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	150/5	1261-08		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	150/5	1261-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
505	ф. 5 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
506	ф. 10 10кВ	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	75/5	1261-08		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	75/5	1261-08		
		Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	СРВ-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
507	ВЛ-110кВ Глухарь-Шамары (Ввод-1)	ТН	В	СРВ-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТН	С	СРВ-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	300/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	300/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	300/1	26813-06		
		Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	СРВ-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТН	В	СРВ-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
508	ВЛ-110кВ Шамары-Вогулка (Ввод-2).	ТН	С	СРВ-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	300/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	300/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	300/1	26813-06		
		Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	СРВ-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТН	В	СРВ-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТН	С	СРВ-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

509	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3 У3	0,5	50/5	1261-08				
		ТТ	В	-		-	-				
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3 У3	0,5	50/5	1261-08				
510	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТПОЛ-10 У3	0,5	50/5	1261-02				
		ТТ	В	-		-	-				
		ТТ	С	ТПОЛ-10 У3	0,5	50/5	1261-02				
Вогудка											
511	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07				
		ТТ	В	-		-	-				
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07				
512	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07				
		ТТ	В	-		-	-				
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
513	Ф-4	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
514	Т-1 110кВ	Счетчик		А1802RL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		УСВ-3 рег. № 51644-12
515	Т-2 110кВ	Счетчик		А1802RL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
516	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
517	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
Шала									
518	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПП-10-3	0,5	1500/5	30709-06		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПП-10-3	0,5	1500/5	30709-06		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
519	Ввод-2 10 кВ.	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПП-10-3	0,5	1500/5	30709-06		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПП-10-3	0,5	1500/5	30709-06		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
520	Ф-1 35 кВ.	ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	50/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	50/5	3690-73		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	50/5	3690-73		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
521	ф. 3 10кВ Шаля	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	100/5	1261-08		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	100/5	1261-08		
522	ф. 5 10кВ С/х.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПП-10-2	0,2S	200/5	30709-07		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПП-10-2	0,2S	200/5	30709-07		
523	ф. 7 10кВ ДПМК	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПП-10-2	0,2S	200/5	30709-07		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПП-10-2	0,2S	200/5	30709-07		
524	ф. 8 10кВ ЛПХ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

ССВ-1Г
рег. №
58301-14

УСВ-3
рег. №
51644-12

RTU-327
рег. № 19495-03

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
525	ф. 10 10кВ ШСУ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	150/5	1261-08		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	150/5	1261-08		
526	ф. 11 10кВ УОМЗ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59		
527	ф. 12 10кВ УОМЗ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59		
528	ф. 0,22кВ Отопление РУ-35кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	-		-	-		
		ТН	В	-		-	-		
		ТН	С	-		-	-		
		ТТ	А	ТК-20	0,5	40/5	1407-60		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТК-20	0,5	40/5	1407-60		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

529	Т-1 110 кВ.	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		ТН	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТТ	ТРГ-110 П*	0,2S	150/1	26813-06
		ТТ	ТРГ-110 П*	0,2S	150/1	26813-06
		ТТ	ТРГ-110 П*	0,2S	150/1	26813-06
530	Т-2 110 кВ.	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		ТН	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТТ	ТРГ-110 П*	0,2S	150/1	26813-06
		ТТ	ТРГ-110 П*	0,2S	150/1	26813-06
		ТТ	ТРГ-110 П*	0,2S	150/1	26813-06
531	ф. 12 10кВ ЭнергоШалья	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	ТОЛ-10-1М-2 УХЛ2	0,5	200/5	47959-16
		ТТ	-		-	-
		ТТ	ТОЛ-10-1М-2 УХЛ2	0,5	200/5	47959-16
532	ф. 11 10кВ ЭнергоШалья	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	ТОЛ-10-1М-2 УХЛ2	0,5	200/5	47959-16
		ТТ	-		-	-
		ТТ	ТОЛ-10-1М-2 УХЛ2	0,5	200/5	47959-16

ЭКОМ-3000
пер. №
17049-14

ССВ-1Г
пер. №
58301-14

УСВ-3
пер. №
51644-12

RTU-327
пер. № 19495-03

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
533	ф. 9 10кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-ІГ пер. № 58301-14						
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05								
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05								
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05								
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59								
		ТТ	В	-	-	-	-								
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59								
534	ф. 6 10кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05								
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05								
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05								
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68								
		ТТ	В	-	-	-	-								
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68								
535	ф. 4 10кВ Шаля	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07					RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05								
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05								
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05								
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59								
		ТТ	В	-	-	-	-								
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59								
536	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07							RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05								
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05								
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05								
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59								
		ТТ	В	-	-	-	-								
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59								

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
537	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
Сарга									
538	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПП-10-У3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПП-10-У3	0,2S	1000/5	30709-07		
539	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПП-10-У3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПП-10-У3	0,2S	1000/5	30709-07		
540	ф. 6 10кВ ЛПХ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
541	Т-1 110 кВ.	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	СРВ-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТН	В	СРВ-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТН	С	СРВ-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
542	Т-2 110 кВ.	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	СРВ-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТН	В	СРВ-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТН	С	СРВ-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
543	ПЭС-1	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	40/5	814-53		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	40/5	814-53		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
544	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,2S	40/5	814-53		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,2S	40/5	814-53		
Сабик									
545	СУЗ - 110кВ	Счетчик		A1802RL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-ІГ рег. № 58301-14
		ТН	А	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТН	В	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТН	С	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	400/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	400/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	400/1	26813-06		
546	Т-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 рег.№ 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	СРВ-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТН	В	СРВ-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТН	С	СРВ-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
547	Т-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТН	В	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТН	С	СРВ-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТТ	А	ТРТ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРТ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРТ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
548	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	УСВ-3 пер. № 51644-12	RTU-327 пер.№ 19495-03
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-06		
549	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	УСВ-3 пер. № 51644-12	RTU-327 пер.№ 19495-03
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-07		
550	ф. 3 10кВ ЛПХ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	УСВ-3 пер. № 51644-12	RTU-327 пер.№ 19495-03
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	40/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	40/5	1261-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
551	ф. 4 10кВ Совхоз	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер.№ 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
		ТТ	А	ТЛЮ-10 У3	0,2S	100/5	25433-07					
		ТТ	В	-	-	-	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10 У3	0,2S	100/5	25433-07					
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07					
552	ПЭС-1	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
		ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	50/5	1276-59					
		ТТ	В	-	-	-	-					
		ТТ	С	ТЛЛ-10	0,5	50/5	1276-59					
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07					
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
553	ПЭС-2	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
		ТТ	А	ТЛЛ-10-М-1-У2	0,5	50/5	22192-07					
		ТТ	В	-	-	-	-					
		ТТ	С	ТЛЛ-10-М-1-У2	0,5	50/5	22192-07					
Кузину												
554		Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1			16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер.№ 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
			ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05		
	ТН		В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
	ТН		С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
	ТТ		А	ТЛЛ-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07					
	ТТ		В	-	-	-	-					
	ТТ		С	ТЛЛ-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07					
	Счетчик			ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
555	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-ПГ рег. № 58301-14				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05						
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05						
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05						
		ТТ	А	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07						
		ТТ	В	-		-	-						
		ТТ	С	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07						
556	Т-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08						
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08						
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08						
557	Т-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06					RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08						
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08						
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
558	ф. 7 10кВ ПЭС-Дружинино	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59		
559	ф. 6 10кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
560	ф. 5 10кВ Компрессорная	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	75/5	1261-08		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	75/5	1261-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
561	ф. 4 10кВ ТП-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	75/5	1261-08		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	75/5	1261-08		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
562	ф. 3 10кВ ТП-5	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	75/5	1261-08		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	75/5	1261-08		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
563	ПЭС-2	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5	100/5	22192-07		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5	100/5	22192-07		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
564	ПЭС-1	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5	100/5	22192-07		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5	100/5	22192-07		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бойцы									
565	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-31У3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-31У3	0,2S	1000/5	30709-07		
566	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-31У3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-31У3	0,2S	1000/5	30709-07		
567	ф. 3 10кВ С/Х потребители	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10 УХЛ2.1	0,5S	200/5	47959-11		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10 УХЛ2.1	0,5S	200/5	47959-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
568	ф. 4 10кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59		
569	ф. 5 10кВ КИЗ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
570	ф. 6 10кВ Живот. комплекс	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
571	ф. 7 10кВ КИЗ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
572	Т-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
573	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
574	ПЭС-1	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
575	ПЭС-2	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
576	Ввод-1 10 кВ.	ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-31У3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-31У3	0,2S	1000/5	30709-07		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		

Подводящая

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
577	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТЛП-10-31У3	0,2S	1000/5	30709-07				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЛП-10-31У3	0,2S	1000/5	30709-07				
578	ф. 7 10кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТЛП-10 У3	0,5	200/5	1276-59				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЛП-10 У3	0,5	200/5	1276-59				
579	Ф-8 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТЛП-10 У3	0,2S	150/5	30709-07				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЛП-10 У3	0,2S	150/5	30709-07				
580	Т-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
581	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
582	ПЭС-1	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	А	ТОЛ-10 УТ 2.1	0,5	100/5	6009-77		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10 УТ 2.1	0,5	100/5	6009-77		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	100/5	1261-08		
		ТТ	В	-		-	-		
583	ПЭС-2	ТТ	С	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	100/5	1261-08	УСВ-3 пер. № 51644-12	УСВ-3 пер. № 51644-12
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	100/5	1261-08		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	100/5	1261-08		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
584	ф. 3 10кВ	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	УСВ-3 пер. № 51644-12	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	100/5	1261-08		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	100/5	1261-08		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	100/5	1261-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
585	ф. 4 10кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	75/5	1261-08				
		ТТ	В	-		-	-				
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	75/5	1261-08				
586	ф. 10кВ Сады	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	1495	1261-08				
		ТТ	В	-		-	-				
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	1496	1261-08				
Хрустальная											
587	ф. 8 10кВ УИН	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14		
		ТН	А	4МТ	0,5	10000/100	44087-10				
		ТН	В	4МТ	0,5	10000/100	44087-10				
		ТН	С	4МТ	0,5	10000/100	44087-10				
		ТТ	А	4МС	0,5S	75/5	44089-10				
		ТТ	В	4МС	0,5S	75/5	44089-10				
		ТТ	С	4МС	0,5S	75/5	44089-10				
588	ф. 9 10кВ Турбаза	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	4МТ	0,5	10000/100	44087-10				
		ТН	В	4МТ	0,5	10000/100	44087-10				
		ТН	С	4МТ	0,5	10000/100	44087-10				
		ТТ	А	4МС	0,5S	75/5	44089-10				
		ТТ	В	4МС	0,5S	75/5	44089-10				
		ТТ	С	4МС	0,5S	75/5	44089-10				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
589	ф. 0,22кВ ТП-Решеты	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ		ЕА05RAL-B-3 - - - ТСН 6.2 - ТСН 6.2	0,5S/1,0 0,2S 0,2S	1 - - - 150/5 - 150/5	16666-07 - - - 26100-03 - 26100-03		
590	ф. 35кВ Северка	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ		СЭТ-4ТМ.03М ЗНОМ-35-65 ЗНОМ-35-65 ЗНОМ-35-65 ТОЛ-35-III-II УХЛ1 - ТОЛ-СВЭЛ-35 III-3.1 УХЛ-1	0,2S/0,5 0,5 0,5 0,5 0,5S 0,5S	1 (35000/√3)/(100/√3) (35000/√3)/(100/√3) (35000/√3)/(100/√3) 100/5 - 100/5	36697-12 912-70 912-70 912-70 21256-07 - 51517-12	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
591	ф. 15 Решеты 10 кВ	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ		ЕА05RL-B-3 4MT 4MT 4MT 4MC 4MC 4MC	0,5S/- 0,5 0,5 0,5 0,5S 0,5S 0,5S	1 10000/100 10000/100 10000/100 100/5 100/5 100/5	16666-97 44087-10 44087-10 44087-10 44089-10 44089-10 44089-10		
592	Т-1 110 кВ.	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ		A1802RALXQ-P4G-DW-4 CPA-123 CPA-123 CPA-123 ТАТ ТАТ ТАТ	0,2S/0,5 0,5 0,5 0,5 0,2S 0,2S 0,2S	1 (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) 300/5 300/5 300/5	31857-06 15852-06 15852-06 15852-06 29838-05 29838-05 29838-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
593	T-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALXQ-P4G-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	CPA-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТН	В	CPA-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТН	С	CPA-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТТ	А	TAT	0,2S	300/5	29838-05		
		ТТ	В	TAT	0,2S	300/5	29838-05		
		ТТ	С	TAT	0,2S	300/5	29838-05		
594	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	4MT	0,5	10000/100	44087-10		
		ТН	В	4MT	0,5	10000/100	44087-10		
		ТН	С	4MT	0,5	10000/100	44087-10		
		ТТ	А	4MC	0,2S	1500/5	44089-10		
		ТТ	В	4MC	0,2S	1500/5	44089-10		
		ТТ	С	4MC	0,2S	1500/5	44089-10		
595	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	4MT	0,5	10000/100	44087-10		
		ТН	В	4MT	0,5	10000/100	44087-10		
		ТН	С	4MT	0,5	10000/100	44087-10		
		ТТ	А	4MC	0,2S	1500/5	44089-10		
		ТТ	В	4MC	0,2S	1500/5	44089-10		
		ТТ	С	4MC	0,2S	1500/5	44089-10		
596	ф. 0,22кВ Обогрев ОРУ-35кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.08	0,2S/0,5	1	36697-08		
		ТН	А	-		-	-		
		ТН	В	-		-	-		
		ТН	С	-		-	-		
		ТТ	А	ТОП-0,66	0,2S	40/5	44142-11		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТОП-0,66	0,2S	40/5	44142-11		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

ССВ-1Г
рег. №
58301-14

RTU-327
рег. №
19495-03

УСВ-3
рег. №
51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
597	ф. 12 10кВ Решеты	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		ТН	В	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		ТН	С	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		ТТ	А	4МС	0,5S	200/5	44089-10		
		ТТ	В	4МС	0,5S	200/5	44089-10		
		ТТ	С	4МС	0,5S	200/5	44089-10		
598	Ф-13 Станция	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		ТН	В	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		ТН	С	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		ТТ	А	4МС	0,5S	200/5	44089-10		
		ТТ	В	4МС	0,5S	200/5	44089-10		
599	ф. 7 10кВ Пионер лагерь	ТТ	С	4МС	0,5S	200/5	44089-10		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		ТН	В	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		ТН	С	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		ТТ	А	4МС	0,5S	75/5	44089-10		
		ТТ	В	4МС	0,5S	75/5	44089-10		
600	ф. 6 10кВ Пионер лагерь	ТТ	С	4МС	0,5S	75/5	44089-10		
		Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		ТН	В	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		ТН	С	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		ТТ	А	4МС	0,5S	150/5	44089-10		
		ТТ	В	4МС	0,5S	150/5	44089-10		
		ТТ	С	4МС	0,5S	150/5	44089-10		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
601	ПЭС-4	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		ТН	В	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		ТН	С	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		ТТ	А	4МС	0,5S	75/5	44089-10		
		ТТ	В	4МС	0,5S	75/5	44089-10		
		ТТ	С	4МС	0,5S	75/5	44089-10		
602	ПЭС-3	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		ТН	В	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		ТН	С	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		ТТ	А	4МС	0,5S	75/5	44089-10		
		ТТ	В	4МС	0,5S	75/5	44089-10		
		ТТ	С	4МС	0,5S	75/5	44089-10		
603	ПЭС-2	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		ТН	В	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		ТН	С	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		ТТ	А	4МС	0,5S	75/5	44089-10		
		ТТ	В	4МС	0,5S	75/5	44089-10		
		ТТ	С	4МС	0,5S	75/5	44089-10		
604	ПЭС-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		ТН	В	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		ТН	С	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		ТТ	А	4МС	0,5S	75/5	44089-10		
		ТТ	В	4МС	0,5S	75/5	44089-10		
		ТТ	С	4МС	0,5S	75/5	44089-10		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
605	ПЭС-5	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		ТН	В	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		ТН	С	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		ТТ	А	4МС	0,5S	75/5	44089-10		
		ТТ	В	4МС	0,5S	75/5	44089-10		
		ТТ	С	4МС	0,5S	75/5	44089-10		
Свердловск-сортировочный									
606	Ввод-1 35 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТТ	А	ТФ3М-35Б IXЛ1	0,5	200/5	3689-73		
		ТТ	В						
		ТТ	С	ТФ3М-35Б IXЛ1	0,5	200/5	3689-73		
607	Ввод-2 35 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-ПГ рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТТ	А	ТФ3М-35Б IУ1	0,5	200/5	3689-73		
		ТТ	В						
		ТТ	С	ТФ3М-35Б IУ1	0,5	200/5	3689-73		
608	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/√3/100/√3	47583-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/√3/100/√3	47583-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/√3/100/√3	47583-11		
		ТТ	А	ТПШЛ-10	0,5	2000/5	1423-60		
		ТТ	В	ТПШЛ-10	0,5	2000/5	1423-60		
		ТТ	С	ТПШЛ-10	0,5	2000/5	1423-60		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
609	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-1 У3	0,2S	2000/5	30709-07		
		ТТ	В	ТЛП-10-1 У3	0,2S	2000/5	30709-07		
		ТТ	С	ТЛП-10-1 У3	0,2S	2000/5	30709-07		
610	ф. 6кВ ЕТТУ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/√3/100/√3	47583-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/√3/100/√3	47583-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/√3/100/√3	47583-11		
		ТТ	А	ТЛП-10-2-1 У3	0,2S	100/5	30709-05		ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-2-1 У3	0,2S	100/5	30709-05		
611	ф. 1 6кВ РП-441	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		ЭКОВ-3000 пер. № 17049-14
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	А	ТЛП-10-2	0,5S	600/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-2	0,5S	600/5	30709-07		
612	ф. 2 6кВ РП-441	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/√3/100/√3	47583-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/√3/100/√3	47583-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/√3/100/√3	47583-11		
		ТТ	А	ТЛЮЛ-10	0,2S	400/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮЛ-10	0,2S	400/5	1261-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
613	ф. 6кВ ТП-4632 (депприемник)	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/√3/100/√3	47583-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/√3/100/√3	47583-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/√3/100/√3	47583-11		
		ТТ	А	ТЛП-10 У3	0,2S	200/5	30709-07		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10 У3	0,2S	200/5	30709-07		
614	ф. 6кВ ТП-4687-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/√3/100/√3	47583-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/√3/100/√3	47583-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/√3/100/√3	47583-11		
		ТТ	А	ТЛЮ-10 У1	0,5	150/5	25433-07		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10 У1	0,5	150/5	25433-07		
615	ф. 6кВ ТП-4687-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	4МА72	0,5	300/5	59024-14		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	4МА72	0,5	300/5	59024-14		
616	ф. 6кВ РП-809-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/√3/100/√3	47583-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/√3/100/√3	47583-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/√3/100/√3	47583-11		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	200/5	1261-08		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	200/5	1261-08		

ЭКОМ-3000
пер. №
17049-14

ССВ-ПГ
пер. №
58301-14

RTU-327
пер. № 19495-03

УСВ-3
пер. №
51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
617	ф. 6кВ РП-809-2	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	4МА72	0,2S	1000/5	59024-14		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	4МА72	0,2S	1000/5	59024-14		
618	ф. 6кВ РП-816	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/√3/100/√3	47583-11		ССВ-1Г
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/√3/100/√3	47583-11		пер. № 58301-14
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/√3/100/√3	47583-11		УСВ-3
		ТТ	А	ТЛП-10-2	0,5S	200/5	30709-07		пер. № 51644-12
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-2	0,5S	200/5	30709-07		
619	ф. 6кВ ТП-808-1	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-08		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-08		
620	ф. 6кВ ТП-808-2	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/√3/100/√3	47583-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/√3/100/√3	47583-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/√3/100/√3	47583-11		
		ТТ	А	ТЛП-10-2	0,5S	800/5	30709-07		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-2	0,5S	800/5	30709-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
621	ф. 6кВ 4637	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/√3/100/√3	47583-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/√3/100/√3	47583-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/√3/100/√3	47583-11		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5	300/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5	300/5	22192-07		
622	ф. 6кВ ЦНИИ	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-2	0,5S	400/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-2	0,5S	400/5	30709-07		
623	ф. 6кВ РСЛ-4-1	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	300/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	300/5	1261-08		
624	ф. 6кВ РСЛ-4-2	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	4МА72	0,2S	300/5	59024-14		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	4МА72	0,2S	300/5	59024-14		

ЭКМ-3000
пер. №
17049-14

ССВ-1Г
пер. №
58301-14

УСВ-3
пер. №
51644-12

RTU-327
пер. № 19495-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
625	ф. 6кВ Горный комбинат	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/√3/100/√3	47583-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/√3/100/√3	47583-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/√3/100/√3	47583-11		
		ТТ	А	4МА72	0,2S	150/5	59024-14		
		ТТ	В	-		-			
		ТТ	С	4МА72	0,2S	150/5	59024-14		
Звезда									
626	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	1500/5	30709-06		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,5	1500/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	1500/5	30709-06		
627	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327 рег.№ 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-06		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
628	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер.№ 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	1500/5	30709-06		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,5	1500/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	1500/5	30709-06		
629	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	1500/5	30709-06		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,5	1500/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	1500/5	30709-06		
630	Ввод-3 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-04		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631	Ввод-4 10 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	10
		ТН	А	ЗНОЛ06-10	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11		
		ТН	В	ЗНОЛ06-10	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛ06-10	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11		
		ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
632	ф. 4 10кВ ПРМЗ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	10
		ТН	А	ЗНОЛ06-10	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11		
		ТН	В	ЗНОЛ06-10	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛ06-10	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11		
		ТТ	А	ТЛП-10-3 УЗ	0,2S	300/5	30709-07		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-3 УЗ	0,2S	300/5	30709-07		
633	ф. 5 10кВ ПРМЗ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	10
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	300/5	1261-08		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	300/5	1261-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
634	ф. 3 10кВ ОЛМИ	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ		ЕА05RAL-B-3 ЗНОЛ.06-10У3 ЗНОЛ.06-10У3 ЗНОЛ.06-10У3 ТОЛ-10-УТ-2.1 - ТОЛ-10-УТ-2.1	0,5S/1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5	1 10000/√3/100/√3 10000/√3/100/√3 10000/√3/100/√3 300/5 - 300/5	16666-07 3344-04 3344-04 3344-04 6009-77 - 6009-77		
635	Т-1 110 кВ.	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ	А В С А В С	НАМИ-110 УХЛ-1 НАМИ-110 УХЛ-1 НАМИ-110 УХЛ-1 ТРГ-110 II* ТРГ-110 II* ТРГ-110 II*	0,2S/0,5 0,2 0,2 0,2 0,2S 0,2S 0,2S	1 (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) 150/1 150/1 150/1	31857-06 24218-08 24218-08 24218-08 26813-06 26813-06 26813-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
636	Т-2 110 кВ.	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ	А В С А В С	А1802RALXQ-P4GB-DW-4 НАМИ-110 УХЛ-1 НАМИ-110 УХЛ-1 НАМИ-110 УХЛ-1 ТРГ-110 II* ТРГ-110 II* ТРГ-110 II*	0,2S/0,5 0,2 0,2 0,2 0,2S 0,2S 0,2S	1 (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) 150/1 150/1 150/1	31857-06 24218-08 24218-08 24218-08 26813-06 26813-06 26813-06	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
637	Т-3 110 кВ.	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ	А В С А В С	ЕА05RL-B-4 НАМИ-110 УХЛ-1 НАМИ-110 УХЛ-1 НАМИ-110 УХЛ-1 ТРГ-110 II* ТРГ-110 II* ТРГ-110 II*	0,5S/- 0,2 0,2 0,2 0,2S 0,2S 0,2S	1 (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) 150/1 150/1 150/1	16666-97 24218-08 24218-08 24218-08 26813-06 26813-06 26813-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
638	ф. 20 10кВ УК Созвездие вв.1	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	300/5	7069-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	300/5	7069-02		
639	ф. 13 10кВ УК Созвездие вв.2	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-04		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	400/5	7069-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	400/5	7069-02		
640	ф. 6 6кВ ТП-1388	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-7-У2	0,5	1000/5	38395-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-7-У2	0,5	1000/5	38395-08		
641	ф. 2 6кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-7-У2	0,5	1000/5	38395-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-7-У2	0,5	1000/5	38395-08		

ЭКОМ-3000
пер. №
17049-14

ССВ-1Г
пер. №
58301-14

УСВ-3
пер. №
51644-12

RTU-327
пер. № 19495-03

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
642	ф. 8 кВ	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-2-У2	0,5	1000/5	15128-01		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-2-У2	0,5	1000/5	15128-01		
643		Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	ПЭС-2	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	200/5	1261-08		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	200/5	1261-08		
		Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
644	ф. 9 кВ ТП-1965	ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	45040-10		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	45040-10		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	45040-10		
		ТТ	В	-		-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
645	ф. 7 10кВ РП-552	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	ЗНОЛ06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-04		
		ТТ	А	ТОЛ-10-02.1	0,5	400/5	38395-08		
		ТТ	В	-		-	-		
646	ф. 10 6кВ ТП-1390	ТТ	С	ТОЛ-10-02.1	0,5	400/5	38395-08	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5	400/5	22192-07		
648	ф. 3 6кВ УПТК	ТТ	В	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5	400/5	22192-07	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5	400/5	22192-07		
		Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-7-У2	0,5	1000/5	38395-08	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-7-У2	0,5	1000/5	38395-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
649	ф. 5 кВт ВЦ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	1000/5	15128-01		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	1000/5	15128-01		
650	ф. 4 кВт ВЦ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	45040-10		УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	45040-10		
651	ф. 1 6 кВт	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
Макарево									
652	Ввод-1 10 кВт.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО-10-У3	0,2S	1000/5	25433-07		УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10-У3	0,2S	1000/5	25433-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
653	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО-10-У3	0,2S	1000/5	25433-07		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10-У3	0,2S	1000/5	25433-07		
654	ф. 3 10кВ РП	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-І-7-У2	0,5S	100/5	38395-08		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-І-7-У2	0,5S	100/5	38395-08		
655	Т-1 110 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-І	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-І	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-І	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 ІІ*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 ІІ*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 ІІ*	0,2S	100/1	36672-08		
656	Т-2 110 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-І	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-І	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-І	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 ІІ*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 ІІ*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 ІІ*	0,2S	100/1	36672-08		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

ССВ-ІГ
рег. №
58301-14

УСВ-3
рег. №
51644-12

RTU-327
рег.№ 19495-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
657	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12			
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-7-У2	0,5	100/5	38395-08				
		ТТ	В	-		-	-				
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-7-У2	0,5	100/5	38395-08				
658	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63				
		ТТ	В	-		-	-				
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63				
Ревда (Капралово)											
659	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12			
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТЛК-СТ-10	0,5S	1500/5	58720-14				
		ТТ	В	-		-	-				
		ТТ	С	ТЛК-СТ-10	0,5S	1500/5	58720-14				
660	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-У3	0,2S	2000/5	1261-08				
		ТТ	В	-		-	-				
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3-У3	0,2S	2000/5	1261-08				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
661	ф. 5 6кВ ПАТО-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-2-1 У3	0,2S	600/5	30709-05		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-2-1 У3	0,2S	600/5	30709-05		
662	ф. 13 6кВ ПАТО-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10 2.1 У3	0,2S	600/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10 2.1 У3	0,2S	600/5	30709-07		
663	ф. 1 35кВ Космос-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	200/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	200/5	3689-73		
664	ф. 1 35кВ Космос-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	200/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	200/5	3689-73		

ЭКОМ-3000
пер. №
17049-14

ССВ-1Г
пер. №
58301-14

УСВ-3
пер. №
51644-12

RTU-327
пер. № 19495-03

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
665	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер.№ 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
666	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
667	ф. 16 6кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
668	ф. 15 6кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
669	ф. 14 6кВ	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
670	ф. 4 6кВ	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
Дидино									
671	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07		
672	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
673	Т-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
674	Т-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
675	ф. 3 10кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
676	ПЭС-2	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
								ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
								RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
677	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	50/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	50/5	1261-08		
Дружинино									
678	Т-2 110 кВ.	Счетчик		ЕА02RALX-Р3-В-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	200/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	200/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	200/1	26813-06		
679	ВЛ-110 кВ.	Счетчик		ЕА02RALX-Р3-В-4	0,2S/0,5	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер.№ 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	400/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	400/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	400/1	26813-06		
680	Т-3 110 кВ.	Счетчик		ЕА02RALX-Р3-В-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	200/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	200/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	200/1	26813-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	ВЛ-220 кВ.	Счетчик		ЕА02RALX-РЗ-В-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000/√3/100/√3	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000/√3/100/√3	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000/√3/100/√3	20344-05		
		ТТ	А	ТТФ-220 II*	0,2S	200/1	20645-07		
		ТТ	В	ТТФМ-220 II*	0,2S	200/1	36671-08		
		ТТ	С	ТТФ-220 II*	0,2S	200/1	20645-07		
682	ф. 3 10кВ Берёзовая	Счетчик		ЕА05RAL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
683	ф. 5 10кВ Поселок	Счетчик		ЕА05RAL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-2	0,2S	200/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-2	0,2S	200/5	30709-06		
684	ф. 8 10кВ Карьер	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 М 1	0,5S	150/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 М 1	0,5S	150/5	22192-07		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

ССВ-1Г
рег. №
58301-14

УСВ-3
рег. №
51644-12

RTU-327
рег. № 19495-03

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
685	ф. 9 10кВ Совхоз	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У1	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У1	0,5	200/5	1276-59		
686	ПЭС-7	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59		ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14
		ТТ	В	-	-	-	-		ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59		УСВ-3 рег. № 51644-12
687	ф. 10 10кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59		
688	ф. 27,5кВ ДПР	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТТ	А	ТФ3М-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФ3М-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
689	ф. 1 10кВ Дружинино	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
690	ф. 2 10кВ Дружинино	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5S	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5S	100/5	1276-59		
691	ф. 4 10кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59		
692	ф. 6 10кВ Компрессорная	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	300/5	1276-59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Депо													
693	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик		ЕАО5RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05						
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05						
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05						
		ТТ	А	ТЛЮ-10 М-1 У2	0,2S	1500/5	25433-07						
		ТТ	В	ТЛЮ-10 М-1 У2	0,2S	1500/5	25433-07						
		ТТ	С	ТЛЮ-10 М-1 У2	0,2S	1500/5	25433-07						
694	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик		ЕАО5RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05						
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05						
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05						
		ТТ	А	ТЛЮ-10 М-1 У2	0,2S	1500/5	25433-07						
		ТТ	В	ТЛЮ-10 М-1 У2	0,2S	1500/5	25433-07						
		ТТ	С	ТЛЮ-10 М-1 У2	0,2S	1500/5	25433-07						
695	Т-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06					УСВ-3 пер. № 51644-12	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		ТТ	А	ТТФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08						
		ТТ	В	ТТФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08						
		ТТ	С	ТТФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08						
696	Т-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	УСВ-3 пер. № 51644-12	УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		ТТ	А	ТТФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08						
		ТТ	В	ТТФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08						
		ТТ	С	ТТФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шарташ (Маяк)									
697	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RRL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-07		
		Счетчик		ЕА05RRL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
698	Ввод-2 10 кВ.	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	УСВ-3 рег. № 51644-12	RTU-327 рег. № 41907-09
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,5	1500/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,5	1500/5	30709-07		
		Счетчик		ЕА05RRL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
699	ф. 7 10кВ ТЦ-2	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	УСВ-3 рег. № 51644-12	RTU-327 рег. № 41907-09
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		Счетчик		ЕА05RRL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
700	ф. 5 10кВ ТЦ-1	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	УСВ-3 рег. № 51644-12	RTU-327 рег. № 41907-09
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	100/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	100/5	1261-08		
		Счетчик		ЕА05RRL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
701	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
702		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
	Т-2 110 кВ.	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
703		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	ф. 8 10кВ КТП- Синие камни	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛУ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5	150/5	1276-59		
704		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	ф. 4 10кВ ТП- 1813	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705	ф. 10кВ ЦРП-6	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 CCB-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	10
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	-	-	-	-		
		ТТ	В	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5	150/5	22192-07		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5	150/5	22192-07		
706		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	ф. 10кВ ЦРП-3	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5	150/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5	150/5	22192-07		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
707		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	ПЭС-1	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
708	ПЭС-2	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5	100/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5	100/5	22192-07		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
709	ПЭС-3	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12			
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТВК-10 УХЛ3	0,5	50/5	45370-10				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТВК-10 УХЛ3	0,5	50/5	45370-10				
710	ф. 10кВ НГЧ-2 ДЖД	Счетчик		ЕА02RAL-P1-B3	0,2S/0,5	1	16666-07				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-2-У-2	0,5S	50/5	47959-11				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-2-У-2	0,5S	50/5	47959-11				
Арамиль (Летная)											
711	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12			
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1500/5	30709-06				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1500/5	30709-06				
712	ф. 6 10кВ Косулино-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	300/5	1261-08				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	300/5	1261-08				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
713	ф. 5 10кВ Поварья	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	300/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	300/5	1261-08		
714	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1500/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1500/5	30709-06		
715	ф. 3 10кВ МТФ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЛ-10-М-1-У2	0,5S	150/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЛ-10-М-1-У2	0,5S	150/5	22192-07		
716	ф. 10 10кВ Мельзавод	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	150/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	150/5	30709-06		

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССБ-1Г

рег. № 58301-14

УСВ-3

RTU-327

рег. № 19495-03

рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
717	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	150/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	150/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	150/1	26813-06		
718		Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
	Т-2 110 кВ.	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	150/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	150/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	150/1	26813-06		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
719		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	ф. 4 10кВ ТП-1	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТДЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТДЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
720	ПЭС-8	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-7-У2	0,5	100/5	15128-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-7-У2	0,5	100/5	15128-07		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
722	ф. 7 10кВ ТП-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
723	ПЭС-9	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
724	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Колоткино									
725	Ввод-1 110 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-07		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
726	Ввод-2 110 кВ.	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-07		
		Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
727	Ф-4 110 кВ. Аметист	ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
728	Т-1 110 кВ.	ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
729	Т-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
730	ПЭС-1	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	А	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
731	ПЭС-2	ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
732	Ф-3 Мост	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛУ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛУ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛУ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Храмцовская									
733	Ввод-1 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,2S	1500/5	1261-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,2S	1500/5	1261-02		
734	ф. 7 10кВ Белореченский	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПП-10-2-1 У3	0,2S	100/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПП-10-2-1 У3	0,2S	100/5	30709-07		
735	ф. 5 10кВ Камышево	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	200/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	200/5	1261-08		
736	Ввод-2 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,2S	1000/5	1261-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,2S	1000/5	1261-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
737	ф. 110кВ Мамино	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ	А В С А В С	А1802RALXQ-P4GB-DW-4 НАМИ-110 УХЛ-1 НАМИ-110 УХЛ-1 НАМИ-110 УХЛ-1 ТРГ-110 П* ТРГ-110 П* ТРГ-110 П*	0,2S/0,5 0,2 0,2 0,2 0,2S 0,2S 0,2S	1 (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) 100/1 100/1 100/1	31857-06 24218-08 24218-08 24218-08 26813-06 26813-06 26813-06		
738	Т-1 110 кВ.	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ	А В С А В С	А1802RALXQ-P4GB-DW-4 НАМИ-110 УХЛ-1 НАМИ-110 УХЛ-1 НАМИ-110 УХЛ-1 ТРГ-110 П* ТРГ-110 П* ТРГ-110 П*	0,2S/0,5 0,2 0,2 0,2 0,2S 0,2S 0,2S	1 (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) 100/1 100/1 100/1	31857-06 24218-08 24218-08 24218-08 26813-06 26813-06 26813-06	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
739	Т-2 110 кВ.	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ	А В С А В С	А1802RALXQ-P4GB-DW-4 НАМИ-110 УХЛ-1 НАМИ-110 УХЛ-1 НАМИ-110 УХЛ-1 ТРГ-110 П* ТРГ-110 П* ТРГ-110 П*	0,2S/0,5 0,2 0,2 0,2 0,2S 0,2S 0,2S	1 (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) 100/1 100/1 100/1	31857-06 24218-08 24218-08 24218-08 26813-06 26813-06 26813-06	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
740	ф. 3 10кВ Электродотел	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ	А В С А В С	ЕА05RAL-B-3 НАМИ-10-95 УХЛ2 НАМИ-10-95 УХЛ2 НАМИ-10-95 УХЛ2 ТПОЛ-10-3-У3 - ТПОЛ-10-3-У3	0,5S/1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5	1 10000/100 10000/100 10000/100 100/5 - 100/5	16666-07 20186-05 20186-05 20186-05 1261-08 - 1261-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
742	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
Перебор (Покровка)									
743	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,2S	1500/5	30709-05		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,2S	1500/5	30709-05		
744	ф. 1 10кВ Перебор	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,2S	600/5	1261-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,2S	600/5	1261-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
745	ф. 3 10кВ Элеватор-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,2S	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,2S	200/5	1276-59		
746	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,2S	1500/5	30709-05		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,2S	1500/5	30709-05		
747	ф. 6 10кВ Россия	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,2S	800/5	1261-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,2S	800/5	1261-02		
748	ф. 7 10кВ Элеватор-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,2S	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,2S	200/5	1276-59		

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССБ-1Г
рег. № 58301-14

УСВ-3
рег. № 51644-12

RTU-327
рег. № 19495-03

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Каменск-Уральский (Урал)									

753	Ввод-2 35кВ	Счетчик		ЕА05РАL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15
		ТТ	А	GIF-40,5	0,2S	400/5	30368-05
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	GIF-40,5	0,2S	400/5	30368-05
754	Ввод-1 35 кВ.	Счетчик		ЕА05РАL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН	А	NTSM-38 УХЛ1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08
		ТН	В	NTSM-38 УХЛ1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08
		ТН	С	NTSM-38 УХЛ1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08
		ТТ	А	GIF-40,5	0,2S	400/5	30368-05
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	GIF-40,5	0,2S	400/5	30368-05
755	ф. 1 10кВ ПАТП	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТЛПМ-10	0,5	100/5	2363-68
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛПМ-10	0,5	100/5	2363-68
756	ф. 5 10кВ Швейная фабрика	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТЛП-10-2	0,5	200/5	30709-06
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛП-10-2	0,5	200/5	30709-06

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССБ-1Г
рег. № 58301-14

RTU-327
рег. № 19495-03

УСВ-3
рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757	Т-2 35 кВ.	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	В	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	С	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	А	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	100/5	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	100/5	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	100/5	37491-08		
758		Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
	Т-1 35 кВ.	ТН	А	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	В	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	С	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	А	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	100/5	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	100/5	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	100/5	37491-08		
759		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
	ф. 3 10кВ ТП-5	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
760		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
	ф. 10кВ ЦРП-1	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	400/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
761	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
762	ПЭС-2	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5	100/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5	100/5	22192-07		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
763	ПЭС-3	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5	100/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5	100/5	22192-07		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
764	ф. 8 10кВ ТП-1	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
765	ф. 10кВ ЦРП-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег.№ 19495-03 ССБ-1Г рег. №58301-14 УСБ-3 рег. №51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В						
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
766	ф. 10кВ ТП-22	Счетчик		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Колчедан							
767	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег.№ 19495-03 ССБ-1Г рег. №58301-14 УСБ-3 рег. №51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПП-10-3	0,5S	1500/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПП-10-3	0,5S	1500/5	30709-07		
		ТТ		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
768	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПП-10-3	0,5S	1500/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПП-10-3	0,5S	1500/5	30709-07		
		ТТ		ТПП-10-3	0,5S	1500/5	30709-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
769	ф. 4 10кВ Водозабор	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5S	200/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5S	200/5	22192-07		
770		Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
	Т-1 110 кВ.	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
771		Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
	Т-2 110 кВ.	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
772		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	ПЭС-2	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ЭКОВ-3000
рег. № 17049-14

ССВ-1Г
рег. № 58301-14

RTU-327
рег. № 19495-03

УСВ-3
рег. № 51644-12

773	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05	
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	100/5	2363-68	
		ТТ	-	-	-	-	
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	100/5	2363-68	
Сосновка (Рубин)							
774	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05	
		ТТ	ТЛО-10 У3	0,2S	1000/5	25433-07	
		ТТ	ТЛО-10 У3	0,2S	1000/5	25433-07	
		ТТ	ТЛО-10 У3	0,2S	1000/5	25433-07	
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05	
		ТТ	ТЛО-10 У3	0,2S	1000/5	25433-07	
		ТТ	ТЛО-10 У3	0,2S	1000/5	25433-07	
		ТТ	ТЛО-10 У3	0,2S	1000/5	25433-07	
775	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05	
		ТТ	ТЛО-10 У3	0,2S	1000/5	25433-07	
		ТТ	ТЛО-10 У3	0,2S	1000/5	25433-07	
		ТТ	ТЛО-10 У3	0,2S	1000/5	25433-07	
776	ф. 1 10кВ Каменный	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05	
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63	
		ТТ	-	-	-	-	
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
777	ф. 4 10кВ Лямино	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
778	Т-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
779	Т-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
780	ПЭС-2	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		

ЭКОВ-3000
рег. № 17049-14

ССВ-1Г
рег. № 58301-14

RTU-327
рег. № 19495-03

УСВ-3
рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
781	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер.№ 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
19 км									
782	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер.№ 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
ТТ	А	ТЛЮ-10 У3	0,2S	1000/5	25433-07				
ТТ	В	ТЛЮ-10 У3	0,2S	1000/5	25433-07				
ТТ	С	ТЛЮ-10 У3	0,2S	1000/5	25433-07				
783	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер.№ 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
ТТ	А	ТЛЮ-10 У3	0,2S	1000/5	25433-07				
ТТ	В	ТЛЮ-10 У3	0,2S	1000/5	25433-07				
ТТ	С	ТЛЮ-10 У3	0,2S	1000/5	25433-07				
784	ф. 3 10кВ Барабаново	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер.№ 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
785	ф. 2 10кВ Пирогово	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
786		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
	ф. 1 10кВ Сипава	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5S	100/5	47959-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5S	100/5	47959-11		
		Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97		
787		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	RTU-327 рег. № 19495-03	
	Т-1 110 кВ.	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
788		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
	Т-2 110 кВ.	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	RTU-327 рег. № 19495-03	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
789	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
790	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
Режим									
791	Ввод-1 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	С	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07		
792	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	С	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
793	ф. 3 10кВ Кордон	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	100/5	2473-69		
794	ф. 4 10кВ Крутиха	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10-1 У3	0,5S	100/5	25433-07		ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14
		ТТ	В	-	-	-	-		ССВ-ПГ рег. № 58301-14
		ТТ	С	ТЛЮ-10-1 У3	0,5S	100/5	25433-07		УСВ-3 рег. № 51644-12
795	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
796	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
797	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТJM-10-1	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТJM-10-1	0,5	100/5	2473-69		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
798	ПЭС-1	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТJM-10-1	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В						
		ТТ	С	ТJM-10-1	0,5	100/5	2473-69		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
799	Ввод-1 6 кВ.	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТJО-10 У3	0,2S	1000/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТJО-10 У3	0,2S	1000/5	25433-07		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
800	Ввод-2 6 кВ.	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТJО-10 У3	0,2S	1000/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТJО-10 У3	0,2S	1000/5	25433-07		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		

Асбест

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССБ-1Г рег. №58301-14 УСБ-3 рег. №51644-12	
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТПП-0,66У3	0,5	400/5	15173-06		
		ТТ	В	ТК-40 ПУЗ	0,5	400/5	2361-68		
		ТТ	С	ТПП-0,66У3	0,5	400/5	15173-06		
802	ф. 2 10кВ Ж/ДП	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	150/5	1276-59		
803	ф. 1 6кВ Ж/ДП	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
Исток (Родник)									
804	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПП-10-3-1 У3	0,2S	1500/5	30709-07		
		ТТ	В	ТПП-10-3-1 У3	0,2S	1500/5	30709-07		
		ТТ	С	ТПП-10-3-1 У3	0,2S	1500/5	30709-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
805	Ф-6 10 кВ. Звезда-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛК-10-5 У3	0,5S	150/5	9143-83		
		ТТ	В	ТЛК-10-5 У3	0,5S	150/5	9143-83		
		ТТ	С	ТЛК-10-5 У3	0,5S	150/5	9143-83		
806	ф. 10 10кВ МЧС-1	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,2S	100/5	7069-07		ССВ-ПГ рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТОЛ-10	0,2S	100/5	7069-07		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,2S	100/5	7069-07		
807	ф. 7 10кВ Промбаза	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,2S	75/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,2S	75/5	1261-08		
808	ф. 9 10кВ Вячеслав	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
809	Ф-8 10 кВ. Звезда-2	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛК-10-5 У3	0,5S	150/5	9143-83		
		ТТ	В	ТЛК-10-5 У3	0,5S	150/5	9143-83		
		ТТ	С	ТЛК-10-5 У3	0,5S	150/5	9143-83		
810	Ф. 11 10кВ МЧС- 2	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,2S	100/5	7069-07		ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТОЛ-10	0,2S	100/5	7069-07		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,2S	100/5	7069-07		
811	Ввод-2 35 кВ.	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03.01	0,5S/1,0	1	27524-04		ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	600/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	600/5	3690-73		
812	Ф. 5 10кВ ТП- 1240	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03.01	0,5S/1,0	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
813	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 ССБ-1Г рег. № 58301-14 RTU-327 рег. № 19495-03 УСБ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	TG-145 У1	0,2	300/5	30489-05		
		ТТ	В	TG-145 У1	0,2	300/5	30489-05		
		ТТ	С	TG-145 У1	0,2	300/5	30489-05		
814		Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
	Т-2 110 кВ.	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТАТ	0,2S	300/5	29838-05		
		ТТ	В	ТАТ	0,2S	300/5	29838-05		
		ТТ	С	ТАТ	0,2S	300/5	29838-05		
815		Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
	Т-3 110 кВ.	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
816		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.08	0,2S/0,5	1	36697-08		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
	ф. 0,22кВ Обогрев ОРУ-35кВ	ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТОП-0,66	0,2S	40/5	44142-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОП-0,66	0,2S	40/5	44142-11		
		ТТ	С						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
817	ПЭС-4	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 ССБ-1Г рег. № 58301-14 RTU-327 рег. № 19495-03 УСВ-3 рег. № 51644-12	10
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,2S	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,2S	100/5	2363-68		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
818	ПЭС-3	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 ССБ-1Г рег. № 58301-14 RTU-327 рег. № 19495-03 УСВ-3 рег. № 51644-12	10
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
819	ПЭС-2	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 ССБ-1Г рег. № 58301-14 RTU-327 рег. № 19495-03 УСВ-3 рег. № 51644-12	10
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
820	ПЭС-1	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 ССБ-1Г рег. № 58301-14 RTU-327 рег. № 19495-03 УСВ-3 рег. № 51644-12	10
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бобровка (Глубокое)									
821	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЮ-10-3	0,2S	1000/5	25433-07		
		ТТ	В	ТЮ-10-3	0,2S	1000/5	25433-07		
		ТТ	С	ТЮ-10-3	0,2S	1000/5	25433-07		
822	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	УСВ-3 рег. № 51644-12	РТУ-327 рег. № 19495-03
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЮ-10-М1 У2	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТТ	В	ТЮ-10-3	0,2S	1000/5	25433-07		
		ТТ	С	ТЮ-10-М1 У2	0,2S	1000/5	25433-11		
823	ф. 8 10кВ Дачный Поселок	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
824	ф. 3 10кВ Растущий	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-7-У-2	0,5S	200/5	38395-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-7-У-2	0,5S	200/5	38395-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
825	ф. 1 10кВ Косулинское ЦРП	Счетчик		ЕАО5RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5S	300/5	47959-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5S	300/5	47959-11		
826	ф. 2 10кВ МТФ	Счетчик		ЕАО5RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5S	200/5	47959-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5S	200/5	47959-11		
827	ф. 4 10кВ Сады	Счетчик		ЕАО5RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	75/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	75/5	2473-69		
828	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		

ССБ-1Г
рег. № 58301-14

УСВ-3
рег. № 51644-12

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

RTU-327
рег. № 19495-03

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
829	Т-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06		
830	ПЭС-1	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	100/5	2473-69		
831	ф. 6 10кВ ПМС-171	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЛ-10-М-1-У2	0,5	150/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЛ-10-М-1-У2	0,5	150/5	22192-07		
832	ПЭС-2	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-7-У-2	0,5	100/5	38395-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-7-У-2	0,5	100/5	38395-08		

ССВ-1Г
рег. № 58301-14

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

УСВ-3
рег. № 51644-12

RTU-327
рег. № 19495-03

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Гагарский				
833	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-06		
		ТТ	В	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-06		
834	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-06		
		ТТ	В	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-06		
835	ф. 2 10кВ Гусево	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5S	200/5	47959-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5S	200/5	47959-11		
836	ф. 1 10кВ Лесной	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5S	300/5	47959-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5S	300/5	47959-11		

ССБ-1Г
рег. № 58301-14

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

УСВ-3
рег. № 51644-12

RTU-327
рег. № 19495-03

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
837	ф. 4 10кВ В/Ч	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	150/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	150/5	2473-69		
838	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
839	Т-2 110 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/-	1	16666-97	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
840	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
841	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		10
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	150/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	150/5	2473-69		
Баженово (Стрела)									
842	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
843	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. №58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
844	ф. 3 10кВ Гамма	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-8	0,5	200/5	47959-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-8	0,5	200/5	47959-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
845	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
846		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
	ПЭС-2	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
847	ф. 2 10кВ ЦРП - 2	ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	100/5	2473-69		
848		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	100/5	2473-69		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
849	ф. 6 10кВ РП Компрессорный	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-1-2 У2	0,5S	300/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-1-2 У2	0,5S	300/5	1261-08		
850	ф. 5 10кВ РП Компрессорная	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
851	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	100/5	38395-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	100/5	2473-69		
852	ПЭС-3	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	100/5	2473-69		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	ф. 1 10кВ ЦРП-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	100/5	2473-69		
Изменено									
854	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-07		
855	ф. 1 10кВ ПСМ-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	400/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	400/5	1856-63		
856	ф. 3 10кВ Шипелово	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	300/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	300/5	2473-69		
								ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. №58301-14
								RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
857	ф. 5 10кВ Некрасово	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	300/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	300/5	2473-69		
858	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
859	ф. 2 10кВ ПСМ-2	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	400/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	400/5	1856-63		
860	ф. 4 10кВ Бруснята	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	300/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	300/5	2473-69		

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССВ-1Г

рег. № 58301-14

УСВ-3

RTU-327
рег. № 19495-03

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
861	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
862	Т-2 110 кВ.	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
863	ПЭС-1	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	300/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	300/5	2473-69		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
864	ПЭС-2	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	300/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	300/5	2473-69		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Картогуз									
865	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 ССВ-1Г рег. № 58301-14 RTU-327 рег. № 19495-03 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
866	ф. 1 10кВ Мелехино	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5S	150/5	47959-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5S	150/5	47959-11		
867	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
868	ф. 2 10кВ Тыгиш	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5S	150/5	47959-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5S	150/5	47959-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
869	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
870		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
	Т-2 110 кВ.	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
871		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	ПЭС-2	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	РТУ-327 рег. № 19495-03	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	150/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	150/5	2473-69		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
872	ПЭС-1	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	РТУ-327 рег. № 19495-03	
		ТТ	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	В	ТЛМ-10	0,5	150/5	2473-69		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	150/5	2473-69		
		ТТ	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Богданович									
873	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-ПГ рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО-10-3	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10-3	0,2S	1500/5	25433-07		
874	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО-10-3	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10-3	0,2S	1500/5	25433-07		
875	ф. 1 10кВ Глуховский	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-2-2 У3	0,2S	200/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-2-2 У3	0,2S	200/5	30709-07		
876	ф. 6 10кВ УМЗ	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
877	Ввод-1 110кВ Фарфоровая-С.Лог 1 цепь	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
878	Ввод-2 110кВ (Фарфоровая- С.Лог 2 цепь)	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
879	ПЭС-8	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327 рег. № 19495-03	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТТЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТТЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
880	ПЭС-2	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327 рег. № 19495-03	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТТЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В						
		ТТ	С	ТТЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
881	ПЭС-3	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
882	ф. 4 10кВ пост МРЦ	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
883	ф. 3 10кВ Богданович	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5	150/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5	150/5	22192-07		
Сысертъ (Гвоздика)									
884	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07		УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	ТПП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	С	ТПП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
885	ф. 1 10кВ Скважина	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-12		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-07		
886	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05РАL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07		ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТПЛ-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	С	ТПЛ-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07		
887	ф. 4 10кВ ЦРП-2	Счетчик		ЕА05РАL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	400/5	1276-59		
888	ф. 2 10кВ Бензоперекачка	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-12		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
889	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
890	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
891	ф. 10кВ КомплектТехМарк ет	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СВЭЛ-10-1	0,5S	150/5	42663-09		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СВЭЛ-10-1	0,5S	150/5	42663-09		
892	ПЭС-5	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВК-10 УХЛ3	0,5	100/5	45370-10		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10 УХЛ3	0,5	100/5	45370-10		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
893	ПЭС-3	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	10
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	75/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	75/5	2473-69		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
894	ПЭС-2	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	10
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	50/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	50/5	2473-69		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
895	ПЭС-1	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	10
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	50/5	45040-10		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	50/5	45040-10		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
896	ПЭС-4	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	10
		ТТ	А	ТВК-10 УХЛ3	0,5	100/5	45370-10		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10 УХЛ3	0,5	100/5	45370-10		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
897	ф. 3 10кВ Сады	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10 У3	0,5S	150/5	25433-07	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10 У3	0,5S	150/5	25433-07		
Патрули									
898	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-07		
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-07		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-07		
899	ф. 3 10кВ Птицефабрика	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-7-У-2	0,5S	200/5	38395-08	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-7-У-2	0,5S	200/5	38395-08		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10 1 У3	0,2S	100/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
900	ф. 5 10кВ МТФ	Счетчик		ТЛЮ-10 1 У3	0,2S	100/5	25433-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
901	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-07		
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-07		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-07		
902	ф. 4 10кВ Шайдурово	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-7-У-2	0,5S	200/5	38395-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-7-У-2	0,5S	200/5	38395-08		
903	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
904	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССВ-ПГ

рег. № 58301-14

RTU-327

УСВ-3

рег. № 19495-03

рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
905	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-ПГ рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12			
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59				
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07				
906	ПЭС-2	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	45040-10				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	45040-10				
		Седельниково									
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	45040-10				
907	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-ПГ рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12			
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТОЛ-10 УХЛ2.1	0,5	300/5	7069-07				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТОЛ-10 УХЛ2.1	0,5	300/5	7069-07				
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07				
908	Ввод-2 10 кВ.	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТОЛ-10 УХЛ2.1	0,5	300/5	7069-07				
		ТТ	В								
		ТТ	С	ТОЛ-10 УХЛ2.1	0,5	300/5	7069-07				
		ТТ	С	ТОЛ-10 УХЛ2.1	0,5	300/5	7069-07				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
909	ф. 7 10кВ Зернокомплекс	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
910	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
911	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
Дубровный									
912	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		УСВ-3
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-07	RTU-327 рег. № 19495-03	рег. № 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
913	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-07		
914	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
915	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
916	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
917	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000	ССВ-1Г

		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	рег. № 17049-14	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	рег. № 19495-03	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-		-
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		1276-59
Еланский (Ялунино)									
918	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКЖМ-3000 рег. № 17049-14	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		20186-05
		ТТ	А	ТЛО-10-1	0,2S	1500/5	25433-07		25433-07
		ТТ	В	-	-	-	-		-
		ТТ	С	ТЛО-10-1	0,2S	1500/5	25433-07		25433-07
919	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,2S	1500/5	1276-59		1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-		-
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,2S	1500/5	1276-59		1276-59
920	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ССВ-1Г рег. № 58301-14	31857-06
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		24218-08
		ТТ	А	ТТФМ-110 II *	0,2S	150/1	36672-08		36672-08
		ТТ	В	ТТФМ-110 II *	0,2S	150/1	36672-08		36672-08
		ТТ	С	ТТФМ-110 II *	0,2S	150/1	36672-08	УСВ-3 рег. № 51644-12	36672-08

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	Т-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
922	ПЭС-2	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
923	ПЭС-1	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		Камышлов (Раздолье)							
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
924	Ввод-1 10 кВ.	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		Камышлов (Раздолье)							
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
924	Ввод-1 10 кВ.	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		Камышлов (Раздолье)							
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
924	Ввод-1 10 кВ.	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		Камышлов (Раздолье)							
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
924	Ввод-1 10 кВ.	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		Камышлов (Раздолье)							
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
924	Ввод-1 10 кВ.	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		Камышлов (Раздолье)							
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
924	Ввод-1 10 кВ.	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		Камышлов (Раздолье)							
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
924	Ввод-1 10 кВ.	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		Камышлов (Раздолье)							
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
924	Ввод-1 10 кВ.	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		Камышлов (Раздолье)							
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
924	Ввод-1 10 кВ.	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		Камышлов (Раздолье)							
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
924	Ввод-1 10 кВ.	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		Камышлов (Раздолье)							
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
924	Ввод-1 10 кВ.	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		Камышлов (Раздолье)							
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
924	Ввод-1 10 кВ.	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		Камышлов (Раздолье)							
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
924	Ввод-1 10 кВ.	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		Камышлов (Раздолье)							
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
924	Ввод-1 10 кВ.	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		Камышлов (Раздолье)							
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
924	Ввод-1 10 кВ.	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		Камышлов (Раздолье)							
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
924	Ввод-1 10 кВ.	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		Камышлов (Раздолье)							
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
924	Ввод-1 10 кВ.	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		Камышлов (Раздолье)							
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
924	Ввод-1 10 кВ.	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		Камышлов (Раздолье)							
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
924	Ввод-1 10 кВ.	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		Камышлов (Раздолье)							
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
924	Ввод-1 10 кВ.	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	15			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
925	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 ССВ-1Г рег. № 58301-14 RTU-327 рег. № 19495-03 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,2S	1500/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,2S	1500/5	1276-59		
926	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	0,2S	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	0,2S	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	0,2S	26813-06		
927	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	0,2S	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	0,2S	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	0,2S	26813-06		
928	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	45040-10		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	45040-10		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
929	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
930	ф. 10кВ ДПКС	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
931	ф. 10кВ Узел связи	ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
932	Ввод-1 10 кВ.	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,2S	1000/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,2S	1000/5	30709-06		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

Аксариха (Джуч)

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
933	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	1000/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	1000/5	30709-06		
934	ф. 2 10кВ Мосеевский	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
935	Т-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06		
936	Т-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06		

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССВ-ПГ

рег. № 58301-14

RTU-327

УСВ-3

рег. № 51644-12

рег. № 19495-03

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
937	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	1000/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
		938	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-		
ТН	А			НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
ТН	В			НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
ТН	С			НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
ТТ	А			ТПЛ-10 У3	0,5	150/5	1276-59		
ТТ	В			-	-	-	-		
ТТ	С			ТПЛ-10 У3	0,5	150/5	1276-59		
Ощепково (Светофор)									
939	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10 М1 У2	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10 М1 У2	0,2S	1000/5	25433-11		
		940	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-		
ТН	А			НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
ТН	В			НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
ТН	С			НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
ТТ	А			ТЛЮ-10 М1 У2	0,2S	1000/5	25433-11		
ТТ	В			-	-	-	-		
ТТ	С			ТЛЮ-10 М1 У2	0,2S	1000/5	25433-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
941	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14 ССВ-ПГ рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
942	Т-2 110 кВ.	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
943	ПЭС-2	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	45040-10		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	45040-10		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
944	ПЭС-1	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Таблица (Маян)									
945	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,2S	1000/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,2S	1000/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
946	Ввод-2 10 кВ.	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,2S	1000/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,2S	1000/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
947	ф. 3 10кВ Северный-1	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
948	ф. 5 10кВ Северный-2	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5S	200/5	47959-11		
		ТТ	В						
		ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5S	200/5	47959-11		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
949	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 CCB-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
950	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 CCB-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
951	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327 рег. № 19495-03	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
952	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327 рег. № 19495-03	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

953	ф. 4 10кВ Быт	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег.№ 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
Чупино (Парус)									
954	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег.№ 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10-4	0,2S	1000/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10-4	0,2S	1000/5	25433-07		
955	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег.№ 19495-03	ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10-4	0,2S	1000/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10-4	0,2S	1000/5	25433-07		

960	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТЛО-10-1	0,2S	1000/5	25433-07
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛО-10-1	0,2S	1000/5	25433-07
961	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТЛО-10-1	0,2S	1000/5	25433-07
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛО-10-1	0,2S	1000/5	25433-07
962	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13
		ТТ	А	ТТФМ-110 II *	0,2S	100/1	36672-08
		ТТ	В	ТТФМ-110 II *	0,2S	100/1	36672-08
		ТТ	С	ТТФМ-110 II *	0,2S	100/1	36672-08
963	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13
		ТТ	А	ТТФМ-110 II *	0,2S	100/1	36672-08
		ТТ	В	ТТФМ-110 II *	0,2S	100/1	36672-08
		ТТ	С	ТТФМ-110 II *	0,2S	100/1	36672-08

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССВ-1Г
рег. № 58301-14

RTU-327
рег. № 19495-03

УСВ-3
рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
964	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RL-B-4 (С-4)	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05						
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05						
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05						
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63						
		ТТ	В	-	-	-	-						
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63						
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07						
965	ПЭС-2	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05						
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59						
		ТТ	В	-	-	-	-						
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63						
		Тугулым (Линейная)											
		966	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0			1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
ТН	А			НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05						
ТН	В			НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05						
ТН	С			НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05						
ТТ	А			ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-07						
ТТ	В			-	-	-	-						
ТТ	С			ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-07						
Счетчик				ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07						
967	Ввод-2 10 кВ.	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05						
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05						
		ТТ	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-07						
		ТТ	В	-	-	-	-						
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-07						
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
968	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
969		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
	Т-2 110 кВ.	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
970		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	ПЭС-1	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	50/5	45040-10		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	50/5	45040-10		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
971		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	ПЭС-2	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кармак									
972	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО-10У3	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10У3	0,2S	1500/5	25433-07		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
973	Ввод-2 10 кВ.	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО-10У3	0,5	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10У3	0,5	1500/5	25433-07		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
974	Т-1 110 кВ.	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 II *	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 II *	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 II *	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
975	Т-2 110 кВ.	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 II *	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 II *	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 II *	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
976	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12					
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05						
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05						
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05						
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	45040-10						
		ТТ	В	-	-	-	-						
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	45040-10						
		ТТ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1			16666-97			
977	ПЭС-1	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05						
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05						
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05						
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	45040-10						
		ТТ	В	-	-	-	-						
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	45040-10						
		Итого											
		978	Ввод-1 35 кВ.	Счетчик		А1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0			1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12	
ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1		0,2	35000/100	60002-15							
ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1		0,2	35000/100	60002-15							
ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1		0,2	35000/100	60002-15							
ТТ	А	STSM-38-УХЛ-1		0,2S	200/1	37491-08							
ТТ	В	STSM-38-УХЛ-1		0,2S	200/1	37491-08							
ТТ	С	STSM-38-УХЛ-1		0,2S	200/1	37491-08							
ТТ	Счетчик			А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06						
979	Ввод-2 35 кВ.	ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00						
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00						
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00						
		ТТ	А	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08						
		ТТ	В	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08						
		ТТ	С	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08						
		ТТ	С	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08						
		ТТ	С	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
980	ф. 6кВ МЖБК (резерв)	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЛ-10-М	0,5S	300/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЛ-10-М	0,5S	300/5	22192-07		
981	Ф-11 6 кВ. Гранит	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	300/5	30709-06		ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	300/5	30709-06		
982	ф12. 6кВ Озеро	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		RTU-327 пер. № 41907-09
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
983	ф.13 6кВ Щеб. завод	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-2	0,2S	300/5	30709-06		
		ТТ	В						
		ТТ	С	ТЛП-10-2	0,2S	300/5	30709-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
984	Ф-14 6 кв. Калининец	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,2S	75/5	15128-01		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,2S	75/5	15128-01		
985	Ф-15 6 кв. Котельная	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	300/5	47959-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	300/5	47959-11		
986	Ф-16 6 кв. Аятъ	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-2	0,5S	75/5	38395-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-2	0,5S	75/5	38395-08		
987	Т-1 35 кв.	Счетчик		А1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15		
		ТТ	А	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
988	Т-2 35 кВ.	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТТ	А	ТОЛ-35 П-7.2-4 УХЛ1	0,2S	200/1	47959-16		
		ТТ	В	ТОЛ-35 П-7.2-4 УХЛ1	0,2S	200/1	47959-16		
		ТТ	С	ТОЛ-35 П-7.2-4 УХЛ1	0,2S	200/1	47959-16		
989	Ф8, 6 кВ, МЖБК	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-2	0,2S	300/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-2	0,2S	300/5	30709-06		
990	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5	200/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5	200/5	22192-07		
991	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		

ССВ-1Г

рег. № 58301-14

УСВ-3

рег. № 51644-12

ЭКОМ-3000

рег. № 17049-14

RTU-327

рег. № 41907-09

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Таватуй									
992	Ввод-1 35 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛП	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛП	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛП	0,5	35000/100	19813-00		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	400/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	400/5	3690-73		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
993	Ввод-2 35 кВ.	ТН	А	НАМИ-35 УХЛП	0,5	35000/100	19813-00	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛП	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛП	0,5	35000/100	19813-00		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
994	Ввод-1 6 кВ.	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	1500/5	30709-05		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	1500/5	30709-05		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
995	Ввод-2 6 кВ.	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	1500/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	1500/5	25433-03		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
996	Ф. 35 кВ. Аяць	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТТ	А	GIF-40,5	0,2S	150/5	30368-05		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	GIF-40,5	0,2S	150/5	30368-05		
997	Ф. 6 кВ. Калиново	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-2	0,5	200/5	30709-05		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-2	0,5	200/5	30709-05		
998	Ф. 35 кВ. Калиново	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
999	Ф. 6 кВ. Сады	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10 У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10 У3	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1000	Т-1 110 кВ.	Счетчик		ЕА02RL-B-3	0,2S/0,5	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06
1001	Т-2 110 кВ.	Счетчик		ЕА02RL-B-3	0,2S/0,5	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06
1002	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5S	100/5	22192-07
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5S	100/5	22192-07
1003	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59
Продолжение таблицы 3							
1	2	3	4	5	6	7	8
1004	Ф. ЭЧС-501	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
				9	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	10	ССБ-1Г рег. № 58301-14

		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	150/5	2473-69
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	150/5	2473-69
Мурзинка 1005	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	750/5	30709-07
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	750/5	30709-07
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
1006	Ввод-2 10 кВ.	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТЛП-10-3-1	0,2S	750/5	30709-07
		ТТ	В	ТЛП-10-3-1	0,2S	750/5	30709-07
		ТТ	С	ТЛП-10-3-1	0,2S	750/5	30709-07
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ	А	ТЛПМ-10	0,5	50/5	2363-68
		ТТ	В	-	-	-	-
1007	ф. 10кВ ТП-1 Мурзинка 1	ТТ	С	ТЛПМ-10	0,5	50/5	2363-68
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ	А	ТЛПМ-10	0,5	50/5	2363-68
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛПМ-10	0,5	50/5	2363-68
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05

RTU-327
рег. № 41907-09

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1008	Ф. 10 кВ. Тарасково	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	75/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	75/5	1261-08		
1009	ф. 10кВ ТП-1 Мурзинка 2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-2	0,5	50/5	6009-77		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-2	0,5	50/5	6009-77		
1010	Ввод-1 35кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
1011	Ввод-2 35кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1012	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	50/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	50/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	50/1	53344-13		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
1013	Т-2 110 кВ.	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	50/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	50/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	50/1	53344-13		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
1014	ПЭС-1	ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1015	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нейворудянская									
1016	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
1017	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10 УХЛ12	0,5	100/5	51679-12		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10 УХЛ12	0,5	100/5	51679-12		
1018	ф. 35кВ Гидравлика	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15		
		ТТ	А	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	100/1	37491-08		
1019	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1020	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3-1 У3	0,5	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-3-1 У3	0,5	1000/5	30709-07		
1021	Ввод-1 110кВ ВТТРЭС	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
1022	Ввод-2 110кВ Школьная	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	400/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	400/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	400/1	36672-08		
1023	ф. 110кВ ВЦМ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	400/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	400/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	400/1	36672-08		

ЭКОВ-3000
рег. № 17049-14

ССВ-1Г

рег. № 58301-14

УСВ-3

RTU-327
рег. № 41907-09

рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1024	Т-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
1025	Т-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
Невьянск									
1026	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3-1 У3	0,5	750/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-3-1 У3	0,5	750/5	30709-07		
1027	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3-1 У3	0,5	750/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-3-1 У3	0,5	750/5	30709-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1028	ф. 10кВ Таволги	Счетчик		ЕАО5RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-2	0,5	150/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-2	0,5	150/5	30709-06		
1029	ф. 10кВ Забельный	Счетчик		ЕАО5RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	75/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	75/5	30709-06		
1030	ф. 10кВ ЖБИ	Счетчик		ЕАО5RAL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛПМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛПМ-10	0,5	50/5	2363-68		
1031	ф. 10кВ Нефтебаза	Счетчик		ЕАО5RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛК-10-5 У3	0,5	50/5	9143-83		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10-5 У3	0,5	50/5	9143-83		

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССВ-1Г

рег. № 58301-14

УСВ-3

RTU-327

рег. № 41907-09

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1032	ф. 10кВ НЗРТ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1 У2	0,5	100/5	15128-01		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1 У2	0,5	100/5	15128-01		
1033	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
1034	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S		53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
1035	ф. 10кВ ЦРП-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

ЭКОВ-3000
рег. № 17049-14

ССВ-1Г
рег. № 58301-14

RTU-327
рег. № 41907-09

УСВ-3
рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1036	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
1037	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
1038	ф. 10кВ Гараж	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
1039	ф. 10кВ ЦРП-2	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1044	ф. 35кВ Левиха	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
1045	ф. 6кВ Сады	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-2	0,5	50/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-2	0,5	50/5	30709-07		
1046	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
1047	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССБ-1Г
рег. № 58301-14

RTU-327
рег. № 41907-09

УСВ-3
рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1048	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12					
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05						
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05						
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05						
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59						
		ТТ	В	-	-	-	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59						
		ТТ		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97						
1049	ПЭС-2	Счетчик		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05						
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05						
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59						
		ТТ	В	-	-	-	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59						
		Анато́льская											
		1050	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0			1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12	
ТН	А			НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05						
ТН	В			НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05						
ТН	С			НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05						
ТТ	А			ТПЛ-10-3-1	0,2S	750/5	30709-07						
ТТ	В			-	-	-	-						
ТТ	С			ТПЛ-10-3-1	0,2S	750/5	30709-07						
Счетчик				ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97						
1051	Ввод-2 10 кВ.	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05						
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05						
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05						
		ТТ	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05						
		ТТ	А	ТПЛ-10-3 У3	0,2S	750/5	30709-07						
		ТТ	В	-	-	-	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10-3 У3	0,2S	750/5	30709-07						
		ТТ		ТПЛ-10-3 У3	0,2S	750/5	30709-07						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1052	ф.3 10кВ Сад Таволги	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПП-10-2	0,2S	75/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПП-10-2	0,2S	75/5	30709-06		
1053	ф. 10кВ Шайтанка	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	750/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	750/5	1276-59		
1054	ф. 10кВ Никель	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
1055	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССБ-1Г
рег. № 58301-14

RTU-327
рег. № 41907-09

УСВ-3
рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1056	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
1057	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
1058	ф. 10кВ Анатольская	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
1059	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Монзино									
1061	Ввод-1 35кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТТ	А	STSM-38-УХЛ1	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38-УХЛ1	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38-УХЛ1	0,2S	200/1	37491-08		
		Счетчик		EA02RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
1062	Ввод-2 35кВ	ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00	УСВ-3 рег. № 51644-12	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТТ	А	STSM-38-УХЛ1	0,5	200/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38-УХЛ1	0,5	200/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38-УХЛ1	0,5	200/1	37491-08		
		Счетчик		EA02RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
1063	ф. 35кВ Шайтанка	ТТ	А	STSM-38-УХЛ1	0,5	40/1	37491-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	STSM-38-УХЛ1	0,5	40/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38-УХЛ1	0,5	40/1	37491-08		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
1064	ф. 6кВ Перемычка	ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1065	ф. 6кВ Пес.карьер	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
1066		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
	ф. 6кВ Сад-2	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПФ-10	0,5	50/5	517-50		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФ-10	0,5	50/5	517-50		
1067		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
	ф. 6кВ Сад-1	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
1068		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
	Ф. Юность	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1069	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		1070	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0		
ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59				
Смьчка									
1071	Ввод-1 35 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15		
		ТТ	А	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	300/1	37491-08		
		1072	Ввод-2 35 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5		
ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00				
ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00				
ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00				
ТТ	А	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08				
ТТ	В	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08				
ТТ	С	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1073	ф. 6кВ Метур	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
1074		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
	ПЭС-1	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59		
1075		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО-10-3	0,5	50/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
	ПЭС-2	ТТ	С	ТЛО-10-3	0,5	50/5	25433-07	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
1076		ф. 6кВ Смычка-1							
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	ф. 6кВ Смычка-1	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1077	ф. бкВ Смычка-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12			
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59				
1078	ПЭС-3	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59				
Салка											
1079	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12			
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТПШ-10-3	0,2S	600/5	30709-07				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПШ-10-3	0,2S	600/5	30709-07				
1080	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТПШ-10-3	0,2S	600/5	30709-07				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПШ-10-3	0,2S	600/5	30709-07				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1081	ф. 10кВ Майка	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	150/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	150/5	30709-07		
1082	Ф. 10 кВ. П/лагерь	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	75/5	47958-11		ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14
		ТТ	В	-	-	-	-		ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	75/5	47958-11		УСВ-3 рег. № 51644-12
1083	Ф. 10 кВ. Хуторка	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-2-1	0,2S	100/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-2-1	0,2S	100/5	30709-07		
1084	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1085	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
1086	ВЛ-110кВ Сокол	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
1087	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
1088	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В.Салда (Юбилейная)									
1089	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-ПГ рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПП-10-3	0,2S	600/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПП-10-3	0,2S	600/5	30709-07		
		Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
1090	Ввод-2 10 кВ.	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-ПГ рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	А	ТПП-10-3	0,2S	600/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПП-10-3	0,2S	600/5	30709-07		
		Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПП-10-3	0,2S	600/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
1091	ф. 2 10кВ Никитино	ТТ	С	ТПП-10-3	0,2S	600/5	30709-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-ПГ рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПП-10-3	0,2S	600/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПП-10-3	0,2S	600/5	30709-07		
		Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
1092	ф. 10 кВ. Птицефабр.	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-ПГ рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	А	ТПП-10-3	0,2S	600/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПП-10-3	0,2S	600/5	30709-07		
		Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПП-10-3	0,2S	600/5	30709-07		
1092	ф. 10 кВ. Птицефабр.	ТТ	В	-	-	-	-	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-ПГ рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	С	ТПП-10-3	0,2S	600/5	30709-07		
		Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПП-10-3	0,2S	600/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПП-10-3	0,2S	600/5	30709-07		
		Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1093	ф. 3 10кВ Аист	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
1094	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
1095	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
1096	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1097	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		

		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	50/5	1276-59				
		ТТ	В	–	–	–	–				
		ТТ	С	ТЛЛ-10	0,5	50/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12		
Н.Салда (Комсомольская)											
1098	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07				
		ТТ	В	–	–	–	–				
1099	Ввод-2 10 кВ.	ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07				
1100	Ф. 10 кВ. Нелоба	ТТ	В	–	–	–	–	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14		
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07				
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТЛЛМ-10	0,5	50/5	2363-68	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12		
		ТТ	В	–	–	–	–				
		ТТ	С	ТЛЛМ-10	0,5	50/5	2363-68				
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1101	Т-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08		
1102	Т-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08		
1103	ПЭС-2	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	50/5	30709-05		
		ТТ	В	–	–	–	–		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	50/5	30709-05		
1104	ПЭС-1	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	–	–	–	–		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1105	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-05	
		ТТ	В	–	–	–	–	
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-05	
1106	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07	
		ТТ	В	–	–	–	–	
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07	
1107	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13	
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13	
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13	
1108	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13	
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13	
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1109	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег.№ 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	–	–	–	–		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	–	–	–	–		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
1111	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,2S	600/5	30709-07		
		ТТ	В	–	–	–	–		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,2S	600/5	30709-07		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
1112	Ввод-2 10 кВ.	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-3	0,2S	600/5	30709-07		
		ТТ	В	–	–	–	–		
		ТТ	С	ТПЛ-10-3	0,2S	600/5	30709-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1113	ф. 2 10кВ ЛПХ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег.№ 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

1114	ф. 1 10кВ Газопровод	ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59
		ТТ	В	–	–	–	–
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	30709-07
		ТТ	В	–	–	–	–
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	30709-07
1115	Т-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
1116	Т-2 110 кВ.	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1117	ф. 3 10кВ Карьер	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	100/5	47958-11		
		ТТ	В	–	–	–	–		

1118	ПЭС-2	ТТ Счетчик	С	ТПОЛ-10 ЕА05RAL-B-3	0,5 0,5S/1,0	100/5 1	47958-11 16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59
		ТТ	В	–	–	–	–
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59
1119	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59
		ТТ	В				
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59
1120	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПП-10	0,2S	1000/5	30709-05
		ТТ	В	–	–	–	–
		ТТ	С	ТПП-10	0,2S	1000/5	30709-05

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1121	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	–	–	–	–		
		ТТ	С	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
1122	ф. 1 10кВ Алапахха	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
								ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
								RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12

		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59
		ТТ	В	–	–	–	–
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59
1123	Т-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13
1124	Т-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1125	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	–	–	–	–		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
1126	ПЭС-1	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59
1127	Ввод-1 35 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70
		ТТ	А	GIF-40,5	0,2S	200/5	30368-05
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	GIF-40,5	0,2S	200/5	30368-05
1128	Ввод-2 35 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1129	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПП-10-3	0,2S	750/5	30709-07	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТПП-10-3	0,2S	750/5	30709-07		
		ТТ	С	ТПП-10-3	0,2S	750/5	30709-07	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
1130	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		

		ТТ	В	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07
1131	ф. 6кВ Кирпичный	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	75/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛЛ-10	0,5	75/5	1276-59
1132	ф. 6кВ Сады	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ	А	ТЛП-10-2-1 У3	0,5	75/5	30709-07
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛП-10-2-1 У3	0,5	75/5	30709-07

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1133	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60002-15		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
1134	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		

ССВ-ІГ
рег. № 58301-14

УСВ-3
рег. № 51644-12

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

RTU-327
рег. № 41907-09

1135	ПЭС-2	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59	
		ТТ	-	-	-	-	
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59	
1136	ПЭС-1	Счетчик	ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59	
		ТТ	-	-	-	-	
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1137	Ввод-1 35 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	400/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	400/5	3690-73		
1138	Ввод-2 35 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	GIF-40,5	0,2S	200/5	30368-05		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	GIF-40,5	0,2S	200/5	30368-05		
1139	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		

		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-07	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-07	
1140	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-07	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-07	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1141	ф. 6кВ ТП-2200	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	50/5	30709-05		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	50/5	30709-05		
1142	ф. 6кВ КЗТО-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-2	0,5	50/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-2	0,5	50/5	30709-06		
1143	ф. 6кВ КЗТО-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		

		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-08	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-08	
1144	ф. 6кВ ТП-2204	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
		ТТ	А	ТЛП-10-2	0,2S	200/5	30709-07	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛП-10-2	0,2S	200/5	30709-07	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1145	ф. 6кВ ЗКГ-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	400/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	400/5	30709-07		
1146	ф. 6кВ Плотинка	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	200/5	30709-05		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	200/5	30709-05		
1147	Ф. 6 кВ. ЗКГ-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10 У3	0,5	400/5	30709-07		
		ТТ	В						

		ТТ	С	ТЛП-10 УЗ	0,5	400/5	30709-07	
1148	Т-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06	
		ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06	
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1149	Т-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06		
1150	ПЭС-2	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	75/5	30709-05		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	75/5	30709-05		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
1151	ПЭС-1	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5	50/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5	50/5	22192-07		
1152	ф. 6кВ ЭЧ-8	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССВ-1Г
рег. № 58301-14

RTU-327
рег. № 41907-09

УСВ-3
рег. № 51644-12

		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1153	ПЭС-3	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	75/5	30709-05		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	75/5	30709-05		
1154	ф. 6кВ ТП-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5	400/5	22192-07		ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14
		ТТ	В	-	-	-	-		ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5	400/5	22192-07		УСВ-3 рег. № 51644-12
1155	ф. 6кВ Компрессорная	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	300/5	1276-59		
1156	ф. 6кВ ТП-4-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		

		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-І-У2	0,5	200/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-І-У2	0,5	200/5	22192-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1157	ф. 6кВ ТП-4-І	Счетчик		ЕА05RЛ-В-3	0,5S/І,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59		
1158	ф. 6кВ ТП-3	Счетчик		ЕА05RЛ-В-3	0,5S/І,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-І-У2	0,5	200/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-І-У2	0,5	200/5	22192-07		
1159	Ввод-І 35 кВ.	Счетчик		А1802RЛQ-Р4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТТ	А	STSM-38-УХЛ1-І	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38-УХЛ1-І	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38-УХЛ1-І	0,2S	300/1	37491-08		
1160	Ввод-2 35 кВ.	Счетчик		А1802RЛQ-Р4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТТ	А	STSM-38-УХЛ1-І	0,2S	300/1	37491-08		

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССВ-ІІ
рег. № 58301-14

RTU-327
рег. № 41907-09

УСВ-3
рег. № 51644-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Чекмень				
1165	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07		
1166	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07		
1167	ф. 6кВ Кедровка	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1 У3	0,5	50/5	38395-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10 УТ2.1	0,5	50/5	7069-79		
1168	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССВ-1Г
рег. № 58301-14

RTU-327
рег. № 41907-09

УСВ-3
рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1169	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
1170	ПЭС-3	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,2S	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,2S	150/5	1276-59		
1171	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,2S	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,2S	150/5	2363-68		
1172	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1173	Ввод 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06
1174	Ввод-1 6кВ	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ	А	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07
		ТТ	В	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07
		ТТ	С	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07
1175	Ввод-2 6кВ.	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ	А	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07
		ТТ	В	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07
		ТТ	С	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07
1176	ф. 6кВ Хлебозавод-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59
Продолжение таблицы 3							
1	2	3	4	5	6	7	8
1177	ф. 6кВ Хлебозавод-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССБ-1Г
рег. № 58301-14

RTU-327
рег. № 41907-09

УСВ-3
рег. № 51644-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1177	ф. 6кВ Хлебозавод-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		

		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	200/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	200/5	30709-07		
1178	ф. 10 6кВ Цех ИПП	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
1179	Т-1 110кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
1180	Т-2 110кВ.	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1181	ф. 6кВ Станция	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		

		ТТ	А	ТПЛ-10 С	0,5	50/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛ-10 С	0,5	50/5	1276-59
1182	Ф. Компрессор	Счетчик		ЕАО5RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59
1184	Ввод-1 6кВ.	Счетчик		ЕАО5RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ	А	ТЛЮ-10-1	0,5	1000/5	25433-03
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛЮ-10-1	0,5	1000/5	25433-03

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1185	Ввод-2 6кВ.	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10-1	0,5	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10-1	0,5	1000/5	25433-03		
1186	ЛПХ Азиатский-1 6кВ.	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
1187	ЛПХ Азиатский-2 6кВ.	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10 УТ2.1	0,5	150/5	7069-79		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10 УТ2.1	0,5	150/5	7069-79		
1188	ф. 6кВ ЛОМ	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10-3	0,5	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10-3	0,5	100/5	25433-03		

ССВ-1Г
рег. № 58301-14

УСВ-3
рег. № 51644-12

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

RTU-327
рег. № 41907-09

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1189	Т-1 110кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
1190	Т-2 110кВ.	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
1191	ПЭС-1	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
1192	ПЭС-2	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		

1197	ф. 11 10кВ Лесопильный цех	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТТ	А	ТОЛ-10 УТ2.1	0,5	50/5	6009-77	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТОЛ-10 УТ2.1	0,5	50/5	6009-77	
1198	ф. 9 10кВ Станция	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	50/5	38395-08	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59	
1199	ф. 18 10кВ АГРС	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5	10/5	15128-01	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5	10/5	15128-01	
1200	Т-1 110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	Продолжение таблицы 3
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06	
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06	
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1201	Т-2 110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		

		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	50/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	50/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	50/1	26813-06		
1202	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5S	75/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5S	75/5	22192-07		
1203	ПЭС-3	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5S	100/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5S	100/5	22192-07		
1204	Ввод-1 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-3-1	0,2S	600/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-3-1	0,2S	600/5	30709-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1205	Ввод-2 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

		ТТ	А	ТЛП-10-3-1	0,2S	600/5	30709-07
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛП-10-3-1	0,2S	600/5	30709-07
1206	ф. 1 10кВ Станция	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-07
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-07
1207	Ф-3 10 кВ. Поселок	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-07
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-07
1208	Т-2 110кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1209	Т-1 110кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		

1210	ПЭС-1	ТТ Счетчик	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1 ЕА05RL-B-3	0,2S 0,5S/-	75/1 1	53344-13 16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5S	50/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛЛ-10	0,5S	50/5	1276-59
1211	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТЛЛМ-10	0,5	75/5	2363-68
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛЛМ-10	0,5	75/5	2363-68
1212	Ввод-1 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-06
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-06
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-06

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1213	Ввод-2 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-06		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-06		
1214	ф. 3 10кВ Телевидение	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		

ССБ-1Г
рег. № 58301-14

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

УСВ-3
рег. № 51644-12

RTU-327
рег. № 41907-09

		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5	50/5	6009-77
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5	50/5	6009-77
1215	ф. 5 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59
1216	ф. 6 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1217	Ввод-1 35кВ ВГЭС	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73		
1218	ф. 2 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59
1219	ВЛ-110кВ Фура	Счетчик		ЕА02RALX-Р3-В-4	0,2S/0,5	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	400/1	26813-06
		ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	400/1	26813-06
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	400/1	26813-06
1220	Т-1 110кВ	Счетчик		ЕА02RALX-Р3-В-4	0,2S/0,5	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06
		ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1221	Т-2 110кВ	Счетчик		ЕА02RALX-Р3-В-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06		ЭКОН-3000 рег. № 17049-14
		ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06		ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06		УСВ-3 рег. № 51644-12
1222	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	50/5	7069-02		

		ТТ	В	-	-	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТОЛ-10		0,5	50/5		-	
1223	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1		16666-07	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100		20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100		20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100		20186-05	
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	50/5		1276-59	
		ТТ	В	-		-	-		-	
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	50/5		1276-59	
1224	ф. 4 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1		16666-07	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100		20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100		20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100		20186-05	
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	150/5		1276-59	
		ТТ	В	-		-	-		-	
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	150/5		1276-59	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
136 км									
1225	Ввод-1 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОН-3000 пер. № 17049-14 РТУ-327 пер. № 41907-09 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-3	0,2S	1500/5	30709-07		
		ТТ	В	ТПЛ-10-3	0,2S	1500/5	30709-07		
		ТТ	С	ТПЛ-10-3	0,2S	1500/5	30709-07		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	ТПЛ-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	С	ТПЛ-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
1226	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
1227	Т-1 110кВ	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		

		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	$(110000/\sqrt[3]{3})/(100/\sqrt[3]{3})$	24218-08	
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06	
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06	
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06	
1228	Т-2 110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	$(110000/\sqrt[3]{3})/(100/\sqrt[3]{3})$	24218-08	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	$(110000/\sqrt[3]{3})/(100/\sqrt[3]{3})$	24218-08	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	$(110000/\sqrt[3]{3})/(100/\sqrt[3]{3})$	24218-08	
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06	
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06	
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1229	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5S	75/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5S	75/5	22192-07		
1230	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5S	75/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5S	75/5	22192-07		
1231	Ввод-1 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-3	0,2S	600/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-3	0,2S	600/5	30709-07		
1232	Ввод-2 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-3	0,2S	600/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-3	0,2S	600/5	30709-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1233	ф. 1 10кВ Дровяное	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59
1234	ф. 2 10кВ Копьяки	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	50/5	47959-11
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	50/5	47959-11
1235	Ф-4 10 кВ. ЭХЗ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10 С	0,5	50/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59
1236	Т-1 110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	50/1	26813-06
		ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	50/1	26813-06
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	50/1	26813-06

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССВ-1Г
рег. № 58301-14

RTU-327
рег. № 41907-09

УСВ-3
рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1237	Т-2 110кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	50/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	50/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	50/1	26813-06		
1238	ПЭС-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
1239	ПЭС-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		
1240	ф. 10кВ ТП-Вагранская	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1241	Ввод-1 35 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
1242	Ввод-2 35 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
1243	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-06		
1244	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-06		
Продолжение таблицы 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1245	ф. 10кВ ТП-115	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

1246	ф. 10кВ ТП-117	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО-10 У3	0,5S	200/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10 У3	0,5S	200/5	25433-07		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-УХЛ-2.1	0,5S	200/5	7069-07		
1247	Т-1 110 кВ.	ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-УХЛ-2.1	0,5S	200/5	7069-07		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
1248	Т-2 110 кВ.	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1249	ПЭС-1 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

		ТТ	А	ТОЛ-10-1 У2	0,5	50/5	38395-08
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТОЛ-10-1 У2	0,5	50/5	38395-08
1250	ПЭС-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТОЛ-10-1 У2	0,5	50/5	38395-08
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТОЛ-10-1 У2	0,5	50/5	38395-08
1251	ПЭС-3 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5S	100/5	22192-07
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5S	100/5	22192-07
1252	ПЭС-4 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ	А	ТЛМ-10-2 У3	0,5	50/5	2473-69
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛМ-10-2 У3	0,5	50/5	2473-69

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1253	ф. 6кВ ЦРП-42	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		

1254	ф. 6кВ ЦРП-5	ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	300/5	1276-59
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3 У3	0,5	300/5	1261-08
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3 У3	0,5	300/5	1261-08
1255	ф. 6кВ ЦРП 6	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5S	300/5	22192-07
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5S	300/5	22192-07
1256	ф. 6кВ ФКУ	Счетчик		EA05RAL-P3-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-07
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-07

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1257	ф. 6кВ ЦРП-41	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5S	300/5	22192-07	RTU-327 рег. № 41907-09	УСБ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5S	300/5	22192-07		
1258	Ввод-1 35 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		

		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	400/5	3690-73
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	400/5	3690-73
1259	Ввод-2 35 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	400/5	3690-73
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	400/5	3690-73
1260	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТЛЮ-10-1	0,2S	100/5	25433-07
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛЮ-10-1	0,2S	100/5	25433-07

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1261	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,2S	75/5	6009-77		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,2S	75/5	6009-77		
1262	ф. 35кВ Ш.Медная	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССВ-1Г
рег. № 58301-14

RTU-327
рег. № 41907-09

УСВ-3
рег. № 51644-12

		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70	
		ТТ	А	ТФНД-35 М	0,5	600/5	3689-73	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТФНД-35 М	0,5	600/5	3689-73	
1263	ф. 35кВ Ш.Капитальная	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТТ	А	ТФНД-35 М	0,5	600/5	3689-73	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТФНД-35 М	0,5	600/5	3689-73	
1264	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13	
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13	
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13	
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1265	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
1266	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
1267	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		

		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5S	50/5	22192-07	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5S	50/5	22192-07	
Л.Волчанка								
1268	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	600/5	1261-08	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	600/5	1261-08	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1269	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	600/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	600/5	30709-07		
1270	Ф. 35 кВ. Антрацит	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	ТФН-35 М	0,5	600/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35 М	0,5	600/5	3690-73		
1271	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	150/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	150/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	150/1	53344-13		
1272	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	150/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	150/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	150/1	53344-13		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1273	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

CCB-IF
рег. № 58301-14

RTU-327
рег. № 41907-09

УСВ-3
рег. № 51644-12

		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТТ	А	ТЛП-10-М-1-У2	0,5	75/5	22192-07	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛП-10-М-1-У2	0,5	75/5	22192-07	
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТТ	А	ТЛП-10-М-1-У2	0,5S	75/5	22192-07	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛП-10-М-1-У2	0,5S	75/5	22192-07	
		Бокситы						
1275	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	600/5	30709-07	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	600/5	30709-07	
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	600/5	30709-07	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	600/5	30709-07	
1276	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	600/5	30709-07	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	600/5	30709-07	
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	600/5	30709-07	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	600/5	30709-07	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1277	ф. 2 10кВ Урал-Норд	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	150/5	1276-59		
1278		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
	Т-1 110 кВ.	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
1279		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
	Т-2 110 кВ.	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
1280		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	ПЭС-1	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
1281		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
1282		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1281	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		

		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68	RTU-327	УСВ-3
		ТТ	В	-	-	-	-	рег. № 41907-09	рег. № 51644-12
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
132 км									
1282	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-3-1 У3	0,2S	600/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-3-1 У3	0,2S	600/5	30709-07		
1283	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-3-1 У3	0,2S	600/5	30709-07	RTU-327	УСВ-3
		ТТ	В	-	-	-	-	рег. № 41907-09	рег. № 51644-12
		ТТ	С	ТПЛ-10-3-1 У3	0,2S	600/5	30709-07		
1284	ф. 4 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 2 1 У3	0,2S	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 2 1 У3	0,2S	150/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1285	ф. 6 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5S	150/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5S	150/5	22192-07		
1286	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
1287	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		
1288	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		

ЭКОМ-3000
пер. № 17049-14

ССВ-1Г
пер. № 58301-14

RTU-327
пер. № 41907-09

УСВ-3
пер. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1289	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
Самолет									
1290	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-3-1 У3	0,2S	600/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-3-1 У3	0,2S	600/5	30709-07		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
1291	Ввод-2 10 кВ.	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-3-1 У3	0,2S	600/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-3-1 У3	0,2S	600/5	30709-07		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
1292	Ф-3 10 кВ.	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5	200/5	47958-16		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5	200/5	47958-16		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1293	Ф-4 10 кВ. Курорт	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5	300/5	47958-16		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5	300/5	47958-16		
1294	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
1295	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
1296	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССБ-1Г
рег. № 58301-14

RTU-327
рег. № 41907-09

УСБ-3
рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1297	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
Егоршино									
1298	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		А1805RAL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-3	0,2	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-3	0,2	1000/5	30709-07		
1299	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		А1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-3	0,2	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-3	0,2	1000/5	30709-07		
1300	Ф-5 10 кВ, ЕРЗ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10 УЗ	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10 УЗ	0,5	600/5	1261-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1301	Ф-6 10 кВ. ЕРЗ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
1302	Ф-8 10 кВ. ЕРЗ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10 УЗ	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10 УЗ	0,5	800/5	1261-59		
1303	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06		
1304	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06		

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССБ-1Г
рег. № 58301-14

RTU-327
рег. № 41907-09

УСБ-3
рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1305	Ф-4 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59		
1306	Ф-12 10 кВ. ТПП16	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		
1307	ПЭС-10	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
1308	Ф-7 10 кВ. ЦРП	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1309	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		

		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59
1310	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59
1311	Ф-3 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	300/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	300/5	1276-59
Ресгр							
1312	Ввод-1 35 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		ТН	А	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08
		ТН	В	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08
		ТН	С	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08
		ТТ	А	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08
		ТТ	В	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08
		ТТ	С	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08
				ЭКЖМ-3000 рег. № 17049-14		ССВ-1Г рег. № 58301-14	
				RTU-327 рег. № 41907-09		УСВ-3 рег. № 51644-12	
				ЭКЖМ-3000 рег. № 17049-14		ССВ-1Г рег. № 58301-14	
				RTU-327 рег. № 41907-09		УСВ-3 рег. № 51644-12	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1313	Ввод-2 35 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	В	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	С	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	А	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08		
1314		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
	ф. 4 10кВ Резервное питание	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
1315		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	ф. 5 10кВ РЕФТ	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
1316		Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	ф. 3 10кВ	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
1317		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1317	ПЭС-2	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

RTU-327
рег. № 41907-09

ССВ-1Г
рег. № 58301-14

УСВ-3
рег. № 51644-12

		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
1318	ПЭС-1	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	В	ТПОЛ-10-3 У3	0,5	50/5	1261-08		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3 У3	0,5	50/5	1261-08		
228 км									
1319	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-Р1-В-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3-1	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-3-1	0,2S	1000/5	30709-07		
1320	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3-1	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-3-1	0,2S	1000/5	30709-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1321	Ф-3 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
1322	Ф-4 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5S	200/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5S	200/5	22192-07		
1323	Ф-5 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
1324	Ф-6 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1325	Ф-7 10 кВ.	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12		
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59			
		ТТ	В	-	-	-			
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59			
1326	Ф-8 10 кВ.	Счетчик	ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТТ	ТПЛ-10 У3	0,5	150/5	1276-59			
		ТТ	В	-	-	-			
		ТТ	ТПЛ-10 У3	0,5	150/5	1276-59			
1327	Ф-9 10 кВ.	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59			
		ТТ	В	-	-	-			
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59			
1328	Т-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
		ТН	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
		ТН	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
		ТТ	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13			
		ТТ	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13			
		ТТ	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13			
Продолжение таблицы 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1329	Т-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5		1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2		(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2		(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		

		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	$(110000/\sqrt[3]{3})/(100/\sqrt[3]{3})$	24218-13	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
1330	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
1331	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
20 км									
1332	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-3-1	0,2S	1000/5	30709-07	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТПЛ-10-3-1	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	С	ТПЛ-10-3-1	0,2S	1000/5	30709-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1333	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10-3-1	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	ТЛП-10-3-1	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	С	ТЛП-10-3-1	0,2S	1000/5	30709-07		
1334		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
	Т-1 110 кВ.	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
1335		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
	Т-2 110 кВ.	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
1336		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	ПЭС-1	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	50/5	45040-10		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1337	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		

		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-ПГ рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	50/5	45040-10		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	50/5	45040-10		
Алтынай									
1338	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-ПГ рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10-1	0,2S	1000/5	25433-07		
		ТТ	В	ТЛЮ-10-1	0,2S	1000/5	25433-07		
1339	Ввод-2 10 кВ.	ТТ	С	ТЛЮ-10-1	0,2S	1000/5	25433-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-ПГ рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10-1	0,2S	1000/5	25433-07		
1340	Ф-4 10 кВ. МКМ	ТТ	В	ТЛЮ-10-1	0,2S	1000/5	25433-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-ПГ рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	С	ТЛЮ-10-1	0,2S	1000/5	25433-07		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10 У3	0,5	100/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10 У3	0,5	100/5	25433-07		
		ТТ	С	ТЛЮ-10 У3	0,5	100/5	25433-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1341	ф. 5 10кВ Подлипово	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
1342	Ф-2 35 кВ.	ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	600/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	600/5	3689-73		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
1343	Т-1 110 кВ.	ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
1344	Т-2 110 кВ.	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
1345	Т-3 110 кВ.	ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1345	ПЭС-2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	100/5	45040-10	
		ТТ	-	-	-	-	
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	100/5	45040-10	
1346	ПЭС-1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТТ	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТТ	ТЛМ-10 1У3	0,5	100/5	2473-69	
		ТТ	-	-	-	-	
		ТТ	ТЛМ-10 1У3	0,5	100/5	2473-69	
Кунара							
1347	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТТ	ТЛЮ-10-4	0,2S	1000/5	25433-07	
		ТТ	ТЛЮ-10-4	0,2S	1000/5	25433-07	
		ТТ	ТЛЮ-10-4	0,2S	1000/5	25433-07	
1348	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТТ	ТЛЮ-10-4	0,2S	1000/5	25433-07	
		ТТ	ТЛЮ-10-4	0,2S	1000/5	25433-07	
		ТТ	ТЛЮ-10-4	0,2S	1000/5	25433-07	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1349	ф. 10кВ Форэст	Счетчик		A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 41907-09 ССБ-1Г пер. № 58301-14 УСБ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
1350	Т-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
1351	Т-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
1352	ф. 4 10кВ	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-7-У-2	0,5	100/5	38395-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-7-У-2	0,5	100/5	38395-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1353	ф. 3 10кВ	Счетчик		ЕА05РАL-В-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-17-У-2	0,5	100/5	38395-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-17-У-2	0,5	100/5	38395-08		
1354	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05РАL-В-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-17-У-2	0,5	100/5	38395-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-17-У-2	0,5	100/5	38395-08		
1355	ПЭС-1	Счетчик		ЕА05РАL-В-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-17-У-2	0,5	100/5	38395-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-17-У-2	0,5	100/5	38395-08		
Гужевое									
1356	ф. 0,4кВ Дачи Кармак	Счетчик		ЕА05РАL-В-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	100/5	26820-05	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5	100/5	26820-05		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	100/5	26820-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1357	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
1358	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
1359	ТВ-3	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
1360	ТВ-2	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1361	ТВ-1	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		

		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
Утяжево (Рошино)									
1362	ф. 2 10кВ Дачи Садовод	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		Счетчик		ЕА02RALX-P3-B-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
1363	Т-1 110 кВ.	Счетчик		ЕА02RALX-P3-B-4	0,2S/0,5	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
		Счетчик		ЕА02RALX-P3-B-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
1364	Т-2 110 кВ.	Счетчик		ЕА02RALX-P3-B-4	0,2S/0,5	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
		Счетчик		ЕА02RALX-P3-B-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
		Счетчик		ЕА02RALX-P3-B-4	0,2S/0,5	1	16666-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1365	ТВ-1	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
1366	ТВ-2	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКМ-3000	ССВ-1Г
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	рег. № 17049-14	рег. № 58301-14
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327	УСВ-3
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-69	рег. № 19495-03	рег. № 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-69		
1367	ТВ3	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1500/5	2473-00		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1500/5	2473-00		
Войновка									
1368	Т-1 110 кВ.	Счетчик		ЕА02RALX-P3-B-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКМ-3000	ССВ-1Г
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	рег. № 17049-14	рег. № 58301-14
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	RTU-327	УСВ-3
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06	рег. № 19495-03	рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1369	Т-2 110 кВ.	Счетчик		ЕА02RALX-P3-B-4	0,2S/0,5	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	150/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	150/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	150/1	26813-06		
1370		Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	ТВ-2	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
1371		Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
	ТВ-3	ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
1372		Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	ТВ-1	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-02		
		Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оз. Андреевское (Приозерная)									
1373	ф. 5 10кВ ТМРГ	Счетчик		ЕА05RRL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82		
1374	ф. 1 10кВ Целинное	Счетчик		ЕА05RRL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВК-10 УХЛ3	0,5	100/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10 УХЛ3	0,5	100/5	8913-82		
1375	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
1376	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 УХЛ1	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТТФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1377	ф. 6 10кВ Тюменьнеруд-1	Счетчик		A1805RALXQ-P4GB-GS-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5	600/5	47959-16		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5	600/5	47959-16		
1378	ТВ-3	Счетчик		ЕА05RL-PI-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00		
1379	ТВ-2	Счетчик		ЕА05RL-PI-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-69		
1380	ТВ-1	Счетчик		ЕА05RL-PI-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-69		

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССВ-1Г

рег. № 58301-14

RTU-327

рег. № 19495-03

УСВ-3

рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Богандинская									
1381	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
1382		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
	Т-2 110 кВ.	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
1383		Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	ТВ-3	ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-02	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-02		
1384		Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1385	ТВ-2	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-02		
Беркутский									
1386	Т-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
1387	Т-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
1388	ТВ-1	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1389	ТВ-2	Счетчик		ЕА05RL-Р1-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00		
1390	ТВ-3	Счетчик		ЕА05RL-Р1-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00		
Ялугоровск (Декабристов)									
1391	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-Р4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
1392	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-Р4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1393	ТВ-2	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
1394	ТВ-1	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОВ-3000	ССВ-1Г
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	рег. № 17049-14	рег. № 58301-14
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63	RTU-327	УСВ-3
		ТТ	В	-	-	-	-	рег. № 19495-03	рег. № 51644-12
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
1395	ТВ-3	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
Криволюцкий									
1396	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОВ-3000	ССВ-1Г
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	рег. № 17049-14	рег. № 58301-14
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	RTU-327	УСВ-3
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08	рег. № 19495-03	рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1397	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
1398		Счетчик		ЕА05RRL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	ТВ-2	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00		
1399		Счетчик		ЕА05RRL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1500/5	2473-00		
		ТТ	В	-	-	-	-		
	ТВ-3	ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1500/5	2473-00	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
1400		Счетчик		ЕА05RRL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5	800/5	7069-02		
		ТТ	В	ТОЛ-10-1	0,5	800/5	38395-08		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5	800/5	38395-08		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5	800/5	7069-02		
		ТТ	В	ТОЛ-10-1	0,5	800/5	38395-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тобольск (Башково).									
1401	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
1402	ТСЦБ-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	400/5	1276-59		
1403	ф. 10кВ ТВЭЛ-Тобольск	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10 У3	0,5	100/5	1261-08		
		ТТ	В	ТПОЛ-10 У3	0,5	100/5	1261-08		
		ТТ	С	ТПОЛ-10 У3	0,5	100/5	1261-08		
1404	Т-1 110кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТТФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1405	Т-2 110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТТФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
Усть-Тавда									
1406	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1407	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	100/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	100/5	22192-07		
1408	ф. 10кВ Плеханово яч.7	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1409	ф. 10кВ В-Сидоровка яч.14	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег.№ 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-07		
1410	ф. 10кВ Ульяновка яч.15	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-07		
Картымская									
1411	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-P3-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег.№ 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	100/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	100/5	22192-07		
1412	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-P3-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	100/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	100/5	22192-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1413	ф. 10кВ Н-Троицкий яч.7	Счетчик		ЕА05RAL-P3-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	100/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	100/5	22192-07		
1414	ф. 10кВ Конченбург яч.14	Счетчик		ЕА05RAL-P3-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-07		
Уково									
1415	Т-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	150/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	150/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	150/1	26813-06		
1416	Т-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	150/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	150/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	150/1	26813-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1417	ТВ-1	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1500/5	2473-00		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1500/5	2473-00		
		Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
1418	ТВ-2	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-02		
		Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	1500/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
1419	ТВ-3	ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	1500/5	1856-63	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	1500/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	1500/5	1856-63		
		Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
1420	Т-1 110 кВ.	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	А	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
		Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1421	Т-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТТ	А	ТРТ-110 П*	0,2S	150/1	26813-06				
		ТТ	В	ТРТ-110 П*	0,2S	150/1	26813-06				
		ТТ	С	ТРТ-110 П*	0,2S	150/1	26813-06				
1422	ТВ-3	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00				
1423	ТВ-1	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00				
Вагай (Бригадная)											
1424	Т-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08				
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08				
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1425	Т-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
1426		Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	ТВ-1	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
1427		Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
	ТВ-2	ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-02	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
1428		Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	ТВ-3	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					2291 км. (Садовая)				
1429	ВЛ-110 кВ. Кошвая	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13		
1430		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
	ВЛ-110 кВ. Бригадная	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13		
1431		Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
	ТВ-3	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00		
1432		Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
	ТВ-2	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00		
		Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

ЭКОМ-3000
пер. № 17049-14

ССВ-1Г
пер. № 58301-14

RTU-327
пер. № 19495-03

УСВ-3
пер. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1433	ТВ-1	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег.№ 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00		
Омутинская (Кошевая)									
1434	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег.№ 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	150/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	150/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	150/1	53344-13		
1435	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег.№ 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	150/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	150/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	150/1	53344-13		
1436	ТВ-1	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег.№ 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1437	ТВ-3	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-02	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-02		
Ламенская (Стенная)									
1438	ВЛ-110 кВ. Дорожная	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13		
1439	ВЛ-110 кВ. Кошечная	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13		
1440	ТВ-1	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1441	ТВ-2	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12			
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-02				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-02				
1442	ТВ-3	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00				
2339 км. (Дорожная)											
1443	ВЛ-110 кВ. Голышманово	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13				
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13				
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13				
1444	ВЛ-110 кВ. Степная	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13				
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13				
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1445	ТВ-1	Счетчик		ЕА05RL-PI-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12			
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00				
1446	ТВ-2	Счетчик		ЕА05RL-PI-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00				
Гольшманово (Петухово)											
1447	Ф. Элеватор 10 кВ.	Счетчик		А1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12			
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	300/5	2473-69				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	300/5	2473-69				
1448	ВЛ-110 кВ. Скакуново	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	300/1	53344-13				
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	300/1	53344-13				
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	300/1	53344-13				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1449	Вл-110 кВ. Голышманово	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛП	0,2S	300/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛП	0,2S	300/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛП	0,2S	300/1	53344-13		
		Счетчик		EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
1450	ТВ-3	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		Счетчик		EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
1451	ТВ-2	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		Счетчик		EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
1452	ТВ-1	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		Счетчик		EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССВ-1Г
рег. № 58301-14

RTU-327
рег. № 19495-03

УСВ-3
рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Скакуново									
1453	ВЛ-110 кВ. Никольская	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛП	0,2S	300/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛП	0,2S	300/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛП	0,2S	300/1	53344-13		
1454	ВЛ-110 кВ. Петухово	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛП	0,2S	300/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛП	0,2S	300/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛП	0,2S	300/1	53344-13		
1455	ТВ-1	Счетчик		ЕА05RL-PI-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 19495-03	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00		
1456	ТВ-3	Счетчик		ЕА05RL-PI-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1457	ТВ-2	Счетчик		ЕАО5RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00		
Карасульская (Никольская)									
1458	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
1459	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
1460	ТВ-2	Счетчик		ЕАО5RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00		
УСВ-3 рег. № 51644-12									

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1461	ТВ-1	Счетчик		ЕА05RL-Р1-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00		
Опеновка									
1462	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-Р1-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
1463	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-Р1-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
1464	ТВ-1	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСБ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1465	ТВ-2	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00		
Безруково									
1466	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
1467	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-07		
1468	Ф. Тюменьагромаш	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСБ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10 1-У3	0,5	100/5	2473-00		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10 1-У3	0,5	100/5	2473-00		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1469	ТВ-1	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
1470	ТВ-2	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
Ишим (Коркино)									
1471	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	150/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	150/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	150/1	26813-06		
1472	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	150/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	150/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	150/1	26813-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1473	ТВ-2	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00		
1474	ТВ-1	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00		
		ТТ	В	-	-	-	-		ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00		
1475	ТВ-3	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
1476	ф. 10кВ Плешково	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10 У3	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10 У3	0,5	100/5	2473-69		

1481	ТВ-2	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССБ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
1482	ф. 10кВ Шаблыкино	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00	
		Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
1483	Т-1 110 кВ.	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	100/5	47959-11	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	100/5	47959-11	
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06	
1484	Т-2 110 кВ.	ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06	
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06	
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06	
		ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06	
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1485	ТВ-3	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05 2473-00	RTU-327 рег.№ 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00		
1486	ТВ-2	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00		
1487	ТВ-1	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00		
Маслянская (Майка)									
1488	Ф-4 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	100/5	1276-59	RTU-327 рег.№ 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

1493	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06
1494	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06
1495	ТВ-2	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63
1496	ТВ-1	Счетчик		ЕА05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССВ-1П
рег. № 58301-14

RTU-327
рег. № 19495-03

УСВ-3
рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЦРП Сургут									
1497	Ф. ТП-506	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-08	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14 CCB-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	100/5	6009-77		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	100/5	6009-77		
1498	Ф. ТП-504	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-08		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	300/5	6009-77		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	300/5	6009-77		
1499	ф. ТП-510-1	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-08		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	200/5	38395-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	200/5	38395-08		
1500	Ф-9 ООО "Симба" яч19	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1501	Ф. ТП-510-2	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-08		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	150/5	6009-77		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	150/5	6009-77		
1502	Ф. ТП-503	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-08		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	400/5	6009-77		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	400/5	6009-77		
1503	Ф-13 ООО "Симба" яч28	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
1504	Ф. ТП-505	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-08		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	200/5	6009-77		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	200/5	6009-77		

ЭКМ-3000
рег. № 17049-14

ССВ-1Г
рег. № 58301-14

RTU-327
рег. № 19495-03

УСВ-3
рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1505	Ф. ТУМГ-1 яч.9	Счетчик		СЭТ-4ТМ.02М.01	0,5S/1,0	1	36697-08		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	50/5	47959-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	50/5	47959-11		
1506	Ф. ТУМГ-2 яч.4	Счетчик		СЭТ-4ТМ.02М.01	0,5S/1,0	1	36697-08		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	50/5	47959-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	50/5	47959-11		
1507	Ф. ЛПХ Поселок-2	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-08		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	400/5	1261-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	400/5	1261-02		
1508	Ф. ЛПХ Нижний склад2	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-08		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

ЭКМ-3000
рег. № 17049-14

CCB-1Г
рег. № 58301-14

RTU-327
рег. № 19495-03

УСВ-3
рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1509	Ф. Лесхоз яч.20	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-ИГ рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
1510	Ф. ЛПХ Нижний склад1	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-08		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
1511	Ф. ЛПХ Поселок-1	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-08		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	400/5	1261-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	400/5	1261-02		
1512	Ф. ДРЦУ яч.17	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	100/5	38395-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	100/5	38395-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1513	Ф. ИЖС яч.1	Счетчик		СЭТ-4ТМ.02М.07	0,5S/1,0	1	36697-08		

		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87
		ТТ	А	ТЛК-10-5	0,5	50/5	9143-01
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛК-10-5	0,5	50/5	9143-01
1514	Т-1 110 кВт.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13
		ТТ	А	ТОГ ФМ-110 УХЛ-1	0,2S	50/1	53344-13
		ТТ	В	ТОГ ФМ-110 УХЛ-1	0,2S	50/1	53344-13
		ТТ	С	ТОГ ФМ-110 УХЛ-1	0,2S	50/1	53344-13
1515	Т-2 110 кВт.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13
		ТТ	А	ТОГ ФМ-110 УХЛ-1	0,2S	50/1	53344-13
		ТТ	В	ТОГ ФМ-110 УХЛ-1	0,2S	50/1	53344-13
		ТТ	С	ТОГ ФМ-110 УХЛ-1	0,2S	50/1	53344-13
Кедровая							
1516	Ф. ТП-Котельная Т-1	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04
		ТН	А	ЗНОЛ06-10 У3	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11
		ТН	В	ЗНОЛ06-10 У3	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11
		ТН	С	ЗНОЛ06-10 У3	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	50/5	1261-02
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	50/5	1261-02
				ЭКМ-3000 рег. № 17049-14		ССВ-1Г рег. № 58301-14	
				RTU-327 рег. № 19495-03		УСВ-3 рег. № 51644-12	
				ЭКМ-3000 рег. № 17049-14		ССВ-1Г рег. № 58301-14	
				RTU-327 рег. № 19495-03		УСВ-3 рег. № 51644-12	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1517	ф. ТП-Школа Т-1 яч.25	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	100/5	1261-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	100/5	1261-02		
1518	Ф. Жил.поселок-1	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	100/5	1261-02		
		ТТ	В						
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	100/5	1261-02		
1519	Ф. ТП-Котельная Т-2	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04		
		ТН	А	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	50/5	1261-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	50/5	1261-02		
1520	Ф. ТП-Школа Т-2 яч.18	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04		
		ТН	А	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	100/5	1261-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	100/5	1261-02		

ЭКМ-3000
рег. № 17049-14

ССБ-1Г
рег. № 58301-14

RTU-327
рег. № 19495-03

УСБ-3
рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1521	Ф. ДСУ-3 яч.13	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	100/5	38395-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	100/5	38395-08		
1522	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТОГ ФМ-110 УХЛ-1	0,2S	50/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГ ФМ-110 УХЛ-1	0,2S	50/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГ ФМ-110 УХЛ-1	0,2S	50/1	53344-13		
1523	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТОГ ФМ-110 УХЛ-1	0,2S	50/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГ ФМ-110 УХЛ-1	0,2S	50/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГ ФМ-110 УХЛ-1	0,2S	50/1	53344-13		
1524	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10	0,5	300/5	69606-17		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10	0,5	300/5	69606-17		

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССВ-1Г
рег. № 58301-14

RTU-327
рег. № 19495-03

УСВ-3
рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1525	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10	0,5	600/5	69606-17		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10	0,5	600/5	69606-17		
1526	Ф. ДСУ-4 яч.6	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
1527	Ф. Газпром-1 яч.8	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05Д	0,5S/1,0	1	41135-09		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		
1528	Ф. АБЗ яч.13	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССВ-1Г
рег. № 58301-14

RTU-327
рег. № 19495-03

УСВ-3
рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1529	Ф. ХРСУ яч.17	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	100/5	47959-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	100/5	47959-11		
1530		Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04		
	Ф. Газпром-2 яч.24	ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		
1531		Счетчик		ЕРQS	0,5S/1,0	1	25971-06		
	Ввод-1 10 кВ.	ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	300/5	7069-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	300/5	7069-02		
1532		Счетчик		ЕРQS	0,5S/1,0	1	25971-06		
	Ввод-2 10 кВ.	ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	300/5	7069-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	300/5	7069-02		
Продолжение таблицы 3		Счетчик		ТОЛ-10	0,5	300/5	7069-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1533	Ф. РП-134-2 яч.20	Счетчик		A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/I,0	1	31857-06
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	300/5	6009-77
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	300/5	6009-77
1534	Ф. Юность-1	Счетчик		A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/I,0	1	31857-06
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	200/5	6009-77
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	200/5	6009-77
1535	Ф. Юность-2 яч.21	Счетчик		A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/I,0	1	31857-06
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	200/5	6009-77
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	200/5	6009-77
1536	Ф. РП-133-1	Счетчик		A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/I,0	1	31857-06
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	200/5	6009-77
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	200/5	6009-77

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССБ-1Г
рег. № 58301-14

RTU-327
рег. № 19495-03

УСВ-3
рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1537	Ф. РП-133-2 яч.25	Счетчик		A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/I,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	200/5	6009-77		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	200/5	6009-77		
1538	Ф. РП-134-1	Счетчик		A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	300/5	6009-77		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	300/5	6009-77		
1539	Ф. КПД-1 яч.34	Счетчик		A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10 УХЛ2.1	0,5	300/5	7069-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10 УХЛ2.1	0,5	300/5	7069-07		
		Счетчик		A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
1540	Ф. КПД-2 яч.27	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10 УХЛ2.1	0,5	300/5	7069-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10 УХЛ2.1	0,5	300/5	7069-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1541	ПЭС-3	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59	
1542	Ф. ЗСК-1 яч.33	Счетчик		ЕАО5RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	300/5	47959-11	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	300/5	47959-11	
1543	Ф. ЗСК-2 яч.14	Счетчик		ЕАО5RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	300/5	47959-11	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	300/5	47959-11	
1544	ВЛ-110 кВ. Барсово-2	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06	
		ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06	
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1545	ВЛ-110 кВ. Барсово-1	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	RTU-327 пер. № 19495-03	УСБ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06		

1546	СНГ-1	ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06
		Счетчик		A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5S	200/5	38395-08
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5S	200/5	38395-08
1547	СНГ-2	Счетчик		A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТОЛ-10 УХЛ2.1	0,5	300/5	7069-07
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТОЛ-10 УХЛ2.1	0,5	300/5	7069-07
1548	ТСЦБ-3	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1549	Ф. СМП-547 яч.19	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1550	Ф. СТХ яч.22	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07		

		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	50/5	38395-08
		ТТ	В				
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	50/5	38395-08
1551	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-08
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ-2	0,5	10000/100	18178-99
		ТН	В	НАМИТ-10-2 УХЛ-2	0,5	10000/100	18178-99
		ТН	С	НАМИТ-10-2 УХЛ-2	0,5	10000/100	18178-99
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	100/5	38395-08
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	100/5	38395-08
1552	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-08
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ-2	0,5	10000/100	18178-99
		ТН	В	НАМИТ-10-2 УХЛ-2	0,5	10000/100	18178-99
		ТН	С	НАМИТ-10-2 УХЛ-2	0,5	10000/100	18178-99
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	100/5	38395-08
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	100/5	38395-08

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1553	Ф. АВП-1 яч.26	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	50/5	38395-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	50/5	38395-08		
1554	Ф. Аэропорт-1 яч.9	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-08		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18		

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССВ-1Г
рег. № 58301-14

RTU-327
рег. № 19495-03

УСВ-3
рег. № 51644-12

		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18	
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	300/5	38395-08	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	300/5	38395-08	
1555	Ф. ГРКС яч.7	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07	
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18	
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18	
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18	
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	20/5	15128-01	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	20/5	15128-01	
1556	Ф. ЦТБ-1 яч.27	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07	
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18	
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18	
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18	
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1557	Ф. АВП-2	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	50/5	38395-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	50/5	38395-08		
1558	Ф. Аэропорт-2 яч.18	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-08		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	300/5	38395-08		

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССВ-1Г
рег. № 58301-14

УСВ-3
рег. № 51644-12

RTU-327
рег. № 19495-03

		ТТ	В	-	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	300/5		38395-08	
1559	Ф. ЦТБ-2 яч.28	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1		36355-07	
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100		70324-18	
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100		70324-18	
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100		70324-18	
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	200/5		38395-08	
		ТТ	В	-	-	-		-	
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	200/5		38395-08	
1560	Т-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1		31857-06	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)		24218-13	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)		24218-13	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)		24218-13	
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1		36672-08	
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1		36672-08	
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1		36672-08	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1561	Т-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1			
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1			
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1			
1562	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1			
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-ПГ рег. № 58301-14
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	300/5			
		ТТ	В	ТПЛ-10 У3	0,5	300/5			
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	300/5			

1563	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М	0,25/0,5	1	36697-12
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	300/5	38395-08
		ТТ	ТЛМ-10-1 У3	0,5	300/5	2473-00
		ТТ	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	300/5	38395-08
1564	Ф. ТП-1,2 КТП-16 Т-1	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05МК.00	0,55/1,0	1	46634-11
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59
		ТТ	-	-	-	-
		ТТ	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1565	Ф. ТП-1,2 КТП-16 Т-2	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05МК.00	0,55/1,0	1	46634-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59	RTU-327 рег. № 19495-03	УСБ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
Пуриле									
1566	Ф-3 КТП-7 яч.7	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,55/1,0	1	36355-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10 УХЛ2.1	0,5	50/5	7069-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10 УХЛ2.1	0,5	50/5	7069-07		
1567	Ф-11 КТП-15 яч.11	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,55/1,0	1	36355-07	RTU-327 рег. № 19495-03	УСБ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	300/5	38395-08		

		ТТ	В	-	-	-	-	-	-
1568	Ф-13 ТП-9,10 яч.12	ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	300/5	38395-08		
		Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	100/5	38395-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	100/5	38395-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1569	Ф-17 КТП-12 яч.29	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	75/5	38395-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	75/5	38395-08		
1570	Ф. ГПЗ-1 яч.31	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	50/5	7069-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	50/5	7069-02		
1571	Ф-9 ТП-1,2,3 яч.10	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10-1 У3	0,5	200/5	2473-00		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10-1 У3	0,5	200/5	2473-00		
1572	Ф-4 КТП-8 яч.22	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	50/5	7069-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	50/5	7069-02		

ЭКОМ-3000
пер. № 17049-14

CCB-1Г
пер. № 58301-14

RTU-327
пер. № 19495-03

УСВ-3
пер. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1573	Ф-8 ТП-1,2,3 Т-2	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	100/5	7069-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	100/5	7069-02		
1574	Ф-16 ГПЗ-2 яч.16	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	100/5	38395-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	100/5	38395-08		
1575	Ф-18 ТП-16 КТП-11,13	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	200/5	38395-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	200/5	38395-08		
1576	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1577	Т-2 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССБ-1Г
рег. № 58301-14

RTU-327
рег. № 19495-03

УСВ-3
рег. № 51644-12

		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
		ТТ	А	ТТ ФМ-110 II *	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТТ ФМ-110 II *	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТТ ФМ-110 II *	0,2S	100/1	36672-08				
Айваседошур											
1578	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-12	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	1000/5	38395-08				
		ТТ	В								
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	1000/5	38395-08				
1579	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-12			ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	1000/5	38395-08				
		ТТ	В								
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	1000/5	38395-08				
1580	Ф-11 ТП-2 Т-1	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59				
		Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07			ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТТ	А	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14		
		Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07				
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТТ	А	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59				
		ТТ	В	-	-	-	-	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14		
		ТТ	С	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59				
		Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07				
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТТ	А	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14		
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59				
		Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07				
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14		
		ТТ	А	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59				
		Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07				
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТТ	А	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59				
		Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07				
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТТ	А	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59				
		Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТТ	А	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14		
		Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07				
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТТ	А	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59				
		ТТ	В	-	-	-	-	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14		
		ТТ	С	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59				
		Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07				
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТТ	А	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14		
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59				
		Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07				
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14		
		ТТ	А	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59				
		Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07				
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТТ	А	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59				
		Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07				
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТТ	А	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59				
		Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТТ	А	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14		
		Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07				
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТТ	А	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59				
		ТТ	В	-	-	-	-	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14		
		ТТ	С	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59				
		Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07				
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТТ	А	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14		
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59				
		Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07				
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14		
		ТТ	А	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59				
		Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07				
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТТ	А	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59				
		Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07				
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТТ	А	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59				
		Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТТ	А	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТОЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14		
		Счетчик		ПСЧ-4							

Айваседопур

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1581	Ф-13 КТП НС-7	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		
1582		Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07		
	Ф-2 Очистные	ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5	100/5	47958-16		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5	100/5	47958-16		
1583		Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07		
	Ф-10 ТП-2 Т-2	ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59		
1584		Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04		
	Ф-12 ТП-1 Т-2	ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
	Ф-10 ТП-2 Т-2	ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59		
1584		Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
	Ф-12 ТП-1 Т-2	ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
	Ф-10 ТП-2 Т-2	ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59		
1584		Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59		
	Ф-12 ТП-1 Т-2	ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59		
1584		Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
	Ф-10 ТП-2 Т-2	ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59		
1584		Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Пур

1585	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М	0,25/0,5	1	36697-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	1000/5	38395-08
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	1000/5	38395-08
1586	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М	0,25/0,5	1	36697-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	1000/5	38395-08
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	1000/5	38395-08
1587	Ф-7 Макс яч.7	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05Д	0,55/1,0	1	41135-09
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59
1588	ф. 5 КС-01 яч.5	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,55/1,0	1	36355-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	300/5	38395-08
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	300/5	38395-08

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14
RTU-327
рег. № 19495-03

ССВ-1Г
рег. № 58301-14
УСВ-3
рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1589	ф. 6 КС-01 яч.22	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-ИГ рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	300/5	38395-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	300/5	38395-08		
1590	Ф КТП-4,5 "ПЭС"	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59		
1591	ф. 4 10кВ ТП-2 Т-2 "ПЭС"	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59		
1592	ф. 3 10кВ ТП-2 Т-1 "ПЭС"	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5	75/5	47958-16		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5	75/5	47958-16		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1593		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-12		

	Ф-9 Новатек Ввод-1	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5	100/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5	100/5	22192-07		
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-12		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	100/5	38395-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	100/5	38395-08		
Тихая									
1595	Ф. Жил. поселок-1	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ06-10 У3	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11		
		ТН	В	ЗНОЛ06-10 У3	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛ06-10 У3	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11		
		ТТ	А	ТЛМ-10-1 У3	0,5	200/5	2473-00		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10-1 У3	0,5	200/5	2473-00		
		Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04		
1596	Ф. Реч. порт-1	ТН	А	ЗНОЛ06-10 У3	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	В	ЗНОЛ06-10 У3	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛ06-10 У3	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11		
		ТТ	А	ТОЛ-10 УХЛ2.1	0,5	200/5	7069-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10 УХЛ2.1	0,5	200/5	7069-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1597	ф. 7 СМП-522	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-ИГ рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11				
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11				
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11				
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68				
1598	ф. 11 Котельная-1	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04			ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-ИГ рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11				
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11				
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11				
		ТТ	А	ТВК-10 УХЛ3	0,5	200/5	8913-82				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТВК-10 УХЛ3	0,5	200/5	8913-82				
1599	ф. 13 Контейнерная ЯЖДК	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05Д	0,5S/1,0	1	41135-09	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-ИГ рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11				
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11				
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11				
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5	75/5	47958-16				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5	75/5	47958-16				
1600	ф. 15 КТП-962	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07			ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-ИГ рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11				
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11				
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11				
		ТТ	А	ТЛМ-10-1 У3	0,5	300/5	2473-00				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЛМ-10-1 У3	0,5	300/5	2473-00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1601	ф. 17 СОВ-1	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07
		ТН	А	ЗНОЛ06-10 У3	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11
		ТН	В	ЗНОЛ06-10 У3	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11
		ТН	С	ЗНОЛ06-10 У3	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11
		ТТ	А	ТВК-10 УХЛ3	0,5	150/5	8913-82
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТВК-10 УХЛ3	0,5	150/5	8913-82
1602	ПЭС-2	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59
1603	ф. 2 Жил. поселок-2	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5	100/5	47958-16
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5	100/5	47958-16
1604	ф. 4 ЯЖДК	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99
		ТТ	А	ТВК-10 УХЛ3	0,5	150/5	8913-82
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТВК-10 УХЛ3	0,5	150/5	8913-82
Продолжение таблицы 3							
1	2	3	4	5	6	7	8
1605	ф. 6 МУП ЖКХ	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99

ЭКОМ-3000
рег. № 17049-14

ССБ-1Г
рег. № 58301-14

RTU-327
рег. № 19495-03

УСВ-3
рег. № 51644-12

ССБ-1Г
рег. № 58301-14

		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99	RTU-327 рег.№ 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТТ	А	ТВК-10 УХЛЗ	0,5	400/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10 УХЛЗ	0,5	400/5	8913-82		
1606	ф. 10 Реч. порт-2	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТТ	А	ТЛО-10-3 УЗ	0,5	200/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10-3 УЗ	0,5	200/5	25433-07		
1607	ф. 12 Котельная-2	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТТ	А	ТВК-10 УХЛЗ	0,5	150/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10 УХЛЗ	0,5	150/5	8913-82		
1608	ф. 16 СОВ-2	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТТ	А	ТВК-10 УХЛЗ	0,5	100/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10 УХЛЗ	0,5	100/5	8913-82		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1609	ВЛ-110 кВ .Муяганта-1	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	RTU-327 рег.№ 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,5	500/5	26813-06		

		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,5	500/5	26813-06
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,5	500/5	26813-06
1610	ВЛ-110 кВ. Муяганта-2	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,5	500/5	26813-06
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,5	500/5	26813-06
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,5	500/5	26813-06
1611	ф. 23 10кВ Сибнефтепровод-1	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11
		ТТ	А	ТОЛ-10 УЗ	0,5	200/5	38395-08
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТОЛ-10 УЗ	0,5	200/5	38395-08
1612	ф. 24 10кВ Сибнефтепровод-2	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	200/5	7069-02
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТОЛ-10 УЗ	0,5	200/5	38395-08

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1613	ф. 10кВ Роспан-2	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03 ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	300/5	7069-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	300/5	7069-02		
1614	ф. 10кВ Роспан-1	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	300/5	7069-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	300/5	7069-02		
1615	ф. 8 10кВ Администрация-2 яч. 18	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/√3/100/√3	46738-11		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	200/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	200/5	22192-07		
1616	ф. 9 10кВ Администрация-1 яч. 19	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	200/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	200/5	22192-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ЦРП Нижневартовск									
1617	Ф. Надежда-1	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-07		
1618	Ф. Паритет-Плюс	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-1 У2	0,5S	50/5	38395-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-1 У2	0,5S	50/5	38395-08		
1619	Ф. Надежда-2	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 19495-03	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЦРП Коголым									
1620	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТОЛ-10-11.2-2 УХЛ2	0,5	200/5	47959-16		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-11.2-2 УХЛ2	0,5	200/5	47959-16		
1621	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,2	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66 У3	0,2	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66 У3	0,2	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59		
Примечания:									
Допускается замена измерительных трансформаторов, счетчиков, УСПД, УССВ на аналогичные утвержденных типов при условии, что владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 4 метрологических характеристик. Замена оформляется техническим актом в установленном владельцем порядке с внесением изменений в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами на АИИС КУЭ как их неотъемлемая часть.									

Таблица 4

Номера ИК	Вид электроэнергии	Границы основной погрешности ($\pm\delta$), %	Границы погрешности в рабочих условиях ($\pm\delta$), %
1	2	3	4
152	Активная	0,5	1,9
596, 816	Активная Реактивная	0,4 0,9	1,9 2,0
106	Активная	0,8	1,9
813	Активная Реактивная	0,5 1,1	2,2 2,7
147, 148, 149, 150, 151, 189, 190, 678, 679, 680, 681, 1219, 1220, 1221, 1363, 1364, 1368, 1369	Активная Реактивная	0,5 1,4	2,0 3,5
6, 7, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 37, 38, 39, 40, 55, 56, 60, 61, 69, 70, 81, 82, 88, 89, 96, 97, 127, 128, 133, 134, 140, 141, 157, 158, 162, 163, 166, 167, 177, 178, 197, 198, 217, 219, 220, 221, 230, 231, 237, 238, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252, 253, 262, 263, 264, 269, 270, 282, 283, 292, 293, 306, 307, 318, 319, 335, 336, 392, 401, 402, 423, 458, 459, 484, 485, 491, 492, 507, 508, 514, 515, 529, 530, 541, 542, 546, 556, 557, 572, 573, 580, 581, 635, 636, 665, 666, 673, 674, 695, 696, 701, 702, 717, 718, 727, 728, 729, 737, 738, 739, 749, 750, 770, 771, 778, 779, 788, 795, 796, 814, 815, 828, 829, 838, 845, 846, 861, 862, 869, 870, 877, 878, 889, 890, 903, 904, 910, 911, 914, 915, 920, 921, 926, 927, 935, 936, 941, 942, 949, 950, 956, 957, 962, 963, 968, 969, 974, 975, 1000, 1001, 1012, 1013, 1018, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1033, 1034, 1046, 1047, 1055, 1056, 1071, 1084, 1085, 1086, 1094, 1095, 1101, 1102, 1107, 1108, 1115, 1116, 1123, 1124, 1133, 1134, 1148, 1149, 1168, 1169, 1173, 1179, 1180, 1189, 1190, 1200, 1201, 1208, 1209, 1227, 1228, 1236, 1237, 1247, 1248, 1264, 1265, 1271, 1272, 1278, 1279, 1286, 1287, 1294, 1295, 1303, 1304, 1328, 1329, 1334, 1335, 1343, 1344, 1350, 1351, 1357, 1358, 1375, 1376, 1381, 1382, 1386, 1387, 1391, 1392, 1396, 1397, 1404, 1405, 1415, 1416, 1420, 1421, 1424, 1425, 1429, 1430, 1434, 1435, 1438, 1439, 1443, 1444, 1448, 1449, 1453, 1454, 1458, 1459, 1471, 1472, 1477, 1478, 1483, 1484, 1489, 1490, 1493, 1494, 1514, 1515, 1522, 1523, 1544, 1545, 1560, 1561, 1576, 1577	Активная Реактивная	0,5 1,3	1,9 4

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4
1609, 1610	Активная	0,9	5,4
	Реактивная	2,0	3,4
76, 77, 101, 102, 103, 104, 105, 116, 117, 118, 119, 296, 297, 352, 353, 361, 362, 370, 371, 379, 380, 409, 410, 411, 428, 429, 440, 441, 449, 450, 545, 547, 592, 593, 757, 758, 804, 979, 988, 1052, 1061, 1072, 1159, 1160, 1174, 1175, 1283, 1312, 1313	Активная	0,8	2,2
	Реактивная	1,7	4,0
475, 476, 483, 1178, 1195	Активная	1,1	5,5
	Реактивная	2,3	3,5
1562, 1563, 1578, 1579, 1585, 1586	Активная	1,1	5,5
	Реактивная	2,3	2,9
363, 490	Активная	1,0	4,8
	Реактивная	2,4	4,4
590	Активная	1,0	3,0
	Реактивная	2,3	2,2
710	Активная	1,1	4,8
	Реактивная	2,5	4,0
468	Активная	1,0	5,6
498	Активная	1,0	5,0
637, 787, 839	Активная	0,8	2,6
5, 14	Активная	1,0	5,6
3	Активная	1,0	5,0
248	Активная	1,0	2,9
24, 27, 28, 32, 33, 43, 44, 58, 59, 62, 63, 71, 72, 83, 84, 90, 98, 153, 165, 174, 181, 182, 185, 201, 202, 250, 388, 389, 391, 500, 501, 511, 512, 697, 711, 714, 744, 751, 774, 775, 791, 792, 806, 807, 833, 842, 843, 858, 874, 875, 924, 939, 940, 945, 946, 955, 972, 983, 984, 989, 1006, 1019, 1129, 1130, 1193, 1194, 1204, 1205, 1206, 1207, 1213, 1231, 1232, 1347	Активная	1,0	2,8

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4
2, 8, 9, 23, 54, 57, 67, 68, 75, 78, 79, 86, 87, 93, 94, 95, 179, 180, 183, 192, 193, 199, 200, 204, 207, 210, 233, 239, 240, 255, 256, 257, 258, 259, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 412, 424, 425, 443, 444, 447, 448, 451, 466, 471, 482, 495, 499, 520, 531, 532, 569, 686, 688, 698, 700, 705, 706, 707, 708, 709, 712, 719, 720, 721, 722, 724, 730, 731, 732, 776, 777, 859, 864, 876, 882, 883, 909, 916, 922, 923, 928, 930, 931, 938, 943, 944, 947, 953, 958, 959, 971, 977, 981, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 997, 998, 999, 1003, 1004, 1009, 1010, 1011, 1014, 1015, 1016, 1017, 1020, 1030, 1042, 1045, 1048, 1049, 1064, 1065, 1067, 1068, 1073, 1076, 1077, 1131, 1132, 1135, 1181, 1198, 1199, 1211, 1214, 1235, 1238, 1239, 1240, 1300, 1301, 1307, 1323, 1325, 1327, 1331, 1341, 1388, 1402, 1407, 1464	Активная	1,2	5,7
15, 22, 35, 36, 48, 49, 51, 52, 53, 73, 74, 80, 85, 122, 123, 144, 145, 155, 160, 170, 175, 176, 184, 186, 187, 188, 191, 205, 213, 214, 226, 228, 496, 503, 506, 588, 591, 599, 601, 602, 604, 654, 684, 713, 715, 794, 805, 809, 824, 866, 899, 902, 948, 985, 1002, 1202, 1203, 1210, 1234, 1322, 1542, 1543	Активная	1,2	5,1
124	Активная	1,0	2,8
	Реактивная	1,8	4,0
528	Активная	0,6	2,5
	Реактивная	1,3	3,4
107, 435, 528, 1356	Активная	1,0	5,6
	Реактивная	2,1	4,2
135, 801	Активная	1,0	5,6
	Реактивная	2,1	3,4
497	Активная	1,0	5,0
	Реактивная	2,1	3,9
393, 462, 469, 470, 655, 656, 978, 987	Активная	0,8	2,6
	Реактивная	1,4	3,5
753	Активная	0,8	2,6
	Реактивная	1,4	4,0

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4
11, 1531, 1532, 1620, 1621	Активная Реактивная	1,0 2,2	5,6 4,2
1298, 1299	Активная Реактивная	1,0 1,8	2,9 2,8
108, 109, 110, 113, 115, 196, 260, 261, 267, 268, 274, 275, 280, 281, 284, 285, 290, 291, 313, 314, 315, 316, 322, 323, 326, 327, 328, 329, 333, 334, 390, 396, 398, 416, 417, 419, 433, 434, 442, 456, 463, 464, 488, 489, 522, 523, 538, 539, 544, 548, 549, 551, 554, 555, 565, 566, 576, 577, 579, 609, 610, 612, 613, 617, 624, 625, 627, 630, 631, 632, 652, 653, 660, 661, 662, 671, 672, 683, 693, 694, 821, 822, 834, 854, 865, 867, 873, 884, 886, 900, 912, 913, 918, 919, 925, 932, 954, 960, 961, 966, 967, 1005, 1079, 1080, 1083, 1111, 1112, 1127, 1138, 1140, 1144, 1146, 1212, 1225, 1226, 1243, 1244, 1260, 1261, 1269, 1275, 1276, 1282, 1284, 1290, 1291, 1319, 1320, 1332, 1333, 1338, 1339, 1348	Активная Реактивная	1,0 1,8	2,8 3,5
31, 34, 46, 91, 100, 126, 129, 130, 132, 136, 137, 142, 146, 154, 159, 161, 164, 168, 169, 171, 172, 173, 194, 195, 224, 227, 234, 236, 251, 387, 594, 595, 716, 725, 726, 733, 734, 736, 743, 745, 746, 747, 748, 752, 754, 782, 783, 799, 800, 810, 817, 996, 1050, 1051, 1089, 1090, 1091, 1098, 1099, 1105, 1106, 1120, 1121, 1139, 1165, 1166, 1170, 1171, 1462, 1463, 1466, 1467	Активная Реактивная	1,0 1,8	2,8 4,0
1, 4, 111, 112, 216, 235, 249, 254, 265, 266, 271, 272, 273, 276, 277, 278, 279, 286, 287, 289, 294, 295, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 310, 311, 312, 317, 321, 324, 325, 330, 331, 332, 337, 349, 350, 351, 394, 395, 397, 399, 400, 403, 404, 405, 407, 408, 413, 414, 415, 420, 421, 422, 426, 427, 430, 431, 432, 436, 437, 438, 439, 445, 446, 452, 453, 455, 457, 460, 461, 465, 467, 472, 473, 477, 478, 479, 480, 481, 486, 487, 493, 494, 505, 509, 510, 513, 516, 517, 518, 519, 521, 524, 526, 527, 533, 534, 535, 536, 537, 540, 543, 552, 553, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 568, 570, 571, 574, 575, 578, 582, 583, 584, 585	Активная Реактивная	1,2 2,5	5,7 4,3

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4
586, 606, 607, 608, 614, 615, 616, 619, 621, 623, 626, 628, 629, 633, 634, 638, 639, 640, 641, 642, 644, 645, 646, 648, 649, 650, 651, 657, 658, 663, 664, 667, 668, 669, 670, 675, 676, 677, 682, 685, 687, 689, 691, 692, 699, 703, 704, 740, 765, 797, 798, 823, 827, 830, 831, 832, 837, 840, 841, 844, 847, 848, 850, 851, 852, 853, 855, 856, 857, 860, 863, 871, 872, 879, 880, 881, 885, 887, 888, 892, 893, 894, 895, 896, 898, 901, 905, 906, 907, 908, 917, 929, 933, 934, 937, 951, 952, 964, 965, 970, 973, 976, 982, 1007, 1008, 1059, 1074, 1081, 1087, 1088, 1100, 1113, 1114, 1117, 1118, 1119, 1128, 1137, 1147, 1151, 1152, 1161, 1162, 1163, 1164, 1172, 1176, 1177, 1182, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1191, 1196, 1197, 1215, 1216, 1217, 1218, 1222, 1223, 1224, 1233, 1241, 1242, 1249, 1250, 1252, 1253, 1254, 1256, 1258, 1259, 1262, 1263, 1266, 1270, 1273, 1277, 1280, 1281, 1288, 1289, 1292, 1293, 1296, 1297, 1302, 1305, 1306, 1308, 1309, 1310, 1311, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1321, 1324, 1326, 1330, 1336, 1337, 1340, 1342, 1345, 1346, 1352, 1353, 1354, 1355, 1403, 1410, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1513, 1521, 1527, 1541, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1580, 1581, 1582, 1583, 1587, 1588, 1589, 1592, 1593, 1594, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1613, 1614, 1617, 1619	Активная Реактивная	1,2 2,5	5,7 4,3

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4
45, 47, 66, 92, 114, 120, 125, 131, 138, 208, 209, 211, 222, 223, 225, 232, 288, 320, 723, 735, 741, 742, 755, 756, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 766, 772, 773, 780, 781, 784, 785, 789, 790, 793, 802, 803, 808, 811, 812, 818, 819, 820, 1026, 1027, 1028, 1029, 1031, 1032, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1043, 1044, 1053, 1054, 1057, 1058, 1062, 1063, 1066, 1069, 1070, 1075, 1078, 1092, 1093, 1096, 1097, 1103, 1104, 1109, 1110, 1122, 1125, 1126, 1136, 1141, 1142, 1143, 1145, 1150, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1167, 1192, 1349, 1359, 1360, 1361, 1362, 1365, 1366, 1367, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1377, 1378, 1379, 1380, 1383, 1384, 1385, 1389, 1390, 1393, 1394, 1395, 1398, 1399, 1400, 1401, 1406, 1408, 1409, 1411, 1412, 1413, 1414, 1417, 1418, 1419, 1422, 1423, 1426, 1427, 1428, 1431, 1432, 1433, 1436, 1437, 1440, 1441, 1442, 1445, 1446, 1447, 1450, 1451, 1452, 1455, 1456, 1457, 1460, 1461, 1465, 1468, 1469, 1470, 1473, 1474, 1475, 1476, 1479, 1480, 1481, 1485, 1486, 1487, 1488, 1491, 1492, 1495, 1496, 1512, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1524, 1525, 1526, 1528, 1530, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1547, 1548, 1549, 1584, 1590, 1591, 1595, 1596, 1597, 1598, 1611, 1612, 1615, 1616	Активная Реактивная	1,2 2,5	5,7 3,5

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4
10, 212, 215, 406, 502, 504, 525, 550, 567, 587, 597, 603, 605, 611, 618, 620, 622, 643, 659, 690, 825, 826, 835, 836, 849, 868, 891, 897, 986, 1229, 1230, 1245, 1246, 1251, 1255, 1257, 1267, 1268, 1274, 1285, 1505, 1506	Активная	1,2	5,1
	Реактивная	2,5	4,0
1, 42, 50, 64, 65, 99, 121, 139, 143, 156, 203, 206, 229, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 598, 600, 767, 768, 769, 786, 980, 1082, 1482, 1529, 1546, 1618	Активная	1,2	5,1
	Реактивная	2,5	4,4
Пределы допускаемой абсолютной погрешности смещения шкалы времени компонентов АИИС КУЭ, входящих в состав СОЕВ, относительно шкалы времени UTC (SU), ($\pm\Delta$), с			5
Примечания 1 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95. 2 Погрешность в рабочих условиях указана для тока 2(5) % $I_{ном} \cos\varphi = 0,5$ инд и температуры окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электроэнергии от плюс 5 до плюс 35°C. 3 Метрологические характеристики ИК даны для измерений электроэнергии и средней мощности (получасовой).			

Таблица 5 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
1	2
Нормальные условия: параметры сети: - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - коэффициент мощности - частота, Гц температура окружающей среды, °C: - для счетчиков активной энергии ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ 30206-94 - для счетчиков реактивной энергии ГОСТ 31819.23-2012, ГОСТ Р 52425-2005 ГОСТ 26035-83	от 99 до 101 100 0,87 от 49,85 до 50,15 от +21 до +25 от +21 до +25 от +18 до +22

Продолжение таблицы 5

1	2
Рабочие условия: параметры сети: - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - коэффициент мощности, не менее - частота, Гц	от 90 до 110 от 2(5) до 120 0,5 от 49,6 до 50,4
диапазон рабочих температур окружающей среды, °С: - для ТТ и ТН - для счетчиков	от -45 до +40 от +5 до +35
- для УСПД - для сервера, УССВ	от +10 до +25 от +18 до +24
Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов:	
счетчики электроэнергии Альфа А1800: - средняя наработка до отказа, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч	120000 72
счетчики электроэнергии ЕвроАЛЬФА (рег. № 16666-97): - средняя наработка на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч	50000 72
счетчики электроэнергии ЕвроАльфа (рег. № 16666-07): - средняя наработка на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч	80000 72
счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03: - средняя наработка до отказа, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч	90000 72
счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03.М (рег.№ 36697-08): - средняя наработка до отказа, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч	140000 72
счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03.М (рег.№ 36697-12): - средняя наработка до отказа, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч	165000 72
счетчики электроэнергии EPQS - средняя наработка до отказа, не менее, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч	70000 72
счетчики электроэнергии ПСЧ - 4ТМ.05 (рег.№ 27779-04) - средняя наработка до отказа, не менее, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч	90000 72
счетчики электроэнергии ПСЧ - 4ТМ.05 (рег.№ 36355-07) - средняя наработка до отказа, не менее, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч	140000 72
счетчики электроэнергии ПСЧ - 4ТМ.05Д - средняя наработка до отказа, не менее, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч	140000 72
счетчики электроэнергии ПСЧ - 4ТМ.05МК. - средняя наработка до отказа, не менее, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч	165000 72

Продолжение таблицы 5

1	2
УСПД ЭКОМ-3000: - средняя наработка до отказа, ч, не менее	100000
УСПД RTU-327: - средняя наработка до отказа, ч, не менее	40000
сервер синхронизации времени ССВ-1Г: - средняя наработка на отказ, ч, не менее - время восстановления, ч	22000 2
устройство синхронизации времени УСВ-3: - среднее время наработки на отказ, ч - время восстановления, ч	45000 2
Глубина хранения информации счетчики электроэнергии: - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее	45
УСПД: - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электроэнергии по каждому каналу и электроэнергии, потребленной за месяц, сут, не менее при отключенном питании, лет, не менее	45 3
ИВК: - результаты измерений, состояние объектов и средств измерений, лет, не менее	3,5

Надежность системных решений:

- защита от кратковременных сбоев питания сервера, УСПД с помощью источника бесперебойного питания;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации-участники оптового рынка электроэнергии с помощью электронной почты и сотовой связи.

В журналах событий фиксируются факты:

- журнал счетчика:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени в счетчике;
- журнал УСПД:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени в счетчиках и УСПД;
 - пропадание и восстановление связи со счетчиком.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - счетчиков электрической энергии;
 - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
 - испытательной коробки;
 - УСПД.
- защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании:
 - счетчиков электрической энергии;
 - УСПД.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках электрической энергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована);
- сервере ИВК (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

- о состоянии средств измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:

- измерений 30 мин (функция автоматизирована);
- сбора информации 30 мин (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист формуляра АИИС КУЭ типографским способом. Нанесение знака утверждения типа на средство измерений не предусмотрено.

Комплектность средства измерений

Таблица 6 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество, шт./экз
1	2	3
Трансформатор тока	ТГФ-220 II*	2
Трансформатор тока	ТГФМ-220 II*	1
Трансформатор тока	ТРГ-110 II*	279
Трансформатор тока	ТОГФМ-110 УХЛ1	174
Трансформатор тока	ТФЗМ-110Б-IV У1	6
Трансформатор тока	ТГФМ-110 II*	486
Трансформатор тока	ТГФМ-110	3
Трансформатор тока	TG 145 УХЛ1	15
Трансформатор тока	VAU-123 УХЛ1	6
Трансформатор тока	4МА72	8
Трансформатор тока	ТФЗМ-35Б-1У1, ТФНД-35М	16
Трансформатор тока	ТФЗМ-35А У1, ТФН-35М	49
Трансформатор тока	ТОЛ-35 III	2
Трансформатор тока	ТОЛ-35 III-7.2-4 УХЛ1	3
Трансформатор тока	ТОЛ-СВЭЛ-35 III	1
Трансформатор тока	ТОЛ-35	12
Трансформатор тока	ТОЛ-35	2
Трансформатор тока	GIF	30
Трансформатор тока	STSM 38 УХЛ1	102
Трансформатор тока	4МС	42
Трансформатор тока	ТЛП-10	438
Трансформатор тока	ТОЛ-СВЭЛ-10-1	2
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10	62
Трансформатор тока	ТПЛ-10, ТПЛУ-10	544

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Трансформатор тока	ТПЛМ-10	147
Трансформатор тока	ТПЛ-10-М	115
Трансформатор тока	ТПЛ-10с	2
Трансформатор тока	ТПФМ-10	41
Трансформатор тока	ТЛК-10	12
Трансформатор тока	ТЛК-СТ-10	2
Трансформатор тока	ТПФ-10	2
Трансформатор тока	ТЛМ-10	164
Трансформатор тока	ТПОЛ-10	238
Трансформатор тока	ТПОЛ-СВЭЛ-10	6
Трансформатор тока	ТВЛМ-10	109
Трансформатор тока	ТЛО-10	231
Трансформатор тока	ТВК-10	38
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10	8
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10	4
Трансформатор тока	ТОЛ-10	51
Трансформатор тока	ТОЛ-10 УТ2	35
Трансформатор тока	ТОЛ-10-1	18
Трансформатор тока	ТОЛ-10 У3	
Трансформатор тока	ТОЛ-10	97
Трансформатор тока	ТОЛ-10	52
Трансформатор тока	ТПШЛ-10	3
Трансформатор тока	ІСТВ-0,66	6
Трансформатор тока	ТСН 6.2	2
Трансформатор тока	ТК-48	1
Трансформатор тока	ТК-40 ПУЗ	1
Трансформатор тока	ТК-20	2
Трансформатор тока	ТКМ-0,5	2
Трансформатор тока	Т-0,66 У3	13
Трансформатор тока	Т-0,66 У3	3
Трансформатор тока	ТАТ	33
Трансформатор тока	ТОП-0,66 У3	4
Трансформатор тока	ТОП М-0,66 У3	2
Трансформатор тока	ТШП-0,66	2
Трансформатор напряжения	СРА 123	6
Трансформатор напряжения	СРВ 123	54
Трансформатор напряжения	НАМИ-220 УХЛ1	3
Трансформатор напряжения	НАМИ-110 УХЛ1	847

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Трансформатор напряжения	НАМИ-110 УХЛ1	8
Трансформатор напряжения	VAU-123	6
Трансформатор напряжения	VTA 145	6
Трансформатор напряжения	NTSM-38	18
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-35Б	6
Трансформатор напряжения	ЗНОМ -35	3
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35-65	81
Трансформатор напряжения	НАМИ-35 УХЛ1	26
Трансформатор напряжения	НАМИ-35 УХЛ1	7
Трансформатор напряжения	4МТ	6
Трансформатор напряжения	НАМИ-10	6
Трансформатор напряжения	НАМИ-10-95УХЛ2	341
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10-2	3
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10-2	2
Трансформатор напряжения	НТМИ-10	2
Трансформатор напряжения	НТМИ-10-66	8
Трансформатор напряжения	НТМИ-6-66	3
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-ЭК-10	3
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-НТЗ-10	6
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ.06-10УЗ	9
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ.06-10УЗ	45
Счетчик электроэнергии	ЕвроАЛЬФА	1103
Счетчик электроэнергии	Альфа А1800	403
Счетчик электроэнергии	СЭТ-4ТМ.03	2
Счетчик электроэнергии	СЭТ-4ТМ.03М	31
Счетчик электроэнергии	EPQS	2
Счетчик электроэнергии	ПСЧ - 4ТМ.05	66
Счетчик электроэнергии	ПСЧ - 4ТМ.05Д	3
Счетчик электроэнергии	ПСЧ - 4ТМ.05МК.00	2
Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	8
Устройство сбора и передачи данных	RTU-327	6
Сервер синхронизации времени	ССВ-1Г	1
Устройство синхронизации времени	УСВ-3	1

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Свердловской ЖД - филиала ОАО «РЖД», аттестованной ФГБУ «ВНИИМС», уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311787.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Свердловской ЖД - филиала ОАО «РЖД»

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

Правообладатель

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

ИНН 7708503727

Адрес: 107174, г. Москва, Новая Басманная ул., д. 2

Телефон: +7 (499) 262-99-01

Web-сайт: www.rzd.ru

E-mail: info@rzd.ru

Изготовитель

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

ИНН 7708503727

Адрес: 107174, г. Москва, Новая Басманная ул., д. 2

Телефон: +7 (499) 262-99-01

Web-сайт: www.rzd.ru

E-mail: info@rzd.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГБУ «ВНИИМС»)

Адрес: 119631, г. Москва, ул. Озерная, д. 46


Телефон: +7 (495) 437-55-77

Факс: +7 (495) 437-56-66

Web-сайт: www.vniims.ru

E-mail: office@vniims.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13.



УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «27» декабря 2022 г. № 3290

Регистрационный № 87863-22

Лист № 1
Всего листов 4

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Резервуары горизонтальные стальные цилиндрические РГ

Назначение средства измерений

Резервуары горизонтальные стальные цилиндрические РГ (далее – резервуары) предназначены для измерений объема, а также приема, хранения и отпуска нефтепродуктов плотностью не более 860 кг/м³.

Описание средства измерений

Резервуары представляют собой одностенные или двустенные стальные горизонтальные сосуды с обечайкой цилиндрической формы и коническими или плоскими днищами.

Заполнение и выдача нефтепродукта производится через приемный и раздаточный патрубки. Каждый резервуар оборудован эксплуатационной горловиной, на крышке которой установлен замерный люк, использующийся для отбора проб нефтепродуктов и измерения уровня наполнения резервуара. У двустенных модификаций резервуара пространство между внутренней и внешней стенками заполняется азотом для контроля герметичности корпуса резервуара.

К данному типу резервуаров относятся три модификации, различающиеся номинальной вместимостью и конструкцией корпуса: количеством стенок и формой днищ:

РГД-8 – резервуар наземный двустенный номинальной вместимостью 8 м³, с днищами конической формы, с заводскими номерами №№ 21, 22, 25, 26;

РГ-10 – резервуар наземный одностенный номинальной вместимостью 10 м³, с днищами конической формы с заводскими номерами №№ 1, 5, 6, 23, 24, 1123, 1153, 1470 и с днищами плоской формы с заводскими номерами №№ 10, 129;

РГД-25 – резервуар подземный двустенный номинальной вместимостью 25 м³, с днищами плоской формы, №№ 59/08.06.1, 59/08.06.2, 59/08.06.3, 59/08.06.4, 59/08.06.5, 59/08.06.6, 60/08.06.1, 60/08.06.2, 60/08.06.3, 60/08.06.4, 60/08.06.5, 60/08.06.6.

Принцип действия резервуаров основан на измерении объема нефтепродуктов в зависимости от уровня наполнения.

Нанесение знака поверки на резервуары не предусмотрено.

Заводской номер, идентифицирующий каждый экземпляр средства измерений, нанесен на корпус резервуаров модификаций РГД-8 и РГ-10 и на крышку купольной шахты резервуаров модификации РГД-25 методом трафаретной печати и в паспорт резервуара - печатным способом.

Общий вид резервуаров горизонтальных стальных цилиндрических модификаций РГД-8 и РГ-10 с указанием места нанесения заводского номера представлен на рисунке 1.

Общий вид купольной шахты резервуара модификации РГД-25 представлен на рисунке 2.

Общий вид места нанесения заводского номера на крышке купольной шахты резервуара РГД-25 представлен на рисунке 3.

Место
нанесения
заводского
номера



Рисунок 1 - Общий вид резервуаров модификаций РГД-8 и РГ-10 с указанием места нанесения заводского номера



Рисунок 2 - Общий вид купольной шахты резервуара модификации РГД-25

Место
нанесения
заводского
номера



Рисунок 3 - Общий вид места нанесения заводского номера на крышке купольной шахты резервуара РГД-25

Пломбирование резервуаров не предусмотрено.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Номинальная вместимость резервуара при температуре 20 °С, м ³ :	
- модификация РГД-8	8
- модификация РГ-10	10
- модификация РГД-25	25
Пределы допускаемой относительной погрешности определения вместимости резервуара объемным методом, %	±0,25

Таблица 2 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Условия эксплуатации:	
- температура окружающей среды, °С	от -40 до +50

Знак утверждения типа наносится

на титульный лист паспорта резервуара типографским способом. Нанесение знака утверждения типа на резервуар не предусмотрено.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Резервуар горизонтальный стальной цилиндрический	РГ	1 шт.
Технический паспорт	-	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 1 «Общие сведения об изделии» паспорта.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Росстандарта от 26 сентября 2022 г. № 2356 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расхода жидкости»;

ТУ 5265-001-10295674-2007 Резервуары стальные горизонтальные РГ и РГД. Технические условия.

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью ЖКУ «МиРТом» (ООО ЖКУ «МиРТом»)
ИНН 2632070126

Адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр-д Суворовский, д. 1

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью ЖКУ «МиРТом» (ООО ЖКУ «МиРТом»)
ИНН 2632070126

Адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр-д Суворовский, д. 1

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области» (ФБУ «Ростест-Москва»)

Юридический адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31

Адрес осуществления деятельности: 141600, Московская обл., г. Клин, ул. Дзержинского, д. 2


Телефон: +7 (496) 242-41-62

Факс: +7 (496) 247-70-70

Web-сайт www.rostest.ru

E-mail info.kln@rostest.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30083-14.



Регистрационный № 87823-22

Лист № 1
Всего листов 5

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Акселерометры промышленные AP15XX

Назначение средства измерений

Акселерометры промышленные AP15XX предназначены для измерений ускорений в системах технической диагностики и мониторинга.

Описание средства измерений

Принцип действия акселерометров основан на генерации электрического сигнала, пропорционального воздействующему ускорению.

В конструкции акселерометров использована механическая схема с пьезоэлементом, работающим на сдвиг, и встроенный унифицированный усилитель, обеспечивающий широкий диапазон питающего напряжения и тока.

Модификации акселерометров отличаются номинальным значением коэффициента преобразования, типом соединителя, наличием изоляции от корпуса и способом крепления к объекту контроля. Материал корпуса – нержавеющая сталь или титановый сплав. Все модификации могут быть выполнены в глянцевом или матовом исполнении корпуса. Конструктивные особенности акселерометров приведены в таблице 1.

Структура обозначения акселерометров (символы «X» могут отсутствовать):

AP15	XX-	X	X
цифровое обозначение коэффициента преобразования: 1 – 1 мВ/(м·с ⁻²); 2 – 5 мВ/(м·с ⁻²); 3 – 10 мВ/(м·с ⁻²); 4 – 50 мВ/(м·с ⁻²); 5 – 2,5 мВ/(м·с ⁻²); 6 – 3 мВ/(м·с ⁻²)			
буквенное обозначение вывода (до двух символов): A – разъём 2-пин (AR0701(5/8-24 UNF)); B – встроенный кабель; C – встроенный металлорукав; D – температурный разъём (разъём 3-пин); E – встроенный кабель с температурным разъёмом (разъём 3-пин); F – встроенный металлорукав с температурным разъёмом (разъём 3-пин); M – криогенное исполнение до минус 194 °С (AR0701(5/8-24 UNF))			
индекс модификации (до двух символов – 84, 85, 86, 87, 88, 89)			

Таблица 1 – Конструктивные особенности акселерометров

Наименование модификации	Номинальное значение коэффициента преобразования, мВ/(м·с ⁻²)	Способ крепления
AP1584-XX	2,5; 3; 10; 50	шпилька М6
AP1585-XX	3; 5; 10; 50	шпилька М6
AP1586-XX	2,5; 3; 10; 50	винт М6
AP1587-XX	3; 5; 10	шпилька М6
AP1588-XX	1; 3; 5; 10	винт М6
AP1589-XX	1; 3; 5; 10	3 винта М4

Маркировка акселерометров, включая заводской номер, состоящий из арабских цифр, выполнена методом лазерной гравировки. Нанесение знака поверки на акселерометры не предусмотрено. Внешний вид акселерометров приведён на рисунке 1.




Рисунок 1 – Внешний вид акселерометров

Пломбирование акселерометров не предусмотрено.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений амплитуды ускорения, м/с^2 :	
- для AP15XX-X6	от 0,1 до 1600
- для AP15XX-X5	от 0,1 до 2500
- для AP15XX-X4	от 0,1 до 100
- для AP15XX-X3	от 0,1 до 500
- для AP15XX-X2	от 0,1 до 1000
- для AP15XX-X1	от 0,1 до 4800

Продолжение таблицы 2

Наименование характеристики	Значение
Номинальное значение коэффициента преобразования на базовой частоте 100 Гц, мВ/(м·с ⁻²): - для AP15XX-X6 - для AP15XX-X5 - для AP15XX-X4 - для AP15XX-X3 - для AP15XX-X2 - для AP15XX-X1	3 2,5 50 10 5 1
Отклонение действительного значения коэффициента преобразования от номинального значения, %, в пределах	±10
Нелинейность амплитудной характеристики, %, в пределах: - от 0,1 до 300 м/с ² включительно - свыше 300 м/с ² до максимального измеряемого ускорения	±1 ±4
Рабочий диапазон частот, Гц: - для AP1584-XX - диапазон А - диапазон В - диапазон С - для AP1585-XX - диапазон А - диапазон В - диапазон С - для AP1586-XX - диапазон А - диапазон В - диапазон С - для AP1587-XX - диапазон А - диапазон В - диапазон С - для AP1588-XX, AP1589-XX - диапазон А - диапазон В - диапазон С	от 0,4 до 15000 от 0,5 до 10000 от 10 до 5000 от 0,4 до 20000 от 0,5 до 10000 от 10 до 5000 от 0,4 до 20000 от 0,8 до 10000 от 10 до 5000 от 0,6 до 10000 от 2 до 6000 от 10 до 3000 от 0,6 до 12000 от 1 до 6000 от 10 до 3000
Неравномерность частотной характеристики в рабочем диапазоне, %, в пределах: - диапазон А - диапазон В - диапазон С	±45 ±12,5 ±4
Частота установочного резонанса в осевом направлении, кГц, не менее: - для AP1584-XX, AP1585-XX, AP1586-XX - для AP1587-XX - для AP1588-XX, AP1589-XX	30 18 20
Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении ускорения, %: - диапазон В - диапазон С, при измерении ускорения от 0,1 до 300 м/с ² включ.	±15 ±5
Относительный коэффициент поперечного преобразования, %, не более	5
Коэффициент влияния переменного магнитного поля, м·с ⁻² /(А·м ⁻¹), не более	1·10 ⁻³

Продолжение таблицы 2

Наименование характеристики	Значение
Коэффициент влияния температуры окружающего воздуха, %/°C: - для всех исполнений в диапазоне температур от -55 до +125 °C - для AP15XX-MX в диапазоне температур от -55 до -194 °C	0,2 0,3
Нормальные условия измерений: - температура окружающего воздуха, °C - относительная влажность воздуха, %, не более	от +18 до +25 80

Таблица 3 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Масса акселерометра без кабеля, кг, не более: - для AP1584-XX - для AP1585-XX - для AP1586-AX, AP1586-BX - для AP1586-CX - для AP1587-XX - для AP1588-XX - для AP1589-XX	0,055 0,060 0,085 0,115 0,038 0,040 0,095
Габаритные размеры акселерометра (диаметр×высота), мм, не более: - для AP1584-XX - для AP1585-XX - для AP1587-XX - для AP1588-XX - для AP1589-XX - для AP1586-XX (длина×глубина×высота)	22×60 24×70 20×30 25×30 38×39 82×22×24
Напряжение питания, В	от +18 до +30
Условия эксплуатации: а) температура окружающего воздуха, °C: - для всех исполнений кроме AP15XX-MX - для AP15XX-MX б) относительная влажность воздуха при +35 °C, % в) переменное магнитное поле частотой 50 Гц с напряженностью, А/м, не более	от -55 до +125 от -194 до +125 95 400

Знак утверждения типа

Нанесение знака утверждения типа на средство измерений не предусмотрено. Знак утверждения типа наносят на заглавный лист паспорта и руководства по эксплуатации типографским способом в левом верхнем углу.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Акселерометр промышленный AP15XX	АБКЖ.433647.001	1 шт.
Акселерометр промышленный AP15XX. Паспорт	АБКЖ.433647.001ПС	1 экз.
Акселерометр промышленный AP15XX. Руководство по эксплуатации	АБКЖ.433647.001РЭ	1 экз. на партию
ГСИ. Акселерометры промышленные AP15XX. Методика поверки		
Комплект принадлежностей		по требованию

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в АБКЖ.433647.001РЭ, раздел 2 «Использование по назначению».

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2018 г. № 2772 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений виброперемещения, виброскорости, виброускорения и углового ускорения»;

АБКЖ.433647.001ТУ Акселерометр промышленный AP15XX. Технические условия.

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалТест» (ООО «ГлобалТест»)

ИНН 5254021532

Адрес: 607185, Нижегородской обл., г. Саров, ул. Павлика Морозова, д. 6

Телефон: (83130) 67777

Факс (83130) 67778

E-mail: mail@globaltest.ru

Web-site: www.globaltest.ru

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалТест» (ООО «ГлобалТест»)

ИНН 5254021532

Адрес: 607185, Нижегородской обл., г. Саров, ул. Павлика Морозова, д. 6

Телефон: (83130) 67777

Факс (83130) 67778

E-mail: mail@globaltest.ru

Web-site: www.globaltest.ru

Испытательный центр

Федеральное Государственное унитарное предприятие «Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»)


Адрес: 607188, Нижегородской обл., г. Саров пр. Мира, д. 37

Телефон: (83130) 22224, 22302, 22253.

Факс (83130) 22232

E-mail: nio30@olit.vniief.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311769.



ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Машины испытательные универсальные WAW-1000

Назначение средства измерений

Машины испытательные универсальные WAW-1000 (далее по тексту - машины), предназначены для измерений силы, перемещения и деформации (удлинения) при механических испытаниях образцов на растяжение, сжатие и изгиб (сдвиг) в режиме статического нагружения.

Описание средства измерений

Принцип действия машин испытательных универсальных WAW-1000 заключается в деформации закрепленного образца с помощью нагружающего устройства, которое приводится в действия насосной станцией, и одновременном измерении силы приложенной к образцу и перемещения активного захвата.

Конструктивно машины состоят из насосной станции и силовой рамы, в которую вмонтированы нагружающее устройство, измерительный узел и блок обработки данных.

Насосная станция - самостоятельное модульное устройство, выполняющее функцию нагнетания давления в гидроцилиндр по средствам передачи рабочей жидкости (масла) при помощи гидравлических шлангов на устройство нагружения.

Силовая рама выполнена в виде двухколонной конструкции, жестко закрепленной на неподвижном основании, обеспечивающая перемещения активного захвата в вертикальном направлении.

Нагружающее устройство (далее НУ) состоит из двух рабочих зон (нагружение и растяжение), оно обеспечивает захват (крепление) и приложение нагрузки на образец. НУ вмонтировано в раму и приводится в движение при помощи гидроцилиндра.

Измерительный узел (далее узел) состоит из датчиков давления, перемещения и деформации. Узел измеряет: усилие, приложенное к испытуемому образцу через давление в гидравлической системе машины; линейное перемещение активного захвата; деформацию образца. Узел обеспечивает прием электрических сигналов с первичных преобразователей и последующую передачу на блок обработки данных.

Блок обработки данных выполняет функции: преобразования электрических сигналов с датчиков в цифровой вид; хранение и анализ полученной информации; управление (обеспечение) заданного цикла испытаний; вывод результатов измерений на экран ПК.

На силовой раме машин при помощи клепок установлена маркировочная табличка с информацией об изготовителе, заводском номере. Заводской номер в виде цифрового кода наносится ударным способом.

Машины испытательные универсальные WAW-1000 изготовлены в количестве 6 единиц зав. №№ 18065, 18117, 18118, 18119, 18120, 18121.

Пломбирование машин испытательных универсальных WAW-1000 не предусмотрено, ограничение доступа к метрологически значимым функциям обеспечивается конструкцией.

Фотография общего вида машины WAW-1000 представлена на рисунке 1



Рисунок 1. Машина испытательная универсальная WAW-1000

Программное обеспечение

Программное обеспечение машины WAW-1000 защищено от преднамеренных изменений паролем и исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию.

Программное обеспечение является неизменным. Средства для программирования или изменения метрологически значимых функций отсутствуют. Уровень защиты программного обеспечения «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014. Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Fast Test
Номер версии (идентификационный номер ПО)	не ниже 1,0
Цифровой идентификатор ПО	-

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование параметра	Значение
Диапазон измерений силы, кН	от 20 до 1000
Диапазон измерений перемещения активного захвата, мм	от 0,05 до 200
Диапазон измерений деформации (удлинение) образца, мм	от 0,3 до 60
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений силы, %	$\pm 1,0$

Таблица 2 - Продолжение

Наименование параметра	Значение
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений перемещения активного захвата, в диапазоне от 0,05 до 1 мм включ., мм	$\pm 0,05$
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений перемещения активного захвата, св. 1 до 200 мм, %	$\pm 0,5$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений деформации (удлинение) образца, в диапазоне от 0,3 до 6 мм. включ., мм	$\pm 0,05$
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений деформации (удлинение) образца, св.6 до 60 мм, %	$\pm 0,5$

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Диапазон перемещения активного захвата, мм	от 20 до 700
Диапазон рабочих скоростей перемещения активного захвата, мм/мин: - растяжение - сжатие	от 0,5 до 200 от 0,5 до 180
Габаритные размеры машины/блока управления, мм, не более - длина - ширина - высота	800/1000 660/780 2170/900
Масса, кг, не более	2500
Параметры электрического питания: - напряжение переменного тока, В - частота переменного тока, Гц	220 ± 22 $50 \pm 0,4$
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, %, не более - атмосферное давление, кПа	от +15 до +25 80 от 86,0 до 106,7

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится типографским способом на титульные листы эксплуатационной документации.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность машины испытательных универсальной WAW-1000.

Наименование	Обозначение	Количество
машина испытательная универсальная	WAW-1000	1 шт.
Паспорт	WAW-1000-ПС	1 экз.
Руководство по эксплуатации	WAW-1000-РЭ	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

Руководство по эксплуатации «Машины испытательные универсальные WAW-1000»
Раздел 7 - выполнение измерений.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 октября 2019 г. № 2498 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений силы»;

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 декабря 2018 г. № 2840 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений длины в диапазоне от $1 \cdot 10^{-9}$ до 100 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм».

Правообладатель


Фирма «Changzhou Chazruitong Machinery CO LTD», Китай
Адрес: China, No 29, Xiacheng Middle Road, Hutang Town, Wujin, Changzhou, Jiangsu Province
Телефон: 86-519-88868789
Web-сайт: chazmachine.com
E-Mail: sales@chazmachine.com

Изготовитель

Фирма «Changzhou Chazruitong Machinery CO LTD», Китай
Адрес: China, No 29, Xiacheng Middle Road, Hutang Town, Wujin, Changzhou, Jiangsu Province
Телефон: 86-519-88868789
Web-сайт: chazmachine.com
E-Mail: sales@chazmachine.com

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области» (ФБУ «Нижегородский ЦСМ»)
Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 1
Тел.: 8 800 200 22 14
Факс: (831) 428- 57-48
E-mail: mail@nnscsm.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30011-13.



ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Манометры технические водолазные МТВ

Назначение средства измерений

Манометры технические водолазные МТВ (далее - манометры) предназначены для измерений избыточного давления, не вязких, не кристаллизующихся при рабочих температурах незагрязненных жидкостей и газов, нейтральных по отношению к меди и медным сплавам.

Описание средства измерений

Принцип действия манометров основан на уравнивании измеряемого давления силой упругой деформации манометрической пружины, перемещение свободного конца которой преобразуется передаточным механизмом в угловое перемещение показывающей стрелки.

Конструктивно манометры состоят из следующих элементов:

- корпуса;
- манометрической трубчатой пружины;
- передаточного механизма;
- отчетного устройства в виде круговой шкалы (циферблата) и показывающей стрелки.

Заводские номера наносятся в виде цифрового обозначения, наносятся типографическим способом на циферблат манометра.

Общий вид манометров представлен на рисунке 1.

Знак поверки наносится на корпус манометра и (или) типографическим способом на свидетельство о поверке и (или) в паспорт.




Рисунок 1– Общий вид манометров с местами нанесения знака поверки, знака утверждения типа и заводского номера

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений избыточного давления, МПа (бар)	от 0 до 25 (от 0 до 250)
Класс точности	4,0
Пределы допускаемой основной приведенной к верхнему пределу измерений избыточного давления погрешности, %	±4,0
Пределы допускаемой дополнительной приведенной к верхнему пределу измерений избыточного давления погрешности, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальных условий эксплуатации, %, на каждые 10 °С	±0,4

Таблица 2 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Габаритные размеры (высота×диаметр корпуса), мм, не более	68×52
Нормальные условия измерений: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность, %, не более - атмосферное давление, кПа	от +18 до +22 80 от 84 до 106
Рабочие условия измерений: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность, %, не более - атмосферное давление, кПа	от -50 до +60 100 от 84 до 106
Масса, кг, не более	0,14
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP58
Средняя наработка на отказ, ч	66000
Средний срок службы, лет	10

Комплектность средства измерений

Таблица 3 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Манометр технический водолазный	МТВ	1 шт.
Паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации	МГРФ.406128.001-05 ПС	1 экз.

Знак утверждения типа

наносится под защитное стекло на циферблат (шкалу) манометра методом печати, на эксплуатационную документацию типографским способом.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 11 «Подготовка прибора к работе» документа МГРФ.406128.001-005 ПС «Манометр технический водолазный МТВ. Паспорт».

Нормативные документы, устанавливающие требования к средствам измерений

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июня 2018 г. № 1339 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»;

МГРФ.406128.001ТУ Манометры, вакуумметры, мановакуумметры и напоромеры типа МТ и НТ. Технические условия;

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия.

Правообладатель


Общество ограниченной ответственностью «Манометр» (ООО «Манометр»)
ИНН 7709623086
Юридический адрес: 413119, Саратовская обл., г. Энгельс-19
Адрес осуществления деятельности: 413119, Саратовская обл., г. Энгельс-19
Телефон: +7(8453) 75-06-13
E-mail: office.manometr@eposignal.ru

Изготовитель

Общество ограниченной ответственностью «Манометр» (ООО «Манометр»)
ИНН 7709623086
Юридический адрес: 413119, Саратовская обл., г. Энгельс-19
Адрес осуществления деятельности: 413119, Саратовская обл., г. Энгельс-19
Телефон: +7(8453) 75-06-13
E-mail: office.manometr@eposignal.ru

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «ИНЭКС СЕРТ» (ООО «ИНЭКС СЕРТ»)
Адрес: 125315, г. Москва, ул. Часовая, д.9А, пом. 27А
Телефон: +7 (495) 664-23-42
Web-сайт: <http://www.inexcert.ru>
E-mail: info@inexcert.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.312302.



ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Осциллографы цифровые АКИП-4136

Назначение средства измерений

Осциллографы цифровые АКИП-4136 (далее по тексту – осциллографы) предназначены для исследования формы и измерения амплитудных и временных параметров электрических сигналов.

Описание средства измерений

Принцип действия осциллографов основан на высокоскоростном аналого-цифровом преобразовании входного сигнала, цифровой обработке его с помощью микропроцессора и записи в память. В результате обработки сигнала выделяется его часть, отображаемая на экране.

Конструктивно осциллографы представляют собой компактные моноблочные переносные радиоизмерительные приборы с питанием от сети переменного тока, выполненные в настольном исполнении. Основные узлы осциллографов: аттенюатор, блок нормализации сигналов, АЦП, ЦАП, микропроцессор, устройство управления, запоминающее устройство, усилитель, схема синхронизации, генератор развертки, блок питания, клавиатура, цветной дисплей.

Осциллографы обеспечивают визуальное наблюдение, автоматическую установку размеров изображения, цифровое запоминание, цифровое или курсорное измерение амплитудных и временных параметров электрических сигналов. Каждый канал осциллографов осуществляет независимую цифровую обработку и запоминание сигналов. Также осциллографы позволяют проводить математическую обработку сигналов, частотный анализ (быстрое преобразование Фурье), документирование результатов измерений, вывод данных на печать. Осциллографы имеют встроенные генератор сигналов и мультиметр.

Осциллографы выпускаются в виде следующих модификаций: АКИП-4136/1, АКИП-4136/1А, АКИП-4136/2, АКИП-4136/2А.

Модификации осциллографов отличаются полосой пропускания и количеством входных каналов. Модификации АКИП-4136/1, АКИП-4136/2 имеют два входных канала, модификации АКИП-4136/1А, АКИП-4136/2А – четыре.

На передней панели осциллографов расположены: сенсорный дисплей, входные разъемы измерительных каналов, выход компенсатора пробника, разъем интерфейса USB, кнопки и регуляторы для управления и установки параметров, кнопка включения питания.

На задней панели расположены: разъем сети питания, вход внешнего запуска, интерфейсы дистанционного управления, дополнительные функциональные интерфейсы, выходные разъемы генератора сигналов и входные разъемы мультиметра.

Нанесение знака поверки на осциллографы не предусмотрено.

Заводской номер осциллографов состоит из цифрового обозначения и наносится на корпус при помощи наклейки.

Для предотвращения несанкционированного доступа осциллографы имеют пломбировку в виде наклейки, закрывающую стык между панелями корпуса. Пломба может устанавливаться производителем, ремонтной организацией, поверяющей организацией или организацией, эксплуатирующей данное средство измерений.

Общий вид осциллографов и место нанесения знака утверждения типа представлены на рисунке 1. Место нанесения заводского номера и схема пломбировки представлены на рисунке 2.




Рисунок 1 – Общий вид осциллографов, места нанесения знака утверждения типа (А)



Рисунок 2 – Схема пломбировки от несанкционированного доступа (Б) и место нанесения серийного номера (В)

Программное обеспечение

Осциллографы функционируют под управлением встроенного программного обеспечения (ПО), разработанного изготовителем. Осциллографы обеспечивают управление всеми режимами работы и параметрами как вручную, так и дистанционно от внешнего компьютера.

Метрологические характеристики осциллографов нормированы с учетом влияния встроенного ПО.

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	-
Номер версии (идентификационный номер ПО)	не ниже V1.8.0

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение			
	АКИП-4136/1	АКИП-4136/1А	АКИП-4136/2	АКИП-4136/2А
1	2	3	4	5
Число входных каналов	2	4	2	4
Максимальная частота дискретизации, ГГц				
- на канал	2,5	1	2,5	1
- на два канала	-	2,5	-	2,5
- в режиме объединения каналов	5	5	5	5
Максимальная длина записи, МБ, на канал	400			
Канал вертикального отклонения				
Входное сопротивление	50 Ом (±2 %) 1 МОм (±2 %)			
Диапазон установки коэффициента отклонения (K _o), мВ/дел				
- входное сопротивление 50 Ом	от 0,5 до 1·10 ³			
- входное сопротивление 1 МОм	от 0,5 до 1·10 ⁴			
Максимальное входное напряжение, В (среднеквадратическое значение)				
- при входном сопротивлении 50 Ом	5			
- при входном сопротивлении 1 МОм	300			
Пределы допускаемой относительной погрешности установки коэффициентов отклонения, %				
- при K _o =1 мВ/дел	±3			
- при K _o ≥2 мВ/дел	±2			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения постоянного напряжения и импульсного напряжения частотой до 100 кГц, мВ - при K _o =1 мВ/дел - при K _o ≥2 мВ/дел	±(0,03·10[дел]·K _o [мВ/дел]+1) ±(0,02·10[дел]·K _o [мВ/дел]+1)			
Полоса пропускания по уровню -3 дБ, МГц, не менее	350		500	
Время нарастания переходной характеристики, нс, не более	1	1	0,7	0,7
Канал горизонтального отклонения				
Диапазон установки коэффициентов развертки, с/дел (выбор с шагом 1-2-5)	от 0,5·10 ⁻⁹ до 1·10 ³			
Пределы допускаемой относительной погрешности частоты внутреннего опорного генератора (δ _F)	±2,5·10 ⁻⁶			
Примечание: K _o – значение коэффициента отклонения, мВ/дел.				

Таблица 3 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение характеристики
Напряжение питающей сети, В	от 100 до 240
Частота напряжения питания, Гц	от 50 до 60
Потребляемая мощность, Вт, не более	65
Габаритные размеры, мм, не более (ширина × высота × глубина)	422×226×135
Масса, кг, не более	5
Нормальные условия измерений: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность воздуха, %, не более	от +18 до +28 80
Рабочие условия применения: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность воздуха (при температуре до +40 °С), %, не более	от 0 до +50 80

Знак утверждения типа

наносится на переднюю панель осциллографов методом наклейки и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
Осциллограф цифровой	АКИП-4136	1
Сетевой кабель	-	1
Пробник-делитель	-	по числу каналов
USB-кабель	-	1
Руководство по эксплуатации	-	1

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе «Назначение» руководства по эксплуатации.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средствам измерений

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»;

Приказ Росстандарта от 30 декабря 2019 г. № 3463 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений импульсного электрического напряжения»;

Стандарт предприятия на осциллографы цифровые АКИП-4136.

Правообладатель

Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co., Ltd., Китай

Адрес: No. 19, Heming Road, Lantian Industrial Zone Zhangzhou 363005 China

Телефон: +86 596 213 0430

Факс: +86 596 210 9272

Web-сайт: <http://www.owon.com>

Изготовитель

Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co., Ltd., Китай

Адрес: No. 19, Heming Road, Lantian Industrial Zone Zhangzhou 363005 China

Испытательный центр

Акционерное общество «Приборы, Сервис, Торговля» (АО «ПриСТ»).


Юридический адрес: 119071, г. Москва, 2-й Донской проезд, д. 10, стр. 4, ком. 31

Тел. +7(495) 777-55-91;

Факс +7(495) 640-30-23;

E-mail: prist@prist.ru.

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.312058.



УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «27» декабря 2022 г. № 3290

Регистрационный № 87827-22

Лист № 1
Всего листов 4

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Резервуары стальные вертикальные цилиндрические с понтоном РВСПК-20000

Назначение средства измерений

Резервуары стальные вертикальные цилиндрические с понтоном РВСПК-20000 (далее резервуары) предназначены для измерения объема нефти и нефтепродуктов, а также приема, хранения и отпуска.

Описание средства измерений

Принцип действия резервуаров РВСПК-20000 основан на измерении объема нефтепродуктов в зависимости от уровня их наполнения, согласно градуировочным таблицам.

Резервуар представляет собой закрытый вертикальный сварной сосуд цилиндрической формы с понтоном и стационарной крышей.

Резервуары оснащены техническими устройствами для проведения операций по обслуживанию: лестницами, смотровыми люками, люк-лазами; приему, хранению, отпуску нефти и нефтепродуктов: приемо-раздаточными патрубками с запорной арматурой, аварийными клапанами и вентиляционными патрубками, устройствами для отбора проб и замера уровня, противопожарным оборудованием и понтонами блочного типа.

Заполнение, опорожнение и выдача нефтепродуктов осуществляется через приемо-раздаточные патрубки, расположенные в нижней части резервуара.

Резервуары стальные вертикальные цилиндрические с понтоном РВСПК-20000 зав. №№ 7319.1, 7320 расположены на территории резервуарного парка АО «Транснефть-Верхняя Волга» Горьковское РНУ ЛПДС «Староликеево» по адресу: Россия, Нижегородская область, г. Кстово, Промышленный район, микрорайон Западный, квартал ГРНУ, ЛПДС «Староликеево».

Пломбирование резервуаров РВСПК-20000 не предусмотрено.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке и градуировочную таблицу.

Общий вид резервуаров стальных вертикальных цилиндрических с понтоном РВСПК-20000, представлен на рисунках 1, 2.



Рисунок 1- Общий вид резервуара
РВСПК-20000, зав.№ 7319.1



Рисунок 2- Общий вид резервуара
РВСПК-20000, зав.№ 7320

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 - Метрологические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальная вместимость, м ³	20000
Пределы допускаемой относительной погрешности определения вместимости, %	± 0,10

Таблица 2 - Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С - атмосферное давление, кПа	от -50 до +50 от 84,0 до 106,7
Средний срок службы, лет, не менее	20

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист паспорта.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 - Комплектность резервуара стального вертикального цилиндрического с понтоном РВСПК-20000

Наименование	Обозначение	Количество
Резервуар стальной вертикальный Цилиндрический с понтоном	РВСПК-20000	1 шт.
Паспорт	РВСПК-20000 ПС	1 экз.
Градуированная таблица	РВСПК-20000 ГТ	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 6 паспорта на резервуар.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Росстандарта от 26 сентября 2022 г. № 2356 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости»;

ГОСТ 8.570-2000 «Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки».

Правообладатель

Акционерное общество «Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций имени Н. Е. Крюкова» (АО «НЗРМК им. Н.Е.Крюкова»)

ИНН 4221002780

Адрес: 654033, г. Новокузнецк, ул. Некрасова, д. 28

Изготовитель

Акционерное общество «Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций имени Н. Е. Крюкова» (АО «НЗРМК им. Н.Е.Крюкова»)

ИНН 4221002780

Адрес: 654033, г. Новокузнецк, ул. Некрасова, д. 28

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области» (ФБУ «Нижегородский ЦСМ»)


Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 1

Телефон: 8-800-200-22-14

Web-сайт: <http://www.nncsm.ru>

E-mail: mail@nncsm.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30011-13.



УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «27» декабря 2022 г. № 3290

Регистрационный № 87828-22

Лист № 1
Всего листов 4

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Меры электрического сопротивления

Назначение средства измерений

Меры электрического сопротивления (далее по тексту - меры) предназначены для воспроизведения, хранения и передачи единицы электрического сопротивления в цепях переменного тока.

Меры соответствуют обязательным метрологическим требованиям к рабочему эталону единицы электрического сопротивления переменного тока 1 разряда, установленным Государственной поверочной схемой для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока, утвержденной приказом Росстандарта от 30.12.2019 г. № 3456.

Описание средства измерений

К настоящему типу средств измерений относятся меры электрического сопротивления переменного тока 10 МОм зав. № 1, 2. Обозначение типа отсутствует.

Принцип действия мер заключается в воспроизведении значений сопротивления с помощью резистивного элемента. Резистивные элементы мер изготовлены из керамических элементов с тонкопленочным покрытием резистивного сплава. Каждый резистивный элемент герметизирован в металлическом заземленном корпусе, размещен в корпусе четырьмя коаксиальными высокочастотными разъемами, центральные проводники которых попарно соединены с выводами резистивного элемента.

Маркировка мер выполнена типографским способом, наносится на верхнюю часть меры и содержит: фирменный знак и название предприятия-изготовителя, наименование типа, номинальное значение, год изготовления. Обозначение типа отсутствует.

Заводские номера нанесены в формате цифрового обозначения типографским способом, по принятой нумерации предприятия-изготовителя на шильд мер, что обеспечивает их идентификацию.

Нанесение знака поверки и знака утверждения типа средства измерений не предусмотрено.

Ограничение доступа к местам настройки (регулировки) осуществляется путем нанесения мастичных пломб на специально оборудованных площадках на винтах крепления верхней крышки меры.

Общий вид мер с указанием мест пломбировки и заводского номера приведены на рисунке 1.




Рисунок 1 - Общий вид мер с указанием мест нанесения заводского номера и пломбировки от несанкционированного доступа

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Номинальное значение электрического сопротивления, МОм	10
Рабочая частота, Гц	1000
Доверительная относительная погрешность при доверительной вероятности 0,95, не более	$1 \cdot 10^{-5}$
Относительная нестабильность сопротивления за год, не более	$\pm 1 \cdot 10^{-5}$
Температурный коэффициент сопротивления, K^{-1} , не более	$\pm 2 \cdot 10^{-5}$
Предельное значение напряжения переменного тока, подаваемого на меру, В	100
Нормальные условия измерений: диапазон температуры окружающего воздуха, °C относительная влажность воздуха, %, не более диапазон атмосферного давления, кПа	от +15 до +25 80 от 84 до 106,7

Таблица 2 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Габаритные размеры (Длина×Ширина×Высота), мм, не более	110×70×32
Масса, кг, не более	0,4
Условия эксплуатации: диапазон температуры окружающего воздуха, °C относительная влажность воздуха, %, не более диапазон атмосферного давления, кПа	от +15 до +25 80 от 84 до 106,7
Наработка до отказа, ч, не менее	20000
Средний срок службы, лет	15

Знак утверждения типа наносится
типографским способом на титульный лист паспорта.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 - Комплектность мер

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
Меры электрического сопротивления	Зав. № 1, 2	2
Паспорт	-	2

Сведения о методиках (методах) измерений

Приведены в документе «Мера электрического сопротивления. Паспорт».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 23737-79 Меры электрического сопротивления. Общие технические условия;
ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;

ГОСТ 8.237-2003 ГСИ. Меры электрического сопротивления однозначные. Методика поверки;

Государственная поверочная схема для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока, утвержденная приказом Росстандарта от 30 декабря 2019 г. №3456.

Правообладатель

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И.Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»)

ИНН 7809022120

Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 19

Телефон: (812) 251-76-01, факс: (812) 713-01-14

Web-сайт: www.vniim.ru

E-mail: info@vniim.ru

Изготовитель

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И.Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»)

ИНН 7809022120

Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 19

Телефон: (812) 251-76-01, факс: (812) 713-01-14

Web-сайт: www.vniim.ru

E-mail: info@vniim.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И.Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»)


Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 19

Телефон: (812) 251-76-01, факс: (812) 713-01-14

Web-сайт: www.vniim.ru

E-mail: info@vniim.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311541.



УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «27» декабря 2022 г. № 3290

Регистрационный № 87829-22

Лист № 1
Всего листов 5

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Меры электрического сопротивления постоянного тока 933

Назначение средства измерений

Меры электрического сопротивления постоянного тока 933 (далее по тексту - меры 933) предназначены для воспроизведения, хранения и передачи единицы электрического сопротивления в цепях постоянного тока.

Меры 933 соответствуют обязательным метрологическим требованиям к рабочему эталону единицы электрического сопротивления постоянного тока 2-го разряда, установленным Государственной поверочной схемой для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока, утвержденной приказом Росстандарта от 30.12.2019 г. № 3456.

Описание средства измерений

К настоящему типу средств измерений относятся меры электрического сопротивления постоянного тока следующих модификаций 9336, 9337, которые отличаются друг от друга номинальными значениями электрического сопротивления.

К мерам сопротивления данного типа относятся модификация 9336 зав. №73717, 73761 (10 ГОм); № 73719, 73720 (100 ГОм) и модификация 9337 зав. №73712, 73713 (1 ГОм). Номинальное значение каждой меры на шильде указано после типа через дефис.

Принцип действия мер 933 заключается в воспроизведении значений сопротивления с помощью монолитного резистивного блока. Монолитный резистивный блок, включающий в себя ряд резистивных элементов, каждый из которых размещен в собственном герметизированном корпусе, заполненном маслом. Конструкция предусматривает минимальное механическое воздействие на резистивный блок при его креплении в корпусе. Два разъема типа N расположены в верхней части меры и выполнены с применением никелированного покрытия.

Маркировка мер 933 выполнена типографским способом, наносится на верхнюю часть меры и содержит: фирменный знак предприятия-изготовителя, обозначение типа мер.

Заводской номер по принятой нумерации предприятия-изготовителя в виде цифрового обозначения наносится в виде наклейки на боковую часть меры. Эта наклейка также содержит информацию о типе меры, например, «9336-10G», номинальном значении сопротивления, предельном значении напряжения постоянного тока, диапазоне температур окружающего воздуха при эксплуатации меры.

Нанесение знака поверки и знака утверждения типа средства измерений на меры не предусмотрено.

Общий вид мер 933 представлен на рисунке 1.

Для предотвращения от несанкционированного проникновения внутрь мер применяются одноразовые разрушающиеся наклейки-пломбы, приклеенные на боковую часть меры. Схема пломбировки представлена на рисунке 2.



Рисунок 1 - Общий вид мер 933 с указанием мест нанесения заводского номера
Модификация 9336 – слева, модификация 9337 – справа



Рисунок 2 - Схема пломбировки от несанкционированного доступа

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Номинальные значения электрического сопротивления, ГОм 9336-10G 9336-100G 9337-1T	10 100 1000
Доверительная относительная погрешность при доверительной вероятности 0,95, не более 10 ГОм 100 ГОм 1 ТОм	$5 \cdot 10^{-5}$ $20 \cdot 10^{-5}$ $100 \cdot 10^{-5}$
Относительная нестабильность сопротивления за год, не более 10 ГОм 100 ГОм 1 ТОм	$10 \cdot 10^{-5}$ $50 \cdot 10^{-5}$ $200 \cdot 10^{-5}$
Температурный коэффициент сопротивления, K^{-1} , не более 10 ГОм 100 ГОм 1 ТОм	$\pm 25 \cdot 10^{-6}$ $\pm 250 \cdot 10^{-6}$ $\pm 300 \cdot 10^{-6}$
Предельное значение напряжения постоянного тока, подаваемого на меру, В	1000
Нормальные условия измерений: - диапазон температуры окружающего воздуха, °C - относительная влажность воздуха, %, не более - атмосферное давление, кПа	от +18 до +28 80 от 84 до 106,7

Таблица 2 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Габаритные размеры (Длина×Ширина×Высота), мм, не более	124×79×82
Масса, кг, не более	0,7
Условия эксплуатации: - диапазон температуры окружающего воздуха, °C - относительная влажность воздуха, %, не более - диапазон атмосферного давления, кПа	от +18 до +28 80 от 84 до 106,7
Наработка до отказа, ч, не менее	20000
Средний срок службы, лет	15

Знак утверждения типа наносится
типографским способом на титульный лист паспорта.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 - Комплектность мер 933

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
Меры электрического сопротивления постоянного тока	9336-10G (10 ГОм) Зав. № 73717, 73761	2
Меры электрического сопротивления постоянного тока	9336-100G (100 ГОм) Зав. № 73719, 73720	2
Меры электрического сопротивления постоянного тока	9337-1T (1 ТОм) Зав. №73712, 73713	2
Паспорт	-	6
Методика поверки	-	1

Сведения о методиках (методах) измерений

Приведены в документе «Меры электрического сопротивления постоянного тока 933. Паспорт»

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 23737-79 Меры электрического сопротивления. Общие технические условия;
ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;

Государственная поверочная схема для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока, утвержденная приказом Росстандарта от 30 декабря 2019 г. №3456.

Правообладатель

Guildline Instruments Limited, Канада
Адрес: 21 Gilroy Street, PO BOX 99, Smiths Falls, ON, Canada, K7A 4S9
Адрес для корреспонденции: 21 Gilroy Street, PO BOX 99, Smiths Falls, ON, Canada, K7A 4S9
Телефон: (613) 283-3000
E-mail: sales@guildline.ca
Web-сайт: www.guildline.com

Изготовитель

Guildline Instruments Limited, Канада
Адрес: 21 Gilroy Street, PO BOX 99, Smiths Falls, ON, Canada, K7A 4S9
Адрес для корреспонденции: 21 Gilroy Street, PO BOX 99, Smiths Falls, ON, Canada, K7A 4S9
Телефон: (613) 283-3000
E-mail: sales@guildline.ca
Web-сайт: www.guildline.com

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И.Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»)


Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 19

Телефон: (812) 251-76-01, факс: (812) 713-01-14

Web-сайт: www.vniim.ru

E-mail: info@vniim.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311541.



УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «27» декабря 2022 г. № 3290

Регистрационный № 87830-22

Лист № 1
Всего листов 4

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Меры электрического сопротивления постоянного тока МІ 9210

Назначение средства измерений

Меры электрического сопротивления постоянного тока МІ 9210 (далее по тексту - меры МІ 9210) предназначены для воспроизведения, хранения и передачи единицы электрического сопротивления в цепях постоянного тока в жидкостной среде.

Меры МІ 9210 соответствуют обязательным метрологическим требованиям к вторичным эталонам (эталонам-копиям), установленным Государственной поверочной схемой для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока, утвержденной приказом Росстандарта от 30.12.2019 г. № 3456.

Описание средства измерений

К настоящему типу средств измерений относятся меры электрического сопротивления постоянного тока следующих модификаций МІ 9210А, МІ 9210В, которые отличаются друг от друга номинальными значениями электрического сопротивления.

К мерам сопротивления данного типа относятся модификация МІ 9210А зав. № 1103350, 1104747 и модификация МІ 9210В зав. № 1101507, 1101512, 1101513, 1104488. Номинальное значение каждой меры на шильде указано после указания типа через дробь.

Принцип действия мер МІ 9210 заключается в воспроизведении значений сопротивления с помощью резистивного элемента. Резистивный элемент выполнен из провода, изготовленного из сплава «Эваном» и подвергнутого специальной термической обработке. Размещен в цилиндрическом металлическом корпусе с отверстиями для обеспечения циркуляции жидкости вокруг резистивного элемента. Конструкция предусматривает минимальное механическое воздействие на резистивный элемент при его креплении в корпусе. Четыре клеммы (две токовых и две потенциальных) расположены в торцевой части меры на изоляционной подложке из фторопласта.

Маркировка мер МІ 9210, выполненная методом металлографии, наносится на торцевую часть меры и содержит: наименование предприятия-изготовителя; модификацию с указанием номинального значения, например «9210А/1» и заводской номер в виде цифрового обозначения, нанесенный ударным способом, по принятой нумерации предприятия-изготовителя. Заводской номер у модификации МІ 9210В в виде цифрового обозначения, наносится ударным способом на боковую часть меры.

Нанесение знака поверки и знака утверждения типа не предусмотрено.

Общий вид мер МІ 9210 представлен на рисунке 1.

Конструкция мер и среда применения исключает возможность применения средств для предотвращения от несанкционированного проникновения внутрь.



Рисунок 1 - Общий вид мер МІ 9210 с указанием мест нанесения заводского номера.
Модификация МІ 9210А – слева, модификация МІ 9210В - справа

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Номинальные значения электрического сопротивления, Ом МІ9210А/1 МІ9210В/100Ω МІ9210В/10kΩ	1 100 1·10 ⁴
Относительное среднее квадратическое отклонение суммарной погрешности, не более 1 Ом 100 Ом 10 кОм	0,4·10 ⁻⁷ 0,3·10 ⁻⁷ 0,4·10 ⁻⁷
Относительная нестабильность сопротивления за год, не более 1 Ом 100 Ом 10 кОм	5·10 ⁻⁷ 1·10 ⁻⁷ 1·10 ⁻⁷
Температурный коэффициент сопротивления, К ⁻¹ , не более 1 Ом 100 Ом 10 кОм	±0,05·10 ⁻⁶ ±0,1·10 ⁻⁶ ±0,1·10 ⁻⁶
Предельное значение силы постоянного электрического тока, подаваемого на меру, А 1 Ом 100 Ом 10 кОм	0,1 0,031 0,003
Предельное значение напряжения постоянного тока, подаваемого на меру, В 1 Ом 100 Ом 10 кОм	0,1 3,16 31,62

Наименование характеристики	Значение
Нормальные условия измерений: - диапазон температуры окружающего воздуха, °C - относительная влажность воздуха, %, не более - атмосферное давление, кПа	от +15 до +25 80 от 84 до 106,7

Таблица 2 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Габаритные размеры (Диаметр×Высота), мм, не более MI9210A MI9210B	90×165 69×97
Масса, кг, не более MI9210A MI9210B	2 1
Условия эксплуатации: - диапазон температуры окружающего воздуха, °C - относительная влажность воздуха, %, не более - атмосферное давление, кПа	от +15 до +25 80 от 84 до 106,7
Наработка до отказа, ч, не менее	20000
Средний срок службы, лет	15

Знак утверждения типа наносится
типографским способом на титульный лист паспорта.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 - Комплектность мер MI 9210

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
Меры электрического сопротивления постоянного тока	MI 9210A (1 Ом) Зав. № 1103350, 1104747	2
Меры электрического сопротивления постоянного тока	MI 9210B (100 Ом) Зав. № 1101507, 1101512	2
Меры электрического сопротивления постоянного тока	MI 9210B (10 кОм) Зав. № 1101513, 1104488	2
Кейс укладочный	-	3
Паспорт	-	1
Методика поверки	-	1

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Меры электрического сопротивления постоянного тока MI 9210A, MI 9210B. Паспорт».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 23737-79 Меры электрического сопротивления. Общие технические условия;
ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;

Государственная поверочная схема для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока, утвержденная приказом Росстандарта от 30 декабря 2019 г. № 3456.

Правообладатель

Measurement International Limited (Measurement International), Канада
Адрес: PO Box 2359, 118 Commerce Drive Prescott, Ontario, Canada K0E 1T0
Адрес для корреспонденции: PO Box 2359, 118 Commerce Drive Prescott, Ontario, Canada K0E 1T0
Телефон: (613) 925-5934
E-mail: sales@mintl.com
Web-сайт: www.mintl.com

Изготовитель

Measurement International Limited (Measurement International), Канада
Адрес: PO Box 2359, 118 Commerce Drive Prescott, Ontario, Canada K0E 1T0
Адрес для корреспонденции: PO Box 2359, 118 Commerce Drive Prescott, Ontario, Canada K0E 1T0
Телефон: (613) 925-5934
E-mail: sales@mintl.com
Web-сайт: www.mintl.com

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И.Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»)
Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 19
Телефон: (812) 251-76-01, факс: (812) 713-01-14
Web-сайт: www.vniim.ru
E-mail: info@vniim.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311541

