

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «24» января 2023 г. № 116

Сведения
об утвержденном типе средства измерений, подлежащие изменению
в части сведений об интервале между поверками

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Регистрационный номер в ФИФ	Правообладатель	Устанавливаемый интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Датчики давления	Метран-150	32854-13	-	для датчиков с Р _{max} до 1600 кПа – 5 лет; для датчиков с Р _{max} от 1600 до 68947 кПа – 6 лет	Акционерное общество «Промышленная группа «Метран» (АО «ПГ «Метран»), г. Челябинск	ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Санкт- Петербург