

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «17» февраля 2023 г. № 367

Сведения
об утвержденном типе средства измерений, подлежащие изменению
в части конструктивных изменений, влияющих на метрологические характеристики средства измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Заводской номер	Регистраци- онный номер в ФИФ	Правообла- датель	Отменяемая методика поверки	Действие методики поверки сохраняется	Устанавлива- емая методика поверки	Интервал между поверками	Добавля- емый изготови- тель	Дата утверж- дения акта испыта- ний	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Устройства программного управления	«TREI-5B»	TREI-5B- 05 зав. № ST00611.	31404-08	-	TREI.4214 57.001 МП1	—	TREI.421457. 001 МП2	2 года; для каналов AI-0-20mA-L1, AI-4-20mA-L1, AI-0-20mA-N1, AI-4-20mA-N1, AI.X, AO.X, R.X, T.X, TC.X, CI.X, NCM-2.1-X – 4 года	—	24.10. 2022	Акционерное общество «ТРЭИ» (АО «ТРЭИ»), г. Пенза	ФБУ «Пензенский ЦСМ», г. Пенза